



Diário Oficial Boa Esperança

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA
ESPERANÇA**

Praça Padre Júlio Maria, 40 -
Centro. Boa Esperança/MG
CEP: 37170-000

(35) 3851-0333
www.boaesperanca.mg.gov.br

Sexta-feira, 29 de Julho, de 2022

Edição nº 643

SUMÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Pregão
Presencial nº 62/2022

RESULTADO do Processo de Licitação – Pregão Presencial nº
47/2022

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Boa Esperança, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Boa Esperança poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: <https://boaesperanca.mg.gov.br/diariooficial>. As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Boa Esperança

CNPJ: 18.239.590/0001-75

Endereço: Praça Padre Júlio Maria, 40 - Centro. Boa Esperança/MG

Telefone: (35) 3851-0333



Telefone: (35) 3851-0323

Site: www.boaesperanca.mg.gov.br

Endereço:

Praça Padre Júlio Maria, 40, Centro, Boa Esperança, MG, Brasil,
37170000



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

Sexta-feira, 29 de Julho, de 2022

Edição nº 643

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Pregão Presencial nº 62/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/MG. Pregão Presencial nº 62/2022. Tipo Menor Preço por Item. Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de gás oxigênio medicinal e cilindros a título de comodato, de acordo com as necessidades. Entrega dos envelopes até às 09h:00min de 10/08/2022. Edital e anexos no site: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes. Informações: (35) 3851-0314. Hideraldo Henrique Silva, Prefeito Municipal.



Telefone: (35) 3851-0323
Site: www.boaesperanca.mg.gov.br
Endereço:
Praça Padre Júlio Maria, 40, Centro, Boa Esperança, MG, Brasil,
37170000



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

Sexta-feira, 29 de Julho, de 2022

Edição n° 643

RESULTADO do Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 47/2022

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pelo presente, informo o **RESULTADO** do Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 47/022 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X COMPACTO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Empresa (s) vencedora (s):

EMPRESA:										
LOTUS										
INDUSTRIA E										
COMERCIO										
LTD.A. (10974)										
	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total				
	1	Equipamento de raios-X compacto, permitindo radiografias de crânio, tórax, coluna, abdômen e extremidade com as seguintes características: Conjunto Gerador: " Microprocessado em alta frequência de no mínimo 20 KHz; " Potência mínima de 50 kW; " Variação de Tensão de no mínimo 40 a 150 kV; " Faixa mínima de mAs: 1 a 800 mAs " Corrente máxima de no mínimo 600 mA; " Tensão de alimentação: 380 V - 50/60 Hz; " Dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede; " Sistema de disparo em dois estágios; " Software para detecção de falhas com indicação no display de comando; " Circuitos de segurança: Sobrecarga de aquecimento no tubo Rotação do anodo do tubo Falha de filamento do tubo Sobrecarga de corrente do tubo ¢ Pannel de comando: " Técnica de comando de livre seleção dos parâmetros com indicação digital; " Indicação de código de erros no comando; " Seleção dos níveis de pelo menos KV e mAs por meio de teclas; ¢ Mesa de exames " Tampo flutuante nos quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados por pedal; " Especificações gerais: Tampe flutuante com movimentos longitudinal e transversal; Largura do tampe de no mínimo 80 cm; Comprimento do tampe de no mínimo 200 cm; Deslocamento transversal do tampe de no mínimo +/- 10cm Deslocamento longitudinal do tampe de no mínimo +/- 34cm	UND	1,00	197.500,00	197.500,00				



Telefone: (35) 3851-0323
Site: www.boaesperanca.mg.gov.br
Endereço:
Praça Padre Júlio Maria, 40, Centro , Boa Esperança, MG, Brasil,
37170000



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

Sexta-feira, 29 de Julho, de 2022

Edição nº 643

		Freios eletromagnéticos com liberação por pedal; Grades com razão mínima de 10:1; 152 linhas/pol e ponto focal com variação de 100 a 180cm; Possibilidade de inserção de cassetes nos tamanhos de 13x18cm até 35x43cm; Peso do paciente mínimo suportado pela mesa de 200kg.				
"	φ	Estativa Porta-tubo				
"		Sem necessidade de fixação ao teto ou parede;				
"	"	Estativa fixa				
"	"	Rotação do tubo de RX em +- 175°				
"	"	Dispositivo de segurança no movimento vertical;				
"	"	Distância foco-filme mínima de 100 cm;				
"	"	Deslocamento longitudinal da estativa de no mínimo 180 cm.				
"	φ	Mural Bucky				
"	"	Grade anti-difusora com razão mínima de 10:1, com no mínimo 60 linhas/cm;				
"	"	Utilização de chassis de 13x18 até 35x43 cm;				
"	"	Freios mecânicos ou eletromagnéticos;				
"	"	Deslocamento vertical maior que 120 cm.				
"	φ	Tubo de raios X				
"	"	Cúpula de alta capacidade térmica, com proteção contra superaquecimento;				
"	"	Capacidade térmica do anodo de pelo menos 300.000 HU;				
"	"	Capacidade térmica de dissipação do conjunto emissor de pelo menos 1.250.000 HU;				
"	"	Rotação do anodo de no mínimo de 9000 RPM.				
"	"	Foco fino de no máximo 0,6mm e grosso de no máximo 1,2 mm;				
"	"	Potência referencia do foco de 18 kW/50kW ou melhor				
"	φ	Acessórios				
"	"	Par de cabos de alta tensão conforme a norma brasileira;				
"	"	Colimador luminoso com timer eletrônico.				
"	"	Luminosidade a 100 cm: 160 lux				
"	"	Filtragem equivalente de alumínio: 2mm Al				
"	φ	Sistema de digitalização				
"	"	Detector Digital de Estado Sólido do tipo Painel Plano (FLAT PANEL DETECTOR) constituído por Cintilador de Iodeto de Césio (CsI) ou outro material detector com tecnologia superior;				
"	"	Detector de Campo total com conexão sem fio entre a estação de aquisição.				
"	"	Peso máximo do detector de 3,5 kg;				
"	"	Capacidade de suportar pelo menos 150 kg distribuídos sobre a superfície do detector.				
"	"	Área ativa de aproximadamente 35 x 43 cm;				
"	"	Matriz Ativa mínima de 1944 x 2388 pixels;				



Telefone: (35) 3851-0323

Site: www.boaesperanca.mg.gov.br

Endereço:

Praça Padre Júlio Maria, 40, Centro, Boa Esperança, MG, Brasil, 37170000



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

Sexta-feira, 29 de Julho, de 2022

Edição n.º 643

[illegible]

Boa Esperança, 28 de julho de 2022.

Paulo César Loredó
Pregoeiro Oficial do Município



Telefone: (35) 3851-0323
Site: www.boaesperanca.mg.gov.br
Endereço:
Praça Padre Júlio Maria, 40, Centro , Boa Esperança, MG, Brasil,
37170000