



Processo nº 3614/2025
Pregão Eletrônico nº 30/2025
Aquisição de materiais para curativo.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÕES

De acordo com o edital, as empresas provisoriamente vencedoras apresentaram amostras das marcas ofertadas, bem como as documentações solicitadas, que foram encaminhadas para a equipe técnica que analisou e concluiu conforme segue:

CIRÚRGICA UNIÃO:

Desclassificada:

Item 01: A empresa ofertou produto da marca EXUFIBER. Amostra Reprovada. Produto ofertado em desacordo do edital, pois não possui 0,6 % de prata iônica na sua composição.

Item 15: A empresa ofertou o produto da marca BARRIER CREME BYLDCARE. Amostra reprovada. O produto ofertado é para uso estético, portanto em desacordo com o edital.

BIONDI & BUSH:

Desclassificada:

Item 01: A empresa está em segundo lugar para este item, porém ofertou produto da marca PHARMAPLAST. Amostra Reprovada. Produto ofertado em desacordo do edital, pois não possui 0,6 % de prata iônica na sua composição.

Item 02: A empresa ofertou produto da marca PHARMAPLAST. Amostra Reprovada. Produto ofertado em desacordo do edital, pois não possui 0,6 % de prata iônica na sua composição.

Item 08: A marca DB578C ofertada para este produto não atendeu a necessidade desta Secretaria pois está em desacordo com edital, não possui PHMB na concentração de 0,2%



867

CWBCARE:

Desclassificada:

Item 5: Produto ofertado da marca DERMACURE, está em desacordo com o edital pois tem registro classe II na Anvisa

UNAMED:

Desclassificada:

Item 5: Segunda colocada : Produto ofertado da marca CASEX, está em desacordo com o edital pois tem registro classe II na Anvisa

CIRÚRGICA OESTE:

Desclassificada:

Item 06: Produto ofertado da marca CASEX, está em desacordo com o edital pois tem registro classe II na Anvisa

GEMEDICAL DO BRASIL:

Desclassificada:

Item 08: As marcas BRASIL ART ofertada para este produto não atendeu a necessidade desta Secretaria pois está em desacordo com edital, não possui PHMB na concentração de 0,2%.

POLAR FIX

Desclassificada:

Item 09: Não apresentou amostra para este item, não sendo possível analisar a qualidade e descritivo do material.



867


A.L.V DISTRIBUIDORA

Desclassificada:

Item 09: A marca VITA MEDICAL apresentada para este item, foi reprovada pois esta em desacordo com o edital : não possui estrutura tridimensional.

Os demais itens estão de acordo com o edital, portanto consideradas APROVADAS.

Itatiba, 20 de Agosto de 2025


Manuela Clozel
Enfermeira - Coren 295330
Saúde - Itatiba