



Itatiba, 05 de setembro de 2025

Pregão Eletrônico nº 40/2025

Objeto: O Registro de Preço pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de material de enfermagem.

Assunto: Análise de Amostra

De acordo com o solicitado no edital, as empresas provisoriamente vencedoras do PE 40/2025 encaminharemos amostras para a análise.

Venho informar que as amostras apresentadas para os itens: 16, 18, 20, 24, 26, 44, 45, 67, 75, 76, 77, 78, 91, 111, 118, 119, 194 e o 196 atende aos critérios solicitados no descritivo apresentando no edital do certame, sendo APROVADAS.

As amostras encaminhadas para os itens: 17, 21, 27 e 92 foram **REPROVADOS**;

Item	Nome	Fornecedor	Marca	Justificativa
17	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE	ARLIMED	MEDIX	CA 41486 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ITEM NÃO INDICADO COMO EPI PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
21	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO	ARLIMED	MEDIX	CA 41486 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ITEM NÃO INDICADO COMO EPI PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
27	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PP	ARLIMED	MEDIX	CA 41486 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, ITEM NÃO INDICADO COMO EPI PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
66	AVENTAL DESCARTAVEL M/LONGA	ALFALAGOS	NOBRE	AVENTAL CONFECCIONADO EM MATERIAL FRÁGIL, PERMITE A PASSAGEM DE LÍQUIDOS COM FACILIDADE.
92	LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO – TAMANHO P	CIRURGICA OESTE	NITRAFLEX	CA 40272 - LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS. ITEM NÃO INDICADO EP PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES.
110			GELOTECH	AMOSTRA ENVIADA FORA DE CONFORMIDADE





PREFEITURA DE ITATIBA
SECRETARIA DE SAÚDE

	GELO RÍGIDO RECICLÁVEL DE 550ML	MED CENTER COMERCIAL LTDA.		COM O DESCRITIVO. O TAMANHO NÃO CONDIZ COM O SOLICITADO.
133	ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12	CIRURGICA OESTE	SOFT ERIMAR	ATADURA COM POUCA ELASTICIDADE, TRAMA MUITO ABERTA.
134	ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12	CIRURGICA OESTE	SOFT ERIMAR	ATADURA COM POUCA ELASTICIDADE, TRAMA MUITO ABERTA.

Em tempo informo que visando agilizar o processo de licitação do material de enfermagem foram realizadas análises de amostra do material do 2º colocados para os itens:

- Item 17 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GRANDE – Empresa Licite Saúde Comércio Produtos Hospitalares Ltda
- Item 21 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQUENO - Empresa Licite Saúde Comércio Produtos Hospitalares Ltda
- Item 27 - LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PP - Empresa Pouso Farma Hospitalar Ltda.
- Item 66 - AVENTAL DESCARTÁVEL M/LONGA – Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Eireli.
- Item 92 - LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO – TAMANHO P - Empresa Pouso Farma Hospitalar Ltda.
- Item 110 – GELO RÍGIDO RECICLÁVEL DE 550ML - Empresa Hoffman e Gomes Ltda EPP.
- Item 133 – ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12 - Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar Eireli.





- Item 134 – ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/ 12 - Arlimed Distribuidora Hospitalar Ltda.

Sendo **APROVADAS** pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

E o item 195 foi REPROVADO por falta de envio de amostra do 1º e do 2º colocado.

Sem mais para o momento.

Ao Setor de Licitações para continuidade e demais providências.

Thiago Alexandre Ciafa Guidi

Enf. Coordenador da Atenção Secundária à Saúde
COREN SP 556540
Prefeitura Municipal de Itatiba

