



**Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Monte Alegre do Sul
CIDADE PRESÉPIO
Departamento de Saúde**

Monte Alegre do Sul, 11 de maio de 2026.

MEMORANDO 006/2026

REF PREGÃO PRESENCIAL 14/2026

Em atenção à solicitação apresentada pela empresa SóQuímica Laboratórios Ltda, referente à aquisição de fitas reagentes para determinação da glicemia, seguem os esclarecimentos pertinentes aos questionamentos:

- 1) A validação clínica das tiras de glicemia é feita para garantir que os resultados sejam confiáveis em diferentes perfis de pacientes e situações clínicas, devendo ser compatíveis com sangue capilar, venoso, arterial e neonatal.
- 2) As tiras de glicemia devem demonstrar conformidade com padrões internacionais de precisão e confiabilidade clínica. O principal padrão reconhecido mundialmente é a Norma International Organization for Standardization, ISO 15197:2013.
- 3) As tiras reagentes deverão manter a estabilidade e desempenho analítico após abertura do frasco, conforme especificação do fabricante, preservando conformidade com os critérios de precisão da ISO 15197 vigente durante o período de uso recomendado.
- 4) As tiras reagentes para monitorização da glicemia e os respectivos glicosímetros devem apresentar resistência adequada a interferências eletrônicas e eletromagnéticas, tanto em ambiente domiciliar quanto assistencial, garantindo a confidencialidade dos resultados obtidos.
- 5) O sistema ofertado poderá utilizar tecnologia com ou sem codificação, desde que garantam precisão analítica, segurança do paciente e correto funcionamento conforme especificações do fabricante e normas vigentes.
- 6) O sistema ofertado deverá possuir registro vigente na ANVISA e comprovação de conformidade com a ISO 15197:2023 vigente, garantindo requisitos internacionais de desempenho, precisão e segurança analítica.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente


Cristiane Romano Rosasco
Farmacêutica
CRF/SP 21958

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Pref. José Amaral s/nº - Centro CEP:- 13.820-000 – Monte Alegre do Sul-SP
saúde@montealegredosul.sp.gov.br – www.montealegredosul.com.br
Tel.: (19) 3899-1199 – Fone/Fax: (19) 3899-1092