



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

A

Prefeitura Municipal de Piracaia

Pregão Eletrônico nº 24/2024

Processo Administrativo nº 791/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (CURATIVOS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA (SP)

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 48.682.555/001-97, Inscrição Estadual nº 122.921.606.119, com sede na Avenida Andrade Neves, 295, Sala 121, Centro, Campinas/SP, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, na forma e condições previstas no instrumento convocatório, com fulcro no item 09 do Edital (dos recursos), combinado com o Lei Federal 14.133/2021 que rege o certame, apresentar a presente;

RAZÕES DE RECURSO

Em face das empresas **UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA UNIÃO LTDA., MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, EXPRESSMEDICAL COM ATAC VAREJ CORRELATOS MEDICO LTDA, TECNO CARE LTDA, CASEX IND DE PLÁSTICOSEPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME, CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA., ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, REQUINTE COMERCIAL LTDA, IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA, YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-ME, SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME, UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VUELO PHARMA LTDA**, pelas razões a seguir aduzidas.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

I – DOS FATOS

Trata-se de Pregão Eletrônico nº 24/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Piracaia, cujo o objeto é o Registro de preços visando a eventual aquisição parcelada de material de enfermagem (curativos) conforme termo de referência

Em sessão, as empresa: **UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA UNIÃO LTDA., MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, EXPRESSMEDICAL COM ATAC VAREJ CORRELATOS MEDICO LTDA, TECNO CARE LTDA, CASEX IND DE PLÁSTICOSEPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME, CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA., ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, REQUINTE COMERCIAL LTDA, IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA , YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-ME, SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME, UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VUELO PHARMA LTDA, se classificaram para os Itens 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 36 da cota ampla e 38, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 70, 71 e 72 da Cota Reservada para ME/EPP do presente Edital.**

Ambas ofertando produtos que não atendem ao descritivo editalício

Em breve síntese, são os fatos.

Item 2 - Cota ampla

Descritivo do edital: BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- 1º colocado: Unamed

Marca: LOHMANN & RAUCHER

está com registro na Anvisa Vencido. Além de não possuir PHMB na sua composição

Vejamos o registro abaixo:

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	W ZENO BOHRER MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	92.783.190/0001-89
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.179-8
Nome do Dispositivo Médico	VARICEX BANDAGEM COM PASTA OXIDO Zn VARIOS MODELOS E TAMANHOS
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Gazes e Ataduras
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10317980022
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Inválido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	250250095719901
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: LOHMANN & RAUCHER GMBH & CO. KG - ALEMANHA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/08/1999
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/08/2009 Vencido

- 2º colocado: Novacare

Marca: Helianto

Vejamos imagem da ficha técnica do produto ofertado.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



**INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO
POLIHEXAM® UMECTA
BANDAGEM**

POLIHEXAM® UMECTA é uma bandagem que se adapta aos contornos da perna, esticando suavemente, permanecendo flexível, impregnada com creme hidratante à base de Ácidos Graxos Essenciais Poliinsaturados (AGI) e Poliaminopropil Biguanida (PHMB) substância efetiva contra uma ampla gama de bactérias gram positivas e negativas, inclusive as que causam odores.

INDICAÇÃO: POLIHEXAM® UMECTA é indicada no tratamento de úlceras venosas de perna inclusive as contaminadas e crônicas e edema linfático.

Importância do óleo de girassol e PHMB na composição: Muitos pacientes apresentam alergia com óxido de zinco, por isso a prefeitura solicita esse tipo de material, para manter a pele do paciente hidratada, evitando alergias ao óxido de zinco. E quanto ao PHMB, é importante para promover ação bactericida e bacteriostática, evitando a propagação de bactérias e futuras infecções.

O produto atende plenamente o solicitado do edital.

Item 06 – Cota Ampla

Descritivo do edital: CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- 1º Colocado: Cirurgica União

Marca: Athivie Barrier

- 2º Colocado: Medpoa

Marca: Athivie Barrier



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Como os dois primeiros colocados apresentaram a mesma marca, vamos colocar as razões de não atenderem de uma única vez.

Pode ser observado em simples consulta á ficha técnica, do produto ofertado pelos licitantes, que não possui os seguintes componentes:

- Cera Microcristalina; Álcool de Lanolina; ácido cítrico, citrato de magnésio e propilenoglicol (componentes solicitados no descritivo do item)

CREME BARRIER ATHIVIE

Descritivo:

- Creme hidratante dermoprotetor e regenerador da barreira cutânea.
- Efeito protetor da barreira cutânea, reforçando a defesa natural da pele (Barreira Biológica).
- Formação de filme dermoprotetor hidrofóbico que impede a absorção de agentes agressores na pele, evitando vermelhidão e irritações (Efeito Barreira Física).
- Efeito regenerador da Barreira Cutânea .
- **Dermatologicamente testado.**
- **Não testado em animais.**

Principais Aplicações e indicações

- Hidratação preventiva.
- Proteção dérmica pelo efeito barreira cutânea.
- Ideal para a pele sensível, delicada e ressecada.
- Ideal para a pele de pessoas acamadas ou com pouco decúbito.
- Ideal para a pele de idosos.
- Ideal para proteção da pele e máreas corporais sujeitas a contato com excesso de suor e secreções (pessoas que usam fraldas).
- Ideal para os pés com tendência à rachaduras, lesões por atrito e calosidades.

Modo de Usar:

Aplicar uma pequena quantidade do creme sobre a pele limpa e seca, espalhando delicadamente e massageando até total absorção. USO EXTERNO.

Principais ativos:

Dimeticone, Calêndula, Triglicérides do Ácido Cáprico/Caprílico, Aloe Vera, Vitamina Ee Polímero de Silicone formador de filme flexível.

Apresentação:

Bisnaga com 60g – Caixa com 24 unidades – EAN 0618341638969
Bisnaga com 100g (breve lançamento) – Caixa com 24 unidades
NCM: 3304.99.90



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Composição (INCI/DCB):

Aqua/Água, CetearylAlcohol/Álcool Cetoestearílico, Petrolatum/Vaselina sólida, Cyclopentasiloxane/Ciclopentasiloxano, Ceteareth-20/Álcool Cetoestearílicoetoxilado, ParaffinumLiquidum/Óleo Mineral, CalendulaOfficinalisExtract/Extrato Calêndula, IsopropylPalmitate/Palmitato de Isopropila, Glycerin/Glicerina, VP/EicoseneCopolymer/VP/EicoseneCopolimero, Aloe BarbadensisLeafExtract/Extrato Aloe Vera, AcetylatedLanolinAlcohols/Álcool de Lanolina Acetilado, Capric/CaprilicTriglycerides/Triglicerídeos Cáprico/Caprílico, Trimethylsiloxysilicate/Trimetilsiloxisilicato, Dimethiconol/Dimeticonol, Phenoxyethanol/Fenoxietanol, TocopherylAcetate/Acetato de Tocoferol, CetylAcetate/Acetato de Cetila, StearylAcetate/Acetato de esterila, OleylAcetate/Acetato de oleila, Ethylhexylglycerin/Etilxilglicerina.

Prazo de validade:

36 meses após a fabricação.
Ideal usar em até 12 meses após abertura do produto.

Informações Anvisa:

Autorização AFE (MS):
2.04077-0

Notificação:

Produto grau 2 isento de registro, conforme Resolução Anvisa RDC 752/2022

Anvisa Processo nº:
25351.202037/2022-35

Vencimento do Registro:
15/07/2032



O Produto é aprovado pela ANVISA como **produto cosmético**



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Consultas / Cosméticos - Produtos Regularizados / Cosméticos - Produtos Regularizados

Detalhes do Produto

Número do Registro

Empresa Detentora

Número do CNPJ da Empresa	Razão Social	Autorização
07.046.464/0001-88	BANDEIRA & CAVALCANTI INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	2.04.077-0
UF	Município	Código do Município
PE	ABREU E LIMA	260005

Caracterização

Número do Processo	25351.202037/2022-35
Grupo do Produto	PRODUTO PARA O CORPO COM FINALIDADE ESPECÍFICA - GRAU 2
Nome do Produto	CREME BARRIER ATHIVIE
Forma Física do Produto	CREME
Situação do Produto	ATIVO

Local de Fabricação

Nacional

Número do CNPJ da Empresa	Fabricante	Nº da Autorização
07.046.464/0001-88	BANDEIRA & CAVALCANTI INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA	2.04.077-0
UF	Município de Fabricação	Código do Município
PE	ABREU E LIMA	260005

Destaca-se que, o produto possui registro na ANVISA como cosméticos, o que o próprio fabricante indica na ficha técnica anexada anteriormente.

Produtos utilizados para tratamento de saúde, tais como para usos em curativos ou ostomias, devem possuir na ANVISA registro como “produtos para saúde” e não cosméticos, pois os produtos cosméticos não foram submetidos a rigorosos procedimentos de pesquisa e desenvolvimento.

Produtos cosméticos, apesar de sua popularidade para cuidados com a pele e estética, têm várias desvantagens quando usados para tratar feridas e estomas, como passaremos a discorrer:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Muitos produtos cosméticos contêm fragrâncias, corantes e conservantes que podem causar irritação ou alergias em pele sensível ou lesada. Esses ingredientes podem interferir na cicatrização ou causar reações adversas.

Produtos cosméticos não são regulados da mesma forma que medicamentos e dispositivos médicos. Isso significa que sua eficácia e segurança para tratamentos médicos não são garantidas e podem variar bastante entre diferentes marcas e lotes.

Os cosméticos geralmente não são formulados para promover a cicatrização de feridas ou estomas. Eles podem não ter propriedades antibacterianas, hidratantes ou de suporte à cicatrização necessárias para o tratamento adequado dessas condições. Se um produto cosmético não for estéril ou adequado para uso em feridas, pode aumentar o risco de infecções. A presença de ingredientes não esterilizados pode introduzir patógenos na área afetada.

A eficácia de muitos cosméticos em relação ao tratamento de feridas e estomas não é comprovada clinicamente. Em contraste, produtos especificamente formulados para essas condições, como cremes e géis medicinais, têm evidências de eficácia e segurança.

O uso de cosméticos pode interferir com adesivos e outros dispositivos médicos usados em estomas e feridas, comprometendo a aderência ou a função desses dispositivos.

Embora alguns cosméticos possam ser relativamente baratos, se forem usados inadequadamente para tratar condições médicas, podem levar a complicações e custos adicionais com tratamento adequado.

Produtos cosméticos podem não abordar as necessidades funcionais e médicas específicas de feridas e estomas, concentrando-se mais na aparência do que na eficácia do tratamento.

Para o tratamento de feridas e estomas, é geralmente recomendado usar produtos especificamente formulados para essas condições, que são desenvolvidos com base em pesquisas e regulados para garantir sua segurança e eficácia.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 3º colocado: Unamed

Marca: Missner

Segue abaixo a ficha técnica encontrada no site do fabricante

CREME BARREIRA HIDRATANTE DERMA PROTECT MISSNER.

Descrição: Produto cosmético notificado na ANVISA. É apresentado na forma de creme, não estéril. **Composition:** Aqua, Paraffinum liquidum, Ozokerite, Cetearyl Alcohol, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone, Isododecane, Acrylates/Octylacrylamide Copolymer, Glycerin, Cocos Nucifera Oil, Laureth-2, Aminomethyl Propanol, Pentylene glycol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Yeast Protein (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol, Streptococcus thermophilus lysate, Magnesium Sulfate, Disodium EDTA. **Indicação de uso:** Indicado para proteção da pele na prevenção de danos associados à incontinência. Hidratante e condicio-

Fonte: <https://missner.com.br/produtos/detalhes/creme-barreira-missner-60-g/>

Produto ofertado também não possui: Cera Microcristalina; Álcool de Lanolina; ácido cítrico, citrato de magnésio e propilenoglicol (componentes solicitados no descritivo do item)

Um outro ponto importante é: o registro apresentado na proposta deste item, conforme podemos ver abaixo:

0006	CREME BARREIRA DERMA PROTEC 60GR - MISSNER	225,00000	UN	62,00000	13.950,00000
------	--	-----------	----	----------	--------------

CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFILICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

Fabricante.....: MISSNER & MISSNER LTDA

Nome Comercial.:

Registro M.S.....: 800033090008

Grupo.....: CURATIVOS

Sub-Grupo.....:

Quando colocamos para pesquisar no site da Anvisa, o mesmo **não consta que existe**, vejamos:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

BRASIL Serviços Participe Acesso à informação Legislação Canais

Nenhum registro encontrado

Ir para o conteúdo Ir para o menu Ir para a busca Ir para o rodapé

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Produtos para Saúde

Crterios para Consulta

Nome do Dispositivo Médico

Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico: 800033090008

Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico

Nome Técnico do Dispositivo Médico

CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico

Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico

Válido Inválido

Consultar Limpar

Fonte: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/>

- 4º colocado: Novacare

Marca: Comfeel Creme Barreira / Coloplast



Comfeel Creme Barreira

Composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol.

Indicações: age como barreira de proteção da pele contra exsudatos e efluentes agressivos, para hidratar e regular o pH da pele danificada. Pode ser usado no tratamento e prevenção da dermatite associada a incontinência, ao redor de gastrostomias e proteção da pele de pacientes em tratamento radioterápico.

Código

4720

Peso

60ml

Unids. caixa

6



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

D. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O produto **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** é o tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontinências e estomias.
- **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** é um produto lipofílico (repelente à água), proporcionando à pele maciez e restaurando seu pH original.
- O **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** não possui nenhuma ação terapêutica cicatrizante. Sua ação é puramente mecânica de formação de uma barreira, impedindo o acesso de água no local protegido pelo mesmo.
- **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** é composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol.

Conforme comprovado acima, a única empresa que apresentou proposta com o produto que atende integralmente ao descritivo do edital foi a nossa empresa com o Comfeel Creme Barreira; logo devendo ser a única empresa a se manter classificada para o item, pois cumpre todos os requisitos essenciais para o item 06.

Importância dos componentes que os licitantes não possuem na composição:

- Cera Microcristalina; Álcool de Lanolina; ácido cítrico, citrato de magnésio e propilenoglicol (componentes solicitados no descritivo do item)



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Creme Barreira Comfeel

• COMPOSIÇÃO:

Ingrediente	Função
• Água	Base
• Óleo Mineral , Parafina Líquida, Petrolato, Cera Microcristalina, Oleato de Glicerol, Óleo de Lanolina	Emolientes
• Ácido Cítrico • Citrato de Magnésio	Ajuste de pH
• Ciclometicona	Protetor
• Glicerina	Umectante
• Metilparabeno • Propilparabeno	Conservante
• Propilenoglicol	Estabilizante



Conforme comprovado acima, a única empresa que apresentou proposta com o produto que atende integralmente ao descritivo do edital foi a nossa empresa com o Comfeel Creme Barreira; logo devendo ser a única empresa a se manter classificada para o item, pois cumpre todos os requisitos essenciais para o item 06.

Item 07 – Cota Ampla

Descritivo do edital: CREME COM URÉIA 10%: CREME PARA HIDRATAÇÃO E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS. COMPOSTO POR MINIMAMENTE POR: ÁGUA, 10% UREIA, PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO E ÁCIDO ESTEÁRICO. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME PARA REDUÇÃO DO RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. CONTÉM 75ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 1º Colocado: Medpoa

Marca: SOFT UREIA INTENSIVO TROL

Produto ofertado pela empresa Medpoa, não possui registro como produto médico para saúde, apenas como cosmético. Conforme mencionamos no item anterior, o produto com registro de cosmético não pode ser utilizado no tratamento de feridas.



De acordo com o site do fabricante e ficha técnica, o produto não possui ácido láctico em sua composição.

- 2º colocado: Novacare

Marca: Atrac Tain / Coloplast

Veja abaixo a imagem do catálogo do produto ofertado:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Atrac-Tain® Creme



Creme hidratante desenvolvido para pele ressecada e que necessita de um cuidado especial e de uma hidratação intensa para prevenção de lesões. Composto por uréia (10%) e ácido láctico (4%).

Indicações: hidratação e esfoliação da pele dos pés e das mãos. Prevenção e tratamento de fissuras e xerose (ressecamento da pele).

Código	Peso (ml)	Unidades por cx
4738	75	12



Hidratação superior



Prevenção do ressecamento da pele



Sem fragrâncias

Atende plenamente o solicitado do edital!

Importância do Ácido Láctico (4% de Alpha Hidroácido): é esfoliante, queratinizador e umectante

Esfolia e suaviza pele gravemente seca, rachada e endurecida. E ajuda eficaz para a prevenção de úlceras de pés diabéticos.

Item 11 - Cota ampla

Descritivo do edital: CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE SACRAL: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVA PERFURADA DE SILICONE, COMPOSTA POR **ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL**, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, **CAMADA DE LOCK-AWAY** PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE. NÃO ADERE A SUTURA OU INCISÕES CIRÚRGICAS PROPORCIONANDO UMA REMOÇÃO ATRAUMÁTICA E SEM DOR.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

COBERTURA FLEXÍVEL E SUAVE PARA REDUZIR O ATRITO E CISALHAMENTO EVITANDO A RUPTURA DA PELE COM FISSURA E QUE SE AJUSTA PERFEITAMENTE AO RETO EVITANDO INFILTRAÇÃO E DANOS A PELEPERILESÃO. FORMATO SACRAL 15X19 CM.

- 1º colocado: Cirúrgica União
Marca: Mepilex Border Sacrum

Conforme podemos ver na ficha técnica abaixo, o produto ofertado não possui o tamanho solicitado (15x19cm), nem a estrutura tridimensional e nem a camada lock away.

Curativo Mepilex Border Sacrum

Marca: Molnlycke

Tamanho: 16x20cm

REF: 282050

Preço por Unidade

Imagem Ilustrativa

Anvisa: 80733280020

A cobertura Mepilex® Border Sacrum é a única cobertura de espuma com cinco camadas com a tecnologia Deep Defense, comprovada para a prevenção de lesão por pressão quando usada com outros protocolos de prevenção padrão.

A estrutura também cria um ótimo ambiente de cicatrização durante o tratamento de feridas com volume de exsudato moderado a alto na área sacral.

Ela absorve e retém eficazmente o exsudato equilibrando a umidade de maneira adequada evitando o risco de maceração.

Indicação de Uso

Este produto é indicado para ferida na região Sacral exsudativas, como úlceras de pressão, úlceras em extremidades inferiores e feridas traumáticas, tais como desprendimentos cutâneos e feridas cirúrgicas.

- 2º colocado: Novacare
Marca: Biatain Silicone Sacral 15x19cm / Coloplast



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Segue abaixo, imagem da ficha técnica do produto ofertado, comprovando o tamanho e composição solicitada:

Código	Descrição	Qtde / Caixa de varejo
33434	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 7.5cmx7.5cm	1, 2, 5 ou 10 unidades
33435	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 10cmx10cm	1, 2, 5 ou 10 unidades
33436	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 12.5cmx12.5cm	1, 2, 5 ou 10 unidades
33437	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 15cmx15cm	1, 2 ou 5 unidades
33438	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 17.5cmx17.5cm	1, 2 ou 5 unidades
33400	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 10cm x 20cm	1, 2 ou 5 unidades
33401	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 10cm x 30cm	1, 2 ou 5 unidades
33404	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Sacral 15cm x 19cm	1, 2 ou 5 unidades
33405	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Sacral 25cm x 25cm	1, 2 ou 5 unidades
33406	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Calcâneo 18cm x 18cm	1, 2 ou 5 unidades
33408	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Multishape 14cm x 19,5cm	1, 2 ou 5 unidades



Coloplast

Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Urology Care

Coloplast do Brasil Ltda.

Atendimento ao consumidor:
0800 285 86 87

www.coloplast.com

FICHA TÉCNICA

NOME: Biatain Silicone

NOME ANVISA: Biatain Silicone- Curativo de espuma

REGISTRO ANVISA: 10430310110

Curativo estéril composto por camada autoadesiva de silicone perfurada, espuma de poliuretano absorvente com Tecnologia 3D Fit, camada Lock Away e filme de poliuretano semipermeável. Proporciona o meio umido ideal para a cicatrização. Permite ajuste suave e seguro; conformidade ao leito preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; alta capacidade de absorção superior e vertical; sistema tranca fluido para a retenção do exsudato mesmo sob compressão e distribuição horizontal do exsudato na última camada. Impermeável à água e bactérias e permeável ao vapor favorecendo as trocas gasosas.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 12 - Cota Ampla

Descritivo no edital: CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE **ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL**, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, **CAMADA DE LOCK-AWAY** PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.


- 1º Colocado: Medpoa
Marca: Polarfix

Produto ofertado pela empresa Medpoa, não atende ao descritivo, pois não possui a estrutura tridimensional (3D) e nem camada lock-away. Segue imagem do site do fabricante abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Wound Care P Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone



Especificação Técnica:

- Produto de uso único;
- Com ou sem borda adesiva;
- **Advertências / Precauções:** O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P só pode ser usado em feridas infectadas sob os cuidados de um profissional de saúde. Em caso de reação alérgica, descontinuar a sua utilização e consultar o médico. Não deve entrar em contato com agentes oxidantes, como soluções com hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, uma vez que estes podem decompor o componente de poliuretano absorvente do curativo. Apenas para uso externo. Fabricante recomenda uso único. Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada ou violada, rasgada ou amassada ou se o produto estiver vencido.
- **Contraindicações:** O Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P não deve ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida ao silicone ou ao poliuretano presentes no produto.
- **Armazenamento:** Armazene e transporte o produto em local limpo e seco, longe de calor e ao abrigo da luz direta, sob temperatura: +0° à +40°C – umidade relativa: 80% máx.
- **Validade:** 3 anos

- 2º Colocado: Express Medical

Marca Cutimed Siltec

Produto ofertado pela empresa Express Medical, não atende ao descritivo, pois não possui a estrutura tridimensional (3D) e nem camada lock-away, segue imagem da ficha técnica abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 48.682.555/0001-97

Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160

Telefone: (19)99152-5997

E-mail: comercial@novacarecps.com

Instruções de Utilização

Cutimed® Siltec® PLUS

PT

Curativo em espuma de silicone de aderência suave com superabsorventes

Descrição do produto

Os pensos Cutimed® Siltec® PLUS consistem numa variedade de pensos de espuma revestidos com silicone.

Cutimed® Siltec® PLUS é um penso utilização única de espuma de poliuretano absorvente e esterilizado, para mudanças de penso atraumáticas, que contém tiras superabsorventes que absorvem e estancam a exsudação da ferida.

A superfície de contacto com a ferida é constituída por uma camada de silicone perfurada que adere à pele em volta da ferida, mas não ao leito húmido da ferida ou ao tecido epitelial recentemente formado. Isto reduz o traumatismo e a dor durante as mudanças de penso. A película exterior é resistente à água, mas permeável ao oxigénio e ao vapor. O penso de espuma e as tiras superabsorventes destinam-se a absorver e estancar qualquer fluido excedente da ferida no interior do penso, promovendo um ambiente húmido na ferida e reduzindo o risco de maceração. Cutimed® Siltec® PLUS é extremamente confortável e protege a área da ferida. Cutimed® Siltec® PLUS não deixa resíduos na ferida. O penso retém garantidamente o exsudato da ferida, mesmo com ligaduras de compressão. Se necessário, o tamanho do penso pode ser cortado. Cutimed® Siltec® PLUS adere suavemente à pele periférica e permanece no lugar enquanto uma fixação secundária é aplicada.

Fonte: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?nomeProduto=cutimed>

- 3º Colocado: Cirúrgica União

Marca: Molnlycke

Produto ofertado pela empresa Cirúrgica União, não atende ao descritivo, pois não possui a estrutura tridimensional (3D) e nem camada lock-away, segue imagem da ficha técnica abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Curativo Mepilex Border Sacrum

Marca: Molnlycke

Tamanho: 16x20cm

REF: 282050

Preço por Unidade

Imagem Ilustrativa

Anvisa: 80733280020

A cobertura Mepilex® Border Sacrum é a única cobertura de espuma com cinco camadas com a tecnologia Deep Defense, comprovada para a prevenção de lesão por pressão quando usada com outros protocolos de prevenção padrão.

A estrutura também cria um ótimo ambiente de cicatrização durante o tratamento de feridas com volume de exsudato moderado a alto na área sacral.

Ela absorve e retém eficazmente o exsudato equilibrando a umidade de maneira adequada evitando o risco de maceração.

Indicação de Uso

Este produto é indicado para ferida na região Sacral exsudativas, como úlceras de pressão, úlceras em extremidades inferiores e feridas traumáticas, tais como desprendimentos cutâneos e feridas cirúrgicas.

- 4º Colocado: Tecno

Não possui informações da marca ofertada.

- 5º Colocado: Novacare

Marca: Biatain Silicone 17,5x17,5cm / Coloplast

Segue abaixo, imagem da ficha técnica do produto ofertado, comprovando o tamanho e composição solicitada:

Código	Descrição	Qtde / Caixa de varejo
33434	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 7.5cmx7.5cm	1, 2, 5 ou 10 unidades
33435	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 10cmx10cm	1, 2, 5 ou 10 unidades
33436	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 12.5cmx12.5cm	1, 2, 5 ou 10 unidades
33437	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 15cmx15cm	1, 2 ou 5 unidades
33438	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 17.5cmx17.5cm	1, 2 ou 5 unidades
33400	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 10cm x 20cm	1, 2 ou 5 unidades
33401	Cobertura de Espuma Biatain Silicone 10cm x 30cm	1, 2 ou 5 unidades
33404	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Sacral 15cm x 19cm	1, 2 ou 5 unidades
33405	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Sacral 25cm x 25cm	1, 2 ou 5 unidades
33406	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Calcâneo 18cm x 18cm	1, 2 ou 5 unidades
33408	Cobertura de Espuma Biatain Silicone Multishape 14cm x 19,5cm	1, 2 ou 5 unidades



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Urology Care

Coloplast do Brasil Ltda.

Atendimento ao consumidor:
0800 285 86 87

www.coloplast.com

FICHA TÉCNICA

NOME: Biatain Silicone

NOME ANVISA: Biatain Silicone- Curativo de espuma

REGISTRO ANVISA: 10430310110

Curativo estéril composto por camada autoadesiva de silicone perfurada, espuma de poliuretano absorvente com Tecnologia 3D Fit, camada Lock Away e filme de poliuretano semipermeável. Proporciona o meio úmido ideal para a cicatrização. Permite ajuste suave e seguro; conformidade ao leito preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato; alta capacidade de absorção superior e vertical; sistema tranca fluido para a retenção do exsudato mesmo sob compressão e distribuição horizontal do exsudato na última camada. Impermeável à água e bactérias e permeável ao vapor favorecendo as trocas gasosas.

Item 13 - Cota ampla

Descritivo no edital: CURATIVO DE ESPUMA MACIA QUE QUANDO EM CONTATO COM EXSUDATO, A ESTRUTURA DE **ESPUMA EM 3D** DO SILICONE SE ADAPTA TOTALMENTE AO LEITO DA FERIDA PROPORCIONANDO ABSORÇÃO SUPERIOR, MESMO SOB COMPRESSÃO. CURATIVO SEM BORDA

- 1º Colocado: Express Medical

Marca Cutimed Siltec

Produto ofertado pela empresa Express Medical, não atende ao descritivo, pois não possui a estrutura tridimensional (3D).



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 48.682.555/0001-97

Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160

Telefone: (19)99152-5997

E-mail: comercial@novacarecps.com

Instruções de Utilização

Cutimed® Siltec® PLUS

PT

Curativo em espuma de silicone de aderência suave com superabsorventes

Descrição do produto

Os pensos Cutimed® Siltec® PLUS consistem numa variedade de pensos de espuma revestidos com silicone.

Cutimed® Siltec® PLUS é um penso utilização única de espuma de poliuretano absorvente e esterilizado, para mudanças de penso atraumáticas, que contém tiras superabsorventes que absorvem e estancam a exsudação da ferida.

A superfície de contacto com a ferida é constituída por uma camada de silicone perfurada que adere à pele em volta da ferida, mas não ao leito húmido da ferida ou ao tecido epitelial recentemente formado. Isto reduz o traumatismo e a dor durante as mudanças de penso. A película exterior é resistente à água, mas permeável ao oxigénio e ao vapor. O penso de espuma e as tiras superabsorventes destinam-se a absorver e estancar qualquer fluido excedente da ferida no interior do penso, promovendo um ambiente húmido na ferida e reduzindo o risco de maceração. Cutimed® Siltec® PLUS é extremamente confortável e protege a área da ferida. Cutimed® Siltec® PLUS não deixa resíduos na ferida. O penso retém garantidamente o exsudato da ferida, mesmo com ligaduras de compressão. Se necessário, o tamanho do penso pode ser cortado. Cutimed® Siltec® PLUS adere suavemente à pele periférica e permanece no lugar enquanto uma fixação secundária é aplicada.

Fonte: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351219147201785/?nomeProduto=cutimed>

- 2º Colocado: Novacare

Marca: Biatain / Coloplast

Atende plenamente ao solicitado, conforme imagem da ficha técnica abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Urology Care

Coloplast do Brasil Ltda.
Atendimento ao consumidor:
0800 285 86 87
www.coloplast.com

FICHA TÉCNICA

NOME: Biatain

NOME ANVISA: Biatain – Curativo de espuma não adesivo

REGISTRO ANVISA: 10430310064

Curativo composto de espuma macia e estéril de poliuretano com Tecnologia 3DFit, com alta capacidade de absorção vertical e retenção em sua estrutura interna, proporcionando o meio úmido ideal para o processo de cicatrização e protegendo as bordas e a pele perilesão dos riscos de maceração. Recoberto por filme de poliuretano semipermeável, impermeável à água e bactérias e permeável ao vapor. Face interna não adesiva e delicada e bordas biseladas.

- **Importância da estrutura 3D (tridimensional)**




O curativo se expande e se conforma ao leito da ferida para maior absorção e retenção do exsudato. Esta estrutura assegura um equilíbrio da umidade ideal para otimizar a cicatrização em feridas exsudativas.

- **Importância da camada Lock-Away**



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Tem a função de trancar e reter o exsudato mesmo sob pressão. Possui partículas super absorventes (SAP) e fibras de celulose.

Item 14 - Cota ampla:

Descritivo no edital: CURATIVO DE GAZE EM COMPRESSA NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM UM CREME DERMATOLÓGICO NÃO IÔNICO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL, PHMB, IMIDAZOLIDINILUREIA, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO E ÁGUA PURIFICADA. NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA PREVENINDO TRAUMAS. TAMANHO 7,5 X 20,3 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- **1º Colocado:** Cirúrgica União

Marca: Adaptic

Produto ofertado não atende ao solicitado, pois não possui em sua composição: ÓLEO DE GIRASSOL, PHMB e IMIDAZOLIDINILUREIA



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Vejamos a ficha técnica do produto ofertado:

COMPOSIÇÃO

Acetato de celulose e petrolato.

Fonte: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351509678201608/>

- **2º Colocado:** Novacare

Marca: Polyumecta / Helianto

Conforme podemos ver na instrução de uso do produto abaixo, atende plenamente ao solicitado no edital.



INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO POLYUMECTA®

POLYUMECTA® é um creme dermatológico não iônico, a base de Poliaminopropil Biguanida (PHMB) para tratamento de feridas.

INDICAÇÃO: POLYUMECTA® é indicado para hidratação, umectação e descontaminação de todos os tipos de feridas, inclusive queimaduras. Favorece o desbridamento, controle da carga microbiana local, auxilia na desodorização de feridas estimulando a granulação e a cicatrização.

MODO DE USO: PRODUTO DE USO TÓPICO.

- Calce luvas de procedimento e descarte-as ao término do curativo.
- Se necessário, umedeça o curativo antes de removê-lo.
- Remova o curativo e realize a limpeza da ferida conforme protocolo da instituição. Não fricção a lesão e evite força mecânica.
- Seque as bordas com uma gaze limpa.
- Aplicar uma camada de aproximadamente 3 a 5 mm de espessura de **POLYUMECTA®** diretamente sobre a ferida ou nas cavidades, não exceder a borda da ferida.
- Oclua a ferida com o curativo secundário da sua escolha.
- **POLYUMECTA®** pode permanecer na ferida até a próxima troca do curativo. Recomenda-se a troca do curativo em até 72 horas ou sempre que o curativo estiver saturado.

CONTRA INDICAÇÕES: Em caso de hipersensibilidade, não utilize ou interrompa o uso e procure orientação médica. Não utilize em cartilagem hialina. **POLYUMECTA®** não deve ser misturado com outros produtos de limpeza de feridas, como: sabonetes, óleos, enzimas, entre outros. Deve-se assegurar a completa remoção dessas substâncias do leito da ferida com **POLIHEXAM® LÍQUIDO**.

REAÇÕES ADVERSAS: O produto pode causar reações alérgicas como urticárias e exantema (menos que 1 em 10.000). Muito raramente, pode ser registrado imediatamente após a aplicação do produto, um ligeiro ardor na superfície da ferida, o qual irá desaparecer após decorridos minutos.

COMPOSIÇÃO: Água Purificada, Álcool Cetílico, Álcool Cetoestearílico, BHT, Imidazolidinilureia, Metilparabeno, Óleo de Girassol, Polawax NF, Poliaminopropil Biguanida 0,1%, Propilenoglicol e Propilparabeno.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 15 - Cota ampla:

Descritivo no edital: CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.

- 1º Colocado: Casex
Marca: Casex

Não possui grade demarcadora, vejamos imagem da ficha técnica abaixo:





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Descrição

CAIXA com 10 curativos

Descrição

Curativo para feridas feito de partículas de hidrocoloide (gelatina, pectina e CMC) inseridas em polímeros elastoméricos, papel de silicone e filme plástico impermeável. Esterilizado por Gamma Ray. Marca CURACTIVE®.

Aplicação

Curativo® Extra Fino é indicado para áreas não planas devido a sua alta maleabilidade, para prevenção e tratamento de feridas de baixa exsudação. Curativo® Regular é indicado para o tratamento de feridas com baixa exsudação. Curativo® Border é indicado para o tratamento de feridas de baixa exsudação nas regiões sacrais ou calcâneas.

Informação adicional

Peso	<i>Não aplicável</i>
Dimensões	<i>10x10cm (H310), 15x15cm (H312), 15x20cm (H315), 20x20cm (H320)</i>

- 2º Colocado: Neo Medical
- 3º Colocado Tremed

As duas licitantes não anexaram ficha técnica e nem colocaram marca na proposta inicial, Não sendo possível analisar.

- 4º Colocado: Talker
Marca: Vital Derm

Vejamos abaixo a imagem do site do fabricante, comprovando que o produto não possui a grade demarcadora:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Descrição

Curativo Hidrocolóide Vital Derme promove a cicatrização de feridas por oferecer um ambiente úmido, barreira protetora contra diversos microorganismos, diminuindo o risco de contaminação.

INDICAÇÃO:

- Feridas superficiais com ou sem exsudato;
- Feridas em fase inicial;
- Prevenção e tratamento de úlceras em diversos locais;
- Queimaduras pequenas e superficiais;
- Curativo pós-operatório;

CONTRAINDICAÇÃO:

O produto não é indicado para feridas infectadas, feridas com exposição óssea, muscular ou tendões, vasculites, queimaduras de terceiro grau ou em pacientes com histórico de reação alérgica aos componentes da formulação.

COMPOSIÇÃO:

- Curativo hidrocolóide de carboximetilcelulose sódica.
- Película protetora de poliuretano e papel glassine.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- Placa de Hidrocolóide 10cmx10cm
- Embalado individualmente, estéril.
- Produto de uso único.
- Registro Anvisa: 10296900070



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 5º Colocado: Cirúrgica S.J

Marca: Missner

Vejam abaixo a imagem do site do fabricante, comprovando que o produto não possui a grade demarcadora:



DESCRIÇÃO COMPLETA

O Curativo Hidrocolóide com Espuma M-Tec atua como um curativo primário/secundário. Quando em contato com uma ferida, o Curativo Hidrocolóide com Espuma M-Tec fornece condições ideais para a cicatrização. Estabelece um ambiente semi-oclusivo e úmido em úlceras, enquanto absorve níveis baixos a moderados de exsudato da ferida.

O exsudato é transportado para o curativo hidrocolóide e também através da camada externa de espuma respirável. Ao absorver o exsudato da ferida, o hidrocolóide forma um gel íntegro e macio, que ajuda no desbridamento autolítico e aumenta a capacidade total de manipulação de fluido do curativo, enquanto assegura que os níveis de umidade dentro da ferida sejam regulados. Um ambiente úmido na ferida evita que a mesma seque e é necessário para a cicatrização ideal da ferida. A manutenção de um ambiente de ferida úmida também permite a remoção do curativo intacto da ferida sem danificar o novo tecido em crescimento.

- 6º Colocado: Medpoa

Marca: Polarfix

Vejam abaixo a imagem do site do fabricante, comprovando que o produto não possui a grade demarcadora:



O Curativo de Hidrocolóide Estéril Wound Care H é indicado:

- ✓ Abrasões;
- ✓ Úlceras de perna (venosa, arteriais e mista) e úlceras diabéticas;
- ✓ Queimaduras de 1º ou 2º grau;
- ✓ Áreas doadoras de enxertos de pele;
- ✓ Feridas de ostomia;
- ✓ Lesão por pressão.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Wound Care H
Curativo de Hidrocolóide Estéril

Indicação de uso: Trata-se de um curativo hidrocolóide indicado para o tratamento de feridas de leve a moderada exsudação, feridas crônicas de cicatrização lenta, abrasões, úlceras de perna (venosa, arteriais e mista), úlceras diabéticas, queimaduras de 1º ou 2º grau, áreas doadoras de enxertos de pele, feridas de ostomia para proteger a pele do efluente estomacal e prevenção de feridas e úlceras de pressão em áreas sujeitas a maior atrito como cotovelos, calcanhares e sacral. Também pode ser utilizado em curativos pós-operatórios para proteção da linha de sutura.

- 7º Colocado: Esfigmed

Não colocou marca na proposta inicial, e como demonstrado anteriormente, esta licitante deve ser inabilitada, por conta dos atestados de capacidade técnica apresentados.

- 8º Colocado: Novacare

Marca: Comfeel Plus Transparente / Coloplast

Conforme imagens abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

COMFEEL PLUS TRANSPARENTE
CURATIVO HIDROCOLÓIDE

A - Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

Comfeel Plus Transparente é um curativo hidrocolóide estéril, destinado a cicatrização úmida e gerenciamento de exsudatos. Para feridas de baixo exsudato

Modelos / Especificação:

33530 Comfeel Plus Transparente 5cm x 7cm

33533 Comfeel Plus Transparente 10cm x 10cm

33536 Comfeel Plus Transparente 9cm x 14cm

33537 Comfeel Plus Transparente 9cm x 25cm

33539 Comfeel Plus Transparente 15cm x 15cm

33542 Comfeel Plus Transparente 15cm x 20cm


33545 Comfeel Plus Transparente 20cm x 20cm

33547 Comfeel Plus Transparente 5cm x 15cm

33548 Comfeel Plus Transparente 5cm x 25cm



Comfeel Plus Transparent
10 cm x 10 cm



Comfeel Plus Transparent
5 cm x 7 cm





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

O curativo Comfeel Plus consiste em:

- um filme superior permeável ao vapor que é à prova de bactérias e impermeável à água;
- uma malha para a monitorização do tamanho da ferida;
- um adesivo hidrocolóide (com propriedade de absorção de líquidos);
- um filme protetor transparente e filmes protetores (turquesa), que garantem a aplicação asséptica e protegem a superfície do curativo (non-touch).




Figura ilustrando as diferentes camadas do curativo

Mecanismo de ação:

Os Curativos Comfeel consistem em partículas que absorvem umidade em uma massa elástica e autoadesiva, cobertas em um dos lados por um filme de poliuretano semipermeável e não adesivo. As partículas, derivadas da celulose natural, são capazes de se expandir à medida que absorvem umidade.

A combinação de absorção através da gelificação de partículas, o filme de suporte semi oclusivo e a natureza relativamente impermeável do curativo hidrocolóide, cria e mantém um ambiente úmido da ferida, retendo o exsudato da ferida, restringindo o oxigênio e evitando a perda de vapor, ao mesmo tempo que protege a ferida do ambiente externo e invasão microbiana.



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 15 – Cota Ampla:

Descritivo no edital: CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.

- 1º Colocado: Casex
Marca: Casex

Não possui grade demarcadora, vejamos imagem da ficha técnica abaixo:





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Descrição

CAIXA com 10 curativos

Descrição

Curativo para feridas feito de partículas de hidrocoloide (gelatina, pectina e CMC) inseridas em polímeros elastoméricos, papel de silicone e filme plástico impermeável. Esterilizado por Gamma Ray. Marca CURACTIVE®.

Aplicação

Curativo® Extra Fino é indicado para áreas não planas devido a sua alta maleabilidade, para prevenção e tratamento de feridas de baixa exsudação. Curativo® Regular é indicado para o tratamento de feridas com baixa exsudação. Curativo® Border é indicado para o tratamento de feridas de baixa exsudação nas regiões sacrais ou calcâneas.

Informação adicional

Peso	<i>Não aplicável</i>
Dimensões	<i>10x10cm (H310), 15x15cm (H312), 15x20cm (H315), 20x20cm (H320)</i>

- 2º Colocado: Medpoa

Marca: Polarfix

Vejamos abaixo a imagem do site do fabricante, comprovando que o produto não possui a grade demarcadora:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



O Curativo de Hidrocolóide Estéril Wound Care H é indicado:

- ✓ Abrasões;
- ✓ Úlceras de perna (venosa, arteriais e mista) e úlceras diabéticas;
- ✓ Queimaduras de 1º ou 2º grau;
- ✓ Áreas doadoras de enxertos de pele;
- ✓ Feridas de ostomia;
- ✓ Lesão por pressão.



Wound Care H
Curativo de Hidrocolóide Estéril

Indicação de uso: Trata-se de um curativo hidrocolóide indicado para o tratamento de feridas de leve a moderada exsudação, feridas crônicas de cicatrização lenta, abrasões, úlceras de perna (venosa, arteriais e mista), úlceras diabéticas, queimaduras de 1º ou 2º grau, áreas doadoras de enxertos de pele, feridas de ostomia para proteger a pele do efluente estomacal e prevenção de feridas e úlceras de pressão em áreas sujeitas a maior atrito como cotovelos, calcanhares e sacral. Também pode ser utilizado em curativos pós-operatórios para proteção da linha de sutura.

- 3º Colocado: Talker
Marca: Vital Derm

Vejamos abaixo a imagem do site do fabricante, comprovando que o produto não possui a grade demarcadora:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Descrição

Curativo Hidrocolóide Vital Derme promove a cicatrização de feridas por oferecer um ambiente úmido, barreira protetora contra diversos microorganismos, diminuindo o risco de contaminação.

INDICAÇÃO:

- Feridas superficiais com ou sem exsudato;
- Feridas em fase inicial;
- Prevenção e tratamento de úlceras em diversos locais;
- Queimaduras pequenas e superficiais;
- Curativo pós-operatório;

CONTRAINDICAÇÃO:

O produto não é indicado para feridas infectadas, feridas com exposição óssea, muscular ou tendões, vasculites, queimaduras de terceiro grau ou em pacientes com histórico de reação alérgica aos componentes da formulação.

COMPOSIÇÃO:

- Curativo hidrocolóide de carboximetilcelulose sódica.
- Película protetora de poliuretano e pape glassine.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- Placa de Hidrocolóide 10cmx10cm
- Embalado individualmente, estéril.
- Produto de uso único.
- Registro Anvisa: 10296900070



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

A própria proposta apresentada pela Talker Representação Comercial Ltda- Me informa que seu produto é menor do que o tamanho solicitado, (grifo Talker) que o Tamanho é 15 X 18cm, e não possui também a grade demarcadora.



Prefeitura do Município de Piracaia

Departamento Municipal de Saúde

Departamento de Administração e Compras

Pregão Eletrônico nº 024/2024

Edital de Licitação nº 031/2024

Processo nº 791/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (CURATIVOS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, para suprir as necessidades do Departamento de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Anexo II – Proposta de Preços

Item	Qtde.	Apres.	DESCRIÇÃO	Fabricante	Unitário	Total
52	125	Unidade	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 15X20 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Vital Derme RMS 10296900070 Procedência: Paquistão Zhejiang Kang Li Di Medical Articles CO. Ltd Apresentação: Cx.c/05 Unidades (15x18cm)	R\$ 52,00	R\$ 6.500,00

- 4º Colocado: Esfigmed
- 5º Colocado Tremed

As duas licitantes não anexaram ficha técnica e nem colocaram marca na proposta inicial, Não sendo possível analisar.

- 6º Colocado: Novacare
Marca: Comfeel Plus Transparente / Coloplast

Conforme imagens abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Modelos / Especificação:

33530 Comfeel Plus Transparente 5cm x 7cm

33533 Comfeel Plus Transparente 10cm x 10cm

33536 Comfeel Plus Transparente 9cm x 14cm

33537 Comfeel Plus Transparente 9cm x 25cm

33539 Comfeel Plus Transparente 15cm x 15cm

33542 Comfeel Plus Transparente 15cm x 20cm

33545 Comfeel Plus Transparente 20cm x 20cm

33547 Comfeel Plus Transparente 5cm x 15cm

33548 Comfeel Plus Transparente 5cm x 25cm





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

O curativo Comfeel Plus consiste em:

- um filme superior permeável ao vapor que é à prova de bactérias e impermeável à água;
- uma malha para a monitorização do tamanho da ferida;
- um adesivo hidrocolóide (com propriedade de absorção de líquidos);
- um filme protetor transparente e filmes protetores (turquesa), que garantem a aplicação asséptica e protegem a superfície do curativo (non-touch).




Figura ilustrando as diferentes camadas do curativo

Mecanismo de ação:

Os Curativos Comfeel consistem em partículas que absorvem umidade em uma massa elástica e autoadesiva, cobertas em um dos lados por um filme de poliuretano semipermeável e não adesivo. As partículas, derivadas da celulose natural, são capazes de se expandir à medida que absorvem umidade.

A combinação de absorção através da gelificação de partículas, o filme de suporte semi oclusivo e a natureza relativamente impermeável do curativo hidrocolóide, cria e mantém um ambiente úmido da ferida, retendo o exsudato da ferida, restringindo o oxigênio e evitando a perda de vapor, ao mesmo tempo que protege a ferida do ambiente externo e invasão microbiana.



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 17 – Cota Ampla

Descritivo no edital: CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E POR 0,6% DE PRATA IÔNICA. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA

- 1º Colocado: Casex

Marca: CASEX - CURATIVO ABSORVENTE DE CARVÃO ATIVADO E PRATA

Produto ofertado pela empresa Casex, não atende ao solicitado do edital, pois não possui alginato de cálcio na composição e nem 0,6% de prata iônica. Além de não possuir registro de hidrofibra na Anvisa.

- 2º Colocado: Medpoa

Marca: Também ofertou a marca Casex

Por conta de as duas licitantes ofertarem a mesma marca, estaremos enviando uma única argumentação, segue:

Vejamos a proposta da licitante Casex:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Curitiba, 05 de setembro de 2024.

AO:

Município de Piracaia - SP

CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.746.773/0001-09, Inscrição Estadual nº 10161543-06, situada à Avenida Fredolin Wolf, nº 4474, Santa Felicidade, CEP 82410-330, Curitiba-PR, telefone nº 11 98694-0123, licitacoes@casex.com.br, vem por meio desta, apresentar proposta comercial dos itens abaixo:

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA
03	Unidade	1500	BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M.	R\$ 15,00	R\$ 22.000,00	Casex BU1029
15	Unidade	225	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE,10x10	R\$ 4,70	R\$ 1.057,50	Casex H310
16	Unidade	375	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15x20	R\$ 14,00	R\$ 5.250,00	Casex H 315
17	Unidade	1875	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA 10x10	R\$ 20,00	R\$ 37.500,00	Casex AG1010
21	Unidade	300	Curativo Hidrogel 85g	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00	Casex G085
TOTAL					R\$ 70.607,50	

Casex Indústria de Plásticos e Produtos Médicos Hospitalares Ltda
Av. Fredolin Wolf, 4474 Santa Felicidade, Curitiba-PR
CEP: 82410-330
CNPJ: 78.746.773/0001-09 ANVISA: 10222320



Código ofertado: Casex / AG 1010



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Vejamos no site do fabricante o modelo ofertado:

Início » Curativos » Curativos Act Carbon

CASEX - CURATIVO ABSORVENTE DE CARVÃO ATIVADO E PRATA

Código: AG Marca: CASEX Innovation in Healthcare

Selecione a opção de Tamanho:

6,5 x 9,5 cm 10,5 x 10,5 cm 10,5 x 19 cm

Ops!

Esse produto encontra-se indisponível. Deixe seu e-mail que avisaremos quando chegar.

Digite seu nome Digite seu e-mail

AVISE-ME QUANDO DISPONÍVEL

Descrição Saiba mais informações

Descrição

AG 609
Valor da caixa com 10 unidades = R\$ 121,40
Valor Unitário = R\$ 12,14

AG 1010
Valor da caixa com 10 unidades = R\$ 158,00
Valor Unitário = R\$ 15,80

AG 1019
Valor da caixa com 10 unidades = R\$ 266,00
Valor Unitário = R\$ 26,60

3º Colocado: Esfigmed



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Marca: Não mencionada

Análise da marca não é possível de ser realizada. Não anexou documentos com a marca ofertada.

Os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Esfigmed não está de acordo com o solicitado no edital, vejamos o edital:



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA
“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”
DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

10.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) – As empresas deverão apresentar um (ou mais) **atestado de capacidade técnica** que comprovem a aptidão para o fornecimento pertinente e compatível com o objeto da presente licitação;

Vejamos os atestados apresentados pela licitante:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Atestado 01:



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.944.673/0001-08
Endereço: Av. Brasil, nº 11.368 - Bairro: FAG - CEP: 85.806.000 - Cascavel - PR
Fone: 45 3220-4850
Site: www.cisop.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CISOP, situado na Avenida Brasil, Nº 11.368 – Cascavel – Paraná CEP 85.806-000, através do Gerente de Compras e Licitações, portador da Cédula de Identidade Nº 6.974.279-3 e CPF Nº 430.622.459-72.

Declara que a empresa **Esfimed Comercial Hospitalar Ltda.**, com sede à Rua Paraguai, 275 - CEP 85805-020 - Centro - Cascavel/Paraná, inscrita no CNPJ nº 27455068/0001-11, reúne todas as qualificações em relação à entrega dos produtos hospitalares, medicamentos, medicamentos especiais, produtos correlatos, bem como instrumental cirúrgicos, móveis hospitalares, nas quantidades, qualidade dos produtos, preços finais e prazos, cumprindo fielmente com suas obrigações.

Documento válido por 12 meses.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Cascavel, PR, 12 de julho de 2023


CISOP - Consórcio Interm. de Saúde do O. do PR

Gilmar Antônio Cozer
Gerente de Compras e Licitações
Proprietário



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 48.682.555/0001-97
 Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
 Telefone: (19)99152-5997
 E-mail: comercial@novacarecps.com

Atestado 02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declara que a empresa **Esfigmed Comercial Hospitalar Ltda**, com sede à Rua Paraguai, 275 - CEP 85805-020 - Centro - Cascavel/Paraná, inscrita no CNPJ nº 27455068/0001-11, reúne todas as qualificações em relação à entrega dos produtos odontológicos, medicamentos, medicamentos especiais, produtos correlatos, bem como cosméticos, instrumental cirúrgicos, material de limpeza, papelaria, móveis hospitalares, acessórios peças destinadas a nossa área hospitalar, nutrição enteral/parenteral, leite em pó, dietas líquidas, nas quantidades, qualidade dos produtos, preços finais e prazos, cumprindo fielmente com suas obrigações.

Dôcumento válido por 12 meses

Por ser verdade, firmamos o presente atestado

Cascavel, 15 de maio 2024.


ADELIR VANIN DA ROCHA

RG: 6799793-0 CPF: 000.480.529-14

UNIOESTE – CAMPUS CASCAVEL

2º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 5º TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Brasil, 8055 - Centro / CEP: 85801-002 - Fone: (41) 3224-5420
 Município e Comércio de Cascavel - Estado do Paraná
 Bel. Est. de Melão - Taboão

Selo nº SFTN12C055CaR055azT0F227g.
 Vale este selo para fins de consulta

Reconheço por SEMELHANÇA assinatura de ADELIR VANIN DA ROCHA (121284) 10138º 808960º. Dou fe. Cascavel, 15 de maio de 2024 - 10:44:40h.
 Em Teste: 

Rian Ferreira Guimarães - Escrevente
 R\$0,21 (VRC 21,73), Furetus R\$1,58, Selo: R\$1,00, PA/CEP: R\$0,30, IBBQN: R\$0,15, Total: R\$4,96





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 48.682.555/0001-97
 Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
 Telefone: (19)99152-5997
 E-mail: comercial@novacarecps.com

Atestado 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
 ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ: 01.612.552/0001-13
 e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br
 Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinhos - PR.



DECLARACAO/ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa Esfimed Comercial Hospitalar Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 27455068/0001-11, com sede na comarca, Rua Paraguai, 275 - CEP 85805-020 - Centro - Cascavel/Paraná, integra nosso quadro de fornecedores, sendo que esta empresa fornece equipamentos diversos, medicamentos, medicamentos especiais, material de consumo hospitalar, material odontológico, cosmético, instrumentais, material de limpeza, papelaria, moveis hospitalares, acessórios, peças destinados a nossa área médico hospitalar, nutrição, leite em pó e dietas liquidas. Tendo Cumprimento satisfatoriamente com seus compromissos em qualidade, quantidades solicitadas e prazos de entrega e não tendo nada a desabone a conduta, portanto de bom conceito técnico da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Marquinhos, 14 de Julho de 2022.

Documento válido por 12 meses.




 Gilmar Camargo
 CPF: 584.555.742-91

RG: 8.255.951-5 SSP/PR

Departamento de Compras e Licitações

SERVICO DISTRI TAL DE MARQUINHO
 Rua Fernando Cassola, 17 - Rolândia, Cascavel - PR, Tel: (41) 3624.1100 - CEP: 85.168-000
 Site: www.marquinhos.pr.gov.br
 Reconheço por Semelhança a assinatura de GILMAR CAMARGO, Dou fe
 Marquinhos-Paraná, 14 de julho de 2022. Email: 858.261900 - 21.720 - Fone/Fax:
 851-34. Site: www.marquinhos.pr.gov.br
 Em Teste da Verdade
 Mariane da Silva Pietro Trelles



LUIS AUGUSTO MOIA
 FRANZINE:29164543
 811

Atestado de forma digital por LUIS
 AUGUSTO MOIA
 FRANZINE:29164543811
 Data: 2022.07.18 13:29:09 -0200



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Atestado 04



UNIOESTE – CAMPUS DE CASCAVEL
CNPJ: 78.680.337/0002-65 – Inscr. Est.: Isenta
Rua Universitária, 2069 – Jd. Universitário – Cascavel, PR
ALMOXARIFADO DA ODONTOLOGIA
Fone: (45) 3220-3174 - CEP 85819-11



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel, situada na Rua Universitária, Nº 2069 Jardim Universitário - Cascavel - Paraná CEP 85.819-110, através da Assessoria Especial da Direção Geral da Unioeste Campus de Cascavel, **Técnico em Almoarifado Elton Johnny Silva de Mattos** portador da Cédula de Identidade Nº9.504.564-2 e CPF Nº051.873.719-59.

Declara que a empresa **Esfimed Comercial Hospitalar Ltda**, com sede à Rua Paraguai, 275 - CEP 85805-020 - Centro - Cascavel/Paraná, inscrita no CNPJ nº 27455068/0001-11, reúne todas as qualificações em relação à entrega dos produtos odontológicos, medicamentos, medicamentos especiais, produtos correlatos, bem como cosméticos, instrumental cirúrgicos, material de limpeza, papelaria, móveis hospitalares, acessórios peças destinadas a nossa área hospitalar, nutrição enteral/parenteral, leite em pó, dietas líquidas, cumprindo fielmente com suas obrigações.

Equipamentos e Materiais Médicos correlatos e Odontológicos em geral:

Atadura de Crepe / Gessada / Ortopédica; Avental (manga longa/curta); Campo Cirúrgico; ; Cateter Intravenoso; Cateter Venoso; Clamp Umbilical; Coletor de Urina; Coletor Perfuro-cortante; Compressa de Gaze Estérel; Compressa de Gaze Não Estérel; Curativo; DIU; Dreno de Aspiraço; no de Kher / Penrose / Sucço / Tórax; Eletrodo Adulto / Infantil; Equipos; Escova Ginecológica; Esparadrapo; Espátula de Ayres; Espéculos; Extensão para Aspirador; Extensão para Gases; Fita Adesiva Hospitalar / Autoclave / Estufa; Frasco para Alimentação Enteral; Fraldas Geriátricas / Infantil; Gaze Tipo Queijo; Gel ECG/Ultrasson; Gorro Descartável; Haste Flexível; Histerometro; Lamina de Bisturi; Lenço Descartável; Luva Cirúrgica / Procedimento; Mascaras Descartável; Papel Toalha;

Instrumentais; Preservativo; Sondas; Tubo de Látex / Silicone Uripem; Aço Inox: Bacia / Baldes / Bandejas / Cubas / Lixeiras / Tambores;
Diagnósticos: Aparelho de Pressão / Balanças / Estetoscópio / Laringoscópio / Termômetros / Otoscópios / Lanterna / Detector Fetal / Oftalmoscópio e outros.
Equipamentos: Aspiradores / Autoclaves / Bisturi / Eletrocardiógrafo / Focos Cirúrgicos / Monitores / Oxímetros / Desfibriladores / acessórios e outros.

Tendo Cumprimento satisfatoriamente com seus compromissos em qualidade, quantidades solicitadas e prazos de entrega e não tendo nada a desabone a conduta, portanto de bom conceito técnico da referida empresa.

Documento válido por 12 meses.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Atestado 05



UNIOESTE – CAMPUS DE CASCAVEL
CNPJ: 78.680.337/0002-65 – Inscr. Est.: Isenta
Rua Universitária, 2069 – Jd. Universitário – Cascavel, PR
ALMOXARIFADO DA ODONTOLOGIA
Fone: (45) 3220-3174 - CEP 85819-11




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel, situada na Rua Universitária, Nº 2069 Jardim Universitário - Cascavel - Paraná CEP 85.819-110, através da Assessoria Especial da Direção Geral da Unioeste Campus de Cascavel, **Técnico em Almoarifado Elton Johnny Silva de Mattos** portador da Cédula de Identidade Nº9.504.564-2 e CPF Nº051.873.719-59.

Declara que a empresa **Esfigned Comercial Hospitalar Ltda**, com sede à Rua Paraguai, 275 - CEP 85805-020 - Centro - Cascavel/Paraná, inscrita no CNPJ nº 27455068/0001-11, reúne todas as qualificações em relação à entrega dos produtos odontológicos, medicamentos, medicamentos especiais, produtos correlatos, bem como cosméticos, instrumental cirúrgicos, material de limpeza, papelaria, móveis hospitalares, acessórios peças destinadas a nossa área hospitalar, nutrição enteral/parenteral, leite em pó, dietas líquidas, nas quantidades, qualidade dos produtos, preços finais e prazos, cumprindo fielmente com suas obrigações.

Documento válido por 12 meses.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.




Elton Johnny Silva de Mattos
RG:9.504.564-2 CPF:051.873.719-59
Tel:(45)99838-8536
Unioeste - Campus Cascavel

Cascavel 27 de Abril de 2023.

Após analisar os 5 atestados, constatamos que:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Os atestados 01, 02, 03 e 05: É muito genérico, não especifica produtos e nem valor comprovando que tem aptidão para o fornecimento pertinente e **COMPATÍVEL** com o objeto da presente licitação

O atestado 04: tem um produto muito diferente do ofertado.

- 4º Colocado: Biondi

Marca: Missner

- 5º Colocado: Requite

Marca: Curativo de Alginato de Cálcio e Prata M-TEC 10cm x 10cm

Por conta de as duas licitantes (Biondi e Requite) ofertarem a mesma marca, estaremos enviando uma única argumentação, segue:

Não atende ao descritivo solicitado do edital, pois: edital solicita sem sódio na composição e o produto possui. Também não possui 0,6% de prata iônica e nem registro como hidrofibra na Anvisa.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Missner
Um toque de cuidado

CURATIVO DE ALGINATO

CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA M-TEC.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril óxido de etileno. **Composição:** Composto por um alto teor de alginato (*Ascophyllum nodosum*, conhecido como alga marrom, faz parte da família *Fucaceae*, como a Alga laminaria) de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio, 4,25% de carboximetilcelulose (CMC) e complexo de prata iônica (Carbonato de Prata), que libera íons de prata na presença de líquido na ferida. Isento de latex. O curativo possui uma concentração de 60mg de prata iônica na placa 10cmx10cm, e na fita de 2cm x 30cm possui 35mg de prata iônica (Base: 5,92g/m² de prata iônica).

Indicação de uso: O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio e Prata Missner é indicado para uso nas feridas de moderada a alta exsudação e cavidades com espessuras parciais a profundas:

- feridas pós-operatórias;
- feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões);
- úlceras nas pernas;
- úlceras por pressão;



6º Colocado: Novacare:

Marca: Biatain Alginato Ag / Coloplast

Atende plenamente ao solicitado do edital.

Vejamos abaixo a imagem da ficha técnica do produto que ofertamos: Biatain Alginato Ag



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

E. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:



Biatain Alginate Ag é uma cobertura de hidrofibra com alta capacidade de absorção, antimicrobiana, estéril, constituída por alginato de cálcio (extraído de algas marinhas, composto de ácido Gulurônico e Manurônico), carboximetilcelulose sódica (CMC) e por um complexo de prata iônica (Fosfato hidrogenado de zircônio, sódio e prata) que libera íons de prata na

presença do exsudato da ferida.

À medida que o exsudato da ferida é absorvido pela cobertura o alginato forma um gel coeso que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização da ferida. O gel permite a remoção íntegra da cobertura não deixando resíduos no interior da ferida

AlphaSan® RC2000	Fosfato hidrogenado de zircônio, sódio e prata	0,6%	Agente Antimicrobiano
------------------	--	------	-----------------------

Conforme podemos ver na imagem acima, o produto ofertado, possui a composição solicitada no descritivo.

Vejam agora quanto ao registro:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02.794.555/0003-40	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.22.362-4
Nome do Dispositivo Médico	Biatain Alginato Ag- Cobertura de Hidrofibra de Carboximetilcelulose e Alginato de Cálcio com Prata		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Curativo		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10430310120		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.335306/2015-35		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED - REINO UNIDO		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/08/2015		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/08/2025		

Possui registro como hidrofibra na Anvisa. Portanto, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado no descritivo do item 17.

Item 18 – Cota Ampla

Descritivo no edital: CURATIVO ESPUMA COM PRATA SEM ADESIVO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA, COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. TAMANHO 15X15 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, n° 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 1º Colocado: Medpoa

Marca: Koral

Conforme imagem abaixo, não atende ao descritivo do edital, pois não possui estrutura tridimensional:

- 2º Colocado: Imperium
- 3º Colocado: Biondi
- 4º Colocado: Ynemed
- 5º Colocado: Macmed

Os licitantes acima não colocaram marca na proposta inicial, não sendo possível análise das marcas ofertadas.

- 6º Colocado: AMC

Marca: Convatec

Conforme imagem abaixo, não atende ao descritivo do edital, pois não possui estrutura tridimensional:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Itens 18 e 54

Ficha Técnica

AQUACEL® Ag Foam Curativo Antimicrobiano Não Adesivo de Espuma com Tecnologia Hydrofiber®

Curativo antimicrobiano não adesivo de espuma de hidrofibra com prata

Descrição

AQUACEL® Ag Foam não adesivo é um curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente e uma camada de hidrofibra com prata iônica.

Pode ser usado como curativo primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado no tamanho e formato desejados conforme a indicação de um profissional da saúde.



Marca

Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®



Composição do Produto

Filme de poliuretano; espuma de poliuretano grau médico; camada de ligação em poliamida; hidrofibra: 100% carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de prata.

Características e Ações do Produto

O único curativo de espuma de prata que oferece os benefícios de cicatrização de uma camada de contato Hydrofiber®, o conforto da espuma e o poder de matar bactérias da prata iônica. AQUACEL® Ag Foam não adesivo possui:

- Uma camada superior impermeável que permite a evaporação do excesso de umidade enquanto protege contra a penetração viral / bacteriana.
- Uma almofada de espuma macia e absorvente para melhorar o conforto do paciente e absorver o excesso de fluido.
- Camada de Hydrofiber® com prata iônica que administra o exsudato da ferida através da capacidade de absorção e gelificação. O gel coeso em contato com o exsudato da ferida molda-se perfeitamente ao seu leito, ajudando a minimizar a dor associada às mudanças de curativo e eliminando o espaço morto onde bactérias e biofilmes podem crescer. A capacidade de absorção e retenção da Tecnologia Hydrofiber® garante que o exsudato absorvido pelo curativo permaneça retido em suas fibras sem retorno ao leito da ferida, retendo também bactérias e ajudando a minimizar a infecção cruzada e prevenir a maceração. A prata iônica incorporada no curativo mata um amplo espectro de microrganismos patógenos, tanto

1



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 48.682.555/0001-97

Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160

Telefone: (19)99152-5997

E-mail: comercial@novacarecps.com

- 7º Colocado: Santos Health

Marca: Vitamedical

Conforme imagem abaixo, não atende ao descritivo do edital, pois não possui estrutura tridimensional:

 
SILVERSOFT
Curativo De Espuma Com Ions De Prata
Estelização: Radiação Gama
ANVISA n° 80691910040



Saiba mais em:
www.vitamedical.com.br

DESCRIÇÃO

O SILVERSOFT é uma espuma, não aderente, de Poliuretano impregnada com ions de prata, estéril, composto de película adesiva e transparente PU (poliuretano). As bactérias e o exsudado da ferida são absorvidos no curativo ao mesmo tempo que os ions de prata podem ser liberados do curativo para atingir efeito antibacteriano. A concentração dos ions de prata no curativo é de 15±5mg/m² (3000-8000ppm). A estrutura porosa da espuma de Poliuretano auxilia na absorção do exsudato. Com a absorção do exsudato é formado um gel, que auxilia na formação do tecido de granulação e na epitelização. O curativo com prata é macio, elástico confortável e pode diminuir a pressão da ferida. O produto é não adesivo, antibacteriano, absorve o exsudato e permite a respiração da pele.

BENEFÍCIOS

- Ação microbiana
- Não adesivo
- Excelente evaporação do exsudato (MVTR)
- Alta capacidade de absorção
- Espuma macia e hipoalérgica

INDICAÇÕES

O SILVERSOFT, destina-se ao tratamento de feridas com exsudato de moderado a elevado. Os ions de prata liberado tem a função antibacteriana. Indicado para úlceras de perna e decúbito, feridas suturadas, queimaduras de grau I-II, de espessura parcial e áreas de enxerto. É particularmente útil para curar feridas, como úlceras de pressão sacral, que podem diminuir a pressão da ferida.

O intervalo para a troca do curativo dependerá inteiramente do estado da ferida e da natureza do curativo secundário. Quando o curativo é aplicado a feridas muito exsudativas ou esqueléticas pode ser substituído diariamente inicialmente, mas à medida que a cicatrização avança e a quantidade de exsudado diminui, o intervalo entre mudanças pode ser prolongado para até 7 dias. Nesta fase, uma mudança para um curativo alternativo - como um produto de filme, deve ser considerada para conservar a umidade.

- 8º Colocado: Novacare

Marca: Biatain Ag / Coloplast

Conforme imagem abaixo, atende plenamente ao solicitado no edital. Devendo ser a única classificada deste item.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Stomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

RELATÓRIO TÉCNICO

Biatan Ag

Curativo de Espuma Antibacteriano com Prata

A. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO, INCLUINDO OS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DE SEU FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DE SUA TECNOLOGIA, SEU CONTEÚDO E COMPOSIÇÃO QUANDO APLICÁVEL.



Biatain Ag Curativo de Espuma Antibacteriano com prata é um curativo que consiste de uma espuma tridimensional macia de poliuretano que apresenta alta capacidade de absorção vertical, retém o exsudato em sua estrutura interna, protege a região ferida minimizando os riscos de maceração da bordas e proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização.

A face superior do curativo apresenta um filme de poliuretano, impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. A face que permanece em contato com a ferida é delicada, proporcionando um maior conforto ao paciente. A espuma do curativo contém **prata iônica como componente ativo** que é liberada de forma contínua à medida em que o exsudato da ferida é absorvido pela espuma de poliuretano, assegurando um controle efetivo no local da infecção, o qual é mantido durante todo o período de permanência do curativo – O tempo de permanência do curativo não deve exceder 7 dias.

Item 34 – Cota Ampla

Descritivo no edital: SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAINE E **POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%**. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 100 ML. **O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE**, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

1º Colocado: Medpoa

Marca: Casex

O mesmo acontece com a Medpoa, está ofertando um produto em desacordo com o edital, ofertando um produto com concentração de 0,1%, conforme imagem do produto abaixo:



- 2º Colocado: V.R Valadares

Marca: DBS



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Rua José Ramos Guimarães, nº 57
Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - Cep 12955-000
tel 11 4891-1146 / 4891-1149 / 4891-1169
www.dbsaude.com.br

FICHA TÉCNICA

PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA

Descrição:

- ✓ Pielšana Polihexanida Solução Aquosa é um produto à base de polihexanida (biguanida) com alta absorção e redução de odores da ferida;
- ✓ Promove a limpeza e a hidratação de feridas crônicas;
- ✓ Descontamina a ferida e acelera, portanto, o processo de cicatrização.

Modo de Usar:

- ✓ Retirar o curativo anterior se for o caso;
- ✓ Realizar a limpeza inicial com Pielšana Polihexanida Solução Aquosa embebida em algodão ou gaze estéril;
- ✓ Não exercer pressão sobre a ferida na colocação do curativo secundário.

Indicação:

- ✓ Limpeza e hidratação de feridas crônicas. Rápida absorção e redução dos odores das feridas.

Composição:

- ✓ 0,1% Cocoamidopropilbetaina, 0,1% Polihexanida (Biguanida), Água purificada e Glicerina.

Edital solicita Poliaminopropil Biguanida com concentração 0,2%

E a marca ofertada pela V.R. Valadares, possui concentração de 0,1%. Portanto, não atende ao solicitado.

- 3º Colocado: Cirúrgica União

Marca: Cleantiv



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Descrição Geral

■ SPUMA PHMB DE LIMPEZA ANTISSEPTICA CLEANTIV 150ML - ATHIVIE

Descrição do Produto :

A Espuma PHMB Combate microrganismos patogênicos (PHMB) e promove equilíbrio da flora cutânea. Produto dermatologicamente testado ideal para uso de uma limpeza eficiente da pele sem enxague.

Detalhes do Produto :

- Antisséptico que limpa profundamente a pele, removendo impurezas e aliviando irritações. - Proteção diária contra germes e bactérias.
- Protege e renova as células, proporcionando uma higiene segura e compatível com o pH fisiológico da pele
- Combate microrganismos patogênicos (PHMB)
- Promove equilíbrio da flora cutânea (Óleo de Melaleuca e Aloe Vera).

O produto apresentado, não é em solução conforme solicitado, é em Espuma e também não atende na composição de forma integral, pois não possui em sua formulação os componentes, betaína e Phmb 0,2%.

- 4º Colocado: Esfigmed

As empresas acima, não anexaram as marcas nas propostas iniciais, não podendo ser analisado.

- 5º Colocado: AMC

Marca: Aquasept / Walkmed



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Conforme imagem abaixo, não atende ao solicitado do edital, pois não possui registro como produto médico para saúde.

Número do CNPJ da Empresa	00.700.191/0001-02	Autorização	2024649
Produto	AQUASEPT SOLUÇÃO AQUOSA ANTI SÉPTICO WALKMED		
Categoria	LOÇÃO PARA AS MÃOS COM AÇÃO ANTI-SÉPTICA, COM AÇÃO FOTOPROTETORA DA PELE, COM INDICAÇÃO DE AÇÃO PROTETORA INDIVIDUAL PARA O TRABALHO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - E COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE HIDRATAÇÃO E/OU REFRESCÂNCIA		
Processo	25351.322759/2005-12		
Publicação do Registro	05/12/2005		
Vencimento do Registro	05/12/2025		
Situação do Produto	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	FRASCO DE PLASTICO - Primária	Caduco	

Petições				
Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 192380/06-3	19/06/2006	2034952006	255 - REG. COSMÉTICOS - Retificação de Publicação de Registro	Publicado deferimento
Q 456436/10-7	11/10/2010	4115202010	238 - REG. COSMÉTICOS - Revalidação de Registro	Publicado deferimento
Q 868271/11-2	11/10/2011	7297552011	267 - REG. COSMÉTICOS - Certificado de Livre Comercialização	Publicado

- 7º Colocado: Novacare

Marca: Polihexam Plus Líquido / Helianto

Conforme imagem da ficha técnica abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital.



INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO
POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO
PHMB 0,2%

POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é uma solução de Poliaminopropil Biguanida (PHMB 0,2%) que limpa, hidrata e descontamina as feridas para acelerar o processo de cicatrização.

INDICAÇÃO: POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é indicado na limpeza, desodorização e hidratação de todos os tipos de feridas, hidratação de curativos e coberturas secundárias, curativos aderidos para diminuir riscos de trauma ao leito, desprendimento de crostas durante a troca de curativos e no combate ao biofilme.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 35 – Cota Ampla

Descritivo no edital: SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 350 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- 1º Colocado: V.R Valadares

Marca: DBS

- 5º Colocado: Up Dente

Marca: DBS



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Rua José Ramos Guimarães, nº 57
Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - Cep 12955-000
tel 11 4891-1146 / 4891-1149 / 4891-1169
www.dbsaude.com.br

FICHA TÉCNICA

PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA

Descrição:

- ✓ Pielšana Polihexanida Solução Aquosa é um produto à base de polihexanida (biguanida) com alta absorção e redução de odores da ferida;
- ✓ Promove a limpeza e a hidratação de feridas crônicas;
- ✓ Descontamina a ferida e acelera, portanto, o processo de cicatrização.

Modo de Usar:

- ✓ Retirar o curativo anterior se for o caso;
- ✓ Realizar a limpeza inicial com Pielšana Polihexanida Solução Aquosa embebida em algodão ou gaze estéril;
- ✓ Não exercer pressão sobre a ferida na colocação do curativo secundário.

Indicação:

- ✓ Limpeza e hidratação de feridas crônicas. Rápida absorção e redução dos odores das feridas.

Composição:

- ✓ 0,1% Cocoamidopropilbetaina, 0,1% Polihexanida (Biguanida), Água purificada e Glicerina.

Edital solicita Poliaminopropil Biguanida com concentração 0,2%

E a marca ofertada pelas empresas acima, possui concentração de 0,1%. Portanto, não atende ao solicitado.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 2º Colocado: Medpoa

Marca: Casex

O mesmo acontece com a Medpoa, está ofertando um produto em desacordo com o edital, ofertando um produto com concentração de 0,1%, conforme imagem do produto abaixo:



- 3º Colocado: Esfigmed
- 4º Colocado: Imperium
- 6º Colocado: Biondi

As empresas acima, não anexaram as marcas nas propostas iniciais, não podendo ser analisado.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 7º Colocado: Novacare

Marca: Polihexam Plus Líquido / Helianto

Conforme imagem da ficha técnica abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital.



**INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO
POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO
PHMB 0,2%**

POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é uma solução de Poliaminopropil Biguanida (PHMB 0,2%) que limpa, hidrata e descontamina as feridas para acelerar o processo de cicatrização.

INDICAÇÃO: POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é indicado na limpeza, desodorização e hidratação de todos os tipos de feridas, hidratação de curativos e coberturas secundárias, curativos aderidos para diminuir riscos de trauma ao leito, desprendimento de crostas durante a troca de curativos e no combate ao biofilme.

Item 36 – Cota Ampla

Descritivo no edital: SPRAY BARREIRA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DO ESTOMA, FORMA UMA BARREIRA CONTRA OS EFLUENTES, PERMITE COLAGEM DE ADESIVO E SECA EM SEGUNDOS, SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. COMPOSIÇÃO: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. FRASCO COM 50 ML

- 1º Colocado:

Empresa: Vuelo

Produto: Vuelo Spray Barreira



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 48.682.555/0001-97

Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160

Telefone: (19)99152-5997

E-mail: comercial@novacarecps.com

VUELO

PHARMA

Descrição

O **Spray de Barreira Vuelo** é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma protege-a por até 72 horas de lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção e adesivos.

O **Spray de Barreira Vuelo** deve ser aplicado na pele saudável. Não causa ardência ou desconforto.

Dermatologicamente testado.

Indicações de uso

Proteção da pele ao redor de ostomias (periestoma) e fistulas; prevenção de lesões de pele decorrentes de fricções, excesso de umidade, incontinências urinárias e/ou fecais ou sucos digestivos (ostomias); proteção contra processos alérgicos causados por adesivos e fitas de fixação; proteção da pele ao redor de cânulas de entubação, traqueostomias e gastrostomias; proteção da pele contra dermatites, irritações, cisalhamentos e agressões de curativos ou bolsas de ostomia.

Contraindicações

O **Spray de Barreira Vuelo** não deve ser usado diretamente na pele lesionada ou irritada.

Composição

Disiloxane, trimethylsiloxysilicate, isododecane, acrylates / polytrimethylsiloxy methacrylate copolymer, dimethicone / trimethylsiloxysilicate.

Instruções de uso

A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do **Spray de Barreira Vuelo**. Mantenha o aplicador a uma distância de 10 a 15 cm da pele e pulverize uma camada lisa e uniforme de película na região que requer proteção. Deixe secar

a primeira secar antes de aplicar a segunda. É indicada a aplicação do **Spray de Barreira Vuelo** a cada 72 horas. Não é necessário remover a película existente antes da reaplicação.

Nos casos de incontinência urinária e/ou fecal ou casos em que houver a necessidade de limpezas frequentes, a reaplicação é indicada a cada 24 horas ou quando se fizer necessário. Para proteção sob adesivos, reaplique a cada troca de fitas adesivas ou curativos. Caso deseje, a película poderá ser removida com um solvente de adesivos de uso hospitalar, de acordo com as instruções de uso do solvente, evitando a fricção da pele para prevenir lesões.

Precauções

Suspender o uso caso ocorra eritema ou qualquer outro sinal de irritação e, caso os sintomas persistam, consulte seu médico. O uso concomitante de outros produtos de proteção como cremes, loções e pomadas pode diminuir a eficácia do **Spray de Barreira Vuelo**.

Advertências

O **Spray de Barreira Vuelo** é inflamável, por isso, seu uso é indicado em áreas ventiladas, longe de chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Manter fora do alcance de crianças. **Cuidado! Altamente inflamável.**

Armazenagem

Manter a temperatura entre 15 e 40°C em local seco e limpo. Manter longe do calor, chamas e outras fontes de ignição.

Importante: limpe a saída da válvula após o uso.

Manter fora do alcance de crianças.

Uso externo.

VUELO

Fabricado e registrado por:
Vuelo Pharma Ltda.

Rua Carlos Muller, 315
C. Itituba, Paraná
CEP 81280.380
CNPJ 04.159.536/0001-05

vuelopharma.com

sa@vuelopharma.com
Tel/Fax: 41 3657.7611
SAC: 41 3657.9342

Responsável técnico

Helen de Moraes A. de Souza
CRF-PR 31.612



Registro ANVISA
80074780003

Conforme imagem acima, o produto ofertado não possui os seguintes componentes: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO.

- 2º Colocado:: Cirurgica União



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Produto: Athivie Barrier Spray

BARRIER SPRAY 28ML PROTETOR CUTANEO - ATHIVIE

Descrição do Produto :

O Barrier spray é sobre a área limpa borrifar a aproximadamente 10cm, deixando secar naturalmente, reaplicar a cada 12-72horas, dentro do que for necessário.

Detalhes do Produto :

- Manter fora do alcance de crianças, evitar aplicar sobre a pele irritada ou lesionada.
- Evitar contato com os olhos.
- Em caso em contato acidental com os olhos, lavar com bastante água.

Composição:

- disiloxane, dimethicone, trimethylsiloxysilicate.

Itens Inclusos :

Contém um barrier spray 28ml protetor cutaneo - athivie.

Garantia de troca/devolução dentro de 7 dias após o recebimento.

Não atende ao solicitado do edital, pois possui frasco de 50mL e nem os componentes: Hexametildiloxano e ciclopentasiloxano.

- 3º Colocado
Empresa: BIONDI
Produto: Não apresentou proposta inicial, impossibilitando a análise.
- 4º Colocado
Empresa: AMC
Produto: 1729205 - Esenta spray Barreira 50ml / Convatec



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Itens 36 e 72



Ficha Técnica
FT-SKC10
V3

ESENTA - Barreira Protetora Spray

Barreira protetora ou filme protetor da pele



Descrição

ESENTA Barreira Protetora Spray forma uma resina de silicone que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos, podendo ser usado na troca de bolsas de ostomia e curativos, ao redor dos estomas e feridas.

Marca

ESENTA™ ConvaTec®

Composição do Produto

ESENTA Barreira Protetora Spray é composto por disiloxano, Trimetilsiloxilicato e zanthoxylum bungeanum.

Características e Ações do Produto

Formulação: Formulação límpida, fluida, volátil, sem odor e incolor. Barreira Protetora da Pele: forma uma barreira oclusiva que repele a umidade e atua como barreira contra fatores irritantes como fezes e urina. Produto hipoalergênico.

Recomendações de Uso

ESENTA barreira protetora spray é indicado para a proteção da pele contra os danos associados aos resíduos do corpo, como fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos. Este produto deve ser utilizado na pele ao redor dos estomas e na pele ao redor de feridas. Recomendado somente para uso externo, devendo ser evitada a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina) ou direta no leito das feridas e a inalação do produto.

Modo de utilização:

- Limpe e seque a pele completamente;
- Segure a aproximadamente 10 cm da área a ser tratada.
- Aplique uma camada uniforme num movimento de passagem.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Conforme imagem acima, o produto ofertado não possui os seguintes componentes: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO e SILICA TRIMETILADO.

- 5º Colocado
Empresa: MEDPOA:
Produto: dermilon spray 100ml / Cosmoderma





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



MANUAL TÉCNICO

Dermilon Spray – Película Protetora sem Ardor.

Nome Comercial: Dermilon Spray

Modelo Produto Médico:

Tubo em spray contendo 28mL de solução

Tubo em spray contendo 100mL de solução

Indicações:

Dermilon Spray pode ser utilizado em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucros digestivos (ostomias), fricção, cisalhamento e agressões de adesivos devido trocas constantes de curativos.



- Não impede a aplicação de fraldas e não interfere com compressas absorventes.
- Produto não estéril.

Composição: Hexametildisiloxano, Methyl Trimethicone/ Acrylates/ Dimethicone Copolymer.

Prazo de Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Conforme imagem acima, o produto ofertado não possui os seguintes componentes: CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. E também não possui frasco de 50 mL



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 6º Colocado: Novacare

Marca: Brava Spray Barreira

Atende plenamente o descritivo do edital, conforme imagem abaixo:

 **Formulário de Petição para Notificação ou Cadastro – Materiais de uso em saúde – RDC nº 40/2015**

4.2.4 Composição (Especificar a composição química do produto e seus constituintes - partes, componentes do sistema, materiais do conjunto e/ou acessórios. Informar concentração e função de cada matéria-prima na formulação do produto). **No caso de informações sigilosas, que não possam ser disponibilizadas no Portal da Anvisa, este campo deverá ser preenchido de modo resumido, e a descrição detalhada da composição deverá ser informada em anexo.**

Componente	Composição	Função
Spray barreira de pele	Hexametiltildisiloxano	Solvente, protetor de pele
	Ciclopentasiloxano	Criar uma barreira protetora na pele.
	Sílica trimetilada	

4.2.5 Especificações técnicas dos modelos, partes, componentes do sistema, materiais do conjunto e/ou acessórios. Informar as especificações do produto, estabelecidas pelo fabricante, para os seguintes parâmetros, quando couber:

- Dimensionais;
- Organolépticas;
- Físico-químicas e/ou mecânicas;
- Microbiológicas;
- Demais especificações pertinentes ao produto.

Código	Descrição	Quantidade	Peso	Largura	Profundidade
12020	Brava Spray Barreira de Pele	50 ml	39g	26.92-27.18 mm	4.80-5.10 mm

Item 38 – Cota Reservada

Descritivo no edital: BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 1º Colocado: Mapmed

Marca: Casex

Não possui Óleo de Girassol e Poliaminopropil Biguanida (PHMB 0,1%), na sua composição.

Vejamos abaixo na instrução de uso do produto:

UNNA HEAL - BANDAGEM BOTA DE UNNA **CASEX** INNOVATION IN HEALTHCARE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO
Unna Heal é uma bandagem elástica utilizada para o tratamento de úlceras vasculares venosas e de edema linfático. Ela é composta de uma bandagem com 70% de poliéster e 30% de algodão, impregnada com pasta de óxido de zinco, álcool cetosteárfilico, cloreto de cetil trimetil amônio, goma guar, goma xantana, metil parabeno e água deionizada.

de saúde, associar limpeza e cobertura primária com antisséptico e diminuir o período de troca. Se no decorrer do tratamento apresentar hipersensibilidade ao produto pode-se aplicar na perna uma malha tubular e fazer uma janela na área da úlcera.

ARMAZENAGEM

- 2º colocado: Unamed

Marca: LOHMANN & RAUCHER

Está com registro na Anvisa Vencido. Além de não possuir PHMB na sua composição

Vejamos o registro abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	W ZENO BOHRER MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	92.783.190/0001-89
Autorização de Funcionamento da Empresa	1.03.179-8
Nome do Dispositivo Médico	VARICEX BANDAGEM COM PASTA OXIDO Zn VARIOS MODELOS E TAMANHOS
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Gazes e Ataduras
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10317980022
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Inválido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	250250095719901
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: LOHMANN & RAUCHER GMBH & CO. KG - ALEMANHA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/08/1999
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	23/08/2009 Vencido

Produto ofertado pela Unamed, está com registro na Anvisa Vencido. Além de não possuir Poliaminopropil Biguanida (PHMB 0,1%), na sua composição

- 3º colocado: Biondi

Marca: Não mencionada

Análise da marca não é possível de ser realizada. Não anexou documentos com a marca ofertada.

- 4º colocado: Novacare

Marca: Poihexam Umecta / Helianto

Atende plenamente o solicitado do edital, conforme imagem abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



**INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO
POLIHEXAM® UMECTA
BANDAGEM**

POLIHEXAM® UMECTA é uma bandagem que se adapta aos contornos da perna, esticando suavemente, permanecendo flexível, impregnada com creme hidratante à base de Ácidos Graxos Essenciais Poliinsaturados (AGI) e Poliaminopropil Biguanida (PHMB) substância efetiva contra uma ampla gama de bactérias gram positivas e negativas, inclusive as que causam odores.

- Importância do óleo de girassol e PHMB na composição: Muitos pacientes apresentam alergia com óxido de zinco, por isso a prefeitura solicita esse tipo de material, para manter a pele do paciente hidratada, evitando alergias ao óxido de zinco. E quanto ao PHMB, é importante para promover ação bactericida e bacteriostática, evitando a propagação de bactérias e futuras infecções.

Item 42 – Cota Reservada

Descritivo no edital: CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- 1º colocado: Unamed

Marca: Missner

Segue abaixo a ficha técnica encontrada no site do fabricante



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

CREME BARREIRA HIDRATANTE DERMA PROTECT MISSNER.

Descrição: Produto cosmético notificado na ANVISA. É apresentado na forma de creme, não estéril. **Composition:** Aqua, Paraffinum liquidum, Ozokerite, Cetearyl Alcohol, Trimethylsiloxysilicate, Dimethicone, Isododecane, Acrylates/Octylacrylamide Copolymer, Glycerin, Cocos Nucifera Oil, Laureth-2, Aminomethyl Propanol, Pentylene glycol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Yeast Protein (and) Butylene Glycol (and) Pentylene Glycol, Streptococcus thermophilus lysate, Magnesium Sulfate, Disodium EDTA. **Indicação de uso:** Indicado para proteção da pele na prevenção de danos associados à incontinência. Hidratante e condicio-

Fonte: <https://missner.com.br/produtos/detalhes/creme-barreira-missner-60-g/>

Produto ofertado também não possui: Cera Microcristalina; Álcool de Lanolina; ácido cítrico, citrato de magnésio e propilenoglicol (componentes solicitados no descritivo do item)

Um outro ponto importante é: o registro apresentado na proposta deste item, conforme podemos ver abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

0042	CREME BARREIRA DERMA PROTEC 60GR - MISSNER	75,00000	UN	62,00000	4.650,00000
------	--	----------	----	----------	-------------

© Versátil Sistemas



Unamed Produtos Hospitalares LTDA
CNPJ: 43.962.576/0001-42, IE 261372530
Rua Armando Machado, 2393, Jaguaruna - SC
Fone: (48) 9 9649 - 0059 - Email: licitacoes@unamed.com.br

Página 2 de 2
Nosso Orçamento: 103081
Emissão 04/09/2024

Nome.....: **MUNICIPIO DE PIRACAIA**
Cnpj/Cpf...: 45.279.627/0001-61
Endereço...: AV DR CANDIDO RODRIGUES
Bairro.....: CENTRO
Celular.....:
E-Mail.....: farmaciamunicipalpiracaia@gmail.com

Ie.....:
Cidade.....: PIRACAIA
Número.....: 120
Uf / Cep...: SP

Validade dos Itens.....:	80%	Modalidade.....:	PE
Prazo de Pagamento:	30 dias	Edital.....:	24/2024
Validade Ata.....:		Processo.....:	791/2024
Entrega.....:	10 dias	Abertura.....:	05/09/2024
Objeto.....:	MATERIAL HOSPITALAR	Validade Proposta:	05/11/2024

Item:	Descrição:	Quantidade:	Un.:	Valor Unitário:	Total
	<i>CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</i>				
Fabricante.....:	MISSNER & MISSNER LTDA				
Nome Comercial.:		Grupo.....:	CURATIVOS		
Registro M.S.....:	800033090008	Sub-Grupo.....:			

Quando colocamos para pesquisar no site da Anvisa, o mesmo não consta que existe, vejamos:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

BRASIL Serviços Participe Acesso à informação Legislação Canais

Ir para o conteúdo Ir para o menu Ir para a busca Ir para o rodapé

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Consultas
ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Produtos para Saúde

Crterios para Consulta

Nome do Dispositivo Médico

Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico: 800033090008

Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico

Nome Técnico do Dispositivo Médico

CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico

Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico

Válido Inválido

Consultar Limpar

Nenhum registro encontrado

- 2º colocado: Biondi

Marca: Não mencionada

Análise da marca não é possível de ser realizada. Não anexou documentos com a marca ofertada.

- 3º colocado: Esfigmed

Marca: Não mencionada

Análise da marca não é possível de ser realizada. Não anexou documentos com a marca ofertada.

Conforme demonstrado anteriormente, neste mesmo documento. A empresa deve ser inabilitada desse processo.

Portando, a licitante deve ser inabilitada em todos os itens, por falta da comprovação solicitada em edital.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 4º colocado: Novacare

Marca: Coloplast



Comfeel Creme Barreira

Composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol.

Indicações: age como barreira de proteção da pele contra exsudatos e efluentes agressivos, para hidratar e regular o pH da pele danificada. Pode ser usado no tratamento e prevenção da dermatite associada a incontinência, ao redor de gastrostomias e proteção da pele de pacientes em tratamento radioterápico.

Código	Peso	Unids. caixa
4720	60ml	6

D. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- O produto **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** é o tratamento ideal para pele ressecada ou irritada pelas agressivas secreções e efluentes de incontinências e estomias.
- **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** é um produto lipofílico (repelente à água), proporcionando à pele maciez e restaurando seu pH original.
- O **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** não possui nenhuma ação terapêutica cicatrizante. Sua ação é puramente mecânica de formação de uma barreira, impedindo o acesso de água no local protegido pelo mesmo.
- **CREME BARREIRA COMFEEL COLOPLAST** é composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol.

Conforme comprovado acima, a única empresa que apresentou proposta com o produto que atende integralmente ao descritivo do edital foi a nossa empresa com o Comfeel Creme Barreira; Logo devendo ser a única empresa a se manter classificada para o item, pois cumpre todos os requisitos essenciais para o item 06.

Importância dos componentes que os licitantes não possuem na composição:

- cera microcristalina; álcool de lanolina; ácido cítrico, citrato de magnésio e propilenoglicol (componentes solicitados no descritivo do item)



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Creme Barreira Comfeel

• COMPOSIÇÃO:

Ingrediente	Função
• Água	Base
• Óleo Mineral , Parafina Líquida, Petrolato, Cera Microcristalina, Oleato de Glicerol, Óleo de Lanolina	Emolientes
• Ácido Cítrico • Citrato de Magnésio	Ajuste de pH
• Ciclometicona	Protetor
• Glicerina	Umectante
• Metilparabeno • Propilparabeno	Conservante
• Propilenoglicol	Estabilizante



Conforme comprovado acima, a única empresa que apresentou proposta com o produto que atende integralmente ao descritivo do edital foi a nossa empresa com o Comfeel Creme Barreira; logo devendo ser a única empresa a se manter classificada para o item, pois cumpre todos os requisitos essenciais para o item 42.

Item 45: Cota Reservada

Descritivo no edital: CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. TAMANHO 10X10 CM.

A empresa, BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA, inicialmente cabe destacar que a licitante apresentou sua proposta readequada apenas no dia 07/09/2024, dois dias após sua convocação, deixando de atender ao determinado no item 6.17.5 que determina que os documentos deveriam ser apresentados em até 2 (duas HORAS) a contar da convocação, conforme demonstrado.



Apesar de apresentar um Produto que atende ao descritivo, posto que foi arrematado por esta recorrente NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA no item 09 cota ampla, pertinente ao 45 na Reservada, o mesmo produto. Porém Cabe ressaltar que a BIONDI & BUSH não é um Distribuidor Credenciado Coloplast.

Como já mencionado, dois dias após a convocação juntou proposta readequada com documentos técnicos incompletos.

A começar pelo Registro do Produto, que a mesma sequer se deu ao trabalho de consultar o Site oficial para consulta e apresentação, fez uma simples busca no google e pegou informações em site não oficial na anvisa

Conforme imagem abaixo:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Área
B - CORRELATOS
Registro
10430310038
Produto
BIATAIN IBU
Nome Técnico
Curativo
Autorização
8223624
Processo
25351.186711/2006-15
Validade/Situação
07/08/2026 VÁLIDO » conforme visto em 06/09/2024
Apresentação/Modelo
34110, 34112, 34115, 34120, 34140, 34142, 34105.
Classificação de Risco
III - ALTO RISCO
Nome da Empresa/Defensor
COLOPLAST DO BRASIL LTDA. (02.794.555/0003-40) -
Origem
FABRICANTE - COLOPLAST A/S - DINAMARCA
Última Atualização
06/09/2024

Este registro é válido.

Instruções de Uso / Arquivos

A lista abaixo apresenta as instruções de uso e outros arquivos rastreados para este registro.
Atenção para a data de atualização dos arquivos. Clique no nome do arquivos para fazer o download.

Código	Tipo	Arquivo	Expedição	Expediente	Processo	Último Rastreo
T15396463	INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	2015.12_JFU_BR_23317639.pdf	30/10/2021 21:33	4303948217	25351.186711/2006-15	06/09/2024

<https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaid=10430310038>

1/3



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

A Coloplast é uma empresa que desenvolve, fabrica e comercializa dispositivos médicos e serviços relacionados à ostomia, urologia, continência e tratamento de feridas.

Promovendo a comercialização dos seus produtos com rígido controle de vendas, a Coloplast estabelece claros objetivos operacionais, pautada na qualidade de atendimento e transparência na comercialização.

É por isso que a Coloplast habilita diversas empresas como sua distribuidora credenciada, com o direito não exclusivo de comercialização para o mercado atacadista, vendendo e distribuindo produtos em um determinado território.

O distribuidor credenciado age de forma independente e em seu próprio nome. Todavia, possui obrigações e garantias contratuais que fomentam a segurança na comercialização regular e contínua, sendo, inclusive, submetido a pesquisa de *due diligence* e *compliance* das suas atividades comerciais e comportamentais, antes da assinatura e pela vigência do contrato de distribuição.

Além disso, o distribuidor credenciado deve corresponder ao código de conduta de distribuidores da Coloplast, assumindo compromissos de comercialização com boa prática comportamental e acintosa intolerância a prática de corrupção.

Ante o relato assim, e para evitar problemas futuros, tanto de fornecimento dos materiais, como pedidos de reequilíbrios econômicos futuros, entendemos que a administração poderia se precaver solicitando **uma carta de solidariedade**, assim tanto distribuidor como fabricante seriam os responsáveis pelo fornecimento dos produtos.

O licitante não autorizado pelo fabricante para comercialização e distribuição poderá encontrar dificuldades no fornecimento quando acionado pela prefeitura, já que não estará comprando diretamente do fabricante, colocando a prestação de serviços pelo município a certo colapso.

A nova Lei de Licitações (14.133/2021) apresentou algumas inovações acerca das atividades licitatórias, dentre elas, nas licitações que envolva fornecimento de bens, a possibilidade de solidariedade pelo adimplemento da obrigação entre o licitante e o fabricante, senão vejamos:

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

IV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entende que:

Trata-se de um documento formal no qual o **fabricante atesta que tem conhecimento do certame e se compromete a executar o que lhe incumbe para que o licitante tenha condições de cumprir a obrigação contratual.**¹

Nesse sentido, o fabricante não tendo ciência que um produto seu está sendo comercializado por licitante não autorizado, o fabricante não por arcar no cumprimento e garantia da obrigação contratual inadimplida.

Item 46: Cota Reservada

Descritivo no edital: CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE E PRATA IÔNICA: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE; COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL. IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA COM DISPENSAÇÃO SUSTENTADA E SISTEMA TRANCA-FLUÍDO PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

¹ <https://www.tce.sp.gov.br/legislacao-comentada/lei-14133-1o-abril-2021/41>



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 1º Colocado: Tecno

Marca: Lohmann & Raucher

Conforme imagem abaixo, o produto ofertado não atende ao solicitado do edital, pois não possui estrutura tridimensional, devendo a empresa Tecno ser desclassificada para este item:

Gerenciamento da *umidade* *Fácil aplicação*

Versátil, protetor e suave!

PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DE FERIDAS

- Impermeável.
- Permeável ao vapor de água.
- Multicamadas de espuma de poliuretano com silicone.

SUAVIDADE E CONFORTO

- Limita o risco de aderir na ferida durante a troca de curativos.
- Confortável pela presença de espuma de poliuretano absorvente.

GERENCIAMENTO EFICAZ DE EXSUDATO

- Promove rápida absorção do exsudato no curativo.
- Mantém um ambiente úmido na ferida.

Suprasorb[®]P sensitive
10 x 10 cm | 4 x 4 in

Apresentação

Disponível em diferentes formatos e tamanhos.

BORDER LITE

BORDER

MULTISITE
Para o tratamento de feridas em áreas difíceis.

CALCÂNEO
Para o tratamento de feridas em articulações e calcanhares.

SACRAL
Anatomicamente moldado para uso em torno da área do sacro.

■ Para feridas com exsudação **leve a moderada**.
■ **Sem núcleo** superabsorvente.
■ **4 camadas**.

■ Para feridas com exsudação **moderada a alta**.
■ **Com núcleo** superabsorvente.
■ **5 camadas**.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Cinco camadas

Suavidade para o **conforto** e **tratamento** do paciente.



Item 51 – Cota Reservada

Descritivo no edital: CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.

- 1º Colocado: Neo Medical

Marca: Kangli Derm

Conforme imagem abaixo do site do fabricante, comprova que o produto não possui grade demarcadora:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Descrição

Descrição

O KANGLI DERM é um curativo hidrocoloide, elástico e estéril composto de CMC (Carboximetilcelulose Sódica), gelatina, pectina e recoberto por uma película semipermeável de poliuretano.

USO

Indicado para uso na pele com ou sem exsudado em pequena a média quantidade, uma vez que forma uma barreira mecânica (Física) contra as bactérias. Serve para prevenção de criação de Ulceras por decúbito por diminuir o atrito externo contra à região da pele. Utilizado na pele fechada que apresente vermelhidão ou palidez. Pode ser aplicado também em espinhas (acne) para curar a vermelhidão e sensibilidade.

COMPRE ONLINE EM:

www.lojavitamedical.com.br

Diferenciais

- Bordas seladas para manipulação segura.
- Elástico para remoção sem dor e sem perda de tecido.
- Disponível em vários modelos e tamanhos.
- Permite a respiração da pele.
- Barreira contra bactérias.

Tamanhos

5cm X 5cm; 10cm X 10cm; 15cm X 15cm; 15cm X 18cm (sacral); 20cm X 20cm; 8cm X 5cm (cotovelo)

- 2º Colocado: Novacare

Marca: Comfeel Plus Transparente / Coloplast

Conforme imagens abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

COMFEEL PLUS TRANSPARENTE
CURATIVO HIDROCOLÓIDE

A - Descrição detalhada do produto médico, incluindo os fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto.

Comfeel Plus Transparente é um curativo hidrocolóide estéril, destinado a cicatrização úmida e gerenciamento de exsudatos. Para feridas de baixo exsudato

Modelos / Especificação:

33530 Comfeel Plus Transparente 5cm x 7cm

33533 Comfeel Plus Transparente 10cm x 10cm

33536 Comfeel Plus Transparente 9cm x 14cm

33537 Comfeel Plus Transparente 9cm x 25cm

33539 Comfeel Plus Transparente 15cm x 15cm

33542 Comfeel Plus Transparente 15cm x 20cm


33545 Comfeel Plus Transparente 20cm x 20cm

33547 Comfeel Plus Transparente 5cm x 15cm

33548 Comfeel Plus Transparente 5cm x 25cm



Comfeel Plus Transparent
10 cm x 10 cm



Comfeel Plus Transparent
5 cm x 7 cm





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

O curativo Comfeel Plus consiste em:

- um filme superior permeável ao vapor que é à prova de bactérias e impermeável à água;
- uma malha para a monitorização do tamanho da ferida;
- um adesivo hidrocolóide (com propriedade de absorção de líquidos);
- um filme protetor transparente e filmes protetores (turquesa), que garantem a aplicação asséptica e protegem a superfície do curativo (non-touch).




Figura ilustrando as diferentes camadas do curativo

Mecanismo de ação:

Os Curativos Comfeel consistem em partículas que absorvem umidade em uma massa elástica e autoadesiva, cobertas em um dos lados por um filme de poliuretano semipermeável e não adesivo. As partículas, derivadas da celulose natural, são capazes de se expandir à medida que absorvem umidade.

A combinação de absorção através da gelificação de partículas, o filme de suporte semi oclusivo e a natureza relativamente impermeável do curativo hidrocolóide, cria e mantém um ambiente úmido da ferida, retendo o exsudato da ferida, restringindo o oxigênio e evitando a perda de vapor, ao mesmo tempo que protege a ferida do ambiente externo e invasão microbiana.



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 52 – Cota Reservada

Descritivo no edital: CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 15X20 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.

- 1º Colocado: Talker

Marca: Vitalderm

Conforme imagem abaixo do site do fabricante, comprova que o produto não possui grade demarcadora:

- 2º Colocado: Novacare

Marca: Comfeel Plus Transparente / Coloplast

Conforme imagens abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital:

Modelos / Especificação:

33530 Comfeel Plus Transparente 5cm x 7cm
33533 Comfeel Plus Transparente 10cm x 10cm
33536 Comfeel Plus Transparente 9cm x 14cm
33537 Comfeel Plus Transparente 9cm x 25cm
33539 Comfeel Plus Transparente 15cm x 15cm
33542 Comfeel Plus Transparente 15cm x 20cm
33545 Comfeel Plus Transparente 20cm x 20cm
33547 Comfeel Plus Transparente 5cm x 15cm
33548 Comfeel Plus Transparente 5cm x 25cm



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com





NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

O curativo Comfeel Plus consiste em:

- um filme superior permeável ao vapor que é à prova de bactérias e impermeável à água;
- uma malha para a monitorização do tamanho da ferida;
- um adesivo hidrocolóide (com propriedade de absorção de líquidos);
- um filme protetor transparente e filmes protetores (turquesa), que garantem a aplicação asséptica e protegem a superfície do curativo (non-touch).




Figura ilustrando as diferentes camadas do curativo

Mecanismo de ação:

Os Curativos Comfeel consistem em partículas que absorvem umidade em uma massa elástica e autoadesiva, cobertas em um dos lados por um filme de poliuretano semipermeável e não adesivo. As partículas, derivadas da celulose natural, são capazes de se expandir à medida que absorvem umidade.

A combinação de absorção através da gelificação de partículas, o filme de suporte semi oclusivo e a natureza relativamente impermeável do curativo hidrocolóide, cria e mantém um ambiente úmido da ferida, retendo o exsudato da ferida, restringindo o oxigênio e evitando a perda de vapor, ao mesmo tempo que protege a ferida do ambiente externo e invasão microbiana.



Ostomy Care
Continence Care
Wound & Skin Care
Interventional Urology



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 53 – Cota Reservada

Descritivo no edital: CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E POR 0,6% DE PRATA IÔNICA. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.

- 1º Colocado: Biondi

Marca: Missner

Não atende ao descritivo solicitado do edital, pois: edital solicita sem sódio na composição e o produto possui. Também não possui 0,6% de prata iônica e nem registro como hidrofibra na Anvisa.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Missner
Um toque de cuidado

CURATIVO DE ALGINATO

CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA M-TEC.

Descrição: Produto correlato médico hospitalar, classe III (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de curativos em placa ou tiras, estéril óxido de etileno. **Composição:** Composto por um alto teor de alginato (*Ascophyllum nodosum*, conhecido como alga marrom, faz parte da família *Fucaceae*, como a Alga laminaria) de cálcio (ácido gulurônico (G) e ácido manurônico) e sódio, 4,25% de carboximetilcelulose (CMC) e complexo de prata iônica (Carbonato de Prata), que libera íons de prata na presença de líquido na ferida. Isento de latex. O curativo possui uma concentração de 60mg de prata iônica na placa 10cmx10cm, e na fita de 2cm x 30cm possui 35mg de prata iônica (Base: 5,92g/m² de prata iônica).

Indicação de uso: O Curativo de Alginato de Cálcio e Sódio e Prata Missner é indicado para uso nas feridas de moderada a alta exsudação e cavidades com espessuras parciais a profundas:

- feridas pós-operatórias;
- feridas por trauma (lesões dérmicas, lesões traumáticas ou incisões);
- úlceras nas pernas;
- úlceras por pressão;



2º Colocado: Novacare:

Marca: Biatain Alginato Ag / Coloplast

Atende plenamente ao solicitado do edital.

Vejamos abaixo a imagem da ficha técnica do produto que ofertamos: Biatain Alginato Ag



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

E. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:



Biatain Alginate Ag é uma cobertura de hidrofibra com alta capacidade de absorção, antimicrobiana, estéril, constituída por alginato de cálcio (extraído de algas marinhas, composto de ácido Gulurônico e Manurônico), carboximetilcelulose sódica (CMC) e por um complexo de prata iônica (Fosfato hidrogenado de zircônio, sódio e prata) que libera íons de prata na

presença do exsudato da ferida.

À medida que o exsudato da ferida é absorvido pela cobertura o alginato forma um gel coeso que auxilia o desbridamento autolítico, mantendo um ambiente úmido ideal para cicatrização da ferida. O gel permite a remoção íntegra da cobertura não deixando resíduos no interior da ferida

AlphaSan® RC2000	Fosfato hidrogenado de zircônio, sódio e prata	0,6%	Agente Antimicrobiano
------------------	--	------	-----------------------

Conforme podemos ver na imagem acima, o produto ofertado, possui a composição solicitada no descritivo.

Vejamos agora quanto ao registro:



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	COLOPLAST DO BRASIL LTDA.		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02.794.555/0003-40	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.22.362-4
Nome do Dispositivo Médico	Biatain Alginato Ag- Cobertura de Hidrofibra de Carboximetilcelulose e Alginato de Cálcio com Prata		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Curativo		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10430310120		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	25351.335306/2015-35		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	• FABRICANTE: ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED - REINO UNIDO		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	III - ALTO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/08/2015		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	10/08/2025		

Possui registro como hidrofibra na Anvisa. Portanto, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado no descritivo do item 53.

Item 54 – Cota Reservada

Descritivo no edital: CURATIVO ESPUMA COM PRATA SEM ADESIVO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA, COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. TAMANHO 15X15 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 48.682.555/0001-97

Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160

Telefone: (19)99152-5997

E-mail: comercial@novacarecps.com

- 1º Colocado: Biondi

Marca: Vitamedical

- 5º Colocado: Santos Health

Marca: Vitamedical

Como as empresas acima ofertaram a mesma marca, colocaremos as razões de uma única vez:

Conforme imagem abaixo, não atende ao descritivo do edital, pois não possui estrutura tridimensional:

SILVERSOFT
Curativo De Espuma Com Ions De Prata
Estelização: Radiação Gama
ANVISA n° 80691910040



Saiba mais em:

www.vitamedical.com.br

DESCRIÇÃO

O SILVERSOFT é uma espuma, não aderente, de Poliuretano impregnada com ions de prata, estéril, composto de película adesiva e transparente PU (poliuretano). As bactérias e o exsudado da ferida são absorvidos no curativo ao mesmo tempo que os ions de prata podem ser liberados do curativo para atingir efeito antibacteriano. A concentração dos ions de prata no curativo é de 15±5mg/m² (3000~8000ppm). A estrutura porosa da espuma de Poliuretano auxilia na absorção do exsudato. Com a absorção do exsudato é formado um gel, que auxilia na formação do tecido de granulação e na epitelização. O curativo com prata é macio, elástico confortável e pode diminuir a pressão da ferida. O produto é não adesivo, antibacteriano, absorve o exsudato e permite a respiração da pele.

BENEFÍCIOS

- Ação microbiana
- Não adesivo
- Excelente evaporação do exsudato (MVTR)
- Alta capacidade de absorção
- Espuma macia e hipoalérgica

INDICAÇÕES

O SILVERSOFT, destina-se ao tratamento de feridas com exsudato de moderado a elevado. Os ions de prata liberado tem a função antibacteriana. Indicado para úlceras de perna e decúbito, feridas suturadas, queimaduras de grau I-II, de espessura parcial e áreas de enxerto. É particularmente útil para curar feridas, como úlceras de pressão sacral, que podem diminuir a pressão da ferida.

O intervalo para a troca do curativo dependerá inteiramente do estado da ferida e da natureza do curativo secundário. Quando o curativo é aplicado a feridas muito exsudativas ou esqueléticas pode ser substituído diariamente inicialmente, mas à medida que a cicatrização avança e a quantidade de exsudado diminui, o intervalo entre mudanças pode ser prolongado para até 7 dias. Nesta fase, uma mudança para um curativo alternativo - como um produto de filme, deve ser considerada para conservar a umidade.

- 2º Colocado: Ynemed
- 3º Colocado: Macmed



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

As duas licitantes acima não colocaram marca na proposta inicial, não sendo possível análise das marcas ofertadas.

- 4º Colocado: AMC

Marca: Convatec

Conforme imagem abaixo, não atende ao descritivo do edital, pois não possui estrutura tridimensional:

Itens 18 e 54 Ficha Técnica

AQUACEL® Ag Foam Curativo Antimicrobiano Não Adesivo de Espuma com Tecnologia Hydrofiber®

Curativo antimicrobiano não adesivo de espuma de hidrofibra com prata

Descrição	
<p>AQUACEL® Ag Foam não adesivo é um curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma camada de almofada de espuma absorvente e uma camada de hidrofibra com prata iônica.</p> <p>Pode ser usado como curativo primário ou secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e pode ser cortado no tamanho e formato desejados conforme a indicação de um profissional da saúde.</p>	
Marca	
Aquacel® Hydrofiber® ConvaTec®	
Composição do Produto	
Filme de poliuretano; espuma de poliuretano grau médico; camada de ligação em poliamida; hidrofibra: 100% carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de prata.	
Características e Ações do Produto	
<p>O único curativo de espuma de prata que oferece os benefícios de cicatrização de uma camada de contato Hydrofiber®, o conforto da espuma e o poder de matar bactérias da prata iônica. AQUACEL® Ag Foam não adesivo possui:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uma camada superior impermeável que permite a evaporação do excesso de umidade enquanto protege contra a penetração viral / bacteriana.• Uma almofada de espuma macia e absorvente para melhorar o conforto do paciente e absorver o excesso de fluido.• Camada de Hydrofiber® com prata iônica que administra o exsudato da ferida através da capacidade de absorção e gelificação. O gel coeso em contato com o exsudato da ferida molda-se perfeitamente ao seu leito, ajudando a minimizar a dor associada às mudanças de curativo e eliminando o espaço morto onde bactérias e biofilmes podem crescer. A capacidade de absorção e retenção da Tecnologia Hydrofiber® garante que o exsudato absorvido pelo curativo permaneça retido em suas fibras sem retorno ao leito da ferida, retendo também bactérias e ajudando a minimizar a infecção cruzada e prevenir a maceração. A prata iônica incorporada no curativo mata um amplo espectro de microrganismos patógenos, tanto	

1



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 6º Colocado: Novacare
Marca: Biatain Ag / Coloplast

Conforme imagem abaixo, atende plenamente ao solicitado no edital. Devendo ser a única classificada deste item.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

RELATÓRIO TÉCNICO

Biatain Ag

Curativo de Espuma Antibacteriano com Prata

A. DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO, INCLUINDO OS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DE SEU FUNCIONAMENTO E SUA AÇÃO, CARACTERIZAÇÃO DE SUA TECNOLOGIA, SEU CONTEÚDO E COMPOSIÇÃO QUANDO APLICÁVEL.



Biatain Ag Curativo de Espuma Antibacteriano com prata é um curativo que consiste de uma espuma tridimensional macia de poliuretano que apresenta alta capacidade de absorção vertical, retém o exsudato em sua estrutura interna, protege a região ferida minimizando os riscos de maceração da bordas e proporciona o meio úmido ideal para o processo de cicatrização.

A face superior do curativo apresenta um filme de poliuretano, impermeável à água que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos. A face que permanece em contato com a ferida é delicada, proporcionando um maior conforto ao paciente. A espuma do curativo contém **prata iônica como componente ativo** que é liberada de forma contínua à medida em que o exsudato da ferida é absorvido pela espuma de poliuretano, assegurando um controle efetivo no local da infecção, o qual é mantido durante todo o período de permanência do curativo – O tempo de permanência do curativo não deve exceder 7 dias.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 70 – Cota reservada

Descritivo no edital: SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAINA E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 100 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- 1º Colocado: V.R. Valadares

Marca: DBS



Rua José Ramos Guimarães, nº 57
Centro - Bom Jesus das Perdões - SP - Cep 12955-000
tel 11 4891-1146 / 4891-1149 / 4891-1169
www.dbsaude.com.br

FICHA TÉCNICA

PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA

Descrição:

- ✓ Pielšana Polihexanida Solução Aquosa é um produto à base de polihexanida (biguanida) com alta absorção e redução de odores da ferida;
- ✓ Promove a limpeza e a hidratação de feridas crônicas;
- ✓ Descontamina a ferida e acelera, portanto, o processo de cicatrização.

Modo de Usar:

- ✓ Retirar o curativo anterior se for o caso;
- ✓ Realizar a limpeza inicial com Pielšana Polihexanida Solução Aquosa embebida em algodão ou gaze estéril;
- ✓ Não exercer pressão sobre a ferida na colocação do curativo secundário.

Indicação:

- ✓ Limpeza e hidratação de feridas crônicas. Rápida absorção e redução dos odores das feridas.

Composição:

- ✓ 0,1% Cocoamidopropilbetaina, 0,1% Polihexanida (Biguanida), Água purificada e Glicerina.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Edital solicita Poliaminopropil Biguanida com concentração 0,2%

E a marca ofertada pela V.R. Valadares, possui concentração de 0,1%. Portanto, não atende ao solicitado.

- 2º Colocado: Esfigmed

Não apresentou marca na proposta inicial

- 3º Colocado: AMC
Marca: Walkmed / Aquasept Plus

- 4º Colocado: Novacare

Marca: Polihexam Plus Líquido / Helianto

Conforme imagem da ficha técnica abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital.



**INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO
POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO
PHMB 0,2%**

POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é uma solução de Poliaminopropil Biguanida (PHMB 0,2%) que limpa, hidrata e descontamina as feridas para acelerar o processo de cicatrização.

INDICAÇÃO: POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é indicado na limpeza, desodorização e hidratação de todos os tipos de feridas, hidratação de curativos e coberturas secundárias, curativos aderidos para diminuir riscos de trauma ao leito, desprendimento de crostas durante a troca de curativos e no combate ao biofilme.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Item 71 – Cota Reservada

SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 350 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

- 1º Colocado: V.R Valadares

Marca: DBS

- 3º Colocado: Up Dent

Marca: DBS



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



Rua José Ramos Guimarães, nº 57
Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - Cep 12955-000
tel 11 4891-1146 / 4891-1149 / 4891-1169
www.dbsaude.com.br

FICHA TÉCNICA

PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA

Descrição:

- ✓ Pielšana Polihexanida Solução Aquosa é um produto à base de polihexanida (biguanida) com alta absorção e redução de odores da ferida;
- ✓ Promove a limpeza e a hidratação de feridas crônicas;
- ✓ Descontamina a ferida e acelera, portanto, o processo de cicatrização.

Modo de Usar:

- ✓ Retirar o curativo anterior se for o caso;
- ✓ Realizar a limpeza inicial com Pielšana Polihexanida Solução Aquosa embebida em algodão ou gaze estéril;
- ✓ Não exercer pressão sobre a ferida na colocação do curativo secundário.

Indicação:

- ✓ Limpeza e hidratação de feridas crônicas. Rápida absorção e redução dos odores das feridas.

Composição:

- ✓ 0,1% Cocoamidopropilbetaina, 0,1% Polihexanida (Biguanida), Água purificada e Glicerina.

Edital solicita Poliaminopropil Biguanida com concentração 0,2%

E a marca ofertada pelas empresas acima, possui concentração de 0,1%. Portanto, não atende ao solicitado.

- 2º Colocado: Esfigmed
- 3º Colocado: Biondi



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

As empresas acima, não anexaram as marcas nas propostas iniciais, não podendo ser analisado.

- 5º Colocado: Novacare

Marca: Polihexam Plus Líquido / Helianto

Conforme imagem da ficha técnica abaixo, o produto ofertado atende plenamente ao solicitado do edital.



**INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NA ROTULAGEM DO PRODUTO
POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO
PHMB 0,2%**

POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é uma solução de Poliaminopropil Biguanida (PHMB 0,2%) que limpa, hidrata e descontamina as feridas para acelerar o processo de cicatrização.

INDICAÇÃO: POLIHEXAM® PLUS LÍQUIDO é indicado na limpeza, desodorização e hidratação de todos os tipos de feridas, hidratação de curativos e coberturas secundárias, curativos aderidos para diminuir riscos de trauma ao leito, desprendimento de crostas durante a troca de curativos e no combate ao biofilme.

Item 72 – Cota Reservada

Descritivo no edital: SPRAY BARREIRA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DO ESTOMA, FORMA UMA BARREIRA CONTRA OS EFLUENTES, PERMITE COLAGEM DE ADESIVO E SECA EM SEGUNDOS, SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. COMPOSIÇÃO: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. FRASCO COM 50 ML

- 1º Colocado:

Empresa: Biondi

Produto: Vuelo Spray Barreira



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 48.682.555/0001-97

Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160

Telefone: (19)99152-5997

E-mail: comercial@novacarecps.com

VUELO

PHARMA

Descrição

O **Spray de Barreira Vuelo** é uma solução polimérica líquida de secagem rápida, incolor, não gordurosa, resistente à água e sem álcool que forma uma película protetora e uniforme quando aplicado na pele, sem provocar irritações. Dessa forma protege-a por até 72 horas de lesões decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção e adesivos.

O **Spray de Barreira Vuelo** deve ser aplicado na pele saudável. Não causa ardência ou desconforto.

Dermatologicamente testado.

Indicações de uso

Proteção da pele ao redor de ostomias (periestoma) e fistulas; prevenção de lesões de pele decorrentes de fricções, excesso de umidade, incontinências urinárias e/ou fecais ou sucos digestivos (ostomias); proteção contra processos alérgicos causados por adesivos e fitas de fixação; proteção da pele ao redor de cânulas de entubação, traqueostomias e gastrostomias; proteção da pele contra dermatites, irritações, cisalhamentos e agressões de curativos ou bolsas de ostomia.

Contraindicações

O **Spray de Barreira Vuelo** não deve ser usado diretamente na pele lesionada ou irritada.

Composição

Disiloxane, trimethylsiloxysilicate, isododecane, acrylates / polytrimethylsiloxy methacrylate copolymer, dimethicone / trimethylsiloxysilicate.

Instruções de uso

A pele deve estar limpa e seca antes da aplicação do **Spray de Barreira Vuelo**. Mantenha o aplicador a uma distância de 10 a 15 cm da pele e pulverize uma camada lisa e uniforme de película na região que requer proteção. Deixe secar

a primeira secar antes de aplicar a segunda. É indicada a aplicação do **Spray de Barreira Vuelo** a cada 72 horas. Não é necessário remover a película existente antes da reaplicação.

Nos casos de incontinência urinária e/ou fecal ou casos em que houver a necessidade de limpezas frequentes, a reaplicação é indicada a cada 24 horas ou quando se fizer necessário. Para proteção sob adesivos, reaplique a cada troca de fitas adesivas ou curativos. Caso deseje, a película poderá ser removida com um solvente de adesivos de uso hospitalar, de acordo com as instruções de uso do solvente, evitando a fricção da pele para prevenir lesões.

Precauções

Suspender o uso caso ocorra eritema ou qualquer outro sinal de irritação e, caso os sintomas persistam, consulte seu médico. O uso concomitante de outros produtos de proteção como cremes, loções e pomadas pode diminuir a eficácia do **Spray de Barreira Vuelo**.

Advertências

O **Spray de Barreira Vuelo** é inflamável, por isso, seu uso é indicado em áreas ventiladas, longe de chamas, faíscas e outras fontes de ignição. Manter fora do alcance de crianças. **Cuidado! Altamente inflamável.**

Armazenagem

Manter a temperatura entre 15 e 40°C em local seco e limpo. Manter longe do calor, chamas e outras fontes de ignição.

Importante: limpe a saída da válvula após o uso.

Manter fora do alcance de crianças.

Uso externo.

VUELO

Fabricado e registrado por:
Vuelo Pharma Ltda.

Rua Carlos Muller, 315
C. Itituba, Paraná
CEP 81280.380
CNPJ 04.159.536/0001-05

vuelopharma.com

sa@vuelopharma.com
Tel/Fax: 41 3657.7611
SAC: 41 3657.9342

Responsável técnico

Helen de Moraes A. de Souza
CRF-PR 31.612



Registro ANVISA
80074780003

Conforme imagem acima, o produto ofertado não possui os seguintes componentes: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

- 2º Colocado
Empresa: HOSPBOX:
Produto: dermilon spray 100ml / Cosmoderma



MANUAL TÉCNICO

Dermilon Spray – Película Protetora sem Ardor.

Nome Comercial: Dermilon Spray

Modelo Produto Médico:

Tubo em spray contendo 28mL de solução

Tubo em spray contendo 100mL de solução

Indicações:

Dermilon Spray pode ser utilizado em pacientes adultos, crianças e bebês com idade superior a 01 mês que estejam com lesões de pele decorrentes de incontinências urinárias e/ou fecais, sucos digestivos (ostomias), fricção, cisalhamento e agressões de adesivos devido trocas constantes de curativos.



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com



- Não impede a aplicação de fraldas e não interfere com compressas absorventes.
- Produto não estéril.

Composição: Hexametildisiloxano, Methyl Trimethicone/ Acrylates/ Dimethicone Copolymer.

Prazo de Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Conforme imagem acima, o produto ofertado não possui os seguintes componentes: CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. E também não possui frasco de 50 mL

- 3º Colocado
Empresa: AMC
Produto: 1729205 - Esenta spray Barreira 50ml / Convatec



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Itens 36 e 72



Ficha Técnica
FT-SKC10
V3

ESENTA - Barreira Protetora Spray

Barreira protetora ou filme protetor da pele



Descrição

ESENTA Barreira Protetora Spray forma uma resina de silicone que atua como uma barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos, podendo ser usado na troca de bolsas de ostomia e curativos, ao redor dos estomas e feridas.

Marca

ESENTA™ ConvaTec®

Composição do Produto

ESENTA Barreira Protetora Spray é composto por disiloxisano, Trimetilsiloxisilicato e zanthoxylum bungeanum.

Características e Ações do Produto

Formulação: Formulação límpida, fluida, volátil, sem odor e incolor. Barreira Protetora da Pele: forma uma barreira oclusiva que repele a umidade e atua como barreira contra fatores irritantes como fezes e urina. Produto hipoalergênico.

Recomendações de Uso

ESENTA barreira protetora spray é indicado para a proteção da pele contra os danos associados aos resíduos do corpo, como fezes, urina ou suor, enzimas e adesivos. Este produto deve ser utilizado na pele ao redor dos estomas e na pele ao redor de feridas. Recomendado somente para uso externo, devendo ser evitada a utilização em zonas delicadas ou sensíveis da pele (olhos, boca, ouvidos, nariz e vagina) ou direta no leito das feridas e a inalação do produto.

Modo de utilização:

- Limpe e seque a pele completamente;
- Segure a aproximadamente 10 cm da área a ser tratada.
- Aplique uma camada uniforme num movimento de passagem.

1



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

Conforme imagem acima, o produto ofertado não possui os seguintes componentes: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO e SILICA TRIMETILADO.

- 4º Colocado: Novacare

Marca: Brava Spray Barreira

Atende plenamente o descritivo do edital, conforme imagem abaixo:

 **Formulário de Petição para Notificação ou Cadastro – Materiais de uso em saúde – RDC nº 40/2015**

4.2.4 Composição (Especificar a composição química do produto e seus constituintes - partes, componentes do sistema, materiais do conjunto e/ou acessórios. Informar concentração e função de cada matéria-prima na formulação do produto). **No caso de informações sigilosas, que não possam ser disponibilizadas no Portal da Anvisa, este campo deverá ser preenchido de modo resumido, e a descrição detalhada da composição deverá ser informada em anexo.**

Componente	Composição	Função
Spray barreira de pele	Hexametiltildisiloxano	Solvente, protetor de pele
	Ciclopentasiloxano	Criar uma barreira protetora na pele.
	Sílica trimetilada	

4.2.5 Especificações técnicas dos modelos, partes, componentes do sistema, materiais do conjunto e/ou acessórios. Informar as especificações do produto, estabelecidas pelo fabricante, para os seguintes parâmetros, quando couber:

- Dimensionais;
- Organolépticas;
- Físico-químicas e/ou mecânicas;
- Microbiológicas;
- Demais especificações pertinentes ao produto.

Código	Descrição	Quantidade	Peso	Largura	Profundidade
12020	Brava Spray Barreira de Pele	50 ml	39g	26.92-27.18 mm	4.80-5.10 mm



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

II – DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA

A Lei Federal 14.133/2021 coíbe a exigência de condições que prejudiquem a competição, conforme apontado no artigo 9º, inciso I, alínea “a”, todavia, a manutenção da classificação das empresas supracitadas para os itens 16 e 33., tendo a comissão de análise de amostras aprovado produtos que não atendem o descritivo editalício conjuntamente com documentos impertinentes à demonstração técnica corretas viola flagrantemente o diploma legal.

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

S Nesse sentido é o ensinamento publicado no periódico ILC – Informativo de Licitações e Contratos, sob a referência 960/93/NOV/2001, na seção Pergunta e Resposta, intitulada Ato convocatório – Elaboração – Limites da atuação da Administração.

“Em relação ao objeto, o legislador, ao definir a regra do inciso I do art. 40, revelou absoluta cautela ao se referir ao objeto. Diz ele que o objeto deve ser descrito de forma clara e sucinta. É evidente que não seria tolerável uma descrição obscura e capaz de tornar incompreensível o objeto desejado pela Administração. Por outro lado, pretendeu-se também evitar que a descrição fosse minuciosa a ponto de reunir certas características que só pudessem ser atendidas por um produto. O adjetivo sucinto tem a finalidade de evitar que tal direcionamento ocorra.” (g.n.).

Assim, indicações em limites excessivos, sem a justificativa técnica plausível, são consideradas impertinentes, tornando ilícita sua exigência, maculando não só o instrumento convocatório, como



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

todo o procedimento e o contrato dele decorrente, posto que não se relacionam com o interesse público, violando dentre outros princípios, o da razoabilidade, economicidade e probidade, coibindo a livre concorrência.

A Administração sempre deve agir em consonância aos princípios licitatórios e de direito Administrativo, e ao habilitar as empresas recorridas com divergentes ao edital afrontam diretamente as regras editalícias e leis licitatórias, pois não estão se vinculando as regras previamente estabelecida no certame. Os citados princípios estão previstos no artigo 5º a Lei 14.133/21:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital, do julgamento objetivo**, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). *grifo nosso*

Nesse mesmo sentido, o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entende que o não cumprimento das regras editalícias afronta diretamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao princípio da isonomia, senão vejamos:

2.5. Por sua vez, o **não atendimento integral dos requisitos de habilitação fixados no Edital**, no caso, item 6.1.2. “b1”1, tendo em vista a ausência da demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e da demonstração dos fluxos de caixa, **refletiu em prejuízo ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93), e ao princípio da isonomia (art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93)**. (TC-000152/011/14) grifo nosso

A fiscalização, a cargo da 4ª DF, **opinou pela irregularidade da matéria, apontando que houve descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório**. Isso porque, embora a contratação tenha se efetivado com a empresa que apresentou o menor preço, nenhuma das participantes comprovou capacidade técnico operacional, através da



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

demonstração da execução de serviços equivalentes às parcelas de maior relevância, constantes do Edital.

[...]

Inserir no Edital imposições que devem ser cumpridas para fins de habilitação e, após, habilitar empresas que não as cumpriram configura o descumprimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no caput do artigo 3º e no artigo 41, ambos da Lei Federal nº 8.666/933. (TC-033127/026/13) grifo nosso

Assim, a Comissão Técnica deixou de observar as regras editalícias pré-estabelecidas, estando eivado de vícios as habilitações das empresas arrematantes dos referidos lotes, em notória contrariedade ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e isonomia

III – DO PEDIDO

Ante todo o exposto, requer que:

- 1) Seja recebida, conhecida e provida a presente RAZÕES DE RECURSO, para no mérito julgar totalmente PROCEDENTE o pedido da NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR. pelas razões apresentadas.
- 2) Sejam desclassificadas para os Itens 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 36 da cota ampla e 38, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 70, 71 e 72 da Cota Reservada as licitantes **UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA UNIÃO LTDA., MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, EXPRESSMEDICAL COM ATAC VAREJ CORRELATOS MEDICO LTDA, TECNO CARE LTDA, CASEX IND DE PLÁSTICOSEPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME, CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA., ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, REQUINTE COMERCIAL LTDA, IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA , YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., AMC SAUDE**



NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 48.682.555/0001-97
Av. Andrade Neves, nº 295 - Sala 121, Centro, Campinas, SP, CEP: 13013-160
Telefone: (19)99152-5997
E-mail: comercial@novacarecps.com

COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-ME, SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME, UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VUELO PHARMA LTDA, em razão dos produtos não atenderem o descritivo editalício.

- 3) Em caso de indeferimento do presente Recurso, será fornecida cópia integral do procedimento licitatório, para fins de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado e revisão pelo Poder Judiciário por ser medida de inteira Justiça.

Termos em que pede e espera deferimento.

Campinas, 11 de setembro de 2024.

NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

AO ILUSTRÍSSIMO(A) SR(A) PREGOEIRO(A) E COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA.

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.551.382/0001-09 com sede na Rua Gumercindo Vieira Rocha, 101 - Centro – Vinhedo/SP vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor, tempestivamente,

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da classificação das empresas Casex, Medcenter, Medefe, Imperium Med, Medpoá, Tremed, Novacare e VR Valadares para o item 3; Novacare, Cirúrgica União e Santos Health para o item 8; Cirúrgica União e Novacare para o item 19; Casex, Medcenter, Cirúrgica São José, Macmed, Novacare, Cirúrgica Oeste para o item 21; Hospbox, LC Med, Biondi & Bush, Novacare, VR Valadares e Esfigmed para o item 39, Novacare e Biondi & Bush para o item 44; Macmed e Novacare para o item 57.

I – DOS FATOS E DO DIREITO

De início faz-se importante esclarecer, que a empresa recorrente reconhece que o Edital, no sistema jurídico-constitucional vigente, constitui lei entre as partes e é a norma fundamental da concorrência, cujo objetivo é:

- Determinar o objeto da licitação,
- Discriminar os direitos e obrigações dos intervenientes e do órgão Licitante e;
- Disciplinar o procedimento adequado ao estudo e julgamento das propostas.

Verifica-se então que o equívoco do ato cometido consubstancia-se no fato de ter classificado as propostas apresentadas pelas empresas mencionadas, tendo em vista que os produtos ofertados não estão em acordo com o descritivo do edital, conforme constatado abaixo. Vejamos os descritivos dos itens.

Quanto aos itens 3 e 39, possuem o mesmo descritivo, sendo cota principal e reservada:

Item 3 (cota principal) e item 39 (cota reservada) - BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M. PRONTA PARA USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL **(30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER)**, IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, **ACÁCIA**, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO

**E VASELINA, ISENTO DE VITAMINAS E
ÁLCOOL**, COM COBERTURA HOMOGÊNEA.
CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.

PARA O ITEM 3 – COTA PRINCIPAL

As empresas Casex (1^a colocada), Medpoá (5^a colocada), ofertaram em suas propostas o produto da marca Casex, o qual não atende ao descritivo do edital pois não possui acácia e vaselina, emolientes importantes por manter umidade do produto e hidratação da pele, bem como auxiliar na facilidade da aplicação do produto. Ainda possui álcool em sua composição, ao qual é vetado no descritivo.

As empresas Medcenter (2^a colocada), Medefe (3^a colocada), Imperium Med (4^a colocada) e Tremed (6^a colocada), ofertaram em suas propostas produto da marca Dermacure, o qual não atende ao descritivo do edital pois não possui vaselina em sua composição, prejudicando a durabilidade do produto e aumentando o ressecamento do produto, bem como do membro do paciente, além de tornar mais difícil a sua aplicação e deslizamento por toda região. Além disso a classe de risco é inferior ao solicitado, onde a classe de risco II não é indicada contato com pele não íntegra.

As Botas de Unna servem para contenção do edema e facilitador para o retorno venoso, problemas estes causados por dificuldades de circulação venosa no membro afetado, por alguns fatores fisiológicos e, devem permanecer no membro afetado por até 7 dias, até a próxima troca. Para que a pele não apresente reações alérgicas e se mantenha hidratada nesse período de oclusão, ela deve conter em sua composição emolientes, sendo estes responsáveis por estas finalidades.

Um deles é a vaselina, responsável pela durabilidade do produto, evitando o ressecamento do mesmo e também do membro do paciente, além ainda de tornar mais fácil a sua aplicação e deslizamento por toda a região.

A Bota de Unna Dermacure é classificada na Anvisa como Classe II e fabricada por uma indústria têxtil, conforme anexo.

Segundo a Anvisa, através da RDC N° 185/2001¹
- Classe de Risco II é definida da seguinte forma (anexo):

Regra 4 - Todos produtos médicos não-invasivos que entrem em contato com a pele lesada:

- a) enquadram-se na Classe I se estão destinados a ser usados como barreira mecânica, para compressão ou para absorção de exsudados;
- b) enquadram-se na Classe III se estão destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção;
- c) enquadram-se na Classe II em todos outros casos, incluindo os produtos médicos destinados principalmente a atuar no micro-entorno de uma ferida.

Pela classificação da Anvisa, citada acima, o produto Dermacure Plus não pode ser usado em membros sobre a ferida

¹ **Disponível em:** https://aeap.org.br/wp-content/uploads/2019/10/resolucao_rdc_185_de_22_de_outubro_de_2001_manual_do_usuario.pdf

tornando-a inutilizável para esse descritivo do edital. A Anvisa classificou o registro desse produto dessa forma, pois não foi comprovada ou não apresentada pelo fabricante as exigências para esse fim. Se isso tivesse ocorrido, seria Classe III como as demais marcas apresentadas pelas licitantes no certame.

Uma indústria têxtil normalmente tem sua linha de produção, higiene, controle de qualidade e protocolos voltados a outros fins, como vestuário ou produtos para saúde Classe I e/ou II (Gazes, atadura de crepe, meias elásticas e outros), mas não para produzir produtos específicos para a saúde, a fim de serem usados em áreas com ruptura da derme, conforme consta na definição da ANVISA.

A empresa Novacare (7^a colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Helianto, o qual não atende ao descritivo do edital pois não apresenta em sua composição a indicação solicitada de 30% e 70% poliéster, dificultando assim aos ajustes do contorno dos membros, aumentando o risco de garroteamento e traumas na perna.

A empresa VR Valadares (8^a colocada), ofertou em sua proposta produto da marca DBS, o qual não atende ao descritivo do edital pois não apresenta em sua composição a indicação solicitada de 30% e 70% poliéster, dificultando assim aos ajustes do contorno dos membros, aumentando o risco de garroteamento e traumas na perna. Não possui ainda acácia e vaselina, prejudicando a durabilidade do produto e aumentando o ressecamento do produto, bem como do membro do paciente, além de tornar mais difícil a sua aplicação e deslizamento por toda região.

PARA O ITEM 39 – COTA RESERVADA

A empresa Hospbox (1ª colocada), ofertou em sua proposta o produto da marca Casex, o qual não atende ao descritivo do edital pois não possui acácia e vaselina, emolientes importantes por manter umidade do produto e hidratação da pele, bem como auxiliar na facilidade da aplicação do produto. Ainda possui álcool em sua composição, ao qual é vetado no descritivo.

As empresas LC Med (2ª colocada) e Biond & Bush (3ª colocada), ofertaram em suas propostas produto da marca Dermacure, o qual não atende ao descritivo do edital pois não possui vaselina em sua composição, prejudicando a durabilidade do produto e aumentando o ressecamento do produto, bem como do membro do paciente, além de tornar mais difícil a sua aplicação e deslizamento por toda região. Além disso a classe de risco é inferior ao solicitado, onde a classe de risco II não é indicada contato com pele não íntegra.

As Botas de Unna servem para contenção do edema e facilitador para o retorno venoso, problemas estes causados por dificuldades de circulação venosa no membro afetado, por alguns fatores fisiológicos e, devem permanecer no membro afetado por até 7 dias, até a próxima troca. Para que a pele não apresente reações alérgicas e se mantenha hidratada nesse período de oclusão, ela deve conter em sua composição emolientes, sendo estes responsáveis por estas finalidades. Um deles é a vaselina, responsável pela durabilidade do produto, evitando o ressecamento do mesmo e também do membro do paciente, além ainda de tornar mais fácil a sua aplicação e deslizamento por toda a região.

A Bota de Unna Dermacure é classificada na Anvisa como Classe II e fabricada por uma indústria têxtil, conforme anexo.

Segundo a Anvisa, através da RDC N° 185/2001²

- Classe de Risco II é definida da seguinte forma (anexo):

Regra 4 - Todos produtos médicos não-invasivos que entrem em contato com a pele lesada:

- a) enquadram-se na Classe I se estão destinados a ser usados como barreira mecânica, para compressão ou para absorção de exsudados;
- b) enquadram-se na Classe III se estão destinados a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção;
- c) enquadram-se na Classe II em todos outros casos, incluindo os produtos médicos destinados principalmente a atuar no micro-entorno de uma ferida.

Pela classificação da Anvisa, citada acima, o produto Dermacure Plus não pode ser usado em membros sobre a ferida tornando-a inutilizável para esse descritivo do edital. A Anvisa classificou o registro desse produto dessa forma, pois não foi comprovada ou não apresentada pelo fabricante as exigências para esse fim. Se isso tivesse ocorrido, seria Classe III como as demais marcas apresentadas pelas licitantes no certame.

Uma indústria têxtil normalmente tem sua linha de produção, higiene, controle de qualidade e protocolos voltados a outros

² Disponível em: https://aeap.org.br/wp-content/uploads/2019/10/resolucao_rdc_185_de_22_de_outubro_de_2001_manual_do_usuario.pdf

fins, como vestuário ou produtos para saúde Classe I e/ou II (Gazes, atadura de crepe, meias elásticas e outros), mas não para produzir produtos específicos para a saúde, a fim de serem usados em áreas com ruptura da derme, conforme consta na definição da ANVISA.

A empresa Novacare (4^a colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Helianto, o qual não atende ao descritivo do edital pois não apresenta em sua composição a indicação solicitada de 30% e 70% poliéster, dificultando assim aos ajustes do contorno dos membros, aumentando o risco de garroteamento e traumas na perna.

A empresa VR Valadares (5^a colocada), ofertou em sua proposta produto da marca DBS, o qual não atende ao descritivo do edital pois não apresenta em sua composição a indicação solicitada de 30% e 70% poliéster, dificultando assim aos ajustes do contorno dos membros, aumentando o risco de garroteamento e traumas na perna. Não possui ainda acácia e vaselina, prejudicando a durabilidade do produto e aumentando o ressecamento do produto, bem como do membro do paciente, além de tornar mais difícil a sua aplicação e deslizamento por toda região.

A empresa Esfimed (6^a colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Convatec. Ocorre que, conforme informações da fabricante do produto, a empresa em questão não está autorizada por ela a fornecer seus produtos, não possuindo qualquer garantia de compra nesse sentido, conforme se verifica na carta anexa, emitida pela fabricante.

A presente situação é alarmante, tendo em vista que se trata de uma ata de registro de preços, com duração de 12 meses, num quantitativo alto. A Administração e conseqüentemente o tratamento dos pacientes atendidos, ficam vulneráveis a falta de segurança aqui apresentada, quanto ao fornecimento do produto pela empresa vencedora do item.

Destaca a fabricante do produto que para utilização dos produtos, a Convatec oferece junto de seus principais distribuidores: treinamentos, capacitações teóricas e práticas, desenvolvimento de protocolos para melhor custo-efetividade, programa de gestão de atenção básica (Consaúde), acompanhamento *in-loco* nas unidades de Saúde entre outros serviços.

Entendendo a importância e necessidade dessa segurança, a Lei 14.133/2021, prevê em seu texto:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

IV - **Não tiverem sua exequibilidade demonstrada**, quando exigido pela Administração;

E ainda:

§ 2º A Administração **poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada**, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

Ora, resta claramente demonstrada a inexecuibilidade da proposta da Esfigmed, tendo em vista que a fabricante do produto informa que não fornecerá o produto para esta empresa, de qual forma então ela conseguirá fornecer?

Além disso, a segurança para o uso correto do material está comprometida, uma vez que a vencedora do item não

participa de treinamentos, não possui a devida orientação para resolver qualquer questão que se apresente durante a execução do contrato.

Ainda visando a segurança da execução do contrato, é possível verificar no artigo 41, inciso IV, da Lei 14.133/2021 a exigência da seguinte garantia:

V - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. LICITAÇÕES. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE GARANTIA DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS LICITADOS. ÔNUS DOS LICITANTES. NULIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. CARTA DE SOLIDARIEDADE. DOCUMENTO CUJA EXIGÊNCIA JÁ FORA INTRODUZIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. RESTRIÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. A exigência prevista em edital para que os licitantes apresentem atestado de garantia dos fabricantes mostra-se razoável para assegurar a boa utilização e adequado funcionamento dos equipamentos (...). 2. Ainda que se interprete o requisito editalício

impugnado como sendo Carta de Solidariedade, esta já fora introduzida no ordenamento jurídico brasileiro e não configura a restrição citada. 3. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0706788-89.2017.8.01.0001, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais arquivadas.

(Relator (a): Des^a. Regina Ferrari; Comarca: Rio Branco; Número do Processo:0706788-89.2017.8.01.0001; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 19/06/2018; Data de registro: 25/06/2018). Cível 1^a Vara da Fazenda Pública

É explícita a falta de segurança e garantia da contratação com uma empresa que não tem respaldo do fabricante e importador exclusivo dos produtos no Brasil, e a seleção dessa proposta faz com que a Administração se afaste totalmente do objetivo final da licitação, expresso no artigo 11 da lei 14.133/2021:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

Como pode uma proposta de um distribuidor, sem respaldo do fabricante e importador exclusivo dos produtos no Brasil, ser uma proposta vantajosa para a Administração? Pode a

Administração se afastar do objetivo maior da licitação, diante de fatos explícitos que atestam a insegurança da contratação iminente? Pode a empresa Esfigmed garantir o cumprimento do contrato quando o fabricante dos produtos atesta que não reconhece esse distribuidor como autorizado? Pode a Administração garantir a segurança dessa contratação?

Fica demonstrada a importância do reconhecimento do licitante pela fabricante, para que a execução do contrato esteja garantida, o que não ocorre na presente situação.

Quanto aos itens 8 e 44, possuem o mesmo descritivo, sendo cota principal e reservada:

ITEM 8 (cota principal) e ITEM 44 (cota reservada) - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, **SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO.** INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS. PARA QUEIMADURAS DE ESPESSURA PARCIAL (QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU), O CURATIVO PODERÁ PERMANECER ATÉ UM MÁXIMO DE 14 DIAS. TAMANHO: 10X10CM.

PARA O ITEM 8 – COTA PRINCIPAL

A empresa Novacare (1ª colocada), ofertou em sua proposta o produto Biatain Ag; a empresa Cirúrgica União (2ª colocada) ofertou o produto Exufiber Ag e a empresa Santos Health (3ª colocada) ofertou produto da marca Polar Fix, os quais não atendem ao descritivo do edital pois, não possuem dupla camada de fibras de carboximetilcelulose e sim camada única com outras fibras, sendo menos eficaz na gestão do exsudato. Não são aprimorados com ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO que é um surfactante e quelante de metais capazes de romper e prevenir a reformação de Biofilme. Não existe comprovação que apenas a prata consegue fazer tal ação. Esses componentes são extremamente indispensáveis pois em torno de 80% das feridas possuem Biofilme ao qual mantém as feridas totalmente estagnadas no processo de cicatrização. Não tem indicação em bula de que para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo grau) e não indica que o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias, prejudicando o tratamento e aumentando os custos.

ITEM 44 – COTA RESERVADA

A empresa Novacare (1ª colocada), ofertou em sua proposta o produto Biatain Ag; o qual não atende ao descritivo do edital pois, não possui dupla camada de fibras de carboximetilcelulose e sim camada única com outras fibras, sendo menos eficaz na gestão do exsudato. Não é aprimorado com ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO que é um surfactante e quelante de metais capazes de romper e prevenir a reformação de Biofilme. Não existe comprovação que apenas a prata consegue fazer tal ação. Esses componentes são extremamente indispensáveis pois em torno de 80% das feridas possuem Biofilme ao qual mantém as feridas totalmente estagnadas no processo de cicatrização. Não tem indicação em bula de que para queimaduras de espessura parcial (queimaduras de segundo

grau) e não indica que o curativo poderá permanecer até um máximo de 14 dias, prejudicando o tratamento e aumentando os custos.

A empresa Biond & Bush (2ª colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Convatec. Ocorre que, conforme informações da fabricante do produto, a empresa em questão não está autorizada por ela a fornecer seus produtos, não possuindo qualquer garantia de compra nesse sentido, conforme se verifica na carta anexa, emitida pela fabricante, devendo ser desclassificada pela fundamentação já apresentada anteriormente nestas razões de recurso.

Quanto ao item 19:

ITEM 19 (cota principal) - CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, **UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS** E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO,

CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. EM FORMATO SACRAL. TAMANHO: 20X16,9CM.

A empresa Cirúrgica União (1ª colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Monlyncke, o qual não atende ao descritivo do edital, pois não possui em suas camadas composição de 100% carboximetilcelulose responsável por otimizar o equilíbrio do microclima, uma vez que a umidade é absorvida e retida dentro da fibra, impossibilitando seu retorno para a pele/ferida e lateralização entre suas fibras. Não possui ainda a camada de ligação de poliuretano, componente importante em manter todas as camadas unidas, garantindo que as camadas não se desfragmentem com a movimentação do paciente, otimizando, portanto, uma melhor performance contra a fricção e cisalhamento.

A empresa Novacare (2ª colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Coloplast, o qual não atende ao descritivo do edital, pois não possui em suas camadas composição de 100% carboximetilcelulose responsável por otimizar o equilíbrio do microclima, uma vez que a umidade é absorvida e retida dentro da fibra, impossibilitando seu retorno para a pele/ferida e lateralização entre suas fibras. Não possui ainda a camada de ligação de poliuretano, componente importante em manter todas as camadas unidas, garantindo que as camadas não se desfragmentem com a movimentação do paciente, otimizando, portanto, uma melhor performance contra a fricção e cisalhamento

Quanto aos itens 21 e 57, possuem o mesmo descritivo, sendo cota principal e reservada:

ITEM 21 (cota principal) e ITEM 57 (cota reservada) - CURATIVO GEL HIDRATANTE **NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO**, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO, HIDANTOÍNA, ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, SORBATO DE POTASSIO, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, SEM URÉIA OU DERIVADOS, TUBO COM 85 GRAMAS.

PARA O ITEM 21 – COTA PRINCIPAL

As empresas Casex (1^a colocada), Medpoá (3^a colocada), Macmed (5^a colocada) e Cirúrgica Oeste (7^a colocada), ofertaram em suas propostas o produto da marca Casex, o qual não atende ao descritivo do edital, pois em sua composição não possui ácido bórico, conservante responsável em preservar o tubo por até 28 dias pós-aberto, além de ser bactericida e fungicida. Além de não possuir outros componentes como: hidantoína (conservante), carbômero 940 (emulsificante), trietanolamina (ajuste de pH) e sorbato de potássio (conservante). Além disso é estéril o que o caracteriza como de uso único sendo um desperdício para a administração um hidrogel de 85 gramas de uso único.

A empresa Medcenter (2^a colocada) ofertou em sua proposta produto da marca Polar Fix; a empresa Cirúrgica São José (4^a colocada) ofertou em sua proposta produto da marca Missner, a empresa Novacare (6^a colocada) ofertou em sua proposta produto da marca Helianto, os quais não atendem ao descritivo do edital, pois em sua composição não possui ácido bórico, conservante responsável em preservar o tubo por até 28 dias pós-aberto, além de ser bactericida e fungicida.

ITEM 57 – COTA RESERVADA

A empresa Macmed (1ª colocada), ofertou em sua proposta o produto da marca Casex, o qual não atende ao descritivo do edital, pois em sua composição não possui ácido bórico, conservante responsável em preservar o tubo por até 28 dias pós-aberto, além de ser bactericida e fungicida. Além de não possuir outros componentes como: hidantoína (conservante), carbomero 940 (emulsificante), trietanolamina (ajuste de pH) e sorbato de potássio (conservante). Além disso é estéril o que o caracteriza como de uso único sendo um desperdício para a administração um hidrogel de 85 gramas de uso único.

A empresa Novacare (2ª colocada) ofertou em sua proposta produto da marca Helianto, o qual não atendem ao descritivo do edital, pois em sua composição não possui ácido bórico, conservante responsável em preservar o tubo por até 28 dias pós-aberto, além de ser bactericida e fungicida.

Diante do exposto, é nítido o vício presente na classificação da proposta das empresas mencionadas, pois as mesmas apresentaram em suas propostas produtos que não atendem ao solicitado pela Administração, devendo ser reformada a decisão de classificá-las.

II – DO MÉRITO

A Lei 14133/21, em seu artigo 5º, menciona à necessidade da vinculação ao edital:

“Art. 5º - Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do

interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital**, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável (...). (Grifo nosso).

Qualquer órgão da Administração Pública tem autonomia para solicitar produtos cujo desempenho e qualidade sejam comprovados, bem como autonomia para definir esses padrões no instrumento convocatório.

Conforme orienta a lei, quanto ao julgamento das propostas, deverá ser desclassificada aquela que não atenda as especificações técnicas solicitadas no edital:

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

Às empresas licitantes, cabe a responsabilidade de examinar o edital cuidadosamente, observando todos os termos e condições impostas pela Administração, a fim de verificar se possuem condições técnicas de fornecer os produtos de acordo com as características e componentes solicitados.

Fica evidente a negligência e a falta de cautela das empresas mencionadas ao confeccionarem suas propostas, uma vez que ofertaram produtos que não atendam às especificações técnicas exigidas.

É sabido que na formação de um ato administrativo pode acontecer que algum de seus elementos contenha vícios. Nesses casos, por decorrência de vícios no ato administrativo, este será passível de anulação, também chamada de invalidação, caracteriza-se pelo desfazimento do ato administrativo em virtude da ilegalidade ocasionada em decorrência do ato viciado.

A anulação pode ser feita tanto pelo Poder Judiciário, como pela Administração Pública, com base no seu poder de autotutela sobre os próprios atos, de acordo com entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal por meio das Súmulas transcritas a seguir:

Súmula 346: “A Administração Pública pode anular seus próprios atos”.

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Com base na legislação e na jurisprudência, analisando os fatos apresentados, é possível constatar o vício no ato de classificação do produto, uma vez que ele não atende ao solicitado em edital, podendo a administração anular seus próprios atos diante da competência que lhe foi dada, que é o que se requer!

III – DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

O princípio da isonomia é regra fundamental que rege todos os atos administrativos, bem como os atos referentes ao procedimento licitatório.

Note que a empresa ora recorrente foi diligente e apresentou em sua proposta, os itens exigidos em conformidade com o edital e há a possibilidade de atendê-lo, de forma profissional e cuidadosa em todos os seus termos.

É importante destacar também que a empresa recorrente atua no mercado de forma consciente de suas obrigações, fato este que demonstra a segurança e responsabilidade em contratar com órgãos públicos.

Portanto, não pode uma proposta perfeitamente correta, como a da recorrente, competir com propostas evidentemente defeituosas e que comprometem os princípios legais existentes nos atos licitatórios.

Frise-se que, a presente situação desprestigia o consagrado princípio da isonomia, pois nesta linha de raciocínio, não há de se abrir exceções admitindo-se então os licitantes que não apresentaram sua proposta conforme o edital, empregando-se a eles um tratamento desigual e privilegiado frente ao participante do certame que foi diligente e cauteloso na confecção de sua proposta.

Cumpra-se destacar, que o órgão Licitante, ao realizar uma licitação, deve procurar sempre selecionar a proposta mais

vantajosa para a administração, conforme previsão da Lei n. 14.133/2021, em seu art. 11, I, *in verbis*:

“Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - **assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso** para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;”

E ainda, no inciso II:

II - assegurar **tratamento isonômico** entre os licitantes, bem como a justa competição;

Desta forma, verifica-se que foi declarada como vencedora, empresa que não atende ao edital, e que, o Administrador Público selecionou a proposta menos vantajosa para a administração, afastando-se dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e imparcial.

Conclui-se então que, se a decisão da Comissão for mantida, haverá a presença de grave ofensa ao princípio da isonomia entre os participantes, vez que a empresa mencionada apresentou o item em condições contrárias àquelas exigidas pelo edital e não pode receber tratamento diferenciado e privilegiado.

IV – DOS PEDIDOS

Postas estas premissas e expostas as razões de fato e de direito, e inconformada com a decisão proferida, postula a Recorrente nesta oportunidade:

a) Se digne Vossas Senhorias receberem o tempestivo Recurso Administrativo, com seu regular efeito, determinando-se o seu imediato processamento;

b) Seja anulado o ato classificatório Casex, Medcenter, Medefe, Imperium Med, Medpoá, Tremed, Novacare e VR Valadares para o item 3; Novacare, Cirúrgica União e Santos Health para o item 8; Cirúrgica União e Novacare para o item 19; Casex, Medcenter, Cirúrgica São José, Macmed, Novacare, Cirúrgica Oeste para o item 21; Hospbox, LC Med, Biondi & Bush, Novacare, VR Valadares e Esfigmed para o item 39, Novacare e Biondi & Bush para o item 44; Macmed e Novacare para o item 57, desclassificando-as;

c) Seja declarada como vencedora dos itens 3, 8, 19, 21, 39, 44, 57 a proposta da empresa AMC Saúde Comercial Hospitalar Ltda, pois atende plenamente ao solicitado no edital;

d) Caso a Comissão de Licitação entenda não reconsiderar sua decisão, que encaminhe o presente recurso para apreciação por autoridade hierarquicamente superior;

e) Em caso de indeferimento do presente Recurso, seja lhe fornecida cópia integral do procedimento licitatório, para fins de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado e revisão pelo Poder Judiciário por ser medida de inteira Justiça!

AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
R GUMERCINDO VIEIRA ROCHA, 101 – CENTRO
VINHEDO/SP – CEP: 13.280-168
FONE: (19) 3886-0169



Nestes termos,
Pede deferimento.

Vinhedo, 10 de setembro de 2024.

Adriano Molles Nosé
Representante Legal



A
Cidade Turística de Piracaia

PROCESSO Nº 791/2024
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 31/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

A empresa CONVATEC BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.603.161/0004-97, sediada no endereço Avenida Francisco Roveri, 1.413 – Galpão A – Parte C Lote GLB3A2C – Pq. Almerinda Pereira Chaves – Jundiaí – SP – CEP.: 13.212-541, neste ato **representada por seu representante legal Sr. Juan Pablo Rossi**, portador da Carteira de Identidade **CRNM nº V589470-V** e do **CPF nº 233.656.278-20**, informa que a Empresa **BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA - CNPJ: 52.448.548/0001-00**, situada a **Rua Doutor Tacito de Andrade, nº 42 – Vila Washington Beleza – Cruzeiro/SP – Cep.: 12.702-550**, **“Não tem autorização para comercializar, nem participar de processos licitatórios”** ofertando os produtos da marca **CONVATEC**.

Nossa empresa atua através de distribuidores autorizados e especializados, que tenham condições mínimas e necessárias para o acompanhamento e suporte técnico para todos os nossos clientes, órgãos públicos e privados, clientes esses que utilizam o nosso portfólio.

Para utilização dos nossos produtos a Convatec oferece junto de seus principais distribuidores: treinamentos, capacitações teóricas e práticas, desenvolvimento de protocolos para melhor custo-efetividade, programa de gestão de atenção básica (Consaúde), acompanhamento in-loco nas unidades de Saúde entre outros serviços.

São Paulo, 10 de Setembro de 2.024

**JUAN
PABLO
ROSSI:2336
5627820**

Assinado de forma
digital por JUAN
PABLO
ROSSI:23365627820
Dados: 2024.09.10
20:56:15 -03'00'

Convatec Brasil Ltda.

Juan Pablo Rossi- Diretor Presidente

CRNM nº V589470-V - CPF nº 233.656.278-20

CONVATEC BRASIL LTDA

Avenida Francisco Roveri 1413 – Galpão A – Parte C Lote GLB3A2C – Parque Almerinda Chaves - Jundiaí, SP CEP: 13212-541 –
Brasil - CNPJ 09.603.161/0004-97 - Tel.: (011) 3529-1821/ 3529-1812

Cel. (011) 97506-9621 99104-2285

www.convatec.com.br

A
Cidade Turística de Piracaia

PROCESSO Nº 791/2024
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 31/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

A empresa CONVATEC BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.603.161/0004-97, sediada no endereço Avenida Francisco Roveri, 1.413 – Galpão A – Parte C Lote GLB3A2C – Pq. Almerinda Pereira Chaves – Jundiaí – SP – CEP.: 13.212-541, neste ato **representada por seu representante legal Sr. Juan Pablo Rossi**, portador da Carteira de Identidade **CRNM nº V589470-V** e do **CPF nº 233.656.278-20**, informa que a Empresa **ESFIGMED HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 27.455.068/0001-11, situada a Rua Paraguai, 275 – Alto Alegre – Cascavel/PR – Cep.: 85805-020, “Não tem autorização para comercializar, nem participar de processos licitatórios”** ofertando os produtos da marca **CONVATEC**.

Nossa empresa atua através de distribuidores autorizados e especializados, que tenham condições mínimas e necessárias para o acompanhamento e suporte técnico para todos os nossos clientes, órgãos públicos e privados, clientes esses que utilizam o nosso portfólio.

Para utilização dos nossos produtos a Convatec oferece junto de seus principais distribuidores: treinamentos, capacitações teóricas e práticas, desenvolvimento de protocolos para melhor custo-efetividade, programa de gestão de atenção básica (Consaúde), acompanhamento in-loco nas unidades de Saúde entre outros serviços.

São Paulo, 10 de Setembro de 2.024

**JUAN
PABLO
ROSSI:2336
5627820**

Assinado de forma digital por JUAN PABLO ROSSI:23365627820
Dados: 2024.09.10 20:56:38 -03'00'

Convatec Brasil Ltda.
Juan Pablo Rossi- Diretor Presidente
CRNM nº V589470-V - CPF nº 233.656.278-20

CONVATEC BRASIL LTDA
Avenida Francisco Roveri 1413 – Galpão A – Parte C Lote GLB3A2C – Parque Almerinda Chaves - Jundiaí, SP CEP: 13212-541 –
Brasil - CNPJ 09.603.161/0004-97 - Tel.: (011) 3529-1821/ 3529-1812

Cel. (011) 97506-9621 99104-2285

www.convatec.com.br

CONTRARRAZÕES DO RECURSO

DIGNÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA
Ref.:

PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2024

A **VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA**, CNPJ 15.442.606/0001-54, situada na RUA TUIUTI, 923 – VILA SANTA CATARINA - AMERICANA/SP, neste ato representada por seu procurador que esta subscreve, vem à presença de Vossa Senhoria, com fundamentos no artigo 5º, LV da Constituição federal e do presente Edital em referência, apresentar **CONTRARRAZÕES DO RECURSO** aos termos do instrumento convocatório em epígrafe, consoante as razões a seguir aduzidas.

I. DOS FATOS

A **VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA** participou do certame em referência, sendo vencedora dos lotes 35, 70 e 71 do Edital, no entanto, a licitante **NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**. interpretou Recurso contra a decisão que tornou **VR VALADARES** vencedora dos itens.

Basicamente a **NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**. menciona que os produtos apresentados pela **DBS** não atenderiam ao edital, motivo este que não deve prevalecer, conforme será demonstrado a seguir.

II. RAZÕES DA CONTRARRAZÃO

A **BACE COMÉRCIO** alega que a **VR VALADARES** não atende ao Edital no descritivo referente ao **item 05, 06, 07 e 10**, no entanto, cabe esclarecer que o manifestado pela **NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA** foi de que, apresentamos um produto que não contém pectina em sua formulação.

Em seu recurso referente aos itens acima é relatado que o produto da marca **DBS** não atende em 0,2% de **PHMB**, porém cabe lembrar que a eficácia em 0,1% é a mesma equivalente ao questionado e o mesmo foi **APROVADO** pelo Órgão e cumprem a **NECESSIDADE** do mesmo, levando em conta também o valor do produto **DBS** é muito menor ao cotado pela empresa **NOVACARE**.

Importante ressaltar que o objetivo do Pregão é buscar a economia, devendo sempre estipular com clareza e perfeição a destinação que o material deverá ter, de maneira a buscar a aquisição menos onerosa possível, e não exigir especificações desnecessárias, em detrimento da participação de demais fornecedores de produtos de marcas diversas, sem que exista qualquer justificativa plausível.

Desta forma, o recurso apresentado pela NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA não deve prosperar, pois conforme argumentos acima mencionados, os produtos apresentados pela **VR VALADARES** atendem plenamente a necessidade a que se destina os itens ganhos.

III. DO PEDIDO

Diante do exposto, considerando que esta Administração poderá sofrer graves prejuízos com a procedência do Recurso em referência, a **VR VALADARES** vem por meio desta requerer que o Recurso interposto NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA seja INDEFERIDO e assim **seja mantida a decisão que tornou a VR VALADARES vencedora dos itens como já aceito pela comissão técnica.**

Americana, 16 de Setembro de 2024.

RENISON ARRUDA VALADARES SANTOS/DIRETOR
CPF 247.717.138-04
RG 24.677.716-3

Ao

Ilmo. Sr. Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Piracaia

Referente: Pregão Eletrônico nº 24/2024

Processo Administrativo nº 791/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (CURATIVOS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

A CIRÚRGICA UNIÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.063.331/0001-21, com sede na Rua 25 nº 1908/1928, Bairro Jardim São Paulo, CEP 13.503-010, na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, por seu procurador, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar as CONTRARRAZÕES, nos termos do art. 165, parágrafo 1º inciso I, da Lei nº 14133/21, de 1º de abril de 2021, combinado com o item 8.7 do ato convocatório em epígrafe, contra o **RECURSO ADMINISTRATIVO** promovido pela empresa **NOVACARE e AMC SAÚDE**, articulando e deduzindo as ponderações de direito a seguir.

As CONTRARRAZÕES em epígrafe estão completamente amparadas no ordenamento jurídico pátrio, razão pelo qual, deve ser declarado insubsistente o recurso ora fustigado.

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Prima facie, deve-se informar que as contrarrazões em análise se encontram completamente tempestiva devendo a presente peça ser conhecida.

A título de esclarecimento, no sentido de aperfeiçoar as entabulações jurídicas consignadas pela **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.** (Recorrida), e por consequência, exteriorizar da melhor forma possível todos os substratos jurídicos determinantes da inviabilidade do Recurso ora fustigado esta Contrarrazões será formalizada de forma mais objetiva, dispensando-se maiores comentários, **tendo em vista que a MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA é medida que se impõe.**

II – DOS FATOS

6 DA FASE DE JULGAMENTO

6.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 173 a 179 do Decreto Municipal nº 7.905, de 2023.

a) PRODUTO OFERTADO

Anexo I do edital há a seguinte solicitação para o Item 06:

DESCRIÇÃO COMPLETA: CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

Primeiramente a Recorrente está equivocada sobre as informações apresentadas no RECURSO, seguem abaixo nossas informações corretas referente ao produto.



BARRIER

Byildcare
BARRIER
CREME DERMOPROTETOR RESTAURADOR
BARREIRA PROTETORA REVITALIZA E PREVINE DANOS SEM FRAGRÂNCIA pH BALANCEADO
100g

Byildcare
BARRIER
CREME DERMOPROTETOR RESTAURADOR
BARREIRA PROTETORA REVITALIZA E PREVINE DANOS SEM FRAGRÂNCIA pH BALANCEADO
60g

Efeito protetor da **barreira cutânea** da pele que impede a absorção de agentes agressores.

BARREIRA PROTETORA REVITALIZA E PREVINE DANOS SEM FRAGRÂNCIA pH BALANCEADO

Byildcare

CREME DERMOPROTETOR RESTAURADOR

Descritivo:

CREME HIDRATANTE DERMOPROTETOR E REGENERADOR DA BARREIRA CUTÂNEA

- EFEITO PROTETOR DA BARREIRA CUTÂNEA, REFORÇANDO A DEFESA NATURAL DA PELE (BARREIRA BIOLÓGICA).
- FORMAÇÃO DE FILME DERMOPROTETOR HIDROFÓBICO QUE IMPEDE A ABSORÇÃO DE AGENTES AGRESSORES NA PELE, EVITANDO VERMELHIDÃO E IRRITAÇÕES (EFEITO BARREIRA FÍSICA)
- EFEITO REGENERADOR DA BARREIRA CUTÂNEA

Principais Aplicações e indicações

- HIDRATAÇÃO PREVENTIVA
- PROTEÇÃO DÉRMICA PELO EFEITO BARREIRA CUTÂNEA
- IDEAL PARA A PELE SENSÍVEL, DELICADA E RESSECADA
- IDEAL PARA A PELE DE PESSOAS ACAMADAS OU COM POUCO DECÚBITO
- IDEAL PARA A PELE DE IDOSOS
- IDEAL PARA PROTEÇÃO DA PELE EM ÁREAS CORPORAIS SUJEITAS A CONTATO COM EXCESSO DE SUOR E SECREÇÕES (PESSOAS QUE USAM FRALDAS)
- IDEAL PARA OS PÉS COM TENDÊNCIA À RACHADURAS, LESÕES POR ATRITO E CALOSIDADES.

Modo de usar:

APLICAR UMA PEQUENA QUANTIDADE DO CREME SOBRE A PELE LIMPA E SECA, ESPALHANDO DELICADAMENTE E MASSAGEANDO ATÉ TOTAL ABSORÇÃO. USO EXTERNO.

Principais ativos:

DIMETICONE, CALÊNDULA, TRIGLICERÍDEOS DO ÁCIDO CÁPRICO/CAPRÍLICO, ALOE VERA, VITAMINA E E POLÍMERO DE SILICONE FORMADOR DE FILME FLEXÍVEL.

Apresentação

BISNAGA COM 60G – CAIXA COM 24 UNIDADES
BISNAGA COM 100G – CAIXA COM 24 UNIDADES
NCM 3304.99.90

Composição (INCI/DCB)

AQUA/ÁGUA, PETROLATUM/PETROLATO, CETEARYL ALCOHOL/ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO, GLYCERIN/GLICERINA, CYCLOPENTASILOXANE/DECAMETILCICLOPENTASILOXANO, PARAFFINUM LIQUIDUM/PARAFINA LÍQUIDA, CETEARETH-20/CETEARETE-20, VP/EICOSENE COPOLYMER/COPOLÍMERO DE VINIL PIRROLIDONA/EICOSENO, ISÓPROPYL PALMITATE/PALMITATO DE ISOPROPILA, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT/EXTRATO DE ALOE VERA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE/TRIGLICERÍDEO CAPRÍLICO/CAPRÍCO, TRIMETHYLSILOXYSILICATE/TRIMETILSILOXISILICATO, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT/EXTRATO DE CALÊNDULA, CETYL ACETATE/ACETATO DE CETILA, ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL/ÁLCOOL DE LANOLINA ACETILADA, STEARYL ACETATE/ACETATO DE ESTEARILA, OLEYL ACETATE/ACETATO DE OLEILA, DIMETHICONOL/DIMETICONOL, PHENOXYETHANOL/FENOXIETANOL, TOCOPHERYL ACETATE/ACETATO DE TOCOFERILA, ETHYLHEXYLGLYCERIN/ETILHEXILGLICERINA.

Prazo de validade:

36 MESES APÓS A FABRICAÇÃO.

Informações Anvisa:

Autorização AFE (MS): 2.04077-0

Notificação:

Produto grau 2 isento de registro, conforme Resolução Anvisa RDC 752/2022

Processo nº:

25351.083182/2024-72

Vencimento do Registro:

07/03/2034

Ambos produtos possuem classificação de risco baixo, não podendo ser utilizados em tratamento terapêutico, somente em pele íntegra.

Trata-se de produtos com a mesma finalidade porém Barrier Creme possui indicações mais abrangentes aumentando a versatilidade de uso do produto.

Além disso, temos uma diferença de valores sendo o da RECORRIDA mais que o dobro da RECORRENTE.

Empresa	Valor	Conclusão
Cirurgica União	R\$ 30,00	Tem a melhor oferta em produto, indicação e em valor, ou seja, possui mesma finalidade e indicação muito mais abrangente com melhor custo-benefício.
Novacare	R\$ 62,02	Tem o custo 108% maior que o produto oferecido pela Cirurgica União

Ressaltamos aqui que o Hospital de Clinicas do HC Unicamp, instituição de referência, séria e idônea, tem o Barrier Creme aprovado e padronizado com uso regular do produto, sendo esta uma das muitas instituições que fazem uso do produto para a mesma finalidade com muito êxito e segurança para o paciente.

EDITAL ITEM 06	CIRURGICA UNIÃO	NOVACARE	OBSERVAÇÕES
<p>CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO</p>	<p>INDICAÇÃO DE USO</p> <p>Principais Aplicações e indicações</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROTEÇÃO DÉRMICA PELO EFEITO BARREIRA CUTANEA • IDEAL PARA A PELE SENSIVEL, DELICADA E RESSECADA IDEAL PARA A PELE DE PESSOAS ACAMADAS OU COM POUCO DECUBITO • IDEAL PARA A PELE DE IDOSOS • IDEAL PARA PROTEÇÃO DA PELE EM ÁREAS CORPORAIS SUJEITAS A CONTATO COM EXCESSO DE SUOR E SECREÇÕES (PESSOAS QUE USAM • IDEAL PARA OS PÉS COM TENDÊNCIA À RACHADURAS, LESÕES POR ATRITO E CALOSIDADES. 	<p>INDICAÇÃO DE USO</p> <p>Indicações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • age como barreira de proteção da pele contra exsudatos e efluentes agressivos, para hidratar e regular o pH da pele danificada. Pode ser usado no tratamento e prevenção da dermatite associada a incontinência, ao redor de gastrostomias e proteção da pele de pacientes em tratamento radioterápico. 	<p>PODEMOS OBSERVAR QUE O PRODUTO OFERECIDO PELA RECORRIDA POSSUI VARIAS OUTRAS INDICAÇÕES E AMPLA POSSIBILIDADE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL DE SAUDE E DO PACIENTE NÃO LIMITNDO A UMA PEQUENA OPÇÃO DE INDICAÇÕES</p>
	<p>COMPOSIÇÃO</p> <p>Composição (INCI/DCB)</p> <p>AQUA/ÁGUA, PETROLATUM/PETROLATO, CETEARYL ALCOHOL/ÁLCOOL CETOESTEARILICO, GLYCERIN/GLICERINA, CYCLOPENTASILOXANE/DECAMETILCICLOPENTASILOXANO, PARAFFINUM LIQUIDUM/PARAFINA LÍQUIDA, CETEARETH-20/CETEARETE-20, VP/EICOSENE COPOLYMER/COPOLIMERO DE VINIL PIRROLIDONA/EICOSENO, ISOPROPYL PALMITATE/PALMITATO DE ISOPROPILA, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT/EXTRATO DE ALOE VERA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE/TRIGLICERÍDEO CAPRÍLICO/CÁPRICO, TRIMETHYLSILOXYSILICATE/TRIMETILSILOXISILICATO, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT/EXTRATO DE CALÊNDULA, CETYL ACETATE/ACETATO DE CETILA, ACETYLATED LANOLIN ALCOOL/ÁLCOOL DE LANOLINA ACETILADA, STEARYL ACETATE/ACETATO DE ESTEARILA, OLEYL ACETATE/ACETATO DE OLEILA, DIMETHICONOL/DIMETICONOL, PHENOXYETHANOU/FENOXIETANOL, TOCOPHERYL ACETATE/ACETATO DE TOCOFERILA, ETHYLHEXYLGLYCERIN/ETILHEXILGLICERINA.</p>	<p>COMPOSIÇÃO</p> <p>Comfeel Creme Barreira Composto de água, parafina líquida, petrolato, cera microcristalina, oleato de glicerol, álcool de lanolina, ácido cítrico, citrato de magnésio, ciclometicone, glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol.</p>	<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>OS PRINCIPAIS COMPONENTES ESTÃO PRESENTES EM AMBOS PRODUTOS E POSSUEM A MESMA FINALIDADE REALIZANDO A MESMA AÇÃO. OUTROS COMPONENTES SÃO CONSERVANTES E ESTABILIZANTES.</p>

Para o Item 19, vejamos a seguir:

ITEM 19	MEPILEX BORDER SACRUM	ALEGAÇÃO EMPRESA AMC	CONCLUSÃO
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO		
<p>CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. EM FORMATO SACRAL.</p>	<p>CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS ABSORVENTES CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS SENDO UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE FIBRAS ABSORVENTES E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE LESÃO POR PRESSÃO, MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA, TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL EM FORMATO SACRAL.</p>	<p>A empresa Cirúrgica União (1ª colocada), ofertou em sua proposta produto da marca Monlyncke, o qual não atende ao descritivo do edital, pois não possui em suas camadas composição de 100% carboximetilcelulose responsável por otimizar o equilíbrio do microclima, uma vez que a umidade é absorvida e retida dentro da fibra, impossibilitando seu retorno para a pele/ferida e lateralização entre suas fibras. Não possui ainda a camada de ligação de poliuretano, componente importante em manter todas as camadas unidas, garantindo que as camadas não se desfragmentem com a movimentação do paciente, otimizando, portanto, uma melhor performance contra a fricção e cisalhamento</p>	<p>A EMPRESA CIRURGICA UNIÃO, atende plenamente as exigências contidas no ANEXO I do Edital. Possuindo camadas de fibras e espumas altamente absorventes otimizando o equilíbrio de microclima perfeitamente em sua estrutura com estudo científico comprovado na sua função impedindo o retorno de qualquer umidade do curativo para a pele do paciente muito menos lateralizando entre as fibras pois promove absorção vertical e não lateral, ação comprovada também da prevenção contra fricção e cisalhamento atendendo todas as necessidades com resultado superior ao produto oferecido pela empresa AMC.</p> <p>Mostraremos abaixo com comprovação científica entre eles. Podemos observar que esta solicitação direciona para uma única e exclusiva empresa havendo o direcionamento de uma única marca UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS, porem mal sabem que as fibras absorventes possuem a mesma função de “absorver” independente se são exclusivas de um único fabricante ou não.</p>

Abaixo maiores informações se ainda houver dúvidas em relação ao produto Mepilex Border Sacrum:

A prevenção de lesão por pressão (LP) é uma prioridade nas instituições de saúde. Este evento adverso gera impactos na vida do paciente, da família e para a instituição de saúde. Segundo evidências, a mortalidade da lesão por pressão está em torno de 10% ¹, e pode causar sequelas irreversíveis como cicatriz irreparável, amputações, entre outras. Isso tem gerado aumento de processos judiciais em decorrência da lesão por pressão ser um evento adverso evitável em 95%, segundo o Ministério da Saúde.


Além dos impactos imensuráveis, do ponto de vista econômico, a LP acarreta prejuízos diários a instituição de saúde e a toda a rede de assistência a este paciente. Os custos para tratar essas lesões são 3,6 ² vezes maiores que o investimento em sua prevenção.

As lesões por pressão são decorrentes da associação de fatores intrínsecos, situacionais e extrínsecos. Os fatores extrínsecos ou ambientais como fricção, cisalhamento, pressão e microclima, segundo a World Union ³ (2016), são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento das LP's. Dependendo da intensidade desses fatores, principalmente do cisalhamento, as lesões podem se desenvolver a partir de 10 minutos, a partir de morte celular ocasionada por deformação tecidual ³. A morte celular por isquemia, outro mecanismo para formação da LP, ocorre a partir de duas horas e é gerada principalmente pela associação de cisalhamento e pressão ³.

Estratégias de prevenção devem incluir ações baseadas em evidência que comprovadamente reduzam a ação desses fatores e os riscos para o desenvolvimento dessas lesões e seus agravos.

O guideline de 2019 da NPIAP, tem como alta força de recomendação para prevenção de lesão por pressão, o uso de coberturas multicamadas e a escolha baseada em evidências.

Considerações da escolha de um curativo ideal de acordo o guideline NPIAP de 2019:



O uso do Mepilex® Border Sacrum, cobertura cinco camadas com camada de silicone suave e borda, é **amplamente comprovado pela literatura** como uma estratégia eficiente para a prevenção da lesão por pressão. Parte integrante de um protocolo institucional para prevenção, esta cobertura atua na minimização dos 04 fatores extrínsecos (pressão, fricção, cisalhamento e microclima) devido a sua construção em cinco camadas, interdependentes, conforme figura (Figura 01) e descrição abaixo:

Prevenção


Película externa: baixo coeficiente de fricção, minimiza o impacto das forças de cisalhamento

Camada de retenção superabsorvente: permite o movimento interno para limitar forças de cisalhamento

Camada de dispersão: proporciona ótimo equilíbrio de força e flexibilidade para a prevenção da deformação tecidual

Camada de absorção: proporciona um efeito amortecedor, regulando o microclima e redistribuindo a pressão e o cisalhamento

Camada de tecnologia Safetac: proporciona o gerenciamento do microclima, reduz a fricção



 Mölnlycke®

Mepilex® Border Sacrum e Mepilex® Border Heel possuem também a tecnologia **Deep Defense®**, que combinam força vertical e flexibilidade horizontal. O termo científico para isso é "anisotropia". Esta construção proprietária torna o Mepilex® Border muito eficaz na proteção contra cisalhamento em combinação com outros fatores extrínsecos responsáveis por lesões por pressão¹⁰. Pesquisas científicas mais recentes demonstraram que nenhum desses curativos é tão capaz de proteger os tecidos moles quanto o Mepilex® Border^{10,12}.

A tecnologia **Deep Defense®** (anisotropia/força e flexibilidade) traz 3 benefícios:

- 1- Protege contra a combinação dos fatores extrínsecos (pressão, cisalhamento e fricção)¹⁰;
- 2- Mantém a integridade estrutural e durabilidade ao longo do tempo evitando desgaste¹³;
- 3- Proporciona flexibilidade, permitindo boa conformabilidade e movimentação lateral que ocorre naturalmente¹⁰.

Mepilex Border Flex® possui também a tecnologia **Flex**, permitindo uma flexibilidade em 360° reduzindo o estresse na espuma e nas bordas. Estudos comprovam uma redução de 67% de estresse na espuma e 18% menos estresse nas bordas, permitindo maior conforto e maior permanência da cobertura no local aplicado¹⁰

Testes de simulação realísticas por modelagem 3 D e utilização de um modelo de elemento finito computacional⁴, comprovam cientificamente a eficiência dos curativos da família Mepilex® Border e sua construção para diminuição da atuação dos fatores extrínsecos responsáveis pelo desenvolvimento da LP. Utilizado por outras áreas relevantes como a NASA, este sistema permite a análise da atuação das forças de cisalhamento e pressão sobre as proeminências ósseas e mensuraram o stress tecidual ocasionado por essas cargas mecânicas. O resultado está apresentado no gráfico a seguir (Figura 01 e 02).

1.




Fig. 3 Comparison of states of mechanical loading in the soft tissues of the heel, with and without the multilayer dressing, on a 63 kPa support. (a) Effective strain distributions when the heel was loaded in pure compression. (b) Maximal shear strain distributions when the heel was loaded in combined compression and shear. The outline of the Achilles tendon is marked by a dashed line.

Figura 02: Simulação realística na região do calcâneo com o Mepilex® Border Heel (Dressing on) e sem a cobertura. A área vermelha representa um intenso stress tecidual e quando mais próximo da coloração azul menor este stress. O Mepilex® Border Sacrum comprovadamente reduziu o stress tecidual principalmente em tecido profundo⁴.

2.

3.




Figura 03: Simulação realística na região Sacro-coccigea com o Mepilex® Border Sacrum. A área vermelha representa um intenso stress tecidual e quando mais próximo da coloração azul menor este stress. O mepilex Border Sacrum comprovadamente reduziu o stress tecidual em mais de 90% principalmente em tecido profundo ⁴.


Em determinadas áreas anatômicas, como por exemplo durante o posicionamento em Prona, os fatores extrínsecos atuarão de maneira multidirecional nos tecidos profundos.



Testes recentes utilizando o modelo computacional do elemento finito demonstraram que o Mepilex® Border Flex com a propriedade da **Tecnologia Flex®** pode reduzir o stress tecidual acima de **70-80%** nos tecidos profundos da crista ilíaca quando exposto a ação forças multidirecionais¹¹.

Comprovado por evidência clínicas e científicas, o Mepilex® Border atualmente possui 84 estudos publicados, sendo quatro revisões sistemáticas e cinco estudos clínicos randomizados realizados em diferentes instituições e setores.

A MAPESolution em 2021 realizou uma metanálise de 12 estudos realizados no Brasil com 3400 pacientes que comprovou a eficácia e o custo-efetividade da utilização dos curativos da família Mepilex Border para prevenção de Lesão por Pressão.



Alguns outros estudos e seus resultados estão apresentados na tabela abaixo (tabela 01).

Autor	Tipo do estudo	Setor	Resultado
Davies ⁵	Revisão sistemática	Todos	<ul style="list-style-type: none"> • Revisão sistemática contendo os estudos referentes ao uso do Mepilex Border para prevenção de LP.
Brindle ⁶	Ensaio clínico randomizado	UTI- pacientes cardiológicos	<ul style="list-style-type: none"> • Controle: 3/52 (6%) • Intervenção (uso do mepilex border): 0/41 (0%) 4. Redução de 100% da incidência
Castelino et al ⁷	Ensaio clínico randomizado	Centro Cirúrgico	<ul style="list-style-type: none"> • Controle: 12/114 (10.5%) • Intervenção (uso do mepilex border): 0/104 (0%) 5. Redução de 100% da incidência
Kalowes et al. ⁸	Ensaio clínico randomizado	UTI	<ul style="list-style-type: none"> • Controle: 7/182 (3.8%) • Intervenção (uso do mepilex border): 1/184 (0,5%) 6. Redução de 88% da incidência
Santamaria et al. ⁹	Ensaio clínico randomizado	P.S e UTI	<ul style="list-style-type: none"> • Controle: 20/152 (13.1%) • Intervenção (uso do mepilex border): 5/161 (3.1%) 7. Redução de 76% da incidência

Tabela 01:Evidências clínicas Mepilex® Border

Os resultados apresentados pelos estudos clínicos randomizados demonstram que Mepilex® Border foi eficiente para reduzir a incidência de LP em todos os grupos que utilizaram esta intervenção frente ao grupo controle que utilizou

apenas cuidados padrão par prevenção. A redução da incidência nos estudos de Brindle ⁶ e Castelino⁷ atingiu 100%, enquanto o estudo de Kalowes⁸ alcançou 88% de redução.

Evidências comprovam a o custo-efetividade da utilização do Mepilex® Border. Um estudo em uma UTI nos EUA⁸ comprovou que ao introduzir a prevenção com esta cobertura, os gastos com tratamento de LP caíram de \$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares) para \$53.000,00 (cinquenta e três mil dólares), já acrescido o valor da cobertura para prevenção . Isso representa uma redução de 85% nos custos⁶. Outro estudo ⁹ realizado em 38 centros médicos acadêmicos que avaliou 1,03 milhões de pacientes comprovou uma redução de 64% nos custos com tratamento de LP ao se investir em prevenção com o Mepilex® Border⁹.

Devido a comprovação clínica e científica apresentada, o Mepilex® Border apresenta em sua instrução de uso no registro da Anvisa, utilização prevista e recomendada para tratamento e prevenção de lesão por pressão, conforme referência.

“ **UTILIZAÇÃO PREVISTA** (...) concebido para uma vasta gama de feridas com exsudado, tais *como úlceras de pressão* (...).(…)pode ser utilizado como parte de uma *terapêutica profilática* para ajudar a evitar os danos na pele, por exemplo, *úlceras de pressão*,(…).

Anvisa, Instrução de uso Mepilex® Border, p.2

A partir do apresentado conclui-se que nem todos os curativos multicamadas são iguais e a utilização do Mepilex® Border é necessária para prevenção de lesão por pressão. Amplamente embasado clínica e cientificamente, esta estratégia visa a segurança do paciente, reduzindo o risco de desenvolvimento de LP e os impactos econômicos gerados em decorrência deste evento adverso.

Referencias:

- 1- Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). (2011). Preventing pressure ulcers in hospitals: A toolkit for improving quality of care. Accessed on <http://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/pressureulcertoolkit/putoolkit.pdf> . Pg. 35.
- 2- **Santamaria**, N., Liu, W., Gerdtz, M. The cost-benefit of using soft silicone multi-layered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: a within-trial analysis of the Border Trial. *International Wound Journal* 2015;12(3):344-350.
- 3- World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. *Wounds International*, 2016: 6-7.
- 4- **Levy**, A., Frank, M.B., Gefen, A. The biomechanical efficacy of dressings in preventing heel ulcers. *J Tissue Viability* 2015; 24: 1, 1–11.
- 5- **Davies**, P. Role of multi-layer foam dressings with Safetac in the prevention of pressure ulcers: a review of the clinical and scientific data. *J Wound Care* 2016; 25: 1, S1–S24
- 6- Brindle C.T. Outliers to the Braden Scale: identifying high-risk ICU patients and the results of prophylactic dressing use. *World Council of Enterostomal Therapists* 2010; 30: 1, 11–18.
- 7- **Peggy Kalowes**, RN, PhD, CNS, Valerie Messina, RN, BSN, CWCN, and Melanie Li, RN, MSN, NP, CWOCN, Five-Layered Soft Silicone Foam Dressing to Prevent Pressure Ulcers in the Intensive Care Unit, , *AJCC AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE*, November 2016, Volume 25, No. 6
- 8- **Santamaria**, N., Gerdtz, M., Sage, S. et al. A randomised controlled trial of the effectiveness of soft silicone multi-layered foam dressings in the prevention of sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients: the border trial. *Int Wound J* 2015; 12: 3, 302–308.

- 9- **Padula, W.** Effectiveness and Value of Prophylactic Five-Layer Foam Sacral Dressings to Prevent Hospital-acquired Pressure Injuries in AcuteCare Hospitals. J Wound Ostomy Continence Nursing, 2017.
- 10- Levy, A., Gefen, A. Avaliação dos efeitos biomecânicos de curativos sacrais profiláticos nas cargas de tecido: Uma análise de modelagem computacional. Tratamento de feridas de ostomia 2017;63(10):48-55.
- 11- FE simulation of PUP at the iliac crest in OR with Mepilex Border Flex Mölnlycke Health Care, Data on File 2019.
- 12- Molnlycke Health Care. Análise de Elementos Finitos estudando o efeito de diferentes curativos de prevenção na proteção de tecidos moles de altas tensões e deformações. Dados em arquivo. Novembro de 2019
- 13- Burton, J.N., Fredrickson, A.G., Capunay, C., Tanner, L., Oberg, C., Santamaria, N., Gefen, A., Call, E. Medir a resistência à tração para estabelecer melhor a capacidade protetora dos curativos profiláticos sacrais ao longo de 7 dias de envelhecimento em laboratório. Avanços nos cuidados com a pele e feridas 2019;32(7 Supplement):S21-S29.
- 14- European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed.). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.

O edital menciona que o “**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM**”, então vejamos abaixo:

EMPRESA	PREÇO	OBSERVAÇÃO
CIRURGICA UNIÃO	R\$ 105,00	TEMOS AQUI UMA DIFERENÇA DE PREÇO DE 96,5% MAIOR ENTRE O PREÇO DA RECORRENTE PARA A RECORRIDA SENDO A MELHOR E MAIS VANTAJOSA PROPOSTA A DA CIRURGICA UNIÃO, PRATICAMENTE COMPRARIA 2 UNIDADES DA CIRURGICA UNIÃO PARA 1 UNIDADE DA AMC
AMC	R\$ 206,99	

Conclui-se que, o produto oferecido pela RECORRIDA atende 100% as exigências contidas no edital.

b) MELHOR PROPOSTA

Nos ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“É um certame que as entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que preenham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir”.¹ (nosso grifo)

É por meio do procedimento licitatório que possui como finalidade a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração Pública, assegurando igual oportunidade a todos os interessados em com ela contratar (princípio da isonomia).

O procedimento licitatório possui diversos princípios norteadores, dentre eles o princípio da Isonomia, Igualdade, Legalidade.

Pelo que em consonância com os princípios informativos o administrador deverá desenvolver apenas com observância estrita às legislações aplicáveis ao procedimento licitatório, mas também ao regulamento, caderno de obrigações, edital dentre outros a serem aplicados ao caso concreto.

c) MANUTENÇÃO DA DECISÃO

Diante do exposto, em linhas volutas, o produto vencedor tem razão em ser, pois **ATENDEM PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL**, conforme acima já demonstrado e não

¹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 20. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 492.

quisemos em momento algum do processo licitatório, sermos negligentes ou termos falta de cautela, assim propormos produtos de altíssima qualidade com preços justos.

Assim, deverão ser desconsiderados os Recursos ora apresentados pelos fatos acima articulados e deverá ser mantida a decisão que classificou a Recorrida.

Cabe ressaltar, que as recorrentes não apresentaram fatos ou documentos que elidissem a classificação da empresa vencedora ou mesmo dos produtos por ela apresentado, pelo que deverá ser mantida a decisão.

II CONSEQUÊNCIAS DA DESCLASSIFICAÇÃO

Prover os recursos das recorrentes estará a Administração incorrendo em grave erro, sendo conduzido o procedimento licitatório para o que é defeso em Lei.

Manter a decisão e denegar o recurso é continuar agindo com o que está prescrito nos ditames e Princípios norteadores do procedimento licitatório, na busca do interesse coletivo que são o melhor resultado econômico, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, devendo adotar a busca pelos benefícios econômicos em primeiro lugar sem perder de vista a qualidade dos produtos e serviços.

Por tudo exposto, e em atenção as Leis citadas sob a presente licitação, solicitamos o provimento do presente instrumento, no qual se dará o INDEFERIMENTO dos recursos apresentados pelas recorrentes, e por final se dará a **MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO** da proposta comercial da Recorrida fazendo-se dessa forma a mais alta, real e verdadeira Justiça.

III- DO PEDIDO

Ante o asseverado, requer o indeferimento dos Recursos ora apresentados pelas Recorrentes, pois se assim julgando, estará este Órgão agindo com acuidade, sapiência e Justiça. Caso contrário, que a justificativa técnica apresentada seja detalhada e aponte os motivos na decisão, sob a nova lei de licitações com todos os dados do Responsável Técnico, carimbado, juntamente com o Coren informado.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Rio Claro, 16 de setembro de 2024.

CIRÚRGICA UNIÃO LTDA



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”

DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024
PROCESSO Nº 791/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (CURATIVOS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

RECORRENTES: NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 48.682.555/001-97 e AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 33.551.382/0001-09.

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/09/2024 10:00 hs.

I - DAS PRELIMINARES

Trata-se de recurso administrativo interposto pelas empresas **NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ 48.682.555/0001-97 e **AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ 33.551.382/0001-09, no âmbito da fase de julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024.

A pretensão deduzida pelas recorrentes é contrária a classificação da propostas das empresas: UNAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CIRURGICA UNIÃO LTDA., MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, EXPRESSMEDICAL COM ATAC VAREJ CORRELATOS MEDICO LTDA, TECNO CARE LTDA, CASEX IND DE PLÁSTICOSEPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA-ME, CIRURGICA SAO JOSÉ LTDA., ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, REQUINTE COMERCIAL LTDA, IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA , YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-ME, SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME, UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA, VUELO PHARMA LTDA **para os itens para os Itens 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 36 da cota ampla e 38, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 70, 71 e 72** e das empresas BIONDI & BUSH, CASEX, CIRÚRGICA OESTE, CIRÚRGICA SÃO JOSÉ, CIRÚRGICA UNIÃO, ESFIGMED, HOSPBOX, IMPERIUM MED, LC MED, MACMED, MEDCENTER, MEDEFE, MEDPOÁ, NOVACARE; SANTOS HEALTH, TREMED e VR VALADARES **para os itens 03, 08, 19, 21, 39, 44 e 57.**



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”

DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.

www.piracaia.sp.gov.br

A pregoeira originalmente escalada para abertura e julgamento da presente licitação, Sr.^a DANIELA TOLENTINO ARIANI concluiu o julgamento de habilitação, encaminhou os itens para apresentação de recursos e contrarrazões na plataforma onde está sendo realizada a licitação (www.bll.org.br), visto a manifestação de interesse das proponentes ao certame, e após foi substituída pelo pregoeiro FERNANDO HENRIQUE ALVES GARCIA BANHOS que assume suas atribuições. Ambos agentes de contratação designados pela Portaria 12.173/2024.

Os recursos são tempestivos, foram apresentados consoante às formalidades legais e editalícias, razão pela qual o pregoeiro decide pelo seu conhecimento e processamento.

II – DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES

Ambas recorrentes alegam, em brevíssimo resumo, que os produtos ofertados pelas empresas recorridas não atendem as especificações técnicas solicitadas no termo de referência do edital, apresentando suas razões, item a item, embasando suas teses.

Relatam que a comissão técnica deixou de observar as regras editalícias pré-estabelecidas, estando eivado de vícios as habilitações das empresas arrematantes dos referidos lotes, em notória contrariedade ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Requerem que sejam desclassificadas as propostas das empresas citadas e que caso a Comissão de Licitação entenda não reconsiderar sua decisão, que o recurso seja encaminhado a autoridade superior para julgamento do recurso.

A empresa AMC apresenta também que as empresas Esfimed (6^a colocada) e Biond & Bush (2^a colocada), ofertaram produtos da marca Convatec para os itens 39 e 44, respectivamente, mas que as mesmas não possuem autorização da fabricante para fornecimento dos produtos, apresentando carta da Convatec do Brasil LTDA atestando que as duas empresas “não tem autorização para comercializar, nem participar de processos licitatórios ofertando os produtos da marca CONVATEC”.

Relata em sua tese falta de segurança e garantia da contratação com empresas que não possuem respaldo do fabricante e importador exclusivo dos produtos no Brasil e sugere que por esse motivo as propostas de ambas seriam inexequíveis

III – Da Contrarrazão

As empresas CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04.063.331/0001-21 e VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 15.442.606/0001-54 apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos.

A empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA originalmente vencedora dos itens em fase de recurso: 06, 11, 14 e 19, apresenta tese para afastar a desclassificação requerida para os itens 06 e 19.



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA

“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”

DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

A empresa VR VALADARES SUPRIMENTOS LTDA originalmente vencedora dos itens em fase de recurso: 35, 70 e 71, apresenta tese para afastar a desclassificação requerida para os itens 05, 06, 07 e 10. Todavia os itens 05 e 10 não foram tema de recurso e tampouco cotou os itens 06 e 11. Também menciona empresa “BACE COMÉRCIO” estranha nos autos.

Requerem o indeferimento dos recursos apresentados e a manutenção da classificação.

As demais proponentes não apresentaram contrarrazões aos recursos apresentados.

IV – DO MÉRITO

A lei 14133/2021 em seu art. 5º, estabelece que, na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Nesse sentido, esclarecemos que todos os atos praticados e decisões tomadas na objetivaram o atendimento ao edital. Que todas as empresas habilitadas apresentaram os documentos de habilitação e propostas formais visando o futuro fornecimento dos produtos.

Sobre a matéria, segundo Hely Lopes Meirelles:

"A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. [...] O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu" (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2002. p. 263).

Com relação as razões e contrarrazões apresentadas, por se tratar de matéria extremamente técnica e considerando que os produtos objeto da licitação são comuns de área distinta da formação dos agentes de contratação, foi solicitado apoio técnico e operacional da unidade requisitante (Departamento de Saúde) para que todos os pontos abordados nos recursos pudessem ser julgados a rigor.

Todos os itens mencionados nos recursos e contrarrecursos foram reavaliados juntamente pelo pessoal técnico disponibilizado pelo Departamento de Saúde e confrontado com as especificações técnicas constantes no termo de referência do edital, cujo relatório consta em anexo e compõe esta decisão como se aqui estivesse transcrito.



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA
“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”
DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

Após a reanálise, conforme consta no relatório, visualizamos a necessidade de realizar a desclassificação de diversos proponentes e a consequente reclassificação dos vencedores finais dos itens, tendo as empresas recorrentes parcial razão nos pontos apresentados, segundo o apurado no relatório.

Também porque o subitem 7.2 do edital estabelece que será desclassificada a proposta vencedora que:

- | |
|--|
| <p>7.2.1. conter vícios insanáveis;</p> <p>7.2.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;</p> <p>7.2.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;</p> <p>7.2.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;</p> <p>7.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.</p> |
|--|

Quanto aos itens 39 e 44 e a possível inexequibilidade das propostas das empresas ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA e BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA para os produtos da marca Convatec, ressaltamos que nem o edital de licitação tampouco os agentes de contratação solicitaram carta do fabricante objetivando anuência para cotação dos produtos, situação que devemos tratar com extremo cuidado para não configurar o afastamento do princípio da competitividade consagrado no artigo 5º da Lei 14.133/2021.

Também porque os valores apresentados para os itens ficaram abaixo do máximo permitido no edital, não são irrisórios e as proponentes apresentaram todos os documentos solicitados em edital para habilitação para fornecimento dos respectivos produtos.

Todavia, a carta da fabricante e as alegações de inexequibilidade realizadas empresa AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELLI-ME necessitam ser analisadas visando sanar qualquer vício que possa comprometer o objetivo final da licitação, que consiste no fornecimento dos produtos para atendimento da municipalidade.

E o edital da licitação em seu subitem 7.3 estabelece:

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Sobre o tema, *smj*, não seria cabível uma desclassificação sumária sem mais nada evocar, uma vez que se trata de situação atípica e que não conta com previsão específica no edital, conforme já relatado.



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA
“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”
DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

Entendimento que está em linha com os julgados pelo TCU-Tribunal de Contas da União, senão vejamos:

Acórdão 379/2024-Plenário - A conclusão pela inexecutabilidade de proposta apresentada por licitante demanda análise ampla de todos os itens que a compõem e não apenas de itens isolados.


Acórdão 1244/2018-Plenário - Antes de ter sua proposta desclassificada por inexecutabilidade, ao licitante deve ser franqueada oportunidade de defendê-la e demonstrar sua capacidade de bem executar os serviços, nos termos e condições exigidos pelo instrumento convocatório.

Isto posto entendemos que deverá ser realizada diligência para obter esclarecimentos complementares e para que as empresas EFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA e BIONDI & BUSH COMERCIAL LTDA comprovem a executabilidade das propostas dos produtos cotados da marca Convatec.

Ao final, concluímos por reconhecer os recursos apresentados para, no mérito, julga-los parcialmente PROCEDENTES, situação que optamos por reconsiderar a decisão de classificação para os itens 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 36 da cota ampla e 38, 42, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 70, 71, 72; 03, 08, 19, 21, 39, 44 e 57 e o retorno para sessão para aplicação das desclassificações apuradas necessárias para atendimento ao edital, demais situações mencionadas e continuidade no processo de contratação, nos termos previstos no subitem 9.5 do edital.

Logo, encaminhamos o presente processo à autoridade superior competente (Senhor Prefeito Municipal), para sua análise, consideração e julgamento final do Recurso Administrativo em pauta, para posterior comunicado do resultado às respectivas empresas licitantes interessadas, na forma e prazo previstos no Edital.

Piracaia, 19 de setembro de 2024.


Fernando Henrique Alves Garcia Banhos
Agente de Contratação/Pregoeiro



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Estado de São Paulo
Av. Dr. Cândido Rodrigues, 120 - Tel. 4036-2040
CNPJ nº 45.279.627/0001-61
site: www.piracaia.sp.gov.br

RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024
PROCESSO Nº 791/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (CURATIVOS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

RECORRENTES: NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 48.682.555/001-97 e AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 33.551.382/0001-09.

Considerando os princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da razoabilidade e da competitividade;

Ratifico a decisão proferida pelo pregoeiro, conhecendo do recurso interposto, **CONCEDENDO-LHE provimento parcial.**

Piracaia, 19 de setembro de 2024.

JOSE SILVINO Assinado de forma digital por JOSE SILVINO
Dr. JOSE SILVINO CINTRA CINTRA:18777773829
7773829 Dados: 2024.09.19 12:03:59 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaia.saude.compras@gmail.com

Referente as contestações alegadas que tratam sobre suposto não atendimento dos produtos cotados aos descritivos constantes no termo de referência do edital após análise das responsáveis pela área técnica do Departamento de Saúde foi avaliado todos os itens, sendo que o resultado segue abaixo:

ITEM	PRODUTO	RESPOSTA
02	BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unamed – marca Lohmann e Raucher e Varicex – não tem PHMB assim como solicitado.
03	BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M. PRONTA PARA USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA, ISENTO DE VITAMINAS E ÁLCOOL, COM COBERTURA HOMOGÊNEA. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Medefe - marca Dermacure é classe II Casex – marca Casex contém álcool Medpoa – marca não corresponde a classificação solicitada o mesmo esta na classe IV Medcenter – marca Derma classe II Imperiummed – marca Dermacure classe II Tremed – marca Dermacure classe II
06	CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE	Medpoa – marca Athive Barrier creme de barreira não tem ácido cítrico e cera microcristalina., Cirúrgica União – marca Athiva Barrier creme de barreira não tem ácido cítrico e cera microcristalina. Unamed – marca Missner , não tem registro na anvisa e componentes solitados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaasaudecompras@gmail.com

	MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	
07	CREME COM URÉIA 10%: CREME PARA HIDRATAÇÃO E ESFOLIAÇÃO DE PÉS RESSECADOS EM PACIENTES DIABÉTICOS. COMPOSTO POR MINIMAMENTE POR: ÁGUA, 10% UREIA, PALMITATO DE ISOPROPILO, PALMITATO DE OCTILA, ESTEARATO DE GLICERILA, 4% DE ALFA HIDROXIÁCIDO (ÁCIDO LÁTICO), ÁLCOOL, SORBITOL, LACTATO DE AMÔNIO E ÁCIDO ESTEÁRICO. SEM CONSERVANTES, CORANTES OU PERFUME PARA REDUÇÃO DO RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS NA PELE SENSÍVEL DO DIABÉTICO. CONTÉM 75ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Medpoa – marca Soft ureia não contem ácido lático e não possui registro na anvisa.
08	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS. PARA QUEIMADURAS DE ESPESSURA PARCIAL (QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU), O CURATIVO PODERÁ PERMANECER ATÉ UM MÁXIMO DE 14 DIAS. TAMANHO: 10X10CM.	Cirúrgica União - Marca Exufiber Ag+ não tem ácido Etileno. Nova Care - Marca Baiatan - não possui dupla camada Santos Health – marca Polarfix não possui dupla camada.

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiausaudecompras@gmail.com

<p>11</p>	<p>CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE SACRAL: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVA PERFURADA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. APLICAÇÃO SEM TOQUE. NÃO ADERE A SUTURA OU INCISÕES CIRÚRGICAS PROPORCIONANDO UMA REMOÇÃO ATRAUMÁTICA E SEM DOR. COBERTURA FLEXÍVEL E SUAVE PARA REDUZIR O ATRITO E CISALHAMENTO EVITANDO A RUPTURA DA PELE COM FISSURA E QUE SE AJUSTA PERFEITAMENTE AO RETO EVITANDO INFILTRAÇÃO E DANOS A PELEPERILESÃO. FORMATO SACRAL 15X19 CM.</p>	<p>Cirúrgica União – marca Mediplex border sacrun , Não contem espuma de poliuretano tridimensional . Não corresponde ao tamanho solicitado Não possui lock away.</p>
<p>12</p>	<p>CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>Medpoa – marca Polafix não possui espuma de poliuretano tridimensional e lock away. Express Medical – marca Cutimed Siltec, não possui espuma de poliuretano tridimensional. Cirúrgica União – marca Mepily , não possui espuma de poliuretano tridimensional e lock away. Tecno – marca lohmanm e raucher não possui espuma de poliuretano tridimensional</p>

0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaaudecompras@gmail.com

13	CURATIVO DE ESPUMA MACIA QUE QUANDO EM CONTATO COM EXSUDATO, A ESTRUTURA DE ESPUMA EM 3D DO SILICONE SE ADAPTA TOTALMENTE AO LEITO DA FERIDA PROPORCIONANDO ABSORÇÃO SUPERIOR, MESMO SOB COMPRESSÃO. CURATIVO SEM BORDA	Express Medical – marca Cutimed Siltec , não possui espuma de poliuretano tridimensional .
14	CURATIVO DE GAZE EM COMPRESSA NÃO ADERENTE IMPREGNADA COM UM CREME DERMATOLÓGICO NÃO IÔNICO CONTENDO MINIMAMENTE ÓLEO DE GIRASSOL, PHMB, IMIDAZOLIDINILUREIA, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO E ÁGUA PURIFICADA. NÃO ADERE AO LEITO DA FERIDA PREVENINDO TRAUMAS. TAMANHO 7,5 X 20,3 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Cirurgica união – marca Adaptic , não contem PHMB e AGE e imidazolidinilureia
15	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Casex, não possui grade demarcadora New Medical , não possui grade demarcadora. Tremed – marca Vicalderm, não possui grade demarcadora. Talker – marca Vitalderm, não possui grade demarcadora. Cirúrgica São Jose,- marca Missner, não possui grade demarcadora. Medpoa - marca Polifix, não possui grade demarcadora. Esfigmed,- não possui grade demarcadora.
16	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE	Casex – marca Casex não possui grade demarcadora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaasaudecompras@gmail.com

	<p>POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 15X20 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.</p>	
17	<p>CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E POR 0,6% DE PRATA IÔNICA. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.</p>	<p>Casex – marca Casex não possui cálcio Medpoa – marca não possui cálcio Esfimed- marca Missner sua composição não contem hidro fibra. Biond – marca Missner sua composição não contem hidro fibra. Requinte – marca Missner sua composição não contem hidro fibra.</p>
18	<p>CURATIVO ESPUMA COM PRATA SEM ADESIVO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA, COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. TAMANHO 15X15 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N.</p>	<p>Medpoa – marca Koral não possui espuma de poliuretano tridimensional Imperium – marca Silversoft não possui espuma de poliuretano tridimensional Biond – marca Silversoft não possui espuma de poliuretano tridimensional Ynemed – marca Silversoft não possui espuma de poliuretano tridimensional Moemed – marca Silversoft não possui espuma de poliuretano tridimensional Amc Convatec – marca Silversoft não possui espuma de poliuretano tridimensional Santos Silversoft não possui espuma de poliuretano tridimensional</p>

2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiausaudecompras@gmail.com

	DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	
19	<p>CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100% CARBOXIMETILCELULOSE, CONSTITUÍDO DE CINCO CAMADAS, SENDO: UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE, UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS E UMA CAMADA DE SILICONE PERFURADO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. EM FORMATO SACRAL. TAMANHO: 20X16,9CM.</p>	<p>Cirurgica União – marca Mepilex Border Sacrum, não contem carboximetilcelulose. Nova Care – marca Baitan Silicone Sacral, não contem carboximetilcelulose.</p>
21	<p>CURATIVO GEL HIDRATANTE NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO, HIDANTOÍNA, ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, SORBATO DE POTASSIO, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, SEM URÉIA OU DERIVADOS, TUBO COM 85 GRAMAS.</p>	<p>Nova Care – marca Debrigel Alg Ca não possui acido bórico Cirurgica São Jose – marca Missner não possui acido bórico Mac Med – marca Casex não possui acido bórico Med center – marca Polarfix não possui acido bórico Casex – marca Casex não possui acido bórico Medpoa – marca Casex não possui acido bórico</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaasaudecompras@gmail.com

34	SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 100 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Casex – marca Casex produto não corresponde ao descritivo poliaminopropil biguanida 0,2%. VR Valadares – marca Pulsana produto não corresponde ao descritivo poliaminopropil biguanida 0,2%. Cirúrgica União – marca Cleantiv não corresponde ao produto solicitado pois esse produto ofertado sua composição e de espuma e não solução assim como pede o descritivo. Esfigmed – marca Casex produto não corresponde ao descritivo poliaminopropil biguanida 0,2%. Amc – marca Walkmed produto não corresponde ao descritivo não e um produto destinado a curativos.
35	SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 350 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	VR Valadares – marca Pillsana não corresponde ao produto solicitado no descritivo não possui PHMB 0,2%. Clean – marca HLX não corresponde ao produto solicitado no descritivo não possui PHMB 0,2%. Esfigma – marca Casex não corresponde ao produto solicitado no descritivo não possui PHMB 0,2%. Imperium – Casex não corresponde ao produto solicitado no descritivo não possui PHMB 0,2%. Updente – marca Pielsana não corresponde ao produto solicitado no descritivo não possui PHMB 0,2%. Biond – marca Helianato corresponde perfeitamente ao descritivo.
36	SPRAY BARREIRA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DO ESTOMA, FORMA UMA BARREIRA CONTRA OS EFLUENTES, PERMITE COLAGEM DE ADESIVO E SECA EM SEGUNDOS, SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. COMPOSIÇÃO: HEXAMETILDISILOXANO,	Vuelo – marca Vuelo não possui hexametildisiloxano, ciclopentasiloxano, sílica trimetilado Cirúrgica União – marca Barrier Spray não corresponde ao MI solicitado no descritivo. Biond – marca Vuelo não possui hexametildisiloxano, ciclopentasiloxano, sílica trimetilado

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaasaudecompras@gmail.com

	CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. FRASCO COM 50 ML	AMC – marca Convatec não possui os componentes solicitados. Medpoa – Dermilon não possui os componentes solicitados.
38	BOTA DE UNNA COM AGE E PHMB: BANDAGEM NÃO ADERENTE, MISTA DE ALGODÃO E POLIÉSTER. MEDINDO 10,2 CM POR 9,14 M, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE COM CREME HIDRATANTE À BASE DE ÓLEO DE GIRASSOL E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA (PHMB 0,1%). O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Mapmed – marca Casex não corresponde ao produto solicitado no descritivo não possui PHMB 0,2% e não contem óleo de girassol. Unamed – marca Lohmann e Raucher não corresponde ao produto solicitado no descritivo não possui PHMB 0,2% e não possui registro na anvisa.
39	BOTA DE UNNA, MEDIDA DE 10,16CM X 9,14M. PRONTA PARA USO COMPOSTA DE BANDAGEM FLEXÍVEL (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), IMPREGNADA DE PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, DE ÓXIDO DE ZINCO, ACÁCIA, GLICERINA, ÓLEO DE RÍCINO E VASELINA, ISENTO DE VITAMINAS E ÁLCOOL, COM COBERTURA HOMOGÊNEA. CLASSE DE RISCO III, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Hospbox – marca Casex possui álcool Lc Med – marca Dermacure esta na classe II Biondi & Bush – marca dermacure classe II
42	CREME BARREIRA: PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALINA, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO,	Unamed – marca Missner não possui os componentes solicitados e não possui registro na anvisa. Biond - marca Missner não possui os componentes solicitados e não possui registro na anvisa.

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaasaudecompras@gmail.com

	PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO DE 60ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	
44	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO, ESTÉRIL, RECORTÁVEL, COMPOSTO POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA UNIDAS POR FIO DE CELULOSE REGENERADA, SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. COM 1,2% PRATA IÔNICA E APRIMORADO COM ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRA-ACÉTICO E CLORETO DE BENZETÔNIO. INDICADO PARA FERIDAS EXSUDATIVAS. PARA QUEIMADURAS DE ESPESSURA PARCIAL (QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU), O CURATIVO PODERÁ PERMANECER ATÉ UM MÁXIMO DE 14 DIAS. TAMANHO: 10X10CM.	Novacare – marca Baiatan não possui dupla camada .
45	CURATIVO DE ESPUMA COM IBUPROFENO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. TAMANHO 10X10 CM.	Produto ofertado atende aos requisitos conforme edital , o que foi questionado foi outro assunto.
48	CURATIVO DE ESPUMA COM SILICONE: COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVA DE SILICONE, COMPOSTA POR ESTRUTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE	Nova Care – não apresentou a razão do questionamento .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaasaudecompras@gmail.com

	ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO, CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS. TAMANHO 17,5X17,5 CM. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	
51	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Neo Medical – marca Kangli Derm não possui grade demarcadora.
52	CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, RECOBERTO POR UMA PELÍCULA DE POLIURETANO SEMIPERMEÁVEL E GRADE DEMARCADORA. SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE. TAMANHO: 15X20 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Talker – marca Vital Derm não tem grade demarcadora.

4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiaasaudecompras@gmail.com

53	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA IÔNICA: COBERTURA DE HIDROFIBRA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, ANTIMICROBIANA, ESTÉRIL, CONSTITUÍDA POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (CMC) E POR 0,6% DE PRATA IÔNICA. SEM ADIÇÃO DE SÓDIO. TAMANHO: 10X10 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO DE HIDROFIBRA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Biond – marca Missner não possui cobertura de hidrofibra .
54	CURATIVO ESPUMA COM PRATA SEM ADESIVO: COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL EM PLACA, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, IMPREGNADA COM 100% DE ÍONS DE PRATA, COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. TAMANHO 15X15 CM. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, N. LOTE, VALIDADE E N. DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	Biond – marca Vitamedical não corresponde ao descritivo cobertura de espuma de poliuretano tridimensional. Ynemed- marca Silversoft cobertura de espuma de poliuretano tridimensional. Macmed – Vitamedical Silversoft cobertura de espuma de poliuretano tridimensional. Amc- Canvatec Silversoft cobertura de espuma de poliuretano tridimensional.
57	CURATIVO GEL HIDRATANTE NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, ALGINATO DE CALCIO E SÓDIO, HIDANTOÍNA, ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, SORBATO DE POTASSIO, E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA,	Mac Med – marca Casex não possuem acido bórico. Novacare – marca Debrigel Alg Ca não possui acido bórico .

9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaia.saude.compras@gmail.com

	SEM URÉIA OU DERIVADOS, TUBO COM 85 GRAMAS.	
70	SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAINA E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 100 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	VR Valadares – marca Pielsana não corresponde ao descritivo solução composta de água purificada, cocoamidopropil betaina e poliaminopropil biguanida 0,2%. Esfigmed – marca Casex não corresponde ao descritivo solução composta de água purificada, cocoamidopropil betaina e poliaminopropil biguanida 0,2%. AMC – marca Acquasept plus não e um produto utilizado em curativos.
71	SOLUÇÃO DE PHMB: SOLUÇÃO COMPOSTA DE ÁGUA PURIFICADA, COCOAMIDOPROPIL BETAINA E POLIAMINOPROPIL BIGUANIDA 0,2%. O PRODUTO DEVERÁ MANTER-SE ESTÁVEL PARA O USO APÓS ABERTO ATÉ A DATA DE VALIDADE SE UTILIZADO CONFORME A ORIENTAÇÃO DE USO. TAMANHO: 350 ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO COMO PRODUTO MÉDICO PARA SAÚDE, CLASSE DE RISCO IV, APRESENTANDO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	VR Valadares – Pielsana não corresponde ao descritivo solução composta de água purificada, cocoamidopropil betaina e poliaminopropil biguanida 0,2%. Esfigmet – marca Casex não corresponde ao descritivo solução composta de água purificada, cocoamidopropil betaina e poliaminopropil biguanida 0,2%. Updent – marca Pielsana não corresponde ao descritivo solução composta de água purificada, cocoamidopropil betaina e poliaminopropil biguanida 0,2%.
72	SPRAY BARREIRA PROTEÇÃO DA PELE AO REDOR DO ESTOMA, FORMA UMA BARREIRA CONTRA OS EFLUENTES, PERMITE COLAGEM DE ADESIVO E SECA EM SEGUNDOS, SEM ÁLCOOL. NÃO ARDE. COMPOSIÇÃO: HEXAMETILDISILOXANO, CICLOPENTASILOXANO, SILICA TRIMETILADO. FRASCO COM 50 ML	Biondi – marca Vuelo Spray não atende a especificação do produto solicitado . Hospbox – marca Dermilon não tem os componentes necessários e MI solicitado. Amc – marca Convatec não atende a composição especificada .

Responsáveis Técnicas :



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Av. Jan Antonin Bata, 06 - Centro - Piracaia - SP

CEP 12970-000 - Fone (011) 4036-2040

CNPJ. n.º. 45.279.627/0001-61

EMAIL: piracaiausaudecompras@gmail.com

Jéssica L.O.P. de Brito
COREN-SP. 427.238-ENE

Jessica Ladyanne Oliveira Pereira de Brito

COREN: 427238

Karoline Rodrigues

COREN: 545645