

**ESCLARECIMENTO PP 27/2022 PROCESSO Nº 1293/2022 - MUNICIPIO DE PIRACAIA**

6 mensagens

**Larissa Machado** <larissa.machado@vyttra.com>  
Para: "licitacao@piracaia.sp.gov.br" <licitacao@piracaia.sp.gov.br>

6 de julho de 2022 17:40

Boa tarde!

Sr(a) Pregoeiro(a),

A empresa Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A., CNPJ nº 00.904.728/0012-09, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento relativo ao Edital:

**Pregão Eletrônico nº 1293/2022 Processo nº: 27/2022****Esclarecimento referente ao descritivo técnico.****LOTE 1- BIOQUÍMICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO EM COMODATO**

No LOTE 1 de BIOQUÍMICA do termo de referência é mencionado que o os exames a ser realizados no equipamento devem perfazer Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> e Ca<sup>+</sup>.

Normalmente nas solicitações de bioquímicas os laboratórios costumam pedir Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, e Ca<sup>+</sup>. Gostaríamos de saber se a solicitação em edital, não foi pouco equivocada, se órgão não está se referindo a Cl<sup>-</sup> ou invés de Ca<sup>+</sup>.

Assim possibilitando a participação de mais empresas do ramo de diagnósticos e aumentando a competitividade do preço do certame.


Certa de vossa compreensão, aguardo em breve retorno para avaliar a nossa participação no certame.


Atenciosamente,



**Larissa Machado**  
Licitações

T +55 11 4280 7554

[Av. Queiroz Filho, 1560 - Torre Gaivota, 4º andar - São Paulo – Brasil](#)

 Uma imagem contendo tomada, equipamentos eletrônicos  
Descrição gerada automaticamente

[vyttra.com](http://vyttra.com)

---

**Licitação - Prefeitura Municipal de Piracaia** <licitacao@piracaia.sp.gov.br>

7 de julho de 2022 08:39

Para: Centro de Saude <piracaia.saude.compras@gmail.com>, Saúde - Prefeitura Municipal de Piracaia <saude@piracaia.sp.gov.br>

A/C Bruna, Bom dia!

Consegue checar a informação deste pedido de esclarecimento com o pessoal técnico por favor.

Att;

Atenciosamente;

**Município de Piracaia**

Divisão de Licitação

(11) 4036-2040

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente;

**Município de Piracaia**

Divisão de Licitação

(11) 4036-2040

---

**Larissa Machado** <larissa.machado@vyttra.com>

7 de julho de 2022 09:01

Para: "licitacao@piracaia.sp.gov.br" <licitacao@piracaia.sp.gov.br>

Cc: Lucimara Carlini <Lucimara.carlini@vyttra.com>

Bom dia!

**Nota: \*corrigindo a frase do esclarecimento.**

Sr(a) Pregoeiro(a),

A empresa Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A., CNPJ nº 00.904.728/0012-09, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento relativo ao Edital:

**Pregão Eletrônico nº 1293/2022 Processo nº: 27/2022**

**Esclarecimento referente ao descritivo técnico.**

**LOTE 1- BIOQUÍMICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO EM COMODATO**

No LOTE 1 de BIOQUÍMICA do termo de referência é mencionado que o os exames a ser realizados no equipamento devem perfazer Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> e Ca<sup>+</sup>.

Normalmente nas solicitações de bioquímicas os laboratórios \*costumam pedir Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Cl, e Ca<sup>+</sup>. Gostaríamos de saber se a solicitação em edital, não foi pouco equivocada, se órgão não está se referindo a Cl ou invés de Ca<sup>+</sup>.

Assim possibilitando a participação de mais empresas do ramo de diagnósticos e aumentando a competitividade do preço do certame.

Certa de vossa compreensão, aguardo em breve retorno para avaliar a nossa participação no certame.


Atenciosamente,

**Larissa Machado**

Licitações

T +55 11 4280 7554

Av. Queiroz Filho, 1560 - Torre Gaivota, 4º andar - São Paulo – Brasil

 Uma imagem contendo tomada, equipamentos eletrônicos  
Descrição gerada automaticamente



[vyttra.com](http://vyttra.com)

---

**De:** Larissa Machado

**Enviado:** quarta-feira, 6 de julho de 2022 17:40

**Para:** [licitacao@piracaia.sp.gov.br](mailto:licitacao@piracaia.sp.gov.br) <[licitacao@piracaia.sp.gov.br](mailto:licitacao@piracaia.sp.gov.br)>

**Assunto:** ESCLARECIMENTO PP 27/2022 PROCESSO Nº 1293/2022 - MUNICIPIO DE PIRACAIÁ

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Licitação - Prefeitura Municipal de Piracaia** <[licitacao@piracaia.sp.gov.br](mailto:licitacao@piracaia.sp.gov.br)>

7 de julho de 2022 09:26

Para: Centro de Saude <[piracaiasaudecompras@gmail.com](mailto:piracaiasaudecompras@gmail.com)>, Saúde - Prefeitura Municipal de Piracaia <[saude@piracaia.sp.gov.br](mailto:saude@piracaia.sp.gov.br)>

----- Forwarded message -----

**De:** Larissa Machado <[larissa.machado@vyttra.com](mailto:larissa.machado@vyttra.com)>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**Centro de Saude** <[piracaiasaudecompras@gmail.com](mailto:piracaiasaudecompras@gmail.com)>

11 de julho de 2022 10:50

Para: Licitação - Prefeitura Municipal de Piracaia <[licitacao@piracaia.sp.gov.br](mailto:licitacao@piracaia.sp.gov.br)>

Bom dia,

Informo que o termo de referência menciona que o equipamento solicitado deve possuir a capacidade de realização das dosagens de Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup> e Ca<sup>+</sup>. Sendo certo, que será aceita a possibilidade de dosagem do Cálcio Ionizado calculado através da equação\* que se utiliza dos parâmetros obtidos através da dosagem sérica de Cálcio Total (mg/dL), Proteínas totais (g/dL) e Albumina(g/dL), ou seja, o equipamento sendo capaz de realizar as dosagens mencionadas poderão participar do certame.

\*Cálcio Ionizado (mg/dL):  $6 \times \mathbf{Ca} - \frac{[\mathbf{Alb} + (0,19 \times \mathbf{PT})/3]}{\mathbf{Alb} + (0,19 \times \mathbf{PT})} + 6$ .

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Compras e Contratos Depto de Saúde**  
**Tel.: (11) 4036-2720**  
**CNPJ: 45.279.627/0001-61**

---

**Licitação - Prefeitura Municipal de Piracaia** <licitacao@piracaia.sp.gov.br>  
Para: larissa.machado@vyttra.com

11 de julho de 2022 16:21

Boa tarde!

Segue resposta ao pedido de esclarecimento conforme orientação da unidade requisitante.

[Texto das mensagens anteriores oculto]