



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA
“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”
DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

TERMO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 82/2022- RERRATIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO: 19/2022
PROCESSO Nº: 1652/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE

I - O Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe fica retificado, passando o Termo de Referência constar, conforme segue:

Item	Produto - Descrição	Und	Quant	Cotação - Máx. Unit.
1	TERMÔMETRO DE TEMPERATURA REFRIGERAÇÃO, FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50°C A + 70°C, EXATIDÃO: +/- °C PARA A ESCALA DE -20°C A +50°C E +/- 2 °C NO RESTANTE DA ESCALA, RESOLUÇÃO: 0.1 °C/°F, APTO A MEDIR DENTRO DE CAIXAS TÉRMICAS.	UND	1	217,0033
2	BALANÇA PEDIÁTRICA, PLÁSTICO ABS INJETADO, POLIPROPILENO INJETADO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, DISPENSA USO DE TOMADA TRI POLAR, CAPACIDADE DE ATÉ 25KG, DISPLAY LCD, CRISTAL LÍQUIDO EVITANDO GASTO EXCESSIVO DE ENERGIA, TECLADO TIPO MEMBRANA DE FÁCIL DIGITAÇÃO, CONCHA ANATÔMICA ANTI-GERMES TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL, CAPA PROTETORA ENTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, PRODUTO DE USO PROFISSIONAL, PRECISÃO: 2G DE 0,001 KG ATÉ 10,000 KG E 5G DE 10,005 KG ATÉ 25,000 KG, TAMANHO DA CONCHA ANATÔMICA: 55CM X 29,5CM X 8,5CM, BATERIA INTERNA, PODE SER UTILIZADO PILHA COM ALIMENTAÇÃO AUXILIAR, VEM COM 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SELO E LACRE INMETRO.	UND	1	1.412,6333

3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL, BANDEJA EM AÇO CARBONO COM ADESIVO ANTIDERRAPANTE ADESIVO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR BRANCA, FUNÇÃO TARA, É POSSÍVEL FIXAR O PESO DE MATERIAIS (TARA), FACILITANDO A PESAGEM DE PESSOAS QUE EVENTUALMENTE PRECISEM DESCONTAR O PESO DA CADEIRA DE RODAS, ROUPAS E ETC, PÉS REGULÁVEIS, PÉS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR, ANTROPÔMETRO QUE MEDE ATÉ 2040 MM DE 5 EM 5 MM, 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA PARA 110 / 220 VCA (BIVOLT AUTOMÁTICO), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA QUE EXCEDAM EM ATÉ 50% DA CAPACIDADE DA BALANÇA, CONSUMO MÁXIMO DE 15, CAPACIDADE DE PESAGEM DE 200KG, COM DISPLAYS DE LED VERMELHO DE ALTO BRILHO.	UND	2	2.501,1667
4	ITEM REVOGADO			
5	CÂMARA REFRIGERADA PARA VACINAS, TIPO VITRINE, FAIXA DE TEMPERATURA: 2°C A 8°C, 280 LITROS, INTERNO EM AÇO INOX, SISTEMA DE DEGELO DE FORMA AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE NENHUM TRABALHO ADICIONAL, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS, MICROPROCESSADO DIGITAL DE PRECISÃO SOB DISPLAY LCD OU LED EXIBINDO TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA, PORTA FRONTAL EM VIDRO DUPLO ESPECIAL COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO INDEPENDENTE ATRAVÉS DE UM COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTA PERFORMANCE E RESERVA DE BTU PARA ALCANCE RÁPIDO DE TEMPERATURA, GARANTINDO EXCELENTE DESEMPENHO NA RAMPA DE	UND	1	19.271,3333

	REFRIGERAÇÃO E SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO PROPORCIONANDO EXCELENTE HOMOGENEIDADE DA TEMPERATURA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA COLABORANDO PARA ECONOMIA DE ELETRICIDADE.			
6	FOCO DE LUZ, GINECOLÓGICO COM ESPELHO, LÂMPADA HALOGENEA 20 WATTS (VIDA LONGA), ESPELHO, CORPO EM METAL ESMALTADO, HASTE FLEXÍVEL, PINTURA EPÓXI, BASE COM RODÍZIOS, ALTURA VARIÁVEL, BIVOLT.	UND	1	779,0900
7	CADEIRA DE RODAS: CONSTRUÍDA EM AÇO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X, ESTOFAMENTO EM NYLON, PINTURA EPÓXI, RODAS TRASEIRAS DE 24"; COM PNEU MACIÇO, RODAS DIANTEIRAS DE 6"; MACIÇAS, FREIOS BILATERAIS, PEDAL FIXO, APOIO DE BRAÇOS FIXO, CAPACIDADE PARA ATÉ 85KG.	UND	2	968,3367
8	EQUIPAMENTO DE AUDIOMETRIA DE RESPOSTA EVOCADAS DE TRONCO CEREBRAL, COM CONEXÃO COM O COMPUTADOR; COM BANCO DE DADOS; COM PROTOCOLOS ABR 15 PARA TRIAGEMNEUROLOGICAS, NEONATAL E, DE LIMIAR; COM ELETROCOCLEOGRAFIA; ESTIMULADOR DE IMPLANTE COCLEAR; LL, STS e ML; E COM 02 CANAIS.	UND	1	99.769,27
9	BALANÇA DIGITAL, PESA ATÉ 180 KG, BASE DE VIDRO TEMPERADO, A BATERIA CR 2032, COM DISPLAY EM LCD, FUNÇÃO DE ZERAGEM E DESLIGAMENTO, AUTOMATICOS.	UND	1	99,88
10	EQUIPAMENTO DE EMISSÕES OTOACUSTICA; COM FAIXA DE FREQUENCIA TEOAE + DPOAE; CAPACIDADE DE 250 EXAMES DE ARMAZENAMENTO; INTENSIDADE DE ESTIMULOS 83db spl; NIVEL DE RUIDO >50db spl; ALIMENTAÇÃO POR PILHA; CONEXÃO COM COMPUTADOR E IMPRESSORA; SONDA DE 30 CM; ACOMPANHA SOFTWARE PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR, IMPRESSORA, CABOS DE COMUNICAÇÃO, EXTENSÃO DA	UND	1	29.444,75



CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA
“Paço Municipal DR. CÉLIO GAYER”
DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

Av. Dr. Candido Rodrigues, nº 120 - Fone: (011) 4036-2040.
www.piracaia.sp.gov.br

	SONDA, MALETA, OLIVAS EM TAMANHOS DIVERSOS, QUATRO PONTAS DE SONDA E BASE DO EQUIPAMENTOS COM CONEXÕES .			
--	--	--	--	--

II - A data da sessão de licitação fica mantida para acontecer no dia 10 de Novembro de 2022 às 10:00 hs.

III – Ficam ratificados na integra os demais itens do edital não atingidos por esta rerratificação.

Piracaia, 09 de Novembro de 2022.

Dr. José Silvino Cintra
Prefeito Municipal