



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

27/05/2022

ESCLARECIMENTO

Pregão Eletrônico nº. 049/2022

Aquisição de equipamentos médicos e hospitalares.

Referente ao questionamento do licitante, temos a esclarecer:

PERGUNTA 1 – ITEM 22 – CADEIRA OTORRINOLOGICA O enunciado do item cita: “cadeira otorrinológica”, destinada à especialidade médica otorrinolaringologia, porém toda a descrição exigida corresponde a uma mesa ginecológica elétrica Destaca-se que a cadeira otorrino e a mesa ginecológica elétrica são equipamentos distintos, que possuem finalidade e são utilizados em ambiente hospitalar diferente. Diante ao exposto acreditamos que tenha ocorrido um equívoco na elaboração do item, sendo necessário esclarecer se para o item 22 deve-se ofertar uma cadeira otorrinolaringológica, sendo necessária a revisão da descrição para uma compatível com o equipamento pretendido, ou se deve-se ofertar a mesa ginecológica elétrica conforme descrição já exigida, sendo necessário apenas alterar, possivelmente através de adendo o enunciado.

RESPOSTA 1 – A cadeira descrita na proposta é indicada para diversos tipos de procedimentos clínicos, dentre eles manobras/exames otorrinológicos, é fato que a cadeira ginecológica citada na solicitação de esclarecimentos e impugnação possui diversas semelhanças com a cadeira otorrinológica descrita na proposta como, por exemplo, a perneira retrátil, o encosto reclinável, apoio de braços reguláveis, assento com movimento TRENDELENBURG 17º, dentre outras. Entretanto, a cadeira ginecológica apresenta alguns detalhes não presentes na cadeira otorrinológica como a presença de gaveta auxiliar, para coleta de material para exames de forma mais prática, conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e vertical, e conjunto de apoio de coxa e pés (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal.

Segue imagens dos equipamentos, no qual consegue visualizar a sua semelhança, porém á itens que são diferentes que podem interferir em sua funcionalidade, diferenciando assim os equipamentos. Isto posto, solicito a manutenção do descritivo para o material em questão (cadeira otorrinológica) tendo em vista ser o que melhor atende aos objetivos para os quais será destinado, ou seja, a realização de exames e manobras otorrinológicas.

Cadeira Otorrinologica



Cadeira Ginecológica





MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Comunicamos que permanecem inalterados data e horário do presente certame

Alaide Candida da Silva
Secretária de Administração