

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 1 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0001	1,---	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo duplo; Auscultador em aco inoxidavel.			
0002	1,---	UN	ESTETOSCOPIO INFANTIL Tipo duplo; Auscultador em aco inoxidavel.			
0003	3,---	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Material de confeccao em tecido algodao; Bracadeira/fecho em velcro.			
0004	1,---	UN	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Material de confeccao tecido em algodao; Bracadeira/fecho de velcro.			
0005	5,---	UN	ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS ACO INOXIDAVEL			
0006	1,---	UN	BIOMBO TRIPLO Confeccionado em tubo de aco carbono. Cortinado em algodao cru, pes confeccionados em tubo de aco carbono com ponteiros de borracha e com um rodi- zio giratorio, laterais com acabamento em pintu- ra eletrostatica a po com anterior tratamento an- tiferruginoso. Dimensoes aproximadas aberto 1,75 x 0,47 x 1,80; Dimensoes aproximadas fechado 0,66 x 0,47 x 1,80.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00054 /2019_ PG. 2 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

No BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0007	1,--- UN	MESA AUXILIAR EM CHAPA PINTADA Medindo 40x40x80cm, na cor branca, em aco e com rodizios na 04 pernas.			
0008	1,--- UN	MESA GINECOLOGICA Construida em madeira compensada revestida externamente de formica e internamente de verniz, leito a colchoado em espuma e napa, com 2 portas, 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte p/ lencol descartavel e cuba em aco inox.			
0009	4,--- UN	MESA DE EXAMES . Em aco inoxidavel; . Possicoes do leito movel; . Suporte para papel; . Gabinete com portas e gavetas.			
0010	1,--- UN	MESA CIRURGICA MECANICA - Base em formato de T construida em chapa de aco com revestimento em ABS ou material superior, com movimentacao da base realizada atraves de rodizios. A fixacao do equipamento devera ser atraves de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixacao ao piso. - Coluna com guias com revestimento em aco inoxidavel. Chassi do tampo com revestimento em aco inoxidavel, dividido em no minimo 04 secoes: cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo e pernas.			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 3 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :
TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

Reguas em aço inox para colocacao de acessórios.
Tampoóradio transparente para uso do intensifica-
dor de imagem, RX em toda sua extensao, dividido
em 04 secoes: cabeceira, dorso, assento, pernas.
Os movimentos de trendelemburg reverso de trende-
lamburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso
pernas e renal deverao ser acionados por manive-
las removiveis localizadas nas laterais ou cabece-
ira da mesa ou pneumaticamente. Capacidade de pe-
so de no minimo 200Kg. Acessorios: Deverao acompa-
nhar a mesa no minimo os seguintes acessórios: 01
jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01
par de suportes para apoio de ombros ; 01 par de
suportes de bracos.

0011	2,---	UN ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS c/fechadura, 04 prateleiras de vidro 4mm, lateral de vidro, fundo e teto de chapa de aço pintado 1,65x0,65x0,40m.	_____	_____	_____
0012	3,---	UN BALANCA DIGITAL ADULTO Antropometrica eletrônica, Estrutura em chapa de aço carbonocom tratamento an- tiferruginoso, acabamento em tinta eletrostatica a po, na cor branca. Capacidade maxima para aproximadamente 200Kg; Divisoes de 50g; Tapete em borracha anti-derrapante; Regua antropometrica com escala entre 1,00 e 2,00,	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 4 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

Com medidas aproximada da plataforma de 390x340mm,
altura de 1,30m.
Aferida certificada pelo IPEM/INMETRO.

0013	40,---	UN	CAMA FAWLER C/ COLCHAO		
------	--------	----	------------------------	--	--

Cama eletrica para UTI, cama de CTI eletrica com elevacao, trendelemburg e reverso com grades inox e dorso radiotransparente com suporte para soro. Estrutura em chapa virada de 2,00mm em U. Rodizios termoplasticos de 6 de diametro com freio total e direcional acionados por uma unica pedalera frontal de inox. Leito em chapa de aco lisa sem reentrancia com movimentos de trendelemburg e reverso, elevacao total do leito, Fawler, dorso. Flexao e elevacao das pernas, acionados por motores eletricos comandados por Controle remoto com fio. Laterais com acabamento em chapa de aco inox escondido. Cabeceira e peseira em tubos redondos de um quarto Grades de tubos redondos, com movimento deslizante e travamento automatico em aco inox. Leito em estrutura com pintura eletrostatica em epoxi a po com polimerizacao em estufa apos rigido tratamento superficial. Dorso em material radiotransparente para uso de raio x Com trilhos regulaveis para colocacao de chassi radiologico.

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ___

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00054 /2019_ PG. 5 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

No
EST.: TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

Acompanha 1 haste de soro inox.
Dimensoes aproximadas do leito: 1,90 x 0,80m.
Dimensoes totais aproximadas 2,10 x 0,92m.
Altura maxima e minima: 0,85; 0,57m.
Inclinacao maxima: 15graus.

0014	3,---	UN	CAMA HOSPITALAR PPP - Manual com apoio de pernas removivel; - Apoio de coxas; - Apoio calcagnar; - Dispositivo para coleta de likquidos; - Base dividida em no minimo 04 secoes: dorso, asento, perneira e complemento da perneira removivel; - Com rodizios; - Grades na regio do dorso; - Injetadas; - Acabamento pintado em poliuretanos; - Capacidade minima de 120Kg; - Com colchao.		
------	-------	----	--	--	--

0015	3,---	UN	SUPORTE PARA SORO Base em tubo nas medidas aproximadas de 30 x 20 x 1,2mm, coluna em tubo aproximado de 25,40 x 1,2mm tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostatica em po com resima epoxi-poliester e polimerizado em estufa de excelente resistencia quimica e mecanica na cor branca, haste cromada com 2 ganchos e altura regulavel, pes com cinco ro		
------	-------	----	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00054 /2019_ PG. 6 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST.: TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

dizios de aproximadamente 50mm de diametro da base de aproximadamente de no minimo 300mm, ajuste maximo de 550mm, ajustes minimo de 1420mm e maximo de 2040mm e gancheira com diametro aproximado de 235 mm, tubo em aco inox, base em forma de "ESTRELA" pes em aluminio, base em plastico injetado com sistema antiqueda, gancheira em aco inox, com capacidade de no maximo 4Kg, sendo 1Kg por gancho, sistema de ajuste atraves de manipulo, rodizios aproximados de 52mm de diametro com garfo em nylon e banda de rolagem em poliamida, sendo no minimo 2 com trava, acabamento aco inox polido.

0016	1,---	UN OFTALMOSCOPIO . Com posicao de 05 abertura; . Ate 19 lentes.	_____	_____	_____
------	-------	---	-------	-------	-------

0017	1,---	UN OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO - Oftalmoscopio binocular indireto com bateria acoplada no capacete proporcionando maior flexibilidade de movimentos ao usuario; Capacete leve e acolchoado com ajuste vertical; Fonte luminosa de LED (2,38W) com intensidade luminosa ajustavel de um botao no capacete, com potencia luminosa maxima de 1200 Lux a 30cm; Diametros dos spots de luminosacao: 25,35 e 45 (300mm); Deve possuir no minimo filtros azul e verde com camada de protecao evaporada; Lentes de vidro optico anti-reflexo; Distancia interpupilar ajustavel independente e	_____	_____	_____
------	-------	---	-------	-------	-------

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTA

Pregao _00054 /2019_ PG. 7 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

assimetricamente entre 46-75mm; Diametro minimo da pupila de 2mm. Deve acompanhar bateria, carregador e maleta para transporte.

0018	2,--- UN	OXIMETRO DE PULSO DE MESA Digital, de monitoracao constante dos pacientes neonatos ate adultos inclusivem de baixa perfusao periferica. -CARACTERISTICAS: *SPO2 .Tecnicas de espectrofotometria e pletismografia; .Mostra os valores medidos de SPO2 e pulso; .Curva Pletismografica; .Indica a qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco; .Faixa de medidas: 0-100%; .Precisao: 50 a 69% mais ou menos 3% 70a 100% - mais ou menos 2% *PULSO .Bip de pulso: 7 niveis .Faixa de medidas:30 - 254bpm .Precisao: 30 a 254bpm mais ou menos 2% *ALARMES .Indicacao sonora com 2 tipos de tons .Indicacao visual atraves de leds .Indicacao sem sensor, limites de maximos e minimos .Oximetria: 30 a 100% - passo de 1 % . Pulso 30 a 254bpm - passo de 5bpm			
------	----------	---	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 8 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

*ACESSORIOS
.1 sensor de dedo adulto reutilizavel (2,70 cm)
.1 cabo de forca
.1 fusivel reserva
.1 cabo terra
.1 manual de instrucoes
.1 certificado de garantia
*DISPLAY E INDICADORES
.Controle digital do brilho
.Display de led para SPO2 e pulso
.Bargraph, com escala logaritimica indicando a
qualidade do sinal
.Indicacao de bateria fraca
.Indicacao ligado, bateria carregando, bateria
com carga, ligado a rede eletrica
*SOM
.3 tipos de som, bip de pulso, alarmes e sem sen-
sor
.Controle digital e independentes para alarmes e
bip de pulso
*ALIMENTACAO
.Rede eletrica - 90 a 250Vac - 50/60Hz automatica
.Bateria: Niquel-Cadmio, 12Vdc, recarga interna e
automatica, uso aproximado de 2 horas quando to-
talmente carregado
.Desligamento automatico no caso de limite minimo
de carga da bateria
*DIMENSOES
.Altura: 8,2cm

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 9 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No BAIRRO:
TELEFONE :

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
		.Largura: 16,3cm .Profundidade:13,0cm .Peso: 975g *ESPECIFICACAO AMBIENTAL .Temperatura de operacao 0 - 60C\$.Temperatura de armazenamento: 40 - 75C .Unidade relativa: 15 - 95% (operacao) 10 - 90% (armazenamento)			
0019	1,---	UN FOCO REFLETOR AMBULATORIAL . Iluminacao halogenio; . Haste flexivel; . 220volts.			
0020	3,---	UN DETECTOR FETAL PORTATIL . Digital.			
0021	1,---	UN APARELHO DE RETINOSCOPIO - Retinoscopio com lampada xenon halogena de 3,5V cabo com bateria recarregavel de litio e regula gem do controle de intensidade de luz. Otica mul ti-revestida, a fenda permite refracoes facels e rapidas mesmo em pacientes com pupilas pequenas. Sistema de foco externo com rotacao continua. Fil tro polarizador linear cruzado que elimina refle xos das lentes de triagem para facilitar o exame. Cartoes de alvo magneticos para retinoscopia dina mica. Permite operacao com uma so mao para focali zacao e rotacao de 360 graus da fenda. Iluminacao			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 10 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

3,5V a bateria ou eletrico. Deve acompanhar o equipamento: 01 carregador de mesa 110/220V para 01 cabo, 01 cabo recarregavel com bateria de litio e 01 estojo para transporte.

0022	1,---	UN REFRATOR DE GREENS - Equipamento de teste de refracao subjetiva com as seguintes caracteristicas: Faixa de poder esférico: 16,75D a - 19,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares 0,12D ou lentes opcionais +/- 0,12D estiverem em uso); Faixa de poder cilíndrico: 0 a -6,00D, com leitura mínima de 0,25D ou 0,12D (quando as lentes auxiliares - 2,00D estiverem em uso); Escala do eixo do astigmatismo: 0 graus a 180 graus em passos de 5 graus; Cilindro cruzado: +/- 0,25D, tipo reversa (sincronizado com o eixo do astigmatismo) e +/- 0,50D; Prisma rotativo: 0 a 20D em passos de 1D; Ajuste interpupilar: 48 a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sincronizados); Ajuste de descanso de testa: 16mm para tras e para frente; Convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400mm dos vértices das corneas (2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); Distância interpupilar permitida de convergência de 57 a 80mm; Campo de visão efetivo: 19mm; Deve possuir ópticas seladas para proteção contra poeira e cílios.			
------	-------	--	--	--	--

0023	1,---	UN CADEIRA OPTALMOLOGICA			
------	-------	----------------------------	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ___

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 11 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No
TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
0024	1,--- UN	COLUNA OPTALMOLOGICA	_____	_____	_____
0025	1,--- UN	LENSOMETRO MANUAL	_____	_____	_____
0026	1,--- UN	VENTILADOR/RESPIRADOR PRESSAO E VOLUME Ideal para transporte de pacientes neonatais a adultos, oferecendo bateria recarregavel CONTRO LE Modos volume Assist./Constr. volume SIMV/CPAP/ pressao suporte pressao Assis./Contr./SIMV/CPAB/ pressao suporte fluxo continuo, ciclado a tempo Assis./Contr. fluxo continuo, Ciclado a tempo SIMV/CPAP fluxo inspiratorio 4 al20l/min.fluxo expiratorio (Bias Flow) 0 a 40 l/min. volume corrente 0,02 a 2,00 l tempo inspiratorio 0,10 a 0,300s frequencia respiratoria 0 a 150 resp./min. PEEP 0 a 30 cmH2O pressao inspiratoria/suporte 2 a 70 cmH2O sensibilidade assistida - 1 a 10 cmH2O pausa inspiratoria 50% do tempo Insp. pausa expiratoria manual (auto PEEP) Max. 10s. suspiro 50% do volume suspiro/100 ciclos ou 1 suspiro/7 minutos Nebulizador 6 l/min. (fase insp.) insuflacao traqueal de gas (TGI) 6 l/min. (fase insd.) Ciclo Manual concentracao 02 21 a 100% tempo de apneia 4 a 20s; desligado ALARMES Tempo de apneia 4 a 20s; desligado (ventilacao back up) baixa pressao 10 a 70 cmH2O inversao relacao I:E >1 : 0,30 baixa pressao de entrada de gas <> 2.5Kpa x 100 bate ria baixa inoperante reset sonoro max. 60s reset	_____	_____	_____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 12 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

BAIRRO:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

visual MONITORES Manometro - 10 a 120 cmH2O pres
sao media 0 a 99 cmH2O volume inspiratorio 0,02 a
2,00 l tempo inspiratorio 0,10 a 3,00s frequen
cia respiratoria controlada 0 a 150 resp./min.fre
quencia resp. total 0 a 199 resp./min. relacao
I:E l : 0,30 a 1 : 99 fluxo inspiratorio 4 a 120
l/min. fluxo inspiratorio 0 a 40 l/min. INDICADO
RES VISUAL baixa pressao de entrada de gas LED
vermelho baixa pressao inspiratoria (alarme) LED
vermelho alta pressao inspiratoria e expiratoria
(alarme) LED vermelho apneia LED vermelho inope
rante LED vermelho alarme silenciado LED vermelho
rede LED verde Bateria LED verde/amarelo/vermelho
nebulizador LED verde TGI LED verde suspiro LED
verde pausa inspiratoria - Hold LED verde esforco
do paciente (sensivity) LED verde bateria externa
led amarelo ENTRADA eletrica 100/120/220/240VAC
50/60Hz12 14VDC 2A bateria interna 12 VDC 2.2A/h.
pneumatica (Ar e O2) 3.5 +/-1.5KPa x 100 (50+/-20
PSI) dimensoes e peso respiratdorArt. x lag. x
prof./peso 15 x 29 x 26cm/8hg respirador e pedes
talAlt. x larg. x prof./peso 121 x 50 x 60cm/39Kg
assessorios Misty 3 tracer 5 inter 3500 circuito
adulto circuito Neonatal/pediatrico.

0027	1,---	UN ELETROCARDIOGRAFO . Com laudo interpretativo; . 12 canais; . Baterias internas;			
------	-------	---	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA,
ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 13 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE		ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
			. Tela LCD; . Memoria; . Software para exames em computador; . Supore com rodizios.			
0028	4,---	UN	BANQUETA EM ACO Em aço inoxidavel, regulagem de altura, rodizios, assento giratorio.			
0029	1,---	UN	PROJETOR OPTALMOLOGICO - Projetor de optotipos digital. Deve apresentar, de maneira randomica, todos os principais padroes de optotipos em escala Snellen e Logmar: letras, numeros, figuras infantis, Snellen, Landolt, etc; e diversos testes como Ishihara, teste de torcao, cilindro cruzado, angulo de astigmatismo, visao binocular, luzes de Worth e simulador de Catarata e Glaucoma com escala de 20/15 ate 20/400. Deve possuir tela de descanso (stand-by) personaliza vel. Deve possuir banco de dados que permite con figurar e armazenar as sequencias de optotipos mais utilizados facilitando a usabilidade. Pode ser fixado em parede ou sobre mesas com o auxilio de suportes que deve acompanhar o equipamento. Distancia ajustavel: de 30cm a 7,0m. Deve acompa nhar monitor de 22 polegadas no minimo com entra da HDMI e controle remoto. Efeito: 100 a 0% e ne gativo . Filtros: Verde/Vermelho e Azul/Amarelo. Conexao do sensor: UBS. Alimentacao eletrica a			

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 14 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :
CIDADE : EST.: TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

ser definida pela entidade solicitante.

0030	1,--- UN	CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS - Sistema de digitalizacao de imagens de Raios-X por placas de fosforo, monocassete. As digitalizacoes das imagens de Radiologia Convencional devem possuir resolucao minima de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento minimo de 40 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operacao, dedicado a revisao de imagens digitais de Raios-X. Possui os servicos de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrao DICOM 3.0 e todos os recursos disponiveis para o processamento e manipulacao dos parametros de imagem com as seguintes caracteristicas: Monitor (LCD) de alta resolucao no minimo 17 polegadas sensivel ao toque (Touch Screen); Memoria local de no minimo 2GB; Disco rigido (HD) local de pelo menos 150GB; Armazenamento em disco local (HD) de pelo menos 2000 imagens; Leitor para identificacao dos cassetes; Processamento de imagem e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em media conectavel a estacao de controle de qualidade (CD, DVD,USB,etc); Backup e restauracao de imagens em midias externas (CD,DVD,USB); Configuracao pelo usuario dos parametros de processamentos por regio anatomica de estudo; Rotacao/Inversao de imagem; Alteracao de densidade, sensibilidade, con			
------	----------	---	--	--	--

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI,QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENTO

Pregao _00054 /2019_ PG. 15 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : No BAIRRO: INSCRICAO ESTADUAL :
TELEFONE : FAX : CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

traste e latitude das imagens; magnificacao da imagem para visualizacao; Processamento para eliminacao das linhas de grade; Servico DICOM 3.0 Storage; Servico DICOM 3.0 Print; Servico DICOM 3.0 Modality Worklist Management; Servico DICOM 3.0 Storage Commitment; Servico DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanha o equipamento cassetes para o digitalizador de Raols-X. 04 (quantidade) cassetes com placa de fosforo tamanho 35x43cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fosforo tamanho 24x30cm. 04 (quantidade) cassetes com placa de fosforo tamanho 18x24cm. Sistema de impressao de filmes radiologicos a seco com capacidade de impressao para dois tamanhos simultaneos. Densidade optica de impressao minima de 3.2, capacidade de impressao minima de 70 filmes por hora no tamanho 35x43cm, capacidade de memoria 1 GB. Impressao no padrao DICOM 3.0. Para uso em modalidades medicas, com impressao de tecnologia e resolucao minima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no minimo 100 filmes; Conexao com modalidades atraves do protocolo DICOM 3.0; Calibracao automatica da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no minimo 12bits; Trabalhar com no minimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line)

0031 | 1,--- UN | TONOMETRO

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ___

ASS./CARIMBO : _____

Prefeitura Municipal de Cacapava
RUA CAP. CARLOS DE MOURA, 00243 - VILA PANTALEAO
C.N.P.J. 45.189.305/0001-21 - I.E. - ISENT0

Pregao _00054 /2019_ PG. 16 |
Proposta Comercial - Anexo I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE :

C.N.P.J. :
ENDERECO :
CIDADE :

EST. : TELEFONE :

Bairro:

INSCRICAO ESTADUAL :

FAX :

CEP:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATE DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 17/12/2019 AS 09:30 H.

VALIDADE DA PROPOSTA : De acordo com o EDITAL

PRAZO E LOCAL ENTREGA : De acordo com o EDITAL

CONDICOES DE PAGAMENTO : De acordo com o EDITAL

ITEM	QUANTIDADE	ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS	MARCA OBJETO	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------	----------

- Tonometro de aplanacao fixo com acoplador para lampada de fenda e calibrador, medicao atraves de prisma, ajuste de medicao a 80mmHg, precisao +/- 0,5mmHg. deve acompanhar 10 prismas e calibrador.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ | _____

-DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE NAO EXISTE FATO QUE IMPECA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITACOES E CONTRATAR COM A ADM.PUBLICA, ASSIM COMO NAO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXVIII DO ARTIGO 7o. DA CONSTITUICAO FEDERAL.

DATA : ___ / ___ / ____

ASS./CARIMBO : _____