

Ofício nº 54 /2024 - Sec. Saúde

Boituva, 16 de fevereiro de 2.024

Ao Departamento de Licitação

Referente a Impugnação da empresa Air Liquide Brasil LTDA do Pregão Presencial N º 76/2023 segue as respostas abaixo:

Resposta III

Referente a formulação da proposta está solicitando inclusão MODELO e registro da ANVISA de equipamentos e acessórios. Será adicionado ao edital para que possa ser conferido o atendimento pleno ao termo de referência do edital e garantia de equipamento/acessório em conformidade com a Anvisa.

Resposta IV

Quando a solicitação de inclusão de manual do equipamento, será incluído no edital garantindo assim a possível avaliação do pleno atendimento ao termo de referência.

Resposta V

Quanto a solicitação para alterar capacidade de cilindro de backup será aceito cilindros a partir de 3,5m3 garantindo assim maior competitividade.

Resposta VI

Quanto a solicitação para incluir apresentação de documentação de fisioterapeuta, será incluído no edital, garantindo assim qualidade e assistência no atendimento aos pacientes

*Documento Assinado Digitalmente*

Katia Fernanda Pico

Chefe Atenção Especializada

Ana Paula Moura Sampaio

Secretária de saúde