

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São
Paulo SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55 (11) 5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

São Paulo, 07 de julho de 2026.

À(O)
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARIBA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2026
PROCESSO Nº 148/2026

1. ESCLARECIMENTOS DE TROCA DE TECNOLOGIA ITEM 1

Prezados (as),

A Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. ("Abbott"), comprometida com a inovação e o aprimoramento contínuo das tecnologias voltadas ao cuidado de pessoas com diabetes, informa uma importante atualização em seu portfólio de soluções.

Em julho de 2024, foi lançado no Brasil o sistema FreeStyle Libre 2 Plus, uma evolução da primeira geração (FreeStyle Libre 1). O novo sistema oferece monitoramento contínuo da glicose, ampliando a segurança, autonomia e qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir para uma gestão clínica mais eficiente.

Dessa forma, comunicamos que o sistema FreeStyle Libre 1 foi descontinuado, a partir de 29 de maio de 2026.

Diante desse cenário, gostaríamos de verificar se será aceito a substituição do modelo do produto atual freestyle Libre 1 pelo novo modelo - FreeStyle Libre 2 Plus – já disponível para comercialização, que preserva todos os atributos técnicos do FreeStyle Libre de 1ª geração, exigidos no edital da licitação, além de incorporar avanços tecnológicos que proporcionam maior eficiência, durabilidade e desempenho.

Alguns atributos técnicos que podemos destacar presentes na tecnologia FreeStyle Libre 2 Plus são: i) apresenta tempo de uso superior (1 dia a mais), com vida útil de até 15 dias; ii) possui aprovação para uso em crianças a partir de 2 anos de idade; iii) não exige calibração; iv) realiza leituras via Bluetooth que são enviadas automaticamente para o aplicativo em até 6m de distância; v) apresenta alarmes opcionais de hipoglicemia, hiperglicemia e perda de sinal; além de outros avanços que poderão ser verificados no material enviado.


Ressaltamos que:

- O FreeStyle Libre 2 Plus atende integralmente às especificações técnicas originalmente exigidas no certame;
- As melhorias incorporadas não acarretam incompatibilidades com o uso previsto pela Administração;

Anexamos os seguintes documentos para apreciação:

- Material técnico;
- Material demonstrando as diferenças do Sensor FreeStyle Libre 1 e 2 Plus;
- Descrição Técnica do novo produto;
- Registro Anvisa do Produtos

DS
FR



Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Rua Michigan, 735 Cidade Monções - São
Paulo SP Brasil - CEP 04566-905
T: +55 (11) 5536-7610/7261/7484/7413/7010
licitacoes.brasil@abbott.com
licitacao.adcbrasil@abbott.com
www.abbottbrasil.com.br

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e, se necessário, para agendamento de nova apresentação técnica do FreeStyle Libre 2 Plus.


3. VALIDADE DO PRODUTO:

O produto SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREESTYLE) é fabricado com o total de 18 (dezoito) meses de validade. Porém, de forma eventual, pelo fato do produto ter procedência importada, quando chega no Brasil para comercialização, conta com validade inferior de 12 (doze) meses.

Informamos que devido ser um item de procedência importada não enviamos carta de comprometimento de troca, apenas trabalhamos com envios parciais calculado a validade para evitar a perda do produto.

Assim, solicitamos autorização para proceder com a entrega para o item 5 com validade de no mínimo 12 (doze) meses, o que não prejudicará em nada a qualidade ou eficiência do produto

Atenciosamente,

DocuSigned by:

F500FBEA672B4E1...

Felipe Ramos
Analista de Licitações
RG n.º 462586996

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A16B53D0-BF56-80ED-81FC-B039F431CA0D

Assunto: Esclarecimentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Certificar páginas: 1

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Felipe Ramos

Rua Michigan, 735

SP, SP 04566000

felipe.ramos@abbott.com

Endereço IP: 170.85.21.85

Rastreamento de registros

Status: Original

07/07/2026 11:30:53

Portador: Felipe Ramos

felipe.ramos@abbott.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Felipe Ramos

felipe.ramos@abbott.com

Analista de licitação

Abbott Laboratorios Do Brasil Ltda

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



F500FBEA672B4E1

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 170.85.21.85

Registro de hora e data

Enviado: 07/07/2026 11:31:32

Visualizado: 07/07/2026 11:31:48

Assinado: 07/07/2026 11:31:57

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	07/07/2026 11:31:32
Entrega certificada	Segurança verificada	07/07/2026 11:31:48
Assinatura concluída	Segurança verificada	07/07/2026 11:31:57
Concluído	Segurança verificada	07/07/2026 11:31:57
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2026 Processo nº 148/2026 - ESCLARECIMENTOS

Quarta, Julho 08, 2026 11:26 -03



Farmacia Guariba

farmaguariba@yahoo.com.br

Para

Prefeitura Guariba

O documento apresentado pelo laboratório Abbott, que esclarece que deixou de fabricar o modelo do Freestyle Libre 1 e passou a produzir apenas o novo modelo - FreeStyle Libre 2 Plus que é melhor o que o modelo antigo, o que traz vantagem aos pacientes.

Porém, como no edital a descrição está diferente do que a empresa Abbott irá ofertar, entendo que este item dever ser cancelado neste pregão eletrônico, para que possamos corrigir o descritivo e assim realizar novo processo de licitação.

At.te,

Carla M. de O. Pinheiro/CRF: 23011 - Farmacêutica - Farmácia Municipal de Guariba