



Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

CNPJ: 45.701.455/0001 - 72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, COMPRA ASSEGURADA PELA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, E AMPARADO PELO DECRETO 2.270/2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.

MATERIAL HOSPITALAR	REFERENCIA	UNID. MED.	QUANT
<p>03- AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL 50G - AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL 50G, CONFECCIONADO EM 74% DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) POLIPROPILENO DO TIPO AGULHADO E 26% TECIDO LAMINADO DE POLIETILENO COM ADITIVO MASTERBATCH - O QUE LHE CONFERE IMPERMEABILIDADE.POSSUI MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO E PRÁTICO FECHAMENTO COM TIRAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS</p> <p>ATÓXICO; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; APIROGÊNICO; HIPOALERGÊNICO; FECHAMENTO COM TIRAS; FECHADO COM COSTURAS OVERLOQUE EM TODO O PERÍMETRO; COM MANGAS LONGAS QUE POSSUEM TERMINAÇÃO NOS PUNHOS COM ELÁSTICO. MATERIAL: 74% DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) POLIPROPILENO DO TIPO AGULHADO E 26% TECIDO LAMINADO DE POLIETILENO COM ADITIVO MASTERBATCH. COR: BRANCO. TAMANHO: ÚNICO (115 CM X 140 CM). VALIDADE: 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM: PACOTE COM 10 UNIDADES.</p>	AVENTAL IMPERMEAVEL 50G	PACOTE COM 10 UNIDADES	30
<p>04- CVC DUPLO LUMEN 7FR X 20CM 7 FR CATETER VENOSO CENTRAL -</p> <p>MATERIAL: KIT DE CATETERIZAÇÃO - CATETER DE ACESSO VENOSO CENTRAL - CVC KIT CONTENDO: 01 CATETER DUPLO LÚMEN 7FR 7 FR X 20CM</p>	DUPLO LUMEN	KIT (UNIDADE)	05



Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

CNPJ: 45.701.455/0001 - 72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



01 FIO GUIA COM AVANÇADOR 0.035" (0.89X600MM) 01 AGULHA INTRODUTORA DE USO EXCLUSIVO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA 18GA 1.06X65MM 01 DILATADOR 10FR X 15CM			
05- ELETRODO CARдиоCLIP COLOR P/ ECG CONJ. C/4 UNID (ADULTO)- OS ELETRODOS DE E INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO. COMPATIVELIS COM ELETROCARDIOGRAFOS E SEUS RESPECTIVOS CABOS COM TERMINAÇÕES EM NEO PINCH, BOTÃO DE PRESSÃO E PINO BANANA. REUTILIZAVEL; KIT COM 04 UNIDADES DE ELETRODO CARдиоCLIP COLOR PARA ECG..	CARдиоCLIP	CONJUNTO COM 4 UNIDADES	05
06- LANCETA AUTOMÁTICA - LANCETA DE SEGURANCA 1,5MM DE PROFUNDIDADE, DESCARTÁVEIS E ESTÉREIS, 1,5MM DE PROFUNDIDADE, ESPESSURA ULTRAFINA QUE GARANTA MAIOR CONFORTO NA COLETA DE SANGUE, PARA USO EM COLETAS DE PUNÇÃO DIGITAL, TESTES DE GOTA ESPESA E TESTES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICOS LABORATORIAIS, ACIONAMENTO POR CONTATO: AUTOMÁTICA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SISTEMA DE PUNÇÃO DE USO ÚNICO. 1 AJUSTE DE PROFUNDIDADE. PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO: 1.5MM. DIÂMETRO DA AGULHA: 0.36 MM (28 G). LANCETA TRIFACETADA E SILICONADA. SISTEMA ESTÉRIL ATRAVÉS DE RADIAÇÃO GAMMA. RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. PESO MÁXIMO DE 4 G. TEMPO DE PUNÇÃO: 3 MILÉSIMOS DE SEGUNDO. ATENDA AS NORMAS REGULADORAS: ISO 13485 E NR32. CAPA DE ESTERILIDADE, CORPO DO LANCETADOR E GATILHO COMPOSTOS POR POLIPROPILENO. COM REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES	LANCETA AUTOMÁTICA	CAIXA COM 100 UNIDADES	01
07- MACACÃO DE SEGURANÇA PROTEÇÃO BRANCO IMPERMEÁVEL COM CAPUZ TAMANHO G- DESCRIÇÃO: MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER, ELÁSTICO NOS PUNHOS E TORNOZELOS, MANGA LONGA E CAPUZ ACOPLADO. PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES	MACACÃO IMPERMEAVEL G	UNIDADE	50
08- MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO – ADULTO- MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO PARA OXIGENIOTERAPIA. CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE.COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL.FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL Á FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A	MASCARA COM	UNIDADE	10



Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

CNPJ: 45.701.455/0001 - 72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



REINALAÇÃO DE GASES E DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO. SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO COM 2,10 METROS DE COMPRIMENTO. PERMITE TERAPIA COM ATÉ 100% DE O2. TAMANHO ADULTO. DIMENSÕES DA MÁSCARA: A: 14 CM / L: 8,5 CM / C: 5,8 CM PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES	RESERVATÓRI O ADULTO		
09- MÁSCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO – INFANTIL - MASCARA DE NÃO REINALAÇÃO COM RESERVATÓRIO PARA OXIGENIOTERAPIA E ANESTESIA. CONFECCIONADA EM VINIL MACIO E TRANSPARENTE. COM PRESILHA AJUSTÁVEL DE NARIZ PARA FIXAÇÃO CONFORTÁVEL. FAIXA ELÁSTICA AJUSTÁVEL À FACE DO PACIENTE. VÁLVULA DE CONTROLE DE BAIXA RESISTÊNCIA, PREVINE A REINALAÇÃO DE GASES, POSSUI DUAS MEMBRANAS NA MÁSCARA QUE PERMITEM A ELIMINAÇÃO DO GÁS EXALADO.SISTEMA COMPLETO, COM BOLSA RESERVATÓRIA DE CAPACIDADE DE 750ML E TUBO DE SUPRIMENTO DE GÁS COM 2,10M DE COMPRIMENTO. TAMANHO INFANTIL. DIMENSÕES DA MÁSCARA: A: 11 CM / L: 8 CM / C: 4,8 CM PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES	MASCARA COM RESERVATÓRI O INFANTIL	UNIDADE	10
11- SWAB COLETA ESTÉRIL HASTE DE PLÁSTICO COM PONTA RAYON PACOTE COM 100 UNIDADES- PRODUTO PARA USO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO; SWAB COM HASTE PLÁSTICA COM PONTA DE RAYON; TRANSPORTE: PODE SER MANTIDO EM TEMPERATURA DE 40°C; ARMAZENAR E CONSERVAÇÃO: O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL A TEMPERATURA DE 4°C A 35°C; VALIDADE: O PRODUTO TEM VALIDADE DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO MANTIDO EM CONDIÇÕES IDEAIS; ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. TRANSPORTE: PODE SER MANTIDO EM TEMPERATURA DE 40°C; ARMAZENAR E CONSERVAÇÃO: O PRODUTO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL A TEMPERATURA DE 4°C A 35°C; VALIDADE: O PRODUTO TEM VALIDADE DE 02 ANOS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO, QUANDO MANTIDO EM CONDIÇÕES IDEAIS; ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES (EMBALADO INDIVIDUALMENTE) PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES	SWAB	PACOTE COM 100 UNIDADES	2

Encantadora por natureza



Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

CNPJ: 45.701.455/0001 - 72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<p>13-TESTE RÁPIDO COVID-19 ANTÍGENO AG- TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV-2 (AG) EM AMOSTRAS DE ESFREGAÇO NASOFARÍNGEO HUMANO DE INDIVÍDUOS QUE ATENDEM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E/OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19, DESTINA-SE APENAS A USO PROFISSIONAL E DEVE SER USADO COMO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO POR SARS-COV-2. O TESTE CITA PODERÁ SER USADO EM QUALQUER AMBIENTE LABORATORIAL E NÃO LABORATORIAL DEVERÁ CONTER TIRA DE MEMBRANA, QUE É PRÉ-REVESTIDA COM ANTICORPO ANTISARS-COV-2 IMOBILIZADO NA LINHA DE TESTE E IGY MONOCLONAL DE CAMUNDONGO ANTIGALINHA NA LINHA DE CONTROLE. DOIS TIPOS DE CONJUGADOS (IGG HUMANA ESPECÍFICA PARA CONJUGADO DE OURO SARS-COV-2 AG E CONJUGADO DE OURO IGY DE GALINHA) MOVEM-SE PARA CIMA NA MEMBRANA CROMATOGRAÇAMENTE E REAGEM COM O ANTICORPO ANTISARS-COV-2 E IGY MONOCLONAL DE CAMUNDONGO ANTIGALINHA PRÉ-REVESTIDO RESPECTIVAMENTE. PARA UM RESULTADO POSITIVO, A IGG HUMANA ESPECÍFICA PARA O CONJUGADO DE OURO SARS-COV-2 AG E O ANTICORPO ANTISARS-COV-2 FORMARÃO UMA LINHA DE TESTE NA JANELA DE RESULTADOS. NEM A LINHA DE TESTE NEM A LINHA DE CONTROLE SÃO VISÍVEIS NA JANELA DE RESULTADOS ANTES DE APLICAR A AMOSTRA DO PACIENTE. UMA LINHA DE CONTROLE VISÍVEL É NECESSÁRIA PARA INDICAR QUE UM RESULTADO DE TESTE É VÁLIDO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TEMPO DE TESTE: 15 MINUTOS SWAB NASOFARÍNGEO X PCR NASOFARÍNGEO: SENSIBILIDADE DE 91,4% (94,1% PARA AMOSTRAS COM VALORES CT ≤ 33) /ESPECIFICIDADE DE 99,8%. ARMAZENAMENTO: 2 °C A 30 °C LISTAGEM DE USO DE EMERGÊNCIA DA OMS TIPO DE AMOSTRA: SWAB NASOFARÍNGEO QUANTIDADE: 25 TESTES/KIT ITENS INCLUSOS: TAMPÃO (1 X 9 ML/FRASCO), 25 TUBOS DE EXTRAÇÃO, 25 TAMPAS DE TUBO DE EXTRAÇÃO, 1 SWAB CONTROLE POSITIVO, 1 SWAB CONTROLE NEGATIVO, 25 SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA DE AMOSTRA, 1 SUPORTE PARA TUBOS, 1 GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA (NASOFARÍNGEA), 1 INSTRUÇÃO DE USO.</p>	TESTE RÁPIDO ANTIGENO AG	CAIXA COM 25 UNIDADES	06
<p>14- TESTE RÁPIDO COVID-19 IgG/IgM RÁPIDO - MÉTODO: IMUNOCROMATOGRÁFICO. FINALIDADE: COVID-19 IGG/IgM RÁPIDO É UM TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IgG/IgM CONTRA A SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE DO CORONAVÍRUS 2 (SARS-COV-2) EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO. SOMENTE PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO. TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO QUE DETECTA SEPARADAMENTE ANTICORPOS DAS CLASSES IGG E IGM PARA O COVID-19 IgG/IgM RÁPIDO CONTÉM ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTIIGG HUMANO NA LINHA TESTE G PARA IgG, E ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-</p>	TESTE RÁPIDO COVID-19 IgG/IgM	UNIDADE	500



Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

CNPJ: 45.701.455/0001 - 72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



IgM HUMANO NA LINHA DE TESTE M PARA IgM. DEVE ACOMPANHAR CASSETE DE • CONTA GOTAS DESCARTÁVEL) • SOLUÇÃO TAMPÃO – 1 X 6 ML • 1 (UM) INSTRUÇÃO DE USO- APROVADO PELA ANVISA- PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES			
15- TUBO TIPO FALCON – 15ML ESTERIL INDIVIDUAL COM TAMPA PACOTE COM 50 UNIDADES PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES	TUBO FALCON	PACOTE COM 50 UNIDADES	4
17- VÁLVULA REDUTORA C/ FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO - INFORMAÇÕES DO PRODUTO: ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315KGF/CM ²); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGF/CM ² ; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT.	VALVULA REDUTORA	UNIDADE	10

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

Encantadora por natureza