

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PINHAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 62/2022

PROCESSO DE COMPRAS Nº 225/2022

EDITAL: 121/2022

Ilustríssimo Senhor, Presidente da Comissão de Licitação

A empresa **AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI**, CNPJ nº 14.769.402/0001-60, situada na Av. Senador Vergueiro, 4204, sala 31, Bairro Anchieta, município de São Bernardo do Campo no estado de São Paulo, vem respeitosamente apresentar **IMPUGNAÇÃO**.

Em face ao descritivo do item **12. BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL**, pelos motivos a saber:

1. DA LICITAÇÃO

A presente licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do, Licitação de menor preço por item, objetiva o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Todavia, o Edital está exigindo características que limitam a participação de uma única empresa, caracterizando claro direcionamento do descritivo e ferindo a ampla participação.

Por este motivo, a IMPUGNANTE, passa a apresentar as razões da sua impugnação, visto que o Edital contém irregularidades sanáveis.

2. DA IMPUGNAÇÃO

Descritivo do Item 12. **Bomba de Infusão para Equipo Universal:**

” BOMBA DE INFUSÃO, VAZÃO: ADULTO: 0,1 A 999,9 ML/H, INCREMENTO POR 0,1 ML/H, INFANTIL: 0,1 A 99,9 ML/H, INCREMENTO POR 0,1 ML/H - VOLUME LIMITE: 9999,9 ML, TEMPO LIMITE: 9999,9 ML - PROGRAMAÇÕES: ML/H X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE, PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE (OPÇÕES KG E G) - PRESSÃO DE OCLUSÃO: PROGRAMÁVEL DE 150 – 900 MMHG, PROGRAMÁVEL DE 20 – 120 KPA - FUNÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO, BALANÇO HÍDRICO, ESCOLHA DE EQUIPO MACRO/MICRO GOTAS, ZERAR VOLUME SEM INTERROMPER A INFUSÃO, AJUSTE VOLUME ALARME, AJUSTE DE KVO, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSÃO, PURGA, ESCOLHA DE IDIOMA (PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL), BLOQUEIO TECLADO, BIBLIOTECA DE DROGAS - KVO: PROGRAMÁVEL DE 0,1 A 3,0 M/H - BOLUS: MODO ADULTO: ATÉ 999,9 ML/H (PROGRAMÁVEL), MODO INFANTIL: ATÉ 250,0 ML/H (PROGRAMÁVEL) - DESVIO DA VAZÃO COM EQUIPO PADRÃO: +/- 5% DA VAZÃO PROGRAMADA - DETECTOR DE AR NA LINHA: SENSOR ULTRASSÔNICO COM OPÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA INFUSÕES ENTERAIS (MODO ENTERAL/PARENTERAL), MODO ADULTO: SENSIBILIDADE DE 250ML, MODO INFANTIL: SENSIBILIDADE DE 150ML - PRÉ-ALARMES: FIM DE BATERIA, FIM DE INFUSÃO, BALANÇO HÍDRICO - ALARMES VISUAIS E/OU SONOROS: VAZÃO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO, OCLUSÃO, EQUIPO ERRADO, AR-NA-LINHA, PORTA ABERTA, AUSÊNCIA DE GOTEJAMENTO (FRASCO VAZIO), INFUSÃO COMPLETA, BATERIA BAIXA, ESPERA- ALIMENTAÇÃO: 110 – 230V, 50/60 HZ.”

Após análise técnica e de mercado do descritivo do item 12. Bomba de Infusão para Equipo Universal publicado neste edital, solicitamos mui respeitosamente que seja revisado em sua plenitude, pois o mesmo descritivo possui direcionamento claro ao indicar no item características extraídas do aparelho modelo/marca BeneFusion VP3/Mindray conforme, pode ser consultado no site <https://cleanmedical.com.br/produto/bomba-de-infusao-samtronic-st1000/> e nas instruções de uso descritas no registro ANVISA 10188530029, como:

- BOMBA DE INFUSÃO, VAZÃO: ADULTO: 0,1 A 999,9 ML/H;
- INFANTIL: 0,1 A 99,9 ML/H;
- VOLUME LIMITE: 9999,9 ML;
- TEMPO LIMITE: 9999,9 ML;
- ESCOLHA DE EQUIPO MACRO/MICRO GOTAS;
- MODO INFANTIL: ATÉ 250,0 ML/H (PROGRAMÁVEL);
- OPÇÃO DE DESLIGAMENTO PARA INFUSÕES ENTERAIS (MODO ENTERAL/PARENTERAL), MODO ADULTO: SENSIBILIDADE DE 250ML, MODO INFANTIL: SENSIBILIDADE DE 150ML.

Nesse contexto, solicitamos ajuste no descritivo para que outras empresas que fornecem Bomba de Infusão de qualidade também possam disputar o pregão, visando o menor preço para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal. A seguir indicamos sugestão de descritivo próximo ao especificado, mas que evita direcionamento:

Sugestão de descrição técnica para aquisição de Bomba de Infusão para Equipo

Universal:

” BOMBA DE INFUSÃO, VAZÃO AJUSTÁVEL MINIMAMENTE DE: 0,1 A 999,9 ML/H, INCREMENTO POR 0,1 ML/H. VOLUME LIMITE: 9999 ML, TEMPO LIMITE DE PELO MENOS 99 HORAS. PROGRAMAÇÕES: ML/H X VOLUME LIMITE, TEMPO X VOLUME LIMITE, PESO X CONCENTRAÇÃO X DOSE (OPÇÕES KG E G) - PRESSÃO DE OCLUSÃO: PROGRAMÁVEL MÍNIMA DE 150 – 900 MMHG, PROGRAMÁVEL MINIMAMENTE DE 20 – 120 KPA - FUNÇÕES ESPECIAIS: MEMÓRIA DA ÚLTIMA INFUSÃO, TITULAÇÃO, BALANÇO HÍDRICO, POSSIBILIDADE DE USO COM EQUIPO MACRO/MICRO GOTAS, ZERAR VOLUME SEM INTERROMPER A INFUSÃO, AJUSTE VOLUME ALARME, AJUSTE DE KVO, AJUSTE DE BOLUS, AJUSTE DE OCLUSÃO, PURGA, IDIOMA EM PORTUGUÊS, BLOQUEIO TECLADO, BIBLIOTECA DE DROGAS - KVO: PROGRAMÁVEL MINIMAMENTE DE 0,1 A 3,0 M/H - BOLUS: MODO ADULTO: ATÉ 999,9 ML/H (PROGRAMÁVEL). DESVIO DA VAZÃO COM EQUIPO PADRÃO: +/- 5% DA VAZÃO PROGRAMADA - DETECTOR DE AR NA LINHA: SENSOR ULTRASSÔNICO. PRÉ-ALARMES: FIM DE BATERIA, FIM DE INFUSÃO, BALANÇO HÍDRICO - ALARMES VISUAIS E/OU SONOROS: VAZÃO LIVRE, FUNCIONAMENTO EM KVO, OCLUSÃO, AR-NA-LINHA, PORTA ABERTA, INFUSÃO COMPLETA, BATERIA BAIXA, ESPERA- ALIMENTAÇÃO: 110 – 230V, 50/60 HZ.”

Diante do exposto, a **AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI**, requer o ajuste do presente descritivo técnico, levando em consideração os princípios de legalidade e celeridade e da isonomia.

Nestes termos pedimos deferimento.

São Bernardo do Campo, 10 de novembro de 2022.

Renato Abreu de Oliveira
Diretor
RG 33.255.037-0
CPF 311.690.068-09