



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**

RESPOSTA AO 1º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 106/2022

PROTOCOLO 48145/2022

Processo Administrativo nº. 223/2022

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para Atenção Especializada em Saúde, referente a proposta 0924036000/1220-01 - Emenda Parlamentar, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Em cumprimento ao item 07 do edital, a Equipe de Apoio vem, por meio deste, apresentar resposta ao 1º pedido de esclarecimento ao edital do Pregão eletrônico nº 106/2022, solicitado via e-mail, em 31 de outubro de 2022.

Reportando-me ao pedido de esclarecimento, temos a expor o que segue:

I . Do pedido

A licitante solicita os seguintes esclarecimentos:

“Solicitamos esclarecimento quanto ao item 7 – Autoclave; em que consta no descritivo: Autoclave – Horizontal de Mesa, com até 75 litros. Por conter a palavra “até” que é subjetivo, entendemos que serão aceitos equipamentos com litragem de 12 litros e 21 litros. Esse entendimento está correto?”

II . Da análise

Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Saúde é solicitante e responsável pela elaboração do termo de referência com as especificações do objeto e ainda, possui o conhecimento técnico hábil a esclarecer a respeito das exigências técnicas, coube a ela analisar e responder os questionamentos feitos em impugnação com relação ao pedido, emitidos por



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**

empresa e profissional independente, manifestando-se através de documento registrado sob o protocolo fly sob o nº 63988/2022, nos seguintes termos:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Assunto: Protocolo - 63988/2022 - 1º Pedido de esclarecimento PE 103/2022.

Interessado: Pregoeiro

Ao questionamento apresentado sobre:

"Solicitamos esclarecimento quanto ao item 7 – Autoclave; em que consta no descritivo: Autoclave - Horizontal de Mesa, com até 75 litros, Por conter a palavra "até" que é subjetivo, entendemos que serão aceitos equipamentos com litragem de 12 litros e 21 litros. Esse entendimento esta correto"

Visto que o descritivo ficou muito aberto a erros de produtos solicitamos alteração para:

"Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de micro controlador. Seleção de temperatura: 120 a 134°C. Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia. Revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da porta: dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta."

Sendo o que tínhamos a informar.

Fazenda Rio Grande/PR, 31 de Outubro de 2022.

Documento assinado digitalmente
KARINE SOUZA DIAS
Data: 31/10/2022 14:35:36-0300
Verifique em <https://verificador.jf.br>

Karine Souza Dias
mat 351322
Div de Gestão Administrativa

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430
41-36087651

Pag. 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**

Considerando que não houve modificações no conteúdo das Propostas de Preço bem como nos documentos de Habilitação, com fulcro no Art. 21, §4º, da Lei Federal 8.666/93, mantenho a data do certame sem alteração.

Esclarecidos os fatos, dê ciência ao solicitante através de e-mail, bem como, dando-se ciência aos demais interessados, publicação deste junto ao edital da licitação em epígrafe no site <http://www.fazendariogrande.pr.gov.br/portal-transparencia/licitacoes/>.

Fazenda Rio Grande/PR, 01 de novembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br PRISCILA MARCONDES DOS SANTOS
Data: 01/11/2022 10:05:00-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Priscila Marcondes dos Santos

Equipe de Apoio