

Pregão Eletrônico

989983.422021 .1996 .4492 .27608295



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00042/2021

Às 13:30 horas do dia 09 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 115/2021 de 22/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 29272/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00042/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de exames de Gasometria para atender as necessidades, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Gás refrigeração

Descrição Complementar: CONSIDERAR DESCRITIVO DO ANEXO I

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 452.595,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J R EHLKE E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 452.595,0000 .

Histórico

Item: 1 - Gás refrigeração

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
76.730.076/0001-34	J R EHLKE E CIA LTDA	Não	Não	60	R\$ 7.543,2500	R\$ 452.595,0000	08/07/2021 11:37:54

Marca: IL/USA

Fabricante: IL/USA

Modelo / Versão: GEM Premier 3500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 60 Conj.: Insumos para gasometria - Pack 300 testes. Características mínimas dos PACKS: Pack com 300 testes; Pack (cartucho único) sem necessidade de refrigeração; Multiuso de longa duração; Reservatório para descarte dos resíduos biológicos e controles contidos num único Pack ou cartucho; Packs com probes, sensores, líquidos de referência e lixo hermeticamente fechados e protegidos: CARTUCHO GEM 3.5K BG/ISE/GLU/LAC IQM - Reg. Min. Saúde: 80003610271 - MARCA: IL/USA. CALIBRADOR GEM3K CVP4X5X2,5ML MULT - Reg. Min. Saúde: 80003610117 - MARCA: IL/USA. SERINGA P/ GASO. HEP. LITICA BALANC. - Reg. Min. Saúde: 10290310078 - MARCA: GREINER/WESTMED - USA. COMODATO DE 01 (UM) APARELHO cfe. Termo de Referência do edital: Modelo: GEM PREMIER 3500 - Reg. Min. Saúde: 80003610284 - MARCA: IL/USA - Descrição: ANALISADOR AUTOMÁTICO P/ GASOMETRIA GEM-3500; Analisa os seguintes parâmetros: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Lac, Hct; Livre de manutenção, multiuso, cartuchos descartáveis e menus intuitivos na tela sensível ao toque; Configurações de cartucho customizadas e um amplo menu de exames atendem às necessidades de qualquer localidade e qualquer capacidade de exame; De propriedade da IL, a Gestão de Qualidade Inteligente/IQM (Intelligent Quality Management), providencia um controle de qualidade contínuo e em tempo real para os resultados mais precisos; Monitora todos os processos de exame e componentes enquanto providencia a detecção de erro contínua e correção, 24 horas por dia, 7 dias por semana; O software GEMweb® permite a gestão de informações e comunicação em tempo real pelo hospital; Cartuchos descartáveis sem refrigeração incluem todos os componentes para o exame do paciente, e não requerem manutenção; Impressora térmica embutida; Permite comunicação sem fio com LIS ou HIS; Os resultados de qualidade dos pacientes podem ser visualizados remotamente de qualquer computador ligado à rede; Maior área de amostragem com luz de Led; O leitor de código de barras permite a rápida inserção de dados; Cartuchos customizados incluem gases do sangue, eletrólitos, metabólitos e hematócrito, com co-oximetria e coagulação (módulos opcionais) NÃO inclusos; Processamento de qualidade, ativo, em tempo real mesmo durante o uso; Reduz o tempo de detecção de erro quando comparado ao CQ tradicional; Garante ótimo protocolo de controle de qualidade sempre, independente da hora do dia ou do nível de treinamento do operador; Gera relatórios para adequação regulatória; Monitora e verifica continuamente todos os componentes críticos em tempo real: - Sensores - Soluções do Processo de Controle - Software de Reconhecimento de Padrão de Erro - Estabilidade do processo; Monitora, detecta e corrige automática e continuamente erros em potencial; Avalia a funcionalidade e inicia e documenta a ação corretiva; Impede o

relatório de resultados quando os limites de tolerância do instrumento são excedidos; Ajuda a garantir a qualidade e precisão de cada resultado do paciente; Volume de amostra de 135 a 150µL (dependendo do Cartucho utilizado); Amostras em sangue total heparinizado; Tempo de resultados em 85 segundos a partir da inserção da amostra; Metodologias de medição: Amperométrica, potenciométrica e condutividade; Tensão: 110...240 VAC - 50/60 Hz; Câmara do eletrodo mantida a 37° C; 3 Portas de saída de dados RS-232I/O em série, 01 porta paralela para impressora; 1 Porta ethernet, 4 portas USB; Cumpre com IEC 610101, IEC 61326, ISTA, e ASTM 999; Transmissão de dados ASTM ou HL-7 para o Laboratório, Hospital ou Sistema de Informação de terceiros através de uma conexão com ou sem fio; Parâmetros derivados (calculados): HCO₃, HCO₃, TCO₂, BE (B), BE (ecf), S02C, Ca++; Dimensões (AxLxP): 17,5x13x11,8 (polegadas); Peso: 14,15 Kg; Modelo: GEM PREMIER 3500; Reg. Min. Saúde: 80003610284; MARCA: IL/USA. Inclusos: insumos, instalação, manutenção (corretiva e preventiva), calibração, interfaceamento, treinamentos e assistência técnica; nobreak; assessoria técnica e científica; seringas agulhadas específicas, com Heparina de Lítio, compatíveis com o equipamento, na razão de uma seringa para cada teste de gasometria; garantia durante a vigência do contrato, contemplando mão de obra, softwares, partes e peças, incluindo tóner. Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos; Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea e não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública; A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital. Demais informações: vide anexos.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 452.595,0000	76.730.076/0001-34	09/07/2021 13:30:00:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	09/07/2021 13:32:01	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	09/07/2021 13:42:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	09/07/2021 14:59:18	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	09/07/2021 14:59:18	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 15:23:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/07/2021 15:54:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34.
Aceite de proposta	14/07/2021 16:46:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 452.595,0000.
Habilitação de fornecedor	14/07/2021 16:46:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 452.595,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	09/07/2021 13:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/07/2021 13:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/07/2021 13:32:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/07/2021 13:42:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	09/07/2021 14:59:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/07/2021 14:59:19	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	09/07/2021 15:23:12	Senhor fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/07/2021 15:54:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J R EHLKE E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 76.730.076/0001-34, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/07/2021 14:48:44	Para J R EHLKE E CIA LTDA - Boa tarde, senhor licitante.

Pregoeiro	14/07/2021 14:57:57	Daremos continuação à fase habilitação neste momento.
Sistema	14/07/2021 16:46:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/07/2021 16:47:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/07/2021 às 08:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	09/07/2021 13:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	09/07/2021 14:59:19	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/07/2021 16:46:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/07/2021 16:47:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/07/2021 às 08:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:41 horas do dia 20 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MAYSA WOLFF DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

GISLAINE ERARDT RODRIGUES DE OLIVEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

