



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

4º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/2023 PROTOCOLO 68469/2022

Setor que realizou a análise: Comissão Especial de Análise de material médico – hospitalar e de medicamentos nos processos licitatórios do Município de Fazenda Rio Grande.

Objeto: Aquisição de materiais médicos hospitalares.

Em referência as análises das amostras do PE 108/2023, os itens selecionados abaixo, enviados pelos fornecedores, foram analisados e levando-se em conta as especificações contidas no edital. Seguem abaixo os resultados das análises.

FORNECEDOR: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
74	SERINGA DE 1 ML PARA INSULINA COM 100 UI - Descartável com agulha fixa (integrada), com capacidade para até 100 unidades de insulina Estétil Atóxica e apirogênica, sem espaço morto, graduada em escala de 2 em 2 unidades, graduação precisa e de alta resistência, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. Escala bem visível e precisa, gravada com nitidez para assegurar a aplicação em doses exatas. O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado. Corpo cilíndrico reto com acabamento interno perfeito. Siliconizado em quantidades suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Agulha de 8 mm de comprimento por 0,30 de diâmetro. Com bisel trifacetado, siliconizada em toda a sua extensão. Embalagem primária individual ou com 10 unidades. Com invólucro apropriado que garanta a integridade até o momento do uso. Embalagem secundária em caixa de papelão com no máximo 200 unidades. O produto deverá conter extremamente, na embalagem primária, os dados de identificação, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega.	TKL	APROVADO
121	Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios, não estétil, 7,5cm x 7,5cm, 100% algodão hidrófilo, formato quadrado, 5 dobras uniformes e 8 camadas, tamanho aberto 30 x15 cm, massa por unidade 1g, altamente absorvente, cor branca, tela de trama fechada, sem falhas ou fios soltos, macia, não abrasiva, atóxica e apirogênica. Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, substâncias gordurosas ou quaisquer outros componentes que possam trazer riscos. Embaladas em invólucro plástico apropriado, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência e Registro na Anvisa. Embalagem contendo 500 unidades. BR0269971	AMED	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

FORNECEDOR: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
30	Cateter intravenoso periférico, calibre 14G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme a NR-32 do Ministério do trabalho. Câmara de refluxo: transparente e com filtro hidrófobo que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Cânula: radiopaca, em poliuretano, estéril, apirogênica, de baixa trombogenicidade, biocompatível, com superfície lisa, flexível, dimensões 2,0 x 45 mm . Agulha: pré lubrificada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Canhão: permita conexão segura com os equipos compatíveis, <i>luer slip</i> , cor laranja. Embalagem individual com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, fabricação, lote e registro na Anvisa. BR0437175	Não apresentou amostra	REPROVADO

À disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Karine Thaís Secchi

Karine Thaís Secchi

Cirurgiã Dentista – matrícula 352.448

Paulo Henrique Peixoto

Paulo Henrique Peixoto

Enfermeiro – matrícula 357.702

Rubiane Wozniack

Rubiane Wozniack

Farmacêutica – matrícula 353.918

Vanessa Bispo Soares

Vanessa Bispo Soares

Farmacêutica – matrícula 353.716

Viviam Alice Porfirio

Viviam Alice Porfirio

Farmacêutica – matrícula 351.215

Fazenda Rio Grande, 09 de abril de 2024.

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**


Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Anexo:

Item 74



Item 121



Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651