



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANÁ**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I**

**Em tempo:**

Referente ao Protocolo nº 22958/2021 - "Aquisição de materiais Instrumentais Cirúrgicos para abastecimento do Hospital Municipal Nossa Sra. Aparecida-UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e UBS ( Unidades Básicas de Saúde).", que originou o Pregão Eletrônico nº. 48/2021, Protocolo Administrativo nº. 106/2021.

Informamos que os itens: 24, 31, 32 e 49, serão cancelados por motivos de erro material e por ausência de especificação correta.

Fazenda Rio Grande/PR, 16 de Julho de 2021.

  
**Maysa Wolff de Souza**  
Pregoeira oficial

**ESCLARECIMENTO PE 48/2021 PM FAZENDA RIO GRANDE (DESCRIPTIVOS)**

Daisy - Licitações Cirupar | Stokmed <licitacao@cirupar.com.br>

Sex, 16/07/2021 09:38

Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Cc: Priscilla | Licitações <licitacoes@cirupar.com.br>

Bom dia Sra. Pregoeira Maisa,


Solicitamos esclarecimento referente aos itens abaixo:

- 24 3,000 UNI A 8000 e CE, e deverão ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR. Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 28 de março de 2013 ANVISA boas práticas de Fabricação Deverá dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico. Identificação na peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e (maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento )Unidades de Saúde );o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 ( dez ) anos contra defeitos de fabricação ;deverá suportar esterilização de 134°C BR389275

Qual o início do descritivo para o item 24?

- 31 3,000 UNI Cureta Material aço inoxidável tipo Schroeder comprimento 30 cm tamanho 04 (Conforme Especificações Técnicas do Termo de Referência )
- 32 3,000 UNI Cureta Material aço inoxidável tipo Schroeder comprimento 30 cm tamanho 06- Conforme Especificações Técnicas do Termo de Referência )
- 49 20,000 UNI Pinça Cirúrgica Modelo winter - Material Aço Inoxidável - Tipo ponta reta - comprimento 30 cm -(Conforme Especificações Técnicas do Termo de Referência ).

Qual o descritivo complementar devemos considerar para os itens 31,32 e 49?



"GOD WITH US"

PROTOCOLO Nº \_\_\_\_\_/2021


MEMORANDO Nº \_\_\_\_\_/2021

REQUERENTE: Secretaria Municipal de \_\_\_\_\_

Em tempo:  
Na data de hoje, às 11:30 hrs, manifestei contato com a Servidora Larissa, referente ao processo 048/2021 objeto: Aquisição de material e equipamento cirúrgico. Referente aos itens: 24, 31, 32 e 49, que foram lançados incompletos pelo Departamento de Compras, pelo servidor Daniel, manifestei que poderíamos cancelar os itens ou suspender o edital e ajustar os itens. A mesma manifestou favor ao cancelamento, mantendo a data de abertura. Combinamos que sua informada por escrito dos itens, para que os mesmos sejam incluídos em novo procedimento.

Informar a decisão junto ao pregoeiro para que o mesmo cancele os itens no dia da abertura do certame.

Fazenda Rio Grande, 16 de julho de 2021.

  
Geovana Maria Cordeiro  
Dir. Setorial de Compras e Licitação  
Decreto: 5645/2021