

“Esclarecimentos ao edital de Pregão Eletrônico 103/2020”

Licitação Max <licitacao02@maxcirurgica.com.br>

Ter, 15/09/2020 17:07

Para: licitacoesfazendariogrande@hotmail.com <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Cc: Enfermeiro Max <enfermeiro@maxcirurgica.com.br>

Boa tarde,

Gostaria de um esclarecimento com relação ao item 57, conforme segue abaixo:

Sobre o ítem abaixo o descritivo está confuso. Pela característica de membrana única eu diria que é trata-se do filtro hepa. (filtro indicado para circuito com membrana única que não faz troca de calor e umidade).

O filtro para fazer todas as funções do descritivo precisaria ser um HMEF, no entanto o HMEF tem 3 membranas (uma hidrofílica, outra hidrofóbica e mais o elemento filtrante).

Não consigo precisar qual filtro está sendo solicitado pelo descrito.

57 - Filtro de Barreira Total para Circuito Respiratório ADULTO, auto
umidificador, trocador de calor e umidade, contendo membrana única,
totalmente hidrofóbica, bidirecional, validado microbiologicamente para
gases, aerossóis e secreções com bactérias/vírus, tubo extensor flexível de
145mm, com memória e tampa dispositivo de proteção, conexão universal,
volume interno de 90ml. Estéril.

Atenciosamente,

JAQUELINE SOUZA Supervisora de Licitações  www.MAXCIRURGICA.com.br	 (51) 3249-0141 3249-9868  licitacao02@maxcirurgica.com.br  Av. Dr. Campos Velho 1700 Porto Alegre/RS CEP: 90820-000	 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 
---	---	---

ARROW[®] from TELEFLEX | RUSCH | HUDSON RCI | LMA[®] Better by Design | Gibeck[®] | EZ-IO | LABTEK | RELAXSAN | G-flex