

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 48/2021 PROTOCOLO 22958/2021

Processo Administrativo nº. 106/2021

Setor que realizou a análise: Comissão Especial de Análise de material médico-hospitalar e de medicamentos nos processos licitatórios do Município de Fazenda Rio Grande.

Objeto: Aquisição de instrumental cirúrgico.

Em referência a análise das amostras do PE 48/2021, os fornecedores apresentaram amostras através do envio de catálogos, os itens selecionados abaixo foram analisados e levando-se em conta as especificações contidas no edital. Segue abaixo o resultado da análise.

FORNECEDOR: CENTRAL CIRURGICA COMERCIO			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
1	Afastador Cirúrgico Tipo Balfour-Material, aço, inoxidável, largura da pá 70mm, abertura 20cm, características adicionais com válvula a suprapúbica reta, comprimento lâmina 35mm, comprimento da barra 100mm-Especificações Técnicas. O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003, SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBRAtender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR338895	BSZ	aprovado
2	Afastador Cirúrgico tipo Válvula de Doyen Material Aço inoxidavel comprimento 24 cm,uso adulto ,largura da pá 30mm comprimento 60mmEspecificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a	BSZ	aprovado




	Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR474074		
3	Afastador Cirúrgico tipo Válvula de Doyen Material Aço inoxidável comprimento 24 cm,uso adulto ,largura da pá120mm comprimento 45mmEspecificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa -possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR473887	BSZ	aprovado
4	Afastador Cirúrgico tipo Válvula de Doyen Material Aço inoxidável comprimento 24 cm,uso adulto ,largura da pá 60 mm comprimento 45mmEspecificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa -possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA);	BSZ	aprovado

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056


Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451

	UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR 473895		
5	Afastador Cirúrgico tipo Válvula de Doyen Material Aço inoxidável comprimento 24 cm,uso adulto ,largura da pá 90 mm comprimento 45mmEspecificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa -possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR473885	BSZ	aprovado
8	Cabo de bisturi nº 04 p/lâminas 18-36-produto confeccionado em aço inoxidável -Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR299116	BSZ	aprovado
22	Cureta Material aço inoxidável tipo Recamier - comprimento 31cm -Tamanho 02- formato romba-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 14001-9001-13485:2003,SA	BSZ	aprovado



	8000 e CE, e deverão ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR. Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação Deverá dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico . identificação na peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação ;deverá suportar esterilização de 134°C BR338955		
23	Cureta Material aço inoxidável tipo Recamier - comprimento 31cm -Tamanho 03- formato romba-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR54020085	BSZ	aprovado
24	A 8000 e CE, e deverão ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR. Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16, de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação Deverá dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico .identificação na peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no	BSZ	aprovado

	Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação ;deverá suportar esterilização de 134°C BR389275		
25	Cureta Material aço inoxidável tipo Recamier - comprimento 31cm -Tamanho 05- formato romba-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C BR477595	BSZ	aprovado
26	Cureta Material aço inoxidável tipo Recamier - comprimento 31cm -Tamanho 06- formato romba-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C	BSZ	aprovado
37	I Histerômetro de Collin- -Instrumento cirúrgico tamanho 28 cm,confeccionado em aço inoxidável -Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das	BSZ	aprovado



	NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		
41	Pinça Cirúrgica Modelo allis comprimento 14cm-Material Aço Inoxidável - Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C	BSZ	aprovado
43	Pinça Cirúrgica – Modelo Dissecção – Material Aço Inoxidável -Dente de rato- 25cm comprimento Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de	BSZ	aprovado

Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056

Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451


	Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.		
44	Pinça Cirúrgica Modelo Faure - Material Aço Inoxidável - Tipo ponta reta - comprimento 20 cm -Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	BSZ	aprovado
46	Pinça Cirúrgica modelo KELLY reta, em aço inoxidável, acabamento polido, bordas bem acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre as travas e extremidades, tamanho aproximado 14cm, permitindo variação de até 10%-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	BSZ	aprovado
50	Pinça hemostática curva (fabricada em aço inox 14.0 cm de comprimento). Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-	BSZ	aprovado

	13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional- garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.		
54	Pinça para retirada DIU- Jacaré - Longa 20 cm. Em aço inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada, próprio para retirada de Diu em casos de fios não visíveis, encrustamento e quebra. Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional- garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	BSZ	aprovado
56	Pinça anatômica formato ponta reta,tipo serrilhada comprimento total cerca de 18cm,componente s/cremalheira .material aço inoxidável -.Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001- 13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e	BSZ	aprovado

	conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como : data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.		
59	PINÇA LUER SACA BOCADO 18CM – Pinça Luer (saca bocado), medindo 18cm; confeccionada em aço inoxidável-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional- garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	BSZ	aprovado
60	Porta-agulhas Mayo Hegar 16 cm . Fabricado totalmente em aço inox. Embalagem: Especificação Técnica O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C	BSZ	aprovado

61	Porta-agulhas Mayo Hegar 18 cm . Fabricado totalmente em aço inox. Embalagem: Especificação Técnica O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C	BSZ	aprovado
66	Tesoura Mayo 16 cm curva: Especificação Técnica O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C	BSZ	aprovado
69	Tesoura Metzembraum 16 cm reta: Especificação Técnica O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003, SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as	BSZ	aprovado

	iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		
73	Valvula auvard- peso movel 20cm-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional- garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	BSZ	aprovado
74	Valvula breisky-30mmx130mmx32cm-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional- garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.	BSZ	aprovado




FORNECEDOR: BERTONI MEDICAL LTDA				
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE	
28	Cureta Material aço inoxidável tipo Schroeder-comprimento 30 cm-Tamanho 02 -Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		REPROVADO	
29	Cureta Material aço inoxidável tipo Schroeder-comprimento 30 cm Tamanho 03- Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		REPROVADO	
30	Cureta Material aço inoxidável tipo Schroeder comprimento 30 cm -Tamanho 04- Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de		REPROVADO	

	Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		
42	Pinça Cirúrgica Modelo Cheron - Material aço inoxidável comprimento 25cm-- Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		REPROVADO
45	Pinça de modelo KELLY reta, em aço inoxidável, acabamento polido, bordas bem acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre as travas e extremidades, tamanho aproximado 16cm, permitindo variação de até 10%- Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de		REPROVADO

	Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.		
47	Pinça Cirúrgica modelo KELLY reta, em aço inoxidável, acabamento polido, bordas bem acabadas, com perfeito alinhamento e encaixe entre as travas e extremidades, tamanho aproximado 18 cm, permitindo variação de até 10%-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.		REPROVADO
51	Pinça Foerster longa reta 20 cm em aço inoxidável-Especificações Técnicas-O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001- 13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como : data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.		REPROVADO
57	Pinça Pozzi confeccionada em aço inoxidavel -24 cm -Especificações Técnicas- O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003, SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as		REPROVADO

	determinações das NBRAtender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/logomarca do fabricante – código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C.		
65	Tesoura Mayo 14 cm reta: Especificação Técnica O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		REPROVADO
68	Tesoura Metzemaum 16 cm curva: Especificação Técnica O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003,SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e Maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e		REPROVADO



	suportar esterilização de 134°C		
70	Tesoura Metzembbaum 18 cm reta: Especificação Técnica O Produto deverá ter Registro na Anvisa possuir a ISO 140019001-13485:2003, SA 8000 e CE-ser produzidos em conformidade com as determinações das NBR- Atender a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 16 ,de 28 de março de 2013 ANVISA boas praticas de Fabricação - Dispor de código de barra / datamatrix para identificação marcada através de método a laser ou similar atendendo a legislação para rastreabilidade e conferência através de leitor ótico e a identificação da peça realizada pelo fabricante como :data de fabricação/ logomarca do fabricante - código de rastreabilidade e as iniciais do Hospital e [maternidade Nossa Sra. Aparecida (HMNSA); UPA(Unidade de Pronto Atendimento)UBS (Unidades de Saúde);o Instrumental deverá ter Assistência Técnica no Território Nacional-garantia mínima de 10 (dez) anos contra defeitos de fabricação e suportar esterilização de 134°C		REPROVADO

FORNECEDOR: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
63	SERRA ELÉTRICA P/ CORTAR GESSO – Serra elétrica c/chicote longo; chave de metal p/ troca de lâminas; lâmina de aço denteada de 2" e de 2 ½"; oscilações cerca de 22.000/min; 100 Watts; 110/220 Volt selecionável, 60 Hz. Acompanha pacote de lâminas.		REPROVADO
75	Eletrodo tipo faca pequena (67mm) para bisturi eletrônico marca Plus EMAI modelos:BP 100/150/400		REPROVADO
76	Eletrodo tipo bola (2,1mm)para bisturi eletrônico marca Plus EMAI modelos:BP 100/150/400		REPROVADO
77	Eletrodo tipo bola (4,2mm)para bisturi eletrônico marca Plus EMAI modelos:BP 100/150/400		REPROVADO
78	Eletrodo tipo alça pequena (4,5mm)para bisturi eletrônico marca Plus EMAI modelos:BP 100/150/400		REPROVADO
79	Eletrodo tipo agulha (85mm)para bisturi eletrônico marca Plus EMAI modelos:BP 100/150/400		REPROVADO
80	Eletrodo tipo agulha depilação (66mm)para bisturi eletrônico marca Plus EMAI modelos:BP 100/150/400		REPROVADO
81	I Eletrodo tipo alça grande (9,0mm)para bisturi eletrônico marca Plus EMAI modelos:BP 100/150/400		REPROVADO

Os fornecedores abaixo foram REPROVADOS pois não apresentaram os catálogos:


BERTONI MEDICAL LTDA

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES

À disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Comissão Especial de Análise de material médico- hospitalar e de medicamentos nos processos licitatórios do Município de Fazenda Rio Grande:



Rubiane Wozniack

Farmacêutica – CRF-PR 11.428



Vanessa Bispo Soares

Farmacêutica - CRF-PR 23.750



Taniamara Falabello Paluch


Farmacêutica - CRF-PR 14.560



José Farias dos Santos Filho

Farmacêutico – CRF-PR 14.890

Servidores convidados:



Paulo Henrique Peixoto

Enfermeiro – COREN-PR 451546



Assunta Ap. Petters de Carvalho

Enfermeira – COREN-PR 277.649

Fazenda Rio Grande, 01 de Setembro de 2021.

