

Protocolo: 4097/2023 – PE 27/2023 – Equipamentos Médico Hospitalares.

Interessado: Pregoeiro

Reportando-se ao pedido de análise de documentos e de itens apresentados.

O item 16 Lanterna Para Exames – *O produto atende ao edital.*

O item 18 Otoscópio – *O edital prevê “Possuir cabo em aço inoxidável, (...) Contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico.” O produto ofertado possui “Cabo Termoplástico e 4 espéculos reutilizáveis (permanentes) e os demais são descartáveis”. Por tanto **Não** atende ao edital.*

Da análise das documentações, registros e isenções apresentadas estão de acordo com o solicitado em edital. Sem mais para o momento.

Fazenda Rio Grande/PR, 24 de Maio de 2023.

Karine Souza Dias
mat 351322
Div de Gestão Administrativa/Compras-SMS