

Pregão/Concorrência Eletrônica

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:

Manifestamos intenção de recurso pois as marcas ofertadas pelas empresas 1ª e 2ª colocadas não possui faixa de medição de SpO2 de 0-100% e não estão ofertando com 3 sensores sendo 1 pediátrico e 2 adulto.

Fechar