

Protocolo: 8940/2023 – PE 65/2023 – Equipamentos

Interessado: Pregoeiro

Reportando-se ao pedido de análise dos itens os produtos Autoclave e o Esfigmomanômetro obeso, atendem ao solicitado em edital.

Quanto ao item 2 – Aspirador de secreções o produto ofertado não atende ao edital, pois o edital pede Fluxo de aspiração de 20 a 30 LPM (Litros por Minuto) e o produto ofertado possui de 15LPM.

Sem mais para o momento.

Fazenda Rio Grande/PR, 26 de setembro de 2023..

Karine Souza Dias
mat 351322
Compras SMS