



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

## 1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 108/2023 PROTOCOLO 68469/2022

**Setor que realizou a análise:** Comissão Especial de Análise de material médico – hospitalar e de medicamentos nos processos licitatórios do Município de Fazenda Rio Grande.

**Objeto:** Aquisição de materiais médicos hospitalares.

Em referência as análises das amostras do PE 108/2023, os itens selecionados abaixo, enviados pelos fornecedores, foram analisados e levando-se em conta as especificações contidas no edital. Seguem abaixo os resultados das análises.

| FORNECEDOR: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |           |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--|
| ITEM                                                  | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MARCA                  | ANÁLISE   |  |
| 56                                                    | <b>Luva cirúrgica 6,5 estéril</b> , confeccionada em látex 100% natural, anatômica e com alta sensibilidade, pré-lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível, punho reforçado, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos, embalagem por par em porta luvas com indicação da mão direita e esquerda, acondicionados em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa. <b>BR0269946</b>        | MEDFEEL                | APROVADO  |  |
| 57                                                    | <b>Luva cirúrgica 7,5 estéril</b> , confeccionada em látex 100% natural, anatômica e com alta sensibilidade, pré-lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível, punho reforçado, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos, embalagem por par em porta luvas com indicação da mão direita e esquerda, acondicionados em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa. <b>BR0269838</b>        | MEDFEEL                | APROVADO  |  |
| 58                                                    | <b>Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho PP (Extra-Pequeno)</b> , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com <b>100 unidades</b> . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa. <b>BR0269891</b> | INOVEN                 | APROVADO  |  |
| 129                                                   | <b>Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 5 enzimas:</b> protease, peptidase, amilase, celulase e lipase. Tensoativo não-iônico, pH entre 6 e 8, para ser utilizado em temperatura ambiente ou aquecida biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Comprovação de propriedades conforme laudos técnicos de laboratórios credenciados. Embalagem do tipo frasco contendo <b>1 litro</b> <b>BR0396158</b>            | Não apresentou amostra | REPROVADO |  |

| FORNECEDOR: FARMATEX DO BRASIL S/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |           |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--|
| ITEM                               | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARCA                  | ANÁLISE   |  |
| 124                                | <b>Cateter para anestesia epidural, para uso com agulha 16G</b> , medindo aproximadamente 90cm de comprimento x 1,1mm de diâmetro externo. Maleável, deve possuir orifício atraumático, com marcas indicadoras do comprimento introduzido. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. <b>BR0455931</b> | Não apresentou amostra | REPROVADO |  |

Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

| FORNECEDOR: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                        |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|
| ITEM                                                       | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | MARCA                  | ANÁLISE   |
| 61                                                         | <b>Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho G (Grande)</b> , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa. <b>BR0269892</b> |  | Não apresentou amostra | REPROVADO |

| FORNECEDOR: LEMED COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------------|
| ITEM                                                                    | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MARCA       | ANÁLISE                                   |
| 13                                                                      | <b>Agulha para anestesia raquidiana, calibre 25G</b> , com medidas aproximadas 0,5mm de diâmetro x 8,9cm de comprimento (3 ½ polegadas), em aço inoxidável, com ponta tipo "Quincke", isenta de rebarbas ou imperfeições, canhão tipo <i>luer lock</i> , translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. <b>BR0389218</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | PROCARE     | APROVADO                                  |
| 14                                                                      | <b>Agulha para anestesia raquidiana, calibre 27G</b> , com medidas aproximadas 0,4mm de diâmetro x 8,9cm de comprimento (3 ½ polegadas), em aço inoxidável, com ponta tipo "Quincke", isenta de rebarbas ou imperfeições, canhão tipo <i>luer lock</i> , translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura empétala. <b>BR0389941</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PROCARE     | APROVADO                                  |
| 30                                                                      | <b>Cateter intravenoso periférico, calibre 14G</b> , estéril, descartável, <b>com dispositivo de segurança</b> conforme a NR-32 do Ministério do trabalho. Câmara de refluxo: transparente e com filtro hidrófobo que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Cânula: radiopaca, em poliuretano, estéril, apirrogênica, de baixa trombogenicidade, biocompatível, com superfície lisa, flexível, dimensões <b>2,0 x 45 mm</b> . Agulha: pré lubrificada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Canhão: permita conexão segura com os equipos compatíveis, <i>luer slip</i> , cor laranja. Embalagem individual com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, fabricação, lote e registro na Anvisa. <b>BR0437175</b> |  | HEALTH CATI | REPROVADO<br>Sem dispositivo de segurança |
| 33                                                                      | <b>Cateter intravenoso periférico calibre 20G</b> , estéril, descartável, <b>com dispositivo de segurança</b> conforme NR-32 do Ministério do Trabalho. Câmara de refluxo: transparente e com filtro hidrófobo que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Cânula: radiopaca, em poliuretano, estéril, apirrogênica, de baixa trombogenicidade, biocompatível, com superfície lisa, flexível, dimensões <b>1,1 x 32 mm</b> . Agulha: pré lubrificada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Canhão: permita conexão segura com os equipos compatíveis, <i>luer slip</i> , cor rosa. Embalagem individual com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, fabricação, lote e registro na Anvisa. <b>BR0437178</b>       |  | NUSAF       | APROVADO                                  |
| 34                                                                      | <b>Cateter intravenoso periférico calibre 22G</b> , estéril, descartável, <b>com dispositivo de segurança</b> conforme NR-32 do Ministério do Trabalho. Câmara de refluxo: transparente e com filtro hidrófobo que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Cânula: radiopaca, em poliuretano, estéril, apirrogênica, de baixa trombogenicidade, biocompatível, com superfície lisa, flexível, dimensões <b>0,9 x 25 mm</b> . Agulha: pré lubrificada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Canhão: permita conexão segura com os equipos compatíveis, <i>luer slip</i> , cor azul. Embalagem individual com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, fabricação, lote e registro na                                |  | NUSAF       | APROVADO                                  |

Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|     | Anvisa.BR0437179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                           |
| 35  | <b>Cateter intravenoso periférico, calibre 24G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança</b> conforme a NR-32 do Ministério do Trabalho. Câmara de refluxo: transparente e com filtro hidrófobo que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Cânula: radiopaca, em poliuretano, estéril, apirrogênica, de baixa trombogenicidade, biocompatível, com superfície lisa, flexível, <b>dimensões 0,7 x 19 mm</b> . Agulha: pré lubrificada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Canhão: permita conexão segura com os equipamentos compatíveis, <i>luer slip</i> , cor amarelo. Embalagem individual com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, fabricação, lote e registro na Anvisa.BR0437180 | NUSAF                  | APROVADO                                  |
| 39  | <b>Escalpe – Cateter agulhado 21G, com dispositivo de segurança segundo NR 32.</b> Agulha de aço inoxidável biocompatível e não flexível, bisel curto, trifacetado, com tubo protetor. Asas de plástico na cor verde. Tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico. Conector <i>luer lock</i> , com tampa, rígido, compatível para conectar seringas e equipamentos. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização, inscrição de “uso único” e Registro na Anvisa.BR0437166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SOLIDOR                | REPROVADO<br>Sem dispositivo de segurança |
| 40  | <b>Escalpe – Cateter agulhado 23G, com dispositivo de segurança segundo NR 32.</b> Agulha de aço inoxidável biocompatível e não flexível, bisel curto, trifacetado, com tubo protetor. Asas de plástico na cor azul. Tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico. Conector <i>luer lock</i> , com tampa, rígido, compatível para conectar seringas e equipamentos. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização, inscrição de “uso único” e Registro na Anvisa.BR0437167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LABOR IMPORT           | REPROVADO<br>Sem dispositivo de segurança |
| 41  | <b>Escalpe – Cateter agulhado 25G, com dispositivo de segurança segundo NR 32.</b> Agulha de aço inoxidável biocompatível e não flexível, bisel curto, trifacetado, com tubo protetor. Asas de plástico na cor alaranjada. Tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico. Conector <i>luer lock</i> , com tampa, rígido, compatível para conectar seringas e equipamentos. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização, inscrição de “uso único” e Registro na Anvisa.BR0437165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LABOR IMPORT           | REPROVADO<br>Sem dispositivo de segurança |
| 42  | <b>Escalpe – Cateter agulhado 27G, com dispositivo de segurança segundo NR 32.</b> Agulha de aço inoxidável biocompatível e não flexível, bisel curto, trifacetado, com tubo protetor. Asas de plástico na cor alaranjada. Tubo vinílico leve, flexível, transparente, atóxico e apirrogênico. Conector <i>luer lock</i> , com tampa, rígido, compatível para conectar seringas e equipamentos. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização, inscrição de “uso único” e Registro na Anvisa.BR0437187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LABOR IMPORT           | REPROVADO<br>Sem dispositivo de segurança |
| 111 | <b>Agulha descartável para anestesia Raqui 22Gx3 ½, bisel do tipo Quincke, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor estéril, tamanho 0,42 x 88mm, embalagem individual estéril, com abertura em pétala, com data de validade, dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.BR0389190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCARE                | APROVADO                                  |
| 147 | <b>Indicador Biológico</b> para esterilização por vapor, teste rápido de leitura final de 8 horas. Composto de ampola plástica contendo tira de papel impregnada por esporos de <i>Bacillus Stearothermophilus</i> e separadas do meio de cultura. Tampa plástica com pequenas perfurações.BR0332349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Não apresentou amostra | REPROVADO                                 |

| FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| ITEM                                                 | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                       | MARCA | ANÁLISE   |
| 31                                                   | <b>Cateter intravenoso periférico calibre 16G, estéril, descartável, com dispositivo de segurança</b> conforme NR-32 do Ministério do Trabalho. Câmara de refluxo: transparente e com filtro hidrófobo que permita rápida visualização do sangue no momento exato da | MEDIX | REPROVADO |

Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    | <p>punção. Cânula: radiopaca, em poliuretano, estéril, apirrogênica, de baixa trombogenicidade, biocompatível, com superfície lisa, flexível, dimensões 1,7 x 45 mm. Agulha: pré lubrificada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Canhão: permita conexão segura com os equipamentos compatíveis, <i>luer slip</i>, cor cinza. Embalagem individual com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, fabricação, lote e registro na Anvisa.BR0437176</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| 32 | <p><b>Cateter intravenoso periférico calibre 18G</b>, estéril, descartável, com dispositivo de segurança conforme NR-32 do Ministério do Trabalho. Câmara de refluxo: transparente e com filtro hidrófobo que permita rápida visualização do sangue no momento exato da punção. Cânula: radiopaca, em poliuretano, estéril, apirrogênica, de baixa trombogenicidade, biocompatível, com superfície lisa, flexível, dimensões 1,3 x 32 mm. Agulha: pré lubrificada com bisel triangulado e trifacetado, com adequada angulação e perfeita afiação, sem rebarbas ou resíduos de manufatura de aço. Canhão: permita conexão segura com os equipamentos compatíveis, <i>luer slip</i>, cor verde. Embalagem individual com proteção dupla, um lado grau cirúrgico e outro em poliamida, abertura em pétala, estéril em processo que garanta comprovadamente ausência de resíduos tóxicos, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade, fabricação, lote e registro na Anvisa.BR0437177</p> | MEDIX | REPROVADO |

| FORNECEDOR: ALFALAGOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                       | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | MARCA   | ANÁLISE                                                                              |
| 121                        | <p><b>Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios, não estéril, 7,5cm x 7,5cm</b>, 100% algodão hidrófilo, formato quadrado, 5 dobras uniformes e 8 camadas, tamanho aberto 30 x15 cm, massa por unidade 1g, altamente absorvente, cor branca, tela de trama fechada, sem falhas ou fios soltos, macia, não abrasiva, atóxica e apirrogênica. Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, substâncias gordurosas ou quaisquer outros componentes que possam trazer riscos. Embaladas em invólucro plástico apropriado, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência e Registro na Anvisa. <b>Embalagem contendo 500 unidades.BR0269971</b></p> |  | SPECIAL | <p>REPROVADO<br/>O tamanho aberto 24x13cm, não atende o descritivo, fios soltos.</p> |

| FORNECEDOR: SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|
| ITEM                                                                  | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | MARCA                  | ANÁLISE   |
| 37                                                                    | <p><b>Compressa tipo Campo Operatório 45 x 50cm</b>, não estéril, confeccionada em tecido absorvente, hidrófilo 100% algodão, tecido neutro, com quatro camadas de gaze tipo tela sobrepostas, de cor branca, bordas embainhadas tipo overlock, alvejados (isentos de dextrina, corantes corretivos, azulados óptico, alcalis e ácidos, impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido), radiopaco, com cantos arredondados, provida de alça de apoio com 18 cm (firmemente unido ao seu corpo), com amarrações que evitem o deslizamento das mesmas, peso mínimo 35gr/unidade. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.BR0462497</p> |  | Não apresentou amostra | REPROVADO |
| 125                                                                   | <p>Compressa Cirúrgica (Campo Operatório) 25x28cm, estéril, confeccionada com fios 100% algodão, em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, com placa radiopaca, contendo 55 a 60% de Sulfato de Bário ou com fio radiopaco, gramatura 20g. Tecido fechado nas extremidades com costura para reforçar o mesmo e evitar o seu desfiamento. Deve apresentar em uma das extremidades, um cadarço duplo que forma uma alça de segurança. Produto descartável e de pronto uso. Utilizada em cirurgias para absorção de líquidos, sangue e outras secreções. Embalagem em papel grau cirúrgico, que deve conter informações do fabricante, lote, validade e registro na Anvisa/MS.BR0438055</p>                                                                             |  | Não apresentou amostra | REPROVADO |

Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

| FORNECEDOR: LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                        |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------|
| ITEM                                   | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | MARCA                  | ANÁLISE   |
| 74                                     | <p>SERINGA DE 1 ML PARA INSULINA COM 100 UI - Descartável com agulha fixa (integrada), com capacidade para até 100 unidades de insulina Estéril Atóxica e apirrogênica, sem espaço morto, graduada em escala de 2 em 2 unidades, graduação precisa e de alta resistência, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. Escala bem visível e precisa, gravada com nitidez para assegurar a aplicação em doses exatas. O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado. Corpo cilíndrico reto com acabamento interno perfeito. Siliconizado em quantidades suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Agulha de 8 mm de comprimento por 0,30 de diâmetro. Com bisel trifacetado, siliconizada em toda a sua extensão. Embalagem primária individual ou com 10 unidades. Com invólucro apropriado que garanta a integridade até o momento do uso. Embalagem secundária em caixa de papelão com no máximo 200 unidades. O produto deverá conter extremamente, na embalagem primária, os dados de identificação, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega.</p> |  | Não apresentou amostra | REPROVADO |

| FORNECEDOR: DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| ITEM                                                            | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MARCA  | ANÁLISE  |
| 123                                                             | <p><b>Cateter duplo lúmen</b> confeccionado em poliuretano, radiopaco, graduado em centímetros, pontas com formato que não causem lesão ou perfuração nas veias. Ponta distal 14G, ponta proximal 18G, diâmetro externo 7FR, comprimento 20cm. Contendo kit introdutor com: 01 seringa 5ml, 01 cateter introdutor de veia com alça de sutura, 01 fio guia com ponta reta e em "J", 01 clamp por lúmen e fixador para o clamp, contendo tampa oclusora em cada lúmen. <b>BR0465679</b></p> |  | BLENTA | APROVADO |

| FORNECEDOR: HEALTH CARE & DUBEBO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |             |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM                                                                                             | ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | MARCA       | ANÁLISE                                                                                           |
| 59                                                                                               | <p>Luva de látex para procedimento não cirúrgico, <b>tamanho P (Pequeno)</b>, não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador <b>com 100 unidades</b>. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa. <b>BR0269894</b></p> |  | HEALTH CARE | REPROVADO<br>Não consta uso médico na embalagem e não constam marcações nas luvas individualmente |
| 60                                                                                               | <p>Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho M (Médio), não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa. <b>BR0269893</b></p>                 |  | HEALTH CARE | REPROVADO<br>Não consta uso médico na embalagem e não constam marcações nas luvas individualmente |

Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

**REPROVADOS:**

| Item | Motivo                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | Não apresentou amostra                                                                     |
| 124  | Não apresentou amostra                                                                     |
| 61   | Não apresentou amostra                                                                     |
| 30   | A amostra apresentada não condiz com o descrito da licitação, sem dispositivo de segurança |
| 31   | A marca MEDIX apresentou desvio de qualidade, conforme relato do setor no anexo.           |
| 32   | A marca MEDIX apresentou desvio de qualidade, conforme relato do setor no anexo.           |
| 39   | A amostra apresentada não condiz com o descrito da licitação, sem dispositivo de segurança |
| 40   | A amostra apresentada não condiz com o descrito da licitação, sem dispositivo de segurança |
| 41   | A amostra apresentada não condiz com o descrito da licitação, sem dispositivo de segurança |
| 42   | A amostra apresentada não condiz com o descrito da licitação, sem dispositivo de segurança |
| 147  | Não apresentou amostra                                                                     |
| 121  | A amostra apresentada não condiz com o descrito da licitação, o tamanho aberto 24x13cm     |
| 37   | Não apresentou amostra                                                                     |
| 125  | Não apresentou amostra                                                                     |
| 74   | Não apresentou amostra                                                                     |
| 59   | Não consta uso médico na embalagem e não constam marcações nas luvas individualmente       |
| 60   | Não consta uso médico na embalagem e não constam marcações nas luvas individualmente       |

Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

À disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Karine Thaís Secchi

Cirurgiã Dentista – matrícula 352.448



Documento assinado digitalmente

PAULO HENRIQUE PEIXOTO

Data: 19/01/2024 10:01:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Henrique Peixoto

Enfermeiro – matrícula 357.702

Mônica Teresinha Chempcek

Nutricionista – matrícula 351.484

Rubiane Wozniack

Farmacêutica – matrícula 353.918

Vanessa Bispo Soares

Farmacêutica – matrícula 353.716

Fazenda Rio Grande, 16 de janeiro de 2024.

Secretaria Municipal de Saúde – SMS  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651



PREFEITURA DE  
**FAZENDA  
RIO GRANDE**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande  
Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Anexo:

Item 30:

Itens 39, 40, 41 e 42:



Itens 31 e 32: desvio de qualidade em anexo

Item 121:



Itens 59 e 60:



Secretaria Municipal de Saúde  
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430  
Fazenda Rio Grande – PR – Telefone: 3608-7651

**FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Medicamento                                                                                                                                                                                                               |  | <input checked="" type="checkbox"/> Material Médico-Hospitalar       |  |
| Nome Completo do Notificador:                                                                                                                                                                                                                      |  | Marly Saragossa                                                      |  |
| Data da Identificação do problema:                                                                                                                                                                                                                 |  | 24/12/23                                                             |  |
| Descrição e apresentação do produto:                                                                                                                                                                                                               |  | Cateter de punção Venosa no. 18                                      |  |
| Marca/fabricante:                                                                                                                                                                                                                                  |  | Medix                                                                |  |
| Lote:                                                                                                                                                                                                                                              |  | 78986 22260                                                          |  |
| Validade:                                                                                                                                                                                                                                          |  | fabricação 2022-06                                                   |  |
| Registro MS:                                                                                                                                                                                                                                       |  | 80495510078                                                          |  |
| Descreva as condições de armazenamento do produto antes e após a identificação do problema:<br>Armazenado na farmácia da UPA<br>e no armário de materiais na biom                                                                                  |  |                                                                      |  |
| Descreva detalhadamente a queixa técnica (motivo da suspeita de desvio de qualidade):<br>No momento de retirar o mandril (agulha) ela quebrou dentro do cateter - com risco e perda do acerto.<br>Por dois momentos no dia houve o mesmo problema. |  |                                                                      |  |
| O produto foi recolhido/segregado?                                                                                                                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |  |
| O produto encontra-se junto à sua embalagem original?                                                                                                                                                                                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |  |

Fazenda Rio Grande, 24 de dezembro de 2023

Marly Saragossa  
Enfermeira  
COREN/PR 226848

Assinatura do Notificante

### FORMULÁRIO PARA NOTIFICAÇÃO DE DESVIO DE QUALIDADE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Medicamento                                                                                                                                                                                                                                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> Material Médico-Hospitalar       |  |
| Nome Completo do Notificador:                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Guizão de S Porto de Lima.                                           |  |
| Data da Identificação do problema:                                                                                                                                                                                                                                                |  | 02/01                                                                |  |
| Descrição e apresentação do produto:                                                                                                                                                                                                                                              |  | cateter venoso periférico nº 22, 20                                  |  |
| Marca/fabricante:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Medix                                                                |  |
| Lote:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2301001                                                              |  |
| Validade:                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 12/2027                                                              |  |
| Registro MS:                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 80495519072 Reg Anvisa                                               |  |
| Descreva as condições de armazenamento do produto antes e após a identificação do problema:<br>cateter periférico 22, 20.<br>venoso                                                                                                                                               |  |                                                                      |  |
| Descreva detalhadamente a queixa técnica (motivo da suspeita de desvio de qualidade):<br>material com dispositivo de segurança com dificuldade para acionar, agulha rígida ao perfurar a pele, rompendo o acionar apresentando risco de incidente perfuro cortante para a equipe. |  |                                                                      |  |
| O produto foi recolhido/segregado?                                                                                                                                                                                                                                                |  | <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO |  |
| O produto encontra-se junto à sua embalagem original?                                                                                                                                                                                                                             |  | <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO |  |

Fazenda Rio Grande, 02 de janeiro de 2023



Assinatura do Notificante

Olga M. Bitencourt

Sabrina Batista Pereira  
Daniel Lopes Leão