

## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021 PROTOCOLO 49201/2020 Processo Administrativo nº. 69/2021

**Setor que realizou a análise**: Comissão Especial de Análise de material médicohospitalar e de medicamentos nos processos licitatórios do Município de Fazenda Rio Grande.

Objeto: Aquisição de materiais médico hospitalares.

Em referência a análise das amostras do PE 27/2021, os itens selecionados abaixo, enviados pelos fornecedores, foram analisados e levando-se em conta as especificações contidas no edital. Segue abaixo o resultado da análise.

FORNECEDOR: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
44	Equipo com câmara graduada de 50 a 100 ml, pinça rolete, câmara flexível, injetor lateral e filtro bacteriológico.	não apresentou amostra	Reprovado
114	Vaselina líquida 100ml, produto líquido em almotolia de plástico altamente resistente com tampa rosqueável. Produto indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas, lubrificante, sendo utilizado puro ou como base (veículo).	Facilimpe	Aprovado

	FORNECEDOR: DICOME SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI		
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
73	Máscara Laríngea Infantil Nº 1,0 (recém nascido a lactentes até 5kg) - Estéril, descartável, deve ser isenta de látex produzido em material atóxico (PVC), elaborada com desenho anatômico em "L" para maior estabilidade e inserção facilitando o uso, possuindo marca linear para referência de posição ao longo do tubo. Embalado individualmente proporcionando proteção e mantendo a qualidade do produto em berço protetor exclusivo trazendo informações claras sobre o volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente ,deve constar identificações como origem, fabricante, método de esterilização, prazo de validade, lote, registro no MS.	Nachang Biotek	Aprovado
74	Máscara Laríngea Infantil Nº 1,5 (Crianças de 05 a 10 kg) - Estéril, descartável, deve ser isenta de látex produzido em material atóxico (PVC), elaborada com desenho anatômico em "L" para maior estabilidade e inserção facilitando o uso, possuindo marca linear para referência de posição ao longo do tubo. Embalado individualmente proporcionando proteção e mantendo a qualidade do produto em berço protetor exclusivo trazendo informações claras sobre o volume e pressão de enchimento, tamanho e faixa de peso do paciente, deve constar identificações como origem, fabricante, método esterilização, prazo validade, lote, registro MS.	Nachang Biotek	Aprovado

,	FORNECEDOR: M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI		
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
	SERINGA DE 1 ML PARA INSULINA COM 100 UI - Descartável com agulha fixa (integrada), com capacidade para até 100 unidades de insulina Estéril Atóxica e apirogênica, sem espaço morto, graduada em escala de 2 em 2 unidades, graduação precisa e de alta resistência, traços e números claros, legíveis e isentos de falhas. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. Escala bem visível e precisa, gravada com nitidez para assegurar a aplicação em doses exatas. O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado. Corpo cilíndrico reto com acabamento interno perfeito. Siliconizado em quantidades suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Agulha de 8 mm de comprimento por 0,30 de diâmetro. Com bisel trifacetado, siliconizada em toda a sua extensão. Embalagem primária individual ou com 10 unidades. Com invólucro apropriado que garanta a integridade até o momento do uso. Embalagem secundaria em caixa de papelão com no máximo 200 unidades. O produto deverá conter extremamente ,na embalagem primária,os dados de identificação, número do lote ,data de fabricação ,prazo de validade e numero do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega.		Reprovado
104   i	Sonda de foley 2 vias - nº 12; em borracha natural; siliconizada; estéril; com balão de ate 30 ml; numero do calibre estampado em local visível calibre 12,embalada em material que garanta a ntegridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	não apresentou amostra	Reprovado

## FORNECEDOR: M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI SERINGA DE 1 ML PARA INSULINA COM 100 UI - Descartável com agulha fixa (integrada),com capacidade para até 100 unidades de insulina Estéril Atóxica e apirogênica ,sem espaço morto,graduada em escala de 2 em 2 unidades,graduação precisa e de alta resistência,traços e números claros, legíveis e isentos de falhas. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima ,ser de fácil visualização ,quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. Escala bem visível e precisa gravada com nitidez para assegurar a aplicação em doses exatas. O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado. Corpo cilíndrico reto com acabamento interno perfeito. Siliconizado em quantidades não suficiente, parede uniforme em sua espessura .Deve possibilitar Reprovado apresentou o movimento suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal 120 amostra anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Agulha de 8 mm de comprimento por 0,30 de diâmetro. Com bisel trifacetado, siliconizada em toda a sua extensão. Embalagem primária individual ou com 10 unidades. Com invólucro apropriado que garanta a integridade até o momento do uso Embalagem secundaria em caixa de papelão com no máximo 200 unidades. O produto deverá conter dados primária,os embalagem extremamente ,na identificação,número do lote data de fabricação prazo de validade e numero do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 24 meses a partir da data de entrega.

	FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE	
102	Sonda de foley 2 vias - nº 8; em borracha natural; siliconizada; estéril; com balão de ate 30 ml; com 2 vias; número do calibre estampado em local visível calibre 8,embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	não apresentou amostra	Reprovado	
103	Sonda de foley 2 vias - nº 10; em borracha natural; siliconizada; estéril; com balão de ate 30 ml; número do calibre estampado em local visível calibre 10, embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	não apresentou amostra	Reprovado	
115	Vaselina líquida. Frasco c/ 1000ml.	não apresentou amostra	Reprovado	

À disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Rubiane Wozniack

Farmacêutica - CRF-PR 11.428

Taniamara Falabello Paluch

Farmacêutica - CRF-PR 14.560

Vanessa Bispo Soares

Farmacêutica - CRF-PR 23.750

Mônica Teresinha Chempcek

Monica Teresinha Chemicale

Nutricionista CRN8 3443

Fazenda Rio Grande, 12 de Julho de 2021.