

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2021 PROTOCOLO 20298/2021

Processo Administrativo nº. 100/2021

Setor que realizou a análise: Comissão Especial de Análise de material médico- hospitalar e de medicamentos nos processos licitatórios do Município de Fazenda Rio Grande.

Objeto: Aquisição de material médico - hospitalar.

Em referência a análise das amostras do PE 45/2021, os fornecedores apresentaram amostras através do envio de catálogos, os itens selecionados abaixo foram analisados e levando-se em conta as especificações contidas no edital. Segue abaixo o resultado da análise.


FORNECEDOR: ZM MEDICAL ATACADO DA SAUDE LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
1	Agulha para anestesia raquidiana, calibre 25G , com medidas aproximadas 0,5mm de diâmetro x 8,9cm de comprimento (3 ½ polegadas), em aço inoxidável, com ponta tipo "Quincke", isenta de rebarbas ou imperfeições, canhão tipo <i>luer lock</i> , translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala.	PROCARE	APROVADO
2	Agulha para anestesia raquidiana, calibre 27G , com medidas aproximadas 0,4mm de diâmetro x 8,9cm de comprimento (3 ½ polegadas), em aço inoxidável, com ponta tipo "Quincke", isenta de rebarbas ou imperfeições, canhão tipo <i>luer lock</i> , translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Estéril, descartável, de uso único, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala.	PROCARE	APROVADO
3	Almotolia opaca de plástico resistente, graduada, bico com tampa e encaixe no frasco ao rosquear, capacidade de 250ml .	J PROLAB	APROVADO
13	Cateter Umbilical Neonatal 8F , mono lúmen, estéril, constituído em poliuretano, radiopaco, isento de látex, graduado a cada centímetro para controle da profundidade, aproximadamente 40cm de comprimento. Deve apresentar extremidade distal atraumática (arredondada) e extremidade proximal com conector <i>luer lock</i> e tampa. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, lote, validade, fabricante e registro na ANVISA/MS.	BCI	APROVADO
18	Conector para Luer Macho/Fêmea . Conector para vedação de dispositivos em sistema de infusão, a fim de impedir a exposição de possíveis contaminações. Permite a conexão tanto em dispositivos Luer Lock quanto em Luer Slip.	MEDSONDA	APROVADO
21	Equipo de Infusão Gravitacional Microgotas (1ml = 60 gotas) , confeccionado em PVC transparente, estéril, apirogênico, atóxico, ponta perfurante com tampa, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, apresentando filtro de ar com membrana hidrófoba e bacteriológica, câmara de gotejamento transparente e	TKL	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451



	flexível, tubo extensor com no mínimo 1,50cm, pinça rolete que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.		
22	Escova dupla face para antissepsia das mãos e antebraços, impregnada com solução degermante de PVPI 10% (Iodo 1%) , uso único, composto por corpo plástico flexível dotado de cerdas macias capaz de favorecer a limpeza da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano, embaladas individualmente.	FARMAX	APROVADO
43	Lâmina de bisturi 11 , fabricada de aço inoxidável grau cirúrgico para corte da pele e tecido, invólucro individual em papel com película laminada, estéril, utilizada para qualquer procedimento cirúrgico que seja necessário uma incisão ou para retirada de pontos.	DESCARPAK	APROVADO
45	Lâmina de bisturi 23 , fabricada de aço inoxidável grau cirúrgico para corte da pele e tecido, invólucro individual em papel com película laminada, estéril, utilizada para qualquer procedimento cirúrgico que seja necessário uma incisão ou para retirada de pontos.	DESCARPAK	APROVADO
52	Malha tubular ortopédica de algodão em rolo medindo 08cmx25m , Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote e Registro na Anvisa.	MSO	ARROVADO
54	Malha tubular ortopédica de algodão em rolo medindo 20cmx25m , Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote e Registro na Anvisa.	MSO	ARROVADO
55	Óculos de proteção individual , material de armação; policarbonato, material lente: policarbonato; tipos de lentes: antiembaçante; modelo lentes: apoio nasal com proteção lateral; características adicionais: incolor/haste tipo espátula regula comprimento contendo número do CA na embalagem.	MXR-RJ	APROVADO
61	Seringa descartável de 60ml - Hipodérmica, descartável de 3 peças, cilindro translúcido e em polipropileno, embolo em polietileno de alta densidade, retentor hermético garantindo suave deslizamento dentro do cilindro, escala volumétrica demarcada em ml de fácil leitura e dosificação exata, estéril, embalagem individual tipo blister, ponta LUER SLIP sem rosca.	SR	APROVADO
62	Seringa descartável de 60ml - Hipodérmica, descartável de 3 peças, cilindro translúcido e em polipropileno, embolo em polietileno de alta densidade, retentor hermético garantindo suave deslizamento dentro do cilindro, escala volumétrica demarcada em ml de fácil leitura e dosificação exata, estéril, embalagem individual tipo blister, ponta bico cateter.	DESCARPAK	APROVADO
63	Seringa epidural 10mL , para técnica de “perda de resistência” na detecção do espaço epidural. Confeccionada em polietileno, cilindro graduado, bico <i>luer slip</i> . Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico.	UNISIS	APROVADO
74	Sonda nasogástrica 06 – curta – Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, com tampa universal, com 4 orifícios laterais, extremidade fechada	MEDSONDA	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451



	arredondada sem rebarba, isento de defeitos, estéril, medindo aproximadamente 50 cm (+/- 10cm) de comprimento. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.		
75	Sonda nasogástrica 12 – curta – Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, com tampa universal, com 4 orifícios laterais, extremidade fechada arredondada sem rebarba, isento de defeitos, estéril, medindo aproximadamente 50 cm (+/- 10cm) de comprimento. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	MEDSONDA	APROVADO
76	Sonda nasogástrica 16 – curta – Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, com tampa universal, com 4 orifícios laterais, extremidade fechada arredondada sem rebarba, isento de defeitos, estéril, medindo aproximadamente 50 cm (+/- 10cm) de comprimento. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	MEDSONDA	APROVADO
77	Sonda nasogástrica 18 – curta – Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, com tampa universal, com 4 orifícios laterais, extremidade fechada arredondada sem rebarba, isento de defeitos, estéril, medindo aproximadamente 50 cm (+/- 10cm) de comprimento. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	MEDSONDA	APROVADO
78	Sonda nasogástrica 14 - longa – Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, com tampa universal, com 4 orifícios laterais e 1 orifício central arredondado na extremidade, sem rebarba, isento de defeitos, estéril, medindo aproximadamente 120 cm (+/- 10cm) de comprimento. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	MEDSONDA	APROVADO
79	Sonda nasogástrica 18 - longa – Tubo em PVC, atóxico e apirogênico, transparente, siliconizada, flexível, atraumática, com tampa universal, com 4 orifícios laterais e 1 orifício central arredondado na extremidade, sem rebarba, isento de defeitos, estéril, medindo aproximadamente 120 cm (+/- 10cm) de comprimento. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	MEDSONDA	APROVADO
80	Sonda para nutrição enteral nº 06 infantil , +/- 60 cm, poliuretano ou	SOLUMED	APROVADO

	silicone atóxico, flexível e macia de fácil introdução, radiopaca, extremidade arredondada, marcadores ao longo do comprimento, guia metálico flexível, furos distais que evitam entupimento, conector luer lock, adaptador para seringas. Embalagem individual com dados de identificação e procedência.		
84	Sonda uretral estéril nº 18 , confeccionada em polivinil transparente, com superfície lisa, paredes finas e regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, apirogênica, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm (+/- 5cm) de comprimento, 2 orifícios laterais. Tampa fixa, flexível, com conector padrão. Ponta arredondada e fechada, isenta de rebarbas. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	MEDSONDA	APROVADO

FORNECEDOR: CIRURGICA NOSSA SENHORA – EIRELI			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
4	Almotolia opaca de plástico resistente, graduada, bico com tampa e encaixe no frasco ao rosquear, capacidade de 500ml .	J PROLAB	APROVADO
5	Almotolia transparente de plástico resistente, graduada, bico com tampa e encaixe no frasco ao rosquear, capacidade de 250ml .	J PROLAB	APROVADO
6	Almotolia transparente de plástico resistente , graduada, bico com tampa e encaixe no frasco ao rosquear, capacidade de 500ml .	J PROLAB	APROVADO
8	Atadura Gessada medindo 10cm de largura por 3m de comprimento, enrolada em tubete de plástico, com gesso uniformemente impregnado sobre uma tela de tecido tipo giro-inglês 100% algodão e lateral com corte sinuoso para evitar desfiamento. Depois de molhada com água, a atadura gessada deve apresentar textura suave, cremosa e livre de areiosidade ao tato. O tempo de endurecimento deve ser de no máximo 7 minutos. Embalada individualmente . O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.852	POLARFIX	APROVADO
9	Bolsa coletora de urina em sistema fechado , em PVC, atóxico e flexível. Bolsa com face anterior transparente e face posterior branco opaco, com capacidade para 2000ml, graduada a cada 100ml, com válvula anti-refluxo, filtro hidrofóbo. Tubo extensor de drenagem em PVC atóxico, flexível e transparente, ponto de coleta de amostra com membrana de látex auto-cicatrizante, conector universal para sondas de alívio com tampa. Conter alças para fixação na beira do leito. Descartável, estéril e em embalagem individual com abertura em pétala, contendo lote, fabricação, validade e registro da Anvisa.	MEDIX	APROVADO
17	Compressa tipo Campo Operatório 45 x 50cm , não estéril, confeccionada em tecido absorvente, hidrófilo 100% algodão, tecido neutro, com quatro camadas de gaze tipo tela sobrepostas, de cor branca, bordas embainhadas tipo overlock, alvejados (isentos de dextrina, corantes corretivos, azulados óptico, alcalis e ácidos, impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido), radiopaco, com cantos arredondados, provida de alça de apoio com 18 cm (firmemente unido ao seu corpo), com amarrações que evitem o deslizamento das mesmas, peso mínimo 35gr/unidade. Na	LARISMED	APROVADO

	embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.		
19	Conexão 2 vias tipo polifix pediátrico , estéril, deve conter: protetor dos conectores fêmea, dois conectores fêmea <i>Luer Lock</i> padrão universal, clamp corta fluxo, conector 2 vias em Y (converte duas entradas em uma saída), tubo confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente, conector macho <i>Luer Slip</i> padrão universal, protetor do conector <i>Luer</i> macho. Embaladas em envelope com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	BIOMASS	APROVADO
29	Fio de sutura Catgut Cromado nº 2 , absorvível, de origem animal, estéril, 75cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 4,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades.	Não apresentou o catálogo	REPROVADO

FORNECEDOR: J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
16	Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios, não estéril, 7,5cm x 7,5cm , 100% algodão hidrófilo, formato quadrado, 5 dobras uniformes e 8 camadas, tamanho aberto 30 x15 cm, massa por unidade 1g, altamente absorvente, cor branca, tela de trama fechada, sem falhas ou fios soltos, macia, não abrasiva, atóxica e apirogênica. Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, substâncias gordurosas ou quaisquer outros componentes que possam trazer riscos. Embaladas em invólucro plástico apropriado, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência e Registro na Anvisa. Embalagem contendo 500 unidades.	MEDCAL	APROVADO
89	Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios, não estéril, 7,5cm x 7,5cm , 100% algodão hidrófilo, formato quadrado, 5 dobras uniformes e 8 camadas, tamanho aberto 30 x15 cm, massa por unidade 1g, altamente absorvente, cor branca, tela de trama fechada, sem falhas ou fios soltos, macia, não abrasiva, atóxica e apirogênica. Isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, substâncias gordurosas ou quaisquer outros componentes que possam trazer riscos. Embaladas em invólucro plástico apropriado, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência e Registro na Anvisa. Embalagem contendo 500 unidades.	MEDCAL	APROVADO

FORNECEDOR: M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
23	Espadrado impermeável 10cm x 4,5m composto de tecido 100% algodão, com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina, cor branca, alta adesividade, flexibilidade e impermeabilidade, tratamento especial para facilitar o rasgo sem desfiamento, bordas serrilhadas. Enrolado sobre si em carretel plástico com capa de proteção resistente, contendo data de fabricação,	CIEX	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451



	validade, lote, dados de procedência e Registro na Anvisa.		
58	Pulseira de identificação adulto , confeccionada com material termoplástico de alta qualidade na cor branca . Produto deve ser hipoalérgico, inodoro, atóxico, macio, maleável, sem cantos cortantes e extremamente resistente. Deve aceitar escrita com caneta esferográfica, resistente à água contendo trava de segurança altamente resistente e inviolável. Acondicionado em embalagem que garanta a qualidade e promova a segurança do produto, estando presente etiqueta de identificação contendo informações do fabricante, lote e validade (se houver).	PASSEVIP	APROVADO
64	Sonda de aspiração traqueal com válvula calibre 06 , confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com aproximadamente 50 cm (+/- 5cm) de comprimento. Deve apresentar ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e conector com válvula na outra extremidade. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. A embalagem deve apresentar dados de identificação de lote, bem como data de fabricação e validade.	BIOSANI	APROVADO
65	Sonda de aspiração traqueal com válvula calibre 08 , confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com aproximadamente 50 cm (+/- 5cm) de comprimento. Deve apresentar ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e conector com válvula na outra extremidade. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. A embalagem deve apresentar dados de identificação de lote, bem como data de fabricação e validade.	BIOSANI	APROVADO
66	Sonda de aspiração traqueal com válvula calibre 10 , confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com aproximadamente 50 cm (+/- 5cm) de comprimento. Deve apresentar ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e conector com válvula na outra extremidade. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. A embalagem deve apresentar dados de identificação de lote, bem como data de fabricação e validade.	BIOSANI	APROVADO
67	Sonda de aspiração traqueal com válvula calibre 12 , confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com aproximadamente 50 cm (+/- 5cm) de comprimento. Deve apresentar ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e conector com válvula na outra extremidade. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. A embalagem deve apresentar dados de identificação de lote, bem como data de fabricação e validade.	BIOSANI	APROVADO
68	Sonda de aspiração traqueal com válvula calibre 14 , confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com aproximadamente 50 cm (+/- 5cm) de comprimento. Deve apresentar ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e conector com válvula na outra extremidade. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. A embalagem deve apresentar dados de identificação de lote, bem como data de fabricação e validade.	BIOSANI	APROVADO
69	Sonda de aspiração traqueal com válvula calibre 16 , confeccionada	BIOSANI	APROVADO

	em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com aproximadamente 50 cm (+/- 5cm) de comprimento. Deve apresentar ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e conector com válvula na outra extremidade. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. A embalagem deve apresentar dados de identificação de lote, bem como data de fabricação e validade.		
81	Sonda para nutrição enteral nº 12 adulto , +/- 110cm, poliuretano ou silicone atóxico, flexível e macia de fácil introdução, radiopaca, extremidade arredondada, marcadores ao longo do comprimento, guia metálico flexível, furos distais que evitam entupimento, conector luer lock, adaptador para seringas. Embalagem individual com dados de identificação e procedência.	SOLUMED	APROVADO
83	Sonda uretral estéril nº 16 , confeccionada em polivinil transparente, com superfície lisa, paredes finas e regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, apirogênica, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm (+/- 5cm) de comprimento, 2 orifícios laterais. Tampa fixa, flexível, com conector padrão. Ponta arredondada e fechada, isenta de rebarbas. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	BIOSANI	APROVADO

FORNECEDOR: DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA			
24	Tubo extensor em PVC flexível , cristal atóxico, 120 cm comprimento, com pinça corta fluxo e tampa nas duas extremidades, conector luer lock. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, lote, validade, fabricante e registro na ANVISA/MS.	MEDSONDA	APROVADO
70	Sonda de aspiração traqueal com válvula calibre 18 , confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, com aproximadamente 50 cm (+/- 5cm) de comprimento. Deve apresentar ponta arredondada e aberta, com 02 furos laterais e conector com válvula na outra extremidade. Produto estéril, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. A embalagem deve apresentar dados de identificação de lote, bem como data de fabricação e validade.	Não apresentou o catálogo	REPROVADO
82	Sonda uretral estéril nº 06 , confeccionada em polivinil transparente, com superfície lisa, paredes finas e regulares em toda sua extensão, flexível, atóxica, apirogênica, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm (+/- 5cm) de comprimento, 2 orifícios laterais. Tampa fixa, flexível, com conector padrão. Ponta arredondada e fechada, isenta de rebarbas. O calibre da sonda deve atender a medida padrão nacional. Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	MEDSONDA	APROVADO

FORNECEDOR: J R COMERCIO DE FIOS LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
26	Fio de sutura absorvível composto por Ácido Poliglicólico , nº 0,	POLYSUTURE	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451



	sintético, multifilamentar, trançado, estéril, 70cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 4,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente.		
30	Fio de sutura Catgut Simples nº 2 , absorvível, de origem animal, estéril, 75cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 3,0cm , ½ círculo, robusta. Embalado individualmente.	POLYSUTURE	APROVADO
31	Fio de sutura Catgut Simples nº 2 , absorvível, de origem animal, estéril, 75cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 4,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente.	POLYSUTURE	APROVADO
32	Fio de sutura Catgut Simples nº 3 , absorvível, de origem animal, estéril, 70cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 2,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente.	POLYSUTURE	APROVADO

FORNECEDOR: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
27	Fio de sutura absorvível composto por Ácido Poliglicólico, nº 2 , sintético, multifilamentar, trançado, estéril, 70cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 4,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente.	BIOLINE	APROVADO
28	Fio de sutura absorvível composto por Poliglactina 910, nº 2 , sintético, multifilamentar, trançado, estéril, 70cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 4,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente.	BIOLINE	APROVADO
33	Fio de sutura Catgut Simples nº 3 , absorvível, de origem animal, estéril, 75cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 4,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente.	BIOLINE	APROVADO

FORNECEDOR: SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
34	Fio de sutura Nylon, nº 2 , monofilamentar, não absorvível, de origem sintética, estéril, 45cm de comprimento. Agulha triangular de 4,0cm , 3/8 círculo, corte reverso. Embalado individualmente.	SUTUMED	APROVADO
35	Fio de sutura Nylon, nº 3 , monofilamentar, não absorvível, de origem sintética, estéril, 45cm de comprimento. Agulha triangular de 3,0cm , 3/8 círculo, corte reverso. Embalado individualmente.	SUTUMED	APROVADO
36	Fio de sutura Nylon, nº 4 , monofilamentar, não absorvível, de origem sintética, estéril, 45cm de comprimento. Agulha triangular de 3cm , 3/8 círculo, corte reverso. Embalado individualmente.	SUTUMED	APROVADO
37	Fio de sutura Nylon, nº 5 , monofilamentar, não absorvível, de origem sintética, estéril, 45cm de comprimento. Agulha triangular de 2,0cm , 3/8 círculo, corte reverso. Embalado individualmente.	SUTUMED	APROVADO
38	Fio de sutura Nylon, nº 5 , monofilamentar, não absorvível, de origem sintética, estéril, 45cm de comprimento. Agulha triangular de 3,0cm , 3/8 círculo, corte reverso. Embalado individualmente.	SUTUMED	APROVADO
39	Fio de sutura Nylon, nº 6 , monofilamentar, não absorvível, de origem	SUTUMED	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451




	sintética, estéril, 45cm de comprimento. Agulha triangular de 1,5cm , 1/2 círculo, corte reverso. Embalado individualmente.		
40	Fio de sutura Nylon, nº 6 , monofilamentar, não absorvível, de origem sintética, estéril, 45cm de comprimento. Agulha triangular de 2,0cm , 3/8 círculo, corte reverso. Embalado individualmente.	SUTUMED	APROVADO

FORNECEDOR: J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
41	Fralda descartável para uso infantil, tamanho Pequeno. Composição de celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, flocogel e papel siliconado, componentes atóxicos em contato com a pele. A embalagem deverá conter dados do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade.	POLARFIX	APROVADO
59	Pulseira de identificação infantil , confeccionada com material termoplástico de alta qualidade na cor branca . Produto deve ser hipoalérgico, inodoro, atóxico, macio, maleável, sem cantos cortantes e extremamente resistente. Deve aceitar escrita com caneta esferográfica, resistente à água contendo trava de segurança altamente resistente e inviolável. Acondicionado em embalagem que garanta a qualidade e promova a segurança do produto, estando presente etiqueta de identificação contendo informações do fabricante, lote e validade (se houver).	Não apresentou o catálogo	REPROVADO
71	Sonda de foley 3 vias - nº 18 ; em borracha natural; siliconizada; estéril; com balão de até 30 ml; com 3 vias; calibre e capacidade do balão estampado em local visível, ponta cilíndrica macia de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos, Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	ADVANTIVE	APROVADO
72	Sonda de foley 3 vias - nº 20 ; em borracha natural; siliconizada; estéril; com balão de até 30 ml; com 3 vias; calibre e capacidade do balão estampado em local visível, ponta cilíndrica macia de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos, Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	ADVANTIVE	APROVADO
73	Sonda de foley 3 vias - nº 22 ; em borracha natural; siliconizada; estéril; com balão de até 30 ml; com 3 vias; calibre e capacidade do balão estampado em local visível, ponta cilíndrica macia de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos, Embalada em envelope individual com abertura em pétala, em papel grau cirúrgico, contendo data de fabricação, validade, lote, dados de procedência, modo de esterilização e Registro na Anvisa.	ADVANTIVE	APROVADO

FORNECEDOR: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
44	Lâmina de bisturi 15 , fabricada de aço inoxidável grau cirúrgico para corte da pele e tecido, invólucro individual em papel com película laminada, estéril, utilizada para qualquer procedimento cirúrgico que seja necessário uma incisão ou para retirada de pontos.	MEDIX	APROVADO
60	Seringa descartável de 1ml, com agulha 13 X 4,5 , hipodérmica, descartável de 3 peças, cilindro translúcido e em polipropileno, embolo em polietileno de alta densidade, retentor hermético garantindo suave deslizamento dentro do cilindro, escala volumétrica marcada em ml de fácil leitura e dosificação exata, estéril, embalagem individual tipo blister, ponta luer lock com rosca, utilizada pra administração de medicamentos por via intravenosa, IM, SC, E ID.	Não apresentou o catálogo	REPROVADO
90	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho PP (Extra-Pequeno) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluídos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	MEDIX	APROVADO
91	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho P (Pequeno) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluídos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	MEDIX	APROVADO
92	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho M (Médio) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluídos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	MEDIX	APROVADO
93	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho G (Grande) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluídos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	MEDIX	APROVADO

FORNECEDOR: PROLINE			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
46	Luva cirúrgica 6,5 estéril , confeccionada em látex 100% natural,	LATEX BR	APROVADO

Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Francisco Claudino dos Santos, 430 Pioneiros CEP 83833-056
Fazenda Rio Grande – PR - Telefone: 3608-7451



	anatômica e com alta sensibilidade, pré-lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível, punho reforçado, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos, embalagem por par em porta luvas com indicação da mão direita e esquerda, acondicionados em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.		
47	Luva cirúrgica 7,5 estéril , confeccionada em látex 100% natural, anatômica e com alta sensibilidade, pré-lubrificada com finíssimo pó bioabsorvível, punho reforçado, antideslizante, totalmente impermeável a água e outros fluidos, embalagem por par em porta luvas com indicação da mão direita e esquerda, acondicionados em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	LATEX BR	APROVADO

FORNECEDOR: GOEDERT			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
48	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho PP (Extra-Pequeno) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	NOBRE	APROVADO
51	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho G (Grande) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	NOBRE	APROVADO

FORNECEDOR: MARK			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
49	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho P (Pequeno) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.	UTILE NE	APROVADO
50	Luva de látex para procedimento não cirúrgico, tamanho M (Médio) , não estéril, levemente talcada com finíssimo pó bioabsorvível, descartável, ambidestra, hipoalergênica, atóxica e resistente a tração, com textura uniforme e anatômica, impermeável à	UTILE NE	APROVADO

	água e outros fluidos. Acondicionada em caixa tipo box dispensador com 100 unidades . Embalagem contendo data de fabricação, validade, lote, inscrição "proibido reprocessar", dados de procedência e Registro na Anvisa.		
--	--	--	--

FORNECEDOR: DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
56	Papel Para Cardiotocógrafo Bistos (bt-300) 130x120x24m – bloco de 200 folhas cada	TECNOPRINT	APROVADO
87	Tomada dupla de Ar Comprimido: material corpo metal cromado, borboleta em polipropileno na cor padrão do gás (amarelo), válvula de impacto, tipo dupla, aplicação ar comprimido medicinal, conexão em Y, conexão padrão ABNT	IFAB	APROVADO
88	Tomada dupla de Oxigênio: material corpo metal cromado, borboleta em polipropileno na cor padrão do gás (verde), válvula de impacto, tipo dupla, aplicação oxigênio medicinal, conexão em Y, conexão padrão ABNT	IFAB	APROVADO

FORNECEDOR: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
85	Frasco de vidro 500ml autoclavável com rosca, conexão padrão ABNT	IFB	APROVADO
86	Aspirador para rede canalizada de ar comprimido tipo venturi, com tampa em polipropileno na cor padrão do gás (amarelo segurança), boia de segurança para evitar transbordagem, enxerto em metal cromado, botão de controle de fluxo de aspiração e bico de sucção. Frasco coletor em policarbonato autoclavável com rosca, graduado 400ml conexão ABNT	IFB	APROVADO

Os fornecedores abaixo foram REPROVADOS pois não apresentaram os catálogos:

CIRURGICA NOSSA SENHORA item 29;

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA item 70;

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA item 59;

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA item 60.

À disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,



Rubiane Wozniack

Farmacêutica – CRF-PR 11.428



Vanessa Bispo Soares


Farmacêutica - CRF-PR 23.750



Taniamara Falabello Paluch
Farmacêutica - CRF-PR 14.560



José Farias dos Santos Filho
Farmacêutico – CRF-PR 14.890



Mônica Teresinha Chempcek
Nutricionista CRN8 3443

Fazenda Rio Grande, 16 de Agosto de 2021.

