

2º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2021 PROTOCOLO 20298/2021

Processo Administrativo nº. 100/2021

Setor que realizou a análise: Comissão Especial de Análise de material médico- hospitalar e de medicamentos nos processos licitatórios do Município de Fazenda Rio Grande.

Objeto: Aquisição de material médico - hospitalar.

Em referência a análise das amostras do PE 45/2021, os fornecedores apresentaram amostras através do envio de catálogos, os itens selecionados abaixo foram analisados e levando-se em conta as especificações contidas no edital. Segue abaixo o resultado da análise.


FORNECEDOR: J R COMERCIO DE FIOS LTDA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
29	Fio de sutura Catgut Cromado nº 2 , absorvível, de origem animal, estéril, 75cm de comprimento. Agulha cilíndrica de 4,0cm , 1/2 círculo, robusta. Embalado individualmente. Caixa com 24 unidades.	POLYSUTURE	APROVADO

FORNECEDOR: M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	ANÁLISE
60	Seringa descartável de 1ml, com agulha 13 X 4,5 , hipodérmica, descartável de 3 peças, cilindro translúcido e em polipropileno, embolo em polietileno de alta densidade, retentor hermético garantindo suave deslizamento dentro do cilindro, escala volumétrica demarcada em ml de fácil leitura e dosificação exata, estéril, embalagem individual tipo blister, ponta luer lock com rosca, utilizada pra administração de medicamentos por via intravenosa, IM, SC, E ID.	Não apresentou o catálogo	REPROVADO

O fornecedor M. MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI não apresentou catálogo para o item 60, portanto foi REPROVADO.


À disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,



Rubiane Wozniack

Farmacêutica – CRF-PR 11.428




Vanessa Bispo Soares

Farmacêutica - CRF-PR 23.750


Taniamara Falabello Paluch
Farmacêutica - CRF-PR 14.560


José Farias dos Santos Filho
Farmacêutico – CRF-PR 14.890


Mônica Teresinha Chempcek
Nutricionista CRN8 3443

Fazenda Rio Grande, 19 de Agosto de 2021.