



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.867/2025

OBJETO: "ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR"

Em atendimento ao disposto no **art. 17, inciso II, do Decreto Federal nº 10.024/2019**, a Administração, por meio do Pregoeiro, torna pública a resposta ao pedido de esclarecimento apresentado tempestivamente por licitante interessado, registrados sob o protocolo nº 24.035/2025.

A seguir, reproduzem-se o questionamento enviado pelo licitante e a respectiva resposta da Administração:

Questionamento (Item 21): O edital exige equipos compatíveis com bombas de infusão das marcas Samtronic e Lifemed. O licitante solicita a indicação dos modelos específicos dessas bombas, considerando que a compatibilidade não é universal e pode variar conforme o modelo de cada fabricante.

Resposta da Administração: Conforme manifestação do setor demandante, informamos que o modelo de bomba de infusão da marca Samtronic utilizado é o ST 1000, e da marca Lifemed, o LF Line. Para auxiliar na verificação da compatibilidade dos equipos, apresentamos abaixo as imagens (frente e verso) de ambos os equipamentos.











Fernandópolis/SP, 25 de agosto de 2025.

Eliseu da Silva Pereira Ne
Agente de Contratação