



ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº9009/2025

OBJETO: "ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES"

No item 27 - Kit DIU - contém uma inconsistência, e gostaria de tirar uma dúvida: no descritivo está informando material: aço inoxidável e polietileno, qual material deve ser em aço inoxidável e qual material deve ser em polietileno?

Resposta: O **Kit DIU estéril descartável** deve conter uma **tesoura longa confeccionada em aço inoxidável**, devido à necessidade de resistência, durabilidade e esterilidade do material durante o procedimento.

Os **demais componentes do kit** poderão ser confeccionados em **polietileno** ou outro material compatível, desde que atenda aos requisitos de uso único, segurança e esterilidade.

Fernandópolis, 29/04/2025.