

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Autarquia Municipal de Saúde de Itapeçerica da Serra

Autarquia Municipal de Saúde

Registro de Preços Eletrônico - 041/2025

Resultado da Homologação

0001 - CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR PORTÁTIL, BIFÁSICO, COM MONITORIZAÇÃO E DEA

Especificação Mínima Obrigatória; Tecnologia Forma de onda de descarga Bifásica; Modos de Operação Desfibrilador Manual (Externo e Interno), Cardioversão Sincronizada e Desfibrilador Externo Automático (DEA); Energia Máxima (Adulto) Capacidade de carga e disparo de energia igual ou superior a 200 a 360 Joules (externa adulta); Energia Mínima (Infantil) Disparos com energia ajustável para uso infantil, com limite máximo igual ou superior a 50 Joules; Tempo de Carga Tempo máximo para atingir 200 Joules igual ou inferior a 8 segundos; ECG e Sincronismo Monitoração de ECG (mínimo 3 canais e 7 derivações), com sinalização visual e sonora da onda "R" e dispositivo de sincronismo para cardioversão; Monitoração Adicional Oximetria de Pulso (SpO2) integrada; Desarmamento Possuir circuito de "anula carga" automático e/ou manual (cancelamento da energia após no máximo 45 segundos); Bateria interna recarregável de Lítio-Ion (Li-Ion) ou similar, com capacidade mínima para 150 disparos na energia máxima ou 10 horas de monitoração contínua; Autoteste Comando de "Autoteste" com checagem de itens críticos; Garantia Mínimo de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. - CARDIOMAX - Valor Referência: 22.666,09

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	18.990,00	37.980,00	Homologado em 28/01/2026 10:57:42 Por: Simone da Luz

0002 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL DE USO GERAL

Especificação Mínima Obrigatória; Portabilidade/Design Compacto e portátil. Sistema de resfriamento sem uso de ventilador interno (fanless) é preferencial; Tela Display LCD/TFT colorido com diagonal igual ou superior a 12,0 polegadas; Parâmetros Mínimos (Monitorados) Eletrocardiograma (ECG), Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2), Pressão Arterial Não Invasiva (PNI) e Respiração (FR), Temperatura (mínimo 1 canal); Alimentação Bateria recarregável interna com autonomia mínima de 3 (três) horas de operação contínua; Acessórios Mínimos Inclusos Cabo de paciente para ECG (3 ou 5 vias), Sensor de SpO2 (adulto), Manguito de PNI (tamanho adulto). - LEVI - Valor Referência: 7.328,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.400,00	35.200,00	Homologado em 28/01/2026 10:57:42 Por: Simone da Luz

0003 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL DE ALTA SUÇÃO

Especificação Mínima Obrigatória; Vácuo Máximo Capacidade de sucção máxima (pressão negativa) igual ou superior a 500 mmHg; Fluxo Máximo Fluxo de aspiração livre igual ou superior a 15 litros por minuto (lpm); Reservatório Frasco coletor com volume útil igual ou superior a 1 litro; Segurança Possuir sistema de proteção contra transbordamento e filtro bacteriológico/hidrofóbico; Alimentação Compatível com rede elétrica (110V/220V ou Bivolt Automático). - MD100HP - Valor Referência: 1.423,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CIRURGICA IZAMED LTDA	1.248,00	6.240,00	Homologado em 28/01/2026 10:57:42 Por: Simone da Luz

0004 - APARELHO DE FOTOTERAPIA NEONATAL DE ALTA INTENSIDADE (LED)

Especificação Mínima Obrigatória Tecnologia da Fonte de Luz LED de alta potência, Espectro da Luz Emissão concentrada no espectro da cor azul, com pico de irradiação na faixa ideal para tratamento de icterícia (aproximadamente 450 nm $\pm$ 20 nm); Controle de Irradiância Micro processado, com ajuste de intensidade de radiação, que permita fornecer Irradiância Espectral Média (Eee) recomendada para



fototerapia intensiva; Vida Útil Declarada (LEDs)O fabricante deve afirmar em documento oficial que a vida útil média das lâmpadas LED é de no mínimo 15.000 (quinze mil) horas; Estrutura e Mobilidade Possuir pedestal com rodízios para fácil deslocamento, com ajuste de altura e ângulo da cúpula, compatível para uso sobre berço comum ou incubadora; Monitoramento Visualização em display do totalizador de horas de utilização da fonte de luz e do tempo de tratamento; Alimentação220 Volts – 60 Hz ou Bivolt Automático.Certificação; possuir registro válido na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Garantia Mínimo de 01 (um) ano para peças e serviços. - BILITRON 3006 BTP - Valor Referência: 9.728,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FANEM LTDA	5.310,00	5.310,00	Homologado em 28/01/2026 10:57:42 Por: Simone da Luz

Simone da Luz
Autoridade Competente

