

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Autarquia Municipal de Saúde de Itapeçerica da Serra  
Autarquia Municipal de Saúde  
Pregão Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024

## Resultado da Homologação

0001 - APARELHO DE RAIOS-X Gerador de raios X: Equipamento radiodiagnóstico fixo microprocessado de 600 mA ou maior com indicação de erros e nível de kV, mAemAs; Programa anatômico de órgãos com no mínimo 200 técnicas préprogramadas. Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência de 50 kW ou maior; Seleção de 40 a 125 kV; Faixa de mAs de 0,1 a 630 ou maior; Tempo de exposição de 5 ms ou menor até 5 segundos, conforme RDC 611; obrigatoriamente instalado debaixo da mesa; Possuir display LCD multicolorido para seleção e indicação dos parâmetros radiológicos. Proteção térmica do tubo de raios X. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Deve ser fornecido quadro de força específico para o equipamento licitado. As características de funcionamento do gerador de RX devem estar disponíveis no comando de operação, permitindo a seleção dos parâmetros de exposição da maneira mencionada acima. **Maiores detalhes conforme Edital e Termo de Referência. - Altus 125kV - Valor Referência: 164.833,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	89.000,00	89.000,00	Homologado em 01/11/2024 11:56:25 Por: Patricia Gomes Nicastro

Patricia Gomes Nicastro  
Autoridade Competente

