



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/AMS-IS/2022

Processo Administrativo nº. I – 12.618/2022

Tipo: Menor preço item.

OBJETO: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de equipamentos e acessórios de uso odontológico.

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Em atendimento a solicitação de esclarecimento, enviada em 13 de Setembro de 2022, referente ao Edital do processo licitatório em epígrafe, esclarecemos o quanto segue:

Questionamento:

- a) Para o item 02, autoclave, pode ser equipamento com 21L ?
- b) Para o item 03, seladora, qual o tamanho da área de selagem?

Resposta:

- a) O equipamento deve ter a capacidade entre 20 e 30 litros.
- b) A área de selagem deve ser entre 25 a 30 cm.

Assim considerando que não ocorreu alterações das condições do edital, fica mantida a data e horário designada para seção.

Itapequerica da Serra, 13 de Setembro de 2022

Diogo Zillig Baran
Pregoeiro