



**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/AMS-IS/2020**  
**Processo Administrativo nº. I – 12.417/2020**  
**Tipo:** Menor preço por lote.

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição de material medico hospitalar, conforme Anexo I do Edital.

### **RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

Em atendimento a solicitação de esclarecimento, enviada em 14 de outubro de 2020, referente ao Edital do processo licitatório em epígrafe, vimos por meio desta esclarecer vossas dúvidas:

#### **Questionamento:**

- a) Referente ao item 5.3.2.4. Pergunto o valor por extenso deve ser preenchido somente no valor total do lote ou também do preço unitário e total em cada item do lote ? Caso não seja preenchido será motivo de desclassificação?
- b) Referente ao lote 8 item 2 : O diâmetro do fio é 1 ou 0 ? A agulha é triangular ou cilíndrica?
- c) Referente ao lote 8 item 15 : O diâmetro do fio é 1 ou 0 ? A agulha é triangular ou cilíndrica?
- d) Referente ao lote 8 item 16, o diâmetro do fio é 1 ou 0 ? O comprimento da agulha é solicitado com 45 cm e o mercado utiliza com 40 cm.

#### **Resposta:**

- a) Considerando que o julgamento ocorrerá por lote, deve-se expressar o valor por extenso apenas para valor total do(s) lote(s) ofertado(s).
- b) O diâmetro é 1 e com agulha cilíndrica.
- c) O diâmetro é 1 e com agulha cilíndrica.
- d) O diâmetro é 1 e serão aceitos agulhas de 40mm (4cm).

Considerando que não há alteração das condições de participação, fica mantida a data designada para seção.

Itapeçerica da Serra, 14 de Outubro de 2020

DIOGO ZILLIG BARAN  
Pregoeiro