

ATA FINAL

Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra Autarquia Municipal de Saúde Pregão Eletrônico - 038/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/11/2025 09:19	27/11/2025 09:00	08/12/2025 23:59	11/12/2025 09:00	11/12/2025 09:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
24/11/2025 09:00	01/12/2025 23:59	04/12/2025 09:00	04/12/2025 09:01	25/11/2025 09:16	Valquiria Felix Borges

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/11/2025 - 09:27:20	ESCLARECIMENTO	27/11/2025 - 08:36:16
Dúvida: Prezados, Referente aos itens 3 e 4 (Pás para Desfibrilador CMOS Drake), o fabricante deixa claro em seu manual que: "A utilização de pás que não sejam de fabricação própria ou homologadas pela mesma, podem afetar o desempenho essencial do produto e colocar em risco pacientes e usuários, além da perda de garantia do equipamento." Diante do exposto e conforme TR, questionamos: serão aceitos somente produtos originais, correto? Além disso há um comunicado oficial na página do fabricante: https://cmosdrake.com.br/blog/comunicado-importante-eletrodos-cmos-drake/ Resposta: Considerando a natureza vital do consumível (Eletrodos/Pás de DEA) e a necessidade de garantir a segurança do paciente, a funcionalidade e a operacionalidade contínua do equipamento, esta Autarquia exige que o produto ofertado cumpra integralmente a especificação técnica constante no Termo de Referência. Portanto, em resposta direta ao questionamento: Serão aceitos produtos que sejam originais (Marca CMOS Drake, Modelo F7988W/CM) ou aqueles que comprovem, mediante a documentação técnica exigida (catálogo, ficha técnica em português), possuir todas as características e requisitos técnicos idênticos à especificação detalhada, garantindo a performance essencial, a segurança e a total compatibilidade com o equipamento Life 400. A demonstração do cumprimento de todos os requisitos de qualidade e segurança é obrigatória, devendo o licitante apresentar toda a documentação pertinente ao produto, incluindo o Registro da ANVISA e, se solicitado, amostra para avaliação técnica. O produto a ser fornecido deve assegurar a manutenção da eficácia do Desfibrilador Life 400, em estrita observância à legislação vigente e aos parâmetros de segurança hospitalar. Atenciosamente, Valquiria Borges		
19/11/2025 - 23:17:16	ESCLARECIMENTO	27/11/2025 - 08:35:35
Dúvida: Prezados, Referente aos itens 3 e 4 (Pás para Desfibrilador CMOS Drake), o fabricante deixa claro em seu manual que: "A utilização de pás que não sejam de fabricação própria ou homologadas pela mesma, podem afetar o desempenho essencial do produto e colocar em risco pacientes e usuários, além da perda de garantia do equipamento." Diante do exposto e conforme TR, questionamos: serão aceitos somente produtos originais, correto? Além disso há um comunicado oficial na página do fabricante: https://cmosdrake.com.br/blog/comunicado-importante-eletrodos-cmos-drake/ Resposta: Considerando a natureza vital do consumível (Eletrodos/Pás de DEA) e a necessidade de garantir a segurança do paciente, a funcionalidade e a operacionalidade contínua do equipamento, esta Autarquia exige que o produto ofertado cumpra integralmente a especificação técnica constante no Termo de Referência. Portanto, em resposta direta ao questionamento: Serão aceitos produtos que sejam originais (Marca CMOS Drake, Modelo F7988W/CM) ou aqueles que comprovem, mediante a documentação técnica exigida (catálogo, ficha técnica em português), possuir todas as características e requisitos técnicos idênticos à especificação detalhada, garantindo a performance essencial, a segurança e a total compatibilidade com o equipamento Life 400. A demonstração do cumprimento de todos os requisitos de qualidade e segurança é obrigatória, devendo o licitante apresentar toda a documentação pertinente ao produto, incluindo o Registro da ANVISA e, se solicitado, amostra para avaliação técnica. O produto a ser fornecido deve assegurar a manutenção da eficácia do Desfibrilador Life 400, em estrita observância à legislação vigente e aos parâmetros de segurança hospitalar. Atenciosamente, Valquiria Borges		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO CÓDIGO (79047), REGISTRO DA ANVISA COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS (CARDIO MAX / DUAL MAX / ISIS / ISIS PRO/ ION/ ION PRO, REFERENCIA (F7955 W / INSTRAMED)	R\$ 665,33	150	CJ	Homologado



0002	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) INFANTIL (PEDIÁTRICO) CÓDIGO (79048), REGISTRO DA ANVISA COMPATÍVEL COM OS EQUIPAMENTOS (CARDIO MAX / DUAL MAX / ISIS / ISIS PRO/ ION/ ION PRO, REFERÊNCIA (F7955 P W / INSTRAMED	R\$ 618,33	50 CJ	Homologado
0003	ELETRODO PARA DESFIBRILADOR LIFE 400; MARCA: CMOS DRAKE MODELO:F7988W/CM (ADULTO); ELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO / MARCA PASSO / CARDIOVERSÃO / MONITORAÇÃO; MELHOR POSICIONAMENTO AO CORPO DO PACIENTE; EXCELENTE ADERÊNCIA EM PACIENTES COM PÊLOS; DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE ENERGIA EM TODA A SUPERFÍCIE DO ELETRODO; ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS "TENTING" CAUSADOR DE FAÍSCAS E QUEIMADURAS; ELETRODOS EM TAMANHOS ADULTO; TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX, VALIDADE (EMBALAGEM LACRADA) 12 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	R\$ 681,82	20 CJ	Homologado
0004	ELETRODO PARA DESFIBRILADOR LIFE 400 MARCA: CMOS DRAKE MODELO: F7988W/CM (INFANTIL); ELETRODO DE DESFIBRILAÇÃO / MARCA PASSO / CARDIOVERSÃO / MONITORAÇÃO; MELHOR POSICIONAMENTO AO CORPO DO PACIENTE; EXCELENTE ADERÊNCIA EM PACIENTES COM PÊLOS; DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE ENERGIA EM TODA A SUPERFÍCIE DO ELETRODO; ELIMINAÇÃO DE POSSÍVEIS "TENTING" CAUSADOR DE FAÍSCAS E QUEIMADURAS; ELETRODOS EM TAMANHOS; TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEX. VALIDADE (EMBALAGEM LACRADA) 12 MESES A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	R\$ 600,06	10 CJ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/11/2025 - 13:44	EDITAL PREGAO PA DE DEA..pdf
17/11/2025 - 13:45	GRADE DE PREÇOS.xlsx
25/11/2025 - 09:15	EDITAL PREGAO PA DE DEA RETIFICADO.pdf
11/12/2025 - 16:35	SOLICITACAO DE AMOSTRA1.pdf
12/12/2025 - 10:50	SOLICITACAO DE AMOSTRA2.pdf
07/01/2026 - 11:05	SUPRIMENTOS_076655.pdf
07/01/2026 - 11:10	SUPRIMENTOS_076656.pdf
07/01/2026 - 11:58	Resultado_Analise_Amostra_.pdf
07/01/2026 - 11:58	Resultado_Analise_Amostra_.pdf
07/01/2026 - 15:55	SOLICITACAO DE AMOSTRA3.pdf
16/01/2026 - 12:11	SOLICITACAO DE AMOSTRA4.pdf
26/01/2026 - 11:36	Resultado_Analise_Amostra_3.pdf
26/01/2026 - 11:37	Resultado_Analise_Amostra_4.pdf
27/01/2026 - 12:02	TERMO DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA ITEM 01 INSTRAMED.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/11/2025 - 09:19:15	Repúblicação concluída	A republicação do processo foi concluída
11/12/2025 - 09:43:34	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 09:43:52	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 09:44:32	Envio de Propostas Readequadas 038/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 09:45:37	Envio de Propostas Readequadas 038/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES no item 0004. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 09:50:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/12/2025 - 09:50:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 10:48:25		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 11:10:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0004 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 13:54:04	Envio de Propostas Readequadas 038/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0003. O prazo de envio é até às 15:54 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 13:55:00	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 14:30:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 15:20:40		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 15:51:28	Envio de Propostas Readequadas 038/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 15:54:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 16:00:52	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 16:08:45	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 16:09:03	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 16:09:16	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 16:34:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 17:01:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 10:49:31	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 12:06:38	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 12:07:14	Envio de Propostas Readequadas 038/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI no item 0003. O prazo de envio é até às 14:07 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 12:07:58	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 12:37:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 12:37:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 12:37:42		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 13:54:48	Envio de Propostas Readequadas 038/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA no item 0003. O prazo de envio é até às 15:55 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 15:16:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 15:27:51		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0003 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2026 - 15:35:46	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



07/01/2026 - 15:42:42	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 08:59:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 10:31:33	Envio de Propostas Readequadas 038/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI no item 0001. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 10:31:57	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 10:45:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 11:48:47		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 11:55:54	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/01/2026 - 13:43:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 11:46:59	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 14:13:51	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 14:32:41	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 15:04:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/01/2026 - 15:33:33	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 10:31:19	Documentos solicitados para o processo 038/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 11:00:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 038/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	ADULTO	PRÓPRIA	499,00	150	74.850,00
0002	PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) INFANTIL (PEDIÁTRICO) código (79048), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 p w / instramed	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	INFANTIL	PRÓPRIA	465,00	50	23.250,00



0003	Eletrodo para desfibrilador LIFE 400; Marca: cmos drake Modelo:F7988W/CM (adulto); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos adulto; totalmente Livre de látex, validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.	INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	F7988W (AD)	CMOS DRAKE	569,85	20	11.397,00
0004	Eletrodo para desfibrilador LIFE 400 Marca: cmos drake Modelo: F7988W/CM (infantil); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos; totalmente Livre de látex. Validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INFANTIL	CMOS DRAKE	450,00	10	4.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed))

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Dimave Equipamentos Medicos Ltda	06.316.353/0001-81	28/11/2025 - 14:52:02	ODM-DE0062G	Med-Link	150	R\$945,00	R\$ 141.750,00	Sim
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.125.429/0001-92	02/12/2025 - 14:18:44	F7955W / INSTRAMED	INSTRAMED	150	R\$665,33	R\$ 99.799,50	Sim



3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	03/12/2025 - 14:51:04	DBI Medical DE-Nk1	DBI Medical DE-Nk1	150	R\$500,00	R\$ 75.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/12/2025 - 11:47:36	BLUEPAD	BLUEPAD	150	R\$1.600,00	R\$ 240.000,00	Sim
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	09.222.496/0001-12	08/12/2025 - 14:16:27	UND	INSTRAMED	150	R\$750,00	R\$ 112.500,00	Sim
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90.909.631/0002-00	09/12/2025 - 08:47:15	ADULTO	PRÓPRIA	150	R\$665,00	R\$ 99.750,00	Não
DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	07.295.190/0001-60	09/12/2025 - 10:42:36	DE-NK1	BLUEPAD - Baisheng Medical	150	R\$350,00	R\$ 52.500,00	Não
ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.124.161/0001-16	10/12/2025 - 16:24:02	DE-NK1 - ANVISA 80722800022	BLUEPAD/ BAISHENG MEDICAL CO LTD - CHINA	150	R\$259,00	R\$ 38.850,00	Sim
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO LTDA	03.679.808/0002-16	10/12/2025 - 16:24:11	BLUE PAD	BLUE PAD	150	R\$298,00	R\$ 44.700,00	Não
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/12/2025 - 16:57:30	ADULTO	INSTRAMED	150	R\$665,00	R\$ 99.750,00	Sim
ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	60.717.724/0001-82	10/12/2025 - 17:17:43	DE-NK1	BLUED	150	R\$600,00	R\$ 90.000,00	Sim
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	10/12/2025 - 18:22:28	ADULTO	INSTRAMED	150	R\$1.815,00	R\$ 272.250,00	Sim
CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	11/12/2025 - 08:38:26	ADULTO	INSTRAMED	150	R\$10.000,00	R\$ 1.500.000,00	Não
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	01.700.884/0001-50	11/12/2025 - 08:49:10	ADULTO	BLUEPAD	150	R\$665,00	R\$ 99.750,00	Sim

0002 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) INFANTIL (PEDIÁTRICO) código (79048), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 p w / instramed

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.125.429/0001-92	02/12/2025 - 14:19:55	79048 INFANTIL	INSTRAMED	50	R\$618,33	R\$ 30.916,50	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/12/2025 - 11:48:06	INSTRAMED	INSTRAMED	50	R\$1.600,00	R\$ 80.000,00	Sim
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	09.222.496/0001-12	08/12/2025 - 14:17:00	UND	INSTRAMED	50	R\$833,00	R\$ 41.650,00	Sim
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90.909.631/0002-00	09/12/2025 - 08:47:39	INFANTIL	PRÓPRIA	50	R\$618,00	R\$ 30.900,00	Não
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/12/2025 - 16:57:53	INFANTIL	INSTRAMED	50	R\$618,00	R\$ 30.900,00	Sim
ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	60.717.724/0001-82	10/12/2025 - 17:17:44	INFANTIL	INSTRAMED	50	R\$1.300,00	R\$ 65.000,00	Sim
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	10/12/2025 - 18:22:46	INFANTIL	INSTRAMED	50	R\$1.815,00	R\$ 90.750,00	Sim
CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	11/12/2025 - 08:38:51	INFANTIL	INSTRAMED	50	R\$10.000,00	R\$ 500.000,00	Não

0003 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400; Marca: cmos drake Modelo:F7988W/CM (adulto); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos adulto; totalmente Livre de látex, validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Dimave Equipamentos Medicos Ltda	06.316.353/0001-81	28/11/2025 - 14:53:06	ODM-DE0062C	Med-Link	20	R\$839,97	R\$ 16.799,40	Sim
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.125.429/0001-92	02/12/2025 - 14:20:34	F7988W (AD)	CMOS DRAKE	20	R\$681,82	R\$ 13.636,40	Sim



Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/12/2025 - 11:48:30	CMOS DRAKE	CMOS DRAKE	20	R\$1.800,00	R\$ 36.000,00	Sim
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	09.222.496/0001-12	08/12/2025 - 14:17:27	UND	CMOS DRAKE	20	R\$960,30	R\$ 19.206,00	Sim
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	10/12/2025 - 09:49:51	DE-NK1	Bluepad	20	R\$735,00	R\$ 14.700,00	Sim
Cirúrgica União Ltda.	04.063.331/0001-21	10/12/2025 - 15:33:51	80058130030	CMOSDRAKE	20	R\$994,40	R\$ 19.888,00	Não
			EMBA LAGEM 1	CMOSDRA KE				
			NACIONAL					
ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.124.161/0001-16	10/12/2025 - 16:25:50	ODM-DE0062C / ANVISA 80415610039	MED-LINK/ SHENZHEN MED-LINK ELECT./	20	R\$345,00	R\$ 6.900,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/12/2025 - 16:58:14	ADULTO	CMOS DRAKE	20	R\$600,00	R\$ 12.000,00	Sim
ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	60.717.724/0001-82	10/12/2025 - 17:17:45	ADULTO	CMOS DRAKE	20	R\$1.300,00	R\$ 26.000,00	Sim
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	10/12/2025 - 18:23:49	ADULTO	CMOS DRAKE	20	R\$1.336,00	R\$ 26.720,00	Sim
CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	11/12/2025 - 08:39:16	adulto	CMOSDRAKE	20	R\$5.000,00	R\$ 100.000,00	Não
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	01.700.884/0001-50	11/12/2025 - 08:49:44	LIFE 400	CMOS DRAKE	20	R\$681,00	R\$ 13.620,00	Sim

0004 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400 Marca: cmos drake Modelo: F7988W/CM (infantil); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos; totalmente Livre de látex. Validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.125.429/0001-92	02/12/2025 - 14:21:12	F7988P (INF)	CMOS DRAKE	10	R\$600,00	R\$ 6.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/12/2025 - 11:49:00	CMOS DRAKE	CMOS DRAKE	10	R\$1.800,00	R\$ 18.000,00	Sim
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	09.222.496/0001-12	08/12/2025 - 14:17:53	UND	CMOS DRAKE	10	R\$715,00	R\$ 7.150,00	Sim
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	10/12/2025 - 09:49:51	DE-NK1	Bluepad	10	R\$833,00	R\$ 8.330,00	Sim
Cirúrgica União Ltda.	04.063.331/0001-21	10/12/2025 - 15:35:05	80058130030	CMOS DRAKE	10	R\$994,40	R\$ 9.944,00	Não
			EMBA LAGEM 1	CMOS DRAKE				
			NACIONAL					
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/12/2025 - 16:58:36	INFANTIL	CMOS DRAKE	10	R\$681,00	R\$ 6.810,00	Sim
ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	60.717.724/0001-82	10/12/2025 - 17:17:45	ADULTO	CMOS DRAKE	10	R\$1.300,00	R\$ 13.000,00	Sim
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	10/12/2025 - 18:24:07	INFANTIL	CMOS DRAKE	10	R\$1.336,00	R\$ 13.360,00	Sim
CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	11/12/2025 - 08:39:34	infantil	CMOSDRAKE	10	R\$5.000,00	R\$ 50.000,00	Não
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	01.700.884/0001-50	11/12/2025 - 08:51:50	LIFE 400	CMOS DRAKE	10	R\$681,00	R\$ 6.810,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Dimave Equipamentos Medicos Ltda	06.316.353/0001-81	90 dias
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	90 dias
Cirúrgica União Ltda.	04.063.331/0001-21	90 dias
CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	60 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	90 dias
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	180 dias



DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	07.295.190/0001-60	90 dias
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	90 dias
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	90 dias
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.125.429/0001-92	90 dias
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	01.700.884/0001-50	90 dias
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	90.909.631/0002-00	90 dias
CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	09.222.496/0001-12	60 dias
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO LTDA	03.679.808/0002-16	90 dias
ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.124.161/0001-16	90 dias
ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	60.717.724/0001-82	90 dias

Lances Enviados

0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/11/2025 - 14:52:02	945,00 (proposta)	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	Cancelado - Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital. 11/12/2025 13:45:40
02/12/2025 - 14:18:44	665,33 (proposta)	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
03/12/2025 - 14:51:04	500,00 (proposta)	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 01, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11. 07/01/2026 12:00:35
08/12/2025 - 11:47:36	1.600,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Diante da não resposta à diligência solicitada e considerando a impossibilidade de aferir a conformidade da proposta/habilitação, a proposta do licitante foi desclassificada. 27/01/2026 10:29:52
08/12/2025 - 14:16:27	750,00 (proposta)	09.222.496/0001-12 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	Válido
09/12/2025 - 08:47:15	665,00 (proposta)	90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido
09/12/2025 - 10:42:36	350,00 (proposta)	07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	Cancelado - A amostra do item PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) - ADULTO foi submetida à análise de compatibilidade eletromecânica com os equipamentos padrão desta Administração. Durante a avaliação, constatou-se que o componente de conexão (plugue) do produto ofertado não apresenta a pinagem ou o design de interface necessário para o acoplamento seguro e funcional no conector de saída do monitor. Tal divergência técnica impede a transmissão adequada de energia e a leitura de impedância torácica, violando os requisitos de segurança do paciente e a eficácia do procedimento de desfibrilação/cardioversão. Diante do descumprimento dos requisitos de interoperabilidade e compatibilidade técnica exigidos para a execução do objeto, o item é declarado REPROVADO, por estar em desacordo com o Art. 41, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 26/01/2026 11:42:41
10/12/2025 - 16:24:02	259,00 (proposta)	54.124.161/0001-16 - ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - Informamos que a empresa ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA], foi declarada DESCLASSIFICADA do certame em referência. A decisão fundamenta-se no descumprimento do item 11 do Edital, uma vez que a licitante não efetuou a entrega da amostra do produto dentro do prazo estipulado, encerrado em 15 de janeiro de 2026 às 16:00. Diante da ausência do item para a análise técnica obrigatória, a proposta foi considerada inaceitável, nos termos do regulamento vigente. 16/01/2026 09:09:59
10/12/2025 - 16:24:11	298,00 (proposta)	03.679.808/0002-16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO LTDA	Cancelado - Prezados licitante, informamos que o item ofertado (Marca: BLUEPAD / Modelo: NK já foi submetido à análise técnica nesta licitação, conforme Resultado de Amostra 4 já anexo a este portal, restando demonstrada sua incompatibilidade com as exigências do Edital. Ressaltamos que, através da análise do Catálogo/Ficha Técnica enviado por vossa empresa, restou comprovado que o produto é idêntico ao modelo já reprovado anteriormente. Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da celeridade e da eficiência, procederemos com a sua desclassificação imediata para o Item 0001, visando evitar atos inúteis ao processo. Seguiremos com a convocação do próximo classificado. 26/01/2026 15:30:45
10/12/2025 - 16:57:30	665,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
10/12/2025 - 17:17:43	600,00 (proposta)	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Cancelado - Prezados Licitante, recebemos sua manifestação. Diante da declaração de que o objeto ofertado não atende às exigências do Edital — por ser idêntico a modelo já desclassificado neste certame — e em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé, procederemos com a sua desclassificação no Item 0001. Seguiremos com a convocação do próximo classificado. 26/01/2026 14:13:03



10/12/2025 - 18:22:28	1.815,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 08:38:26	10.000,00 (proposta)	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2025 - 08:49:10	665,00 (proposta)	01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:09:40	297,99	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Cancelado - Prezado Licitante, recebemos sua manifestação. Diante da declaração de que o objeto ofertado não atende às exigências do Edital — por ser idêntico a modelo já desclassificado neste certame — e em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé, procederemos com a sua desclassificação no Item 0001. Seguiremos com a convocação do próximo classificado. 26/01/2026 14:13:03
11/12/2025 - 09:09:43	258,00	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	Cancelado - Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital. 11/12/2025 13:45:40
11/12/2025 - 09:09:57	290,00	07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	Cancelado - A amostra do item PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) - ADULTO foi submetida à análise de compatibilidade eletromecânica com os equipamentos padrão desta Administração. Durante a avaliação, constatou-se que o componente de conexão (plugue) do produto ofertado não apresenta a pinagem ou o design de interface necessário para o acoplamento seguro e funcional no conector de saída do monitor. Tal divergência técnica impede a transmissão adequada de energia e a leitura de impedância torácica, violando os requisitos de segurança do paciente e a eficácia do procedimento de desfibrilação/cardioversão. Diante do descumprimento dos requisitos de interoperabilidade e compatibilidade técnica exigidos para a execução do objeto, o item é declarado REPROVADO, por estar em desacordo com o Art. 41, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 26/01/2026 11:42:41
11/12/2025 - 09:10:26	1.500,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:11:59	259,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 01, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11. 07/01/2026 12:00:35
11/12/2025 - 09:12:05	350,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Diante da não resposta à diligência solicitada e considerando a impossibilidade de aferir a conformidade da proposta/habilitação, a proposta do licitante foi desclassificada. 27/01/2026 10:29:52
11/12/2025 - 09:14:18	781,00	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:43	630,99	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:25	664,99	01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:41	499,00	90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:39	249,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 01, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11. 07/01/2026 12:00:35
11/12/2025 - 09:30:11	220,00	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	Cancelado - Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital. 11/12/2025 13:45:40

0002 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) INFANTIL (PEDIÁTRICO) código (79048), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 p w / instramed

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/12/2025 - 14:19:55	618,33 (proposta)	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
08/12/2025 - 11:48:06	1.600,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
08/12/2025 - 14:17:00	833,00 (proposta)	09.222.496/0001-12 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	Válido
09/12/2025 - 08:47:39	618,00 (proposta)	90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido
10/12/2025 - 16:57:53	618,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAIS	Válido
10/12/2025 - 17:17:44	1.300,00 (proposta)	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 18:22:46	1.815,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 08:38:51	10.000,00 (proposta)	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:09:40	832,99	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:10:04	832,98	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:10:28	832,97	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:10:41	1.500,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:10:48	832,96	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:11:11	832,95	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:11:33	832,94	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:11:57	832,93	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:12:15	670,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
11/12/2025 - 09:12:18	832,92	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:12:26	832,91	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:12:32	832,90	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:12:39	832,89	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:12:45	832,88	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:12:50	832,87	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:12:56	832,86	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:03	832,85	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:09	832,84	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:15	832,83	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:25	832,82	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:30	832,81	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:37	832,80	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:43	832,79	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:48	832,78	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:13:54	832,77	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:00	832,76	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:06	832,75	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:12	832,74	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:19	832,73	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:26	832,72	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:27	781,00	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:32	780,99	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:39	780,98	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:45	780,97	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:52	780,96	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:14:59	780,95	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:15:04	780,94	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:15:12	780,93	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:15:16	780,92	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:15:22	780,91	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:15:28	780,90	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:15:37	780,89	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:15:43	780,88	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:15:54	780,87	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:00	780,86	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:06	780,85	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:11	780,84	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:17	780,83	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:23	780,82	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:28	780,81	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:34	780,80	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:40	780,79	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:47	780,78	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:52	780,77	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:16:59	780,76	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:05	780,75	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:11	780,74	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:19	780,73	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:24	780,72	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:30	780,71	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:37	780,70	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:44	780,69	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:50	780,68	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:17:56	780,67	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:02	780,66	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:08	780,65	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:14	780,64	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:19	780,63	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:32	780,62	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:38	780,61	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:44	780,60	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:51	780,59	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:18:57	780,58	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:19:02	780,57	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:08	780,56	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:13	780,55	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:20	780,54	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:26	780,53	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:33	780,52	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:39	780,51	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:44	780,50	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:52	780,49	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:57	780,48	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:04	780,47	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:09	780,46	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:15	780,45	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:21	780,44	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:27	780,43	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:34	780,42	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:40	780,41	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:45	780,40	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:53	780,39	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:00	780,38	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:07	780,37	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:11	780,36	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:18	780,35	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:25	780,34	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:33	780,33	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:41	780,32	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:51	780,31	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:21:58	780,30	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:22:07	780,29	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:22:21	780,28	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:22:33	780,27	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:22:39	780,26	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:22:46	780,25	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:22:51	780,24	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:22:57	780,23	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:04	780,22	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:10	780,21	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:23:16	780,20	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:24	780,19	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:29	780,18	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:35	780,17	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:44	780,16	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:51	780,15	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:02	780,14	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:08	780,13	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:13	780,12	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:19	780,11	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:25	780,10	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:32	780,09	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:39	780,08	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:46	780,07	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:51	780,06	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:24:58	780,05	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:25:05	780,04	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:25:11	780,03	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:25:18	780,02	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:25:30	780,01	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:25:38	780,00	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:25:47	779,99	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:26:13	779,98	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:26:19	779,97	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:26:25	779,96	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:26:32	779,95	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:26:42	779,94	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:26:49	779,93	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:26:56	779,92	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:05	779,91	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:11	779,90	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:16	779,89	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:24	779,88	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:31	779,87	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:36	779,86	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:42	779,85	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:27:49	779,84	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:27:57	779,83	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:06	779,82	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:12	779,81	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:17	779,80	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:23	779,79	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:28	779,78	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:37	779,77	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:41	779,76	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:47	779,75	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:53	779,74	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:28:59	779,73	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:07	779,72	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:13	779,71	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:23	779,70	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:31	779,69	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:36	779,68	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:41	779,67	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:47	779,66	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:29:56	779,65	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:03	779,64	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:08	779,63	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:14	779,62	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:20	779,61	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:26	779,60	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:34	779,59	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:41	779,58	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:47	779,57	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:52	779,56	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:58	779,55	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:04	779,54	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:10	779,53	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:16	779,52	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:22	779,51	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:28	779,50	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:41	779,49	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:47	779,48	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:31:53	779,47	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:31:58	779,46	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:03	779,45	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:10	779,44	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:15	779,43	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:21	779,42	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:28	779,41	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:33	779,40	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:38	779,39	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:45	779,38	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:50	779,37	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:32:55	779,36	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:00	779,35	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:08	779,34	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:14	779,33	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:19	779,32	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:24	779,31	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:32	779,30	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:40	779,29	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:47	779,28	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:33:53	779,27	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:34:30	615,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/12/2025 - 09:37:03	617,99	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:37:04	465,00	90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Válido

0003 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400; Marca: cmos drake Modelo:F7988W/CM (adulto); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos adulto; totalmente Livre de látex, validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/11/2025 - 14:53:06	839,97 (proposta)	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	Cancelado - Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital. 11/12/2025 13:45:51
02/12/2025 - 14:20:34	681,82 (proposta)	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
08/12/2025 - 11:48:30	1.800,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
08/12/2025 - 14:17:27	960,30 (proposta)	09.222.496/0001-12 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:49:51	735,00 (proposta)	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Cancelado - Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de "Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia" para o equipamento específico da unidade." 07/01/2026 13:51:20



10/12/2025 - 15:33:51	994,40 (proposta)	04.063.331/0001-21 - Cirúrgica União Ltda.	Válido
10/12/2025 - 16:25:50	345,00 (proposta)	54.124.161/0001-16 - ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 03, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11. 07/01/2026 12:01:00
10/12/2025 - 16:58:14	600,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
10/12/2025 - 17:17:45	1.300,00 (proposta)	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 18:23:49	1.336,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 08:39:16	5.000,00 (proposta)	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2025 - 08:49:44	681,00 (proposta)	01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:09:40	734,99	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:09:43	344,00	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	Cancelado - Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital. 11/12/2025 13:45:51
11/12/2025 - 09:09:52	599,20	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Cancelado - Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de 'Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia' para o equipamento específico da unidade." 07/01/2026 13:51:20
11/12/2025 - 09:12:22	900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
11/12/2025 - 09:13:06	669,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:14:35	668,00	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:38	598,99	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:41	598,05	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Cancelado - Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de 'Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia' para o equipamento específico da unidade." 07/01/2026 13:51:20
11/12/2025 - 09:20:03	597,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/12/2025 - 09:20:07	593,51	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Cancelado - Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de 'Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia' para o equipamento específico da unidade." 07/01/2026 13:51:20
11/12/2025 - 09:20:47	593,50	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:20:50	593,28	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Cancelado - Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de 'Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia' para o equipamento específico da unidade." 07/01/2026 13:51:20
11/12/2025 - 09:22:15	593,27	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:22:16	590,62	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Cancelado - Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de 'Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia' para o equipamento específico da unidade." 07/01/2026 13:51:20
11/12/2025 - 09:25:07	700,00	04.063.331/0001-21 - Cirúrgica União Ltda.	Válido
11/12/2025 - 09:26:54	400,00	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Cancelado - Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de 'Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia' para o equipamento específico da unidade." 07/01/2026 13:51:20
11/12/2025 - 09:28:52	569,85	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:30:04	250,00	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	Cancelado - Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital. 11/12/2025 13:45:51

0004 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400 Marca: cmos drake Modelo: F7988W/CM (infantil); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos; totalmente Livre de látex. Validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/12/2025 - 14:21:12	600,00 (proposta)	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
08/12/2025 - 11:49:00	1.800,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
08/12/2025 - 14:17:53	715,00 (proposta)	09.222.496/0001-12 - CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	Válido
10/12/2025 - 09:49:51	833,00 (proposta)	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Válido
10/12/2025 - 15:35:05	994,40 (proposta)	04.063.331/0001-21 - Cirúrgica União Ltda.	Válido
10/12/2025 - 16:58:36	681,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
10/12/2025 - 17:17:45	1.300,00 (proposta)	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 18:24:07	1.336,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 08:39:34	5.000,00 (proposta)	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2025 - 08:51:50	681,00 (proposta)	01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:09:40	714,99	60.717.724/0001-82 - ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:09:52	597,49	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:12:30	900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Válido
11/12/2025 - 09:13:12	669,00	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:14:43	668,00	05.515.873/0001-50 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:47	597,45	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:19:53	593,17	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:20:07	593,16	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido



11/12/2025 - 09:20:13	591,84	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:20:16	593,18	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/12/2025 - 09:20:37	591,85	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/12/2025 - 09:22:48	591,83	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:23:00	587,31	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	Válido
11/12/2025 - 09:23:17	587,32	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/12/2025 - 09:25:07	700,00	04.063.331/0001-21 - Cirúrgica União Ltda.	Válido
11/12/2025 - 09:25:50	667,99	01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
11/12/2025 - 09:34:18	450,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/12/2025 - 09:34:53	569,85	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/12/2025 - 09:50:03	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	NF's.zip
0003	11/12/2025 - 09:50:22	06.316.353/0001-81 - Dimave Equipamentos Medicos Ltda	NF's.zip
0001	11/12/2025 - 14:30:56	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	DOC.zip
0003	11/12/2025 - 16:34:45	54.124.161/0001-16 - ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Habilitação.zip
0003	07/01/2026 - 12:37:04	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	003 - Proposta 117289 - Assinada - 259.pdf
0003	07/01/2026 - 12:37:04	34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	habilitacao.pdf
0001	07/01/2026 - 15:16:51	54.124.161/0001-16 - ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	Proposta Ajustada 07-01-2026.zip
0003	09/01/2026 - 08:59:57	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Comprovante_Entrega de Amostras_INNOVA.jpeg
0001	16/01/2026 - 10:45:28	07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PROPOSTA ITEM 01.pdf
0001	16/01/2026 - 13:43:54	07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	DOCUMENTOS.pdf
0001	26/01/2026 - 15:04:49	03.679.808/0002-16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	DOCUMENTACAO.zip
0001	27/01/2026 - 11:00:04	90.909.631/0002-00 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEÇERICA DA SERRA - SP - PE 038.2025.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/01/2026 - 10:29:52	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)
Desclassificação: Diante da não resposta à diligência solicitada e considerando a impossibilidade de aferir a conformidade da proposta/habilitação, a proposta do licitante foi desclassificada.			
11/12/2025 - 13:45:40	Dimave Equipamentos Medicos Ltda	06.316.353/0001-81	Item 0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)
Desclassificação: Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital.			
26/01/2026 - 14:13:03	ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	60.717.724/0001-82	Item 0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)



Desclassificação: Prezado Licitante, recebemos sua manifestação. Diante da declaração de que o objeto ofertado não atende às exigências do Edital — por ser idêntico a modelo já desclassificado neste certame — e em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé, procederemos com a sua desclassificação no Item 0001. Seguiremos com a convocação do próximo classificado.

07/01/2026 - 12:00:35	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	Item 0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 01, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11.

26/01/2026 - 11:42:41	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	07.295.190/0001-60	Item 0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)
-----------------------	-------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: A amostra do item PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) - ADULTO foi submetida à análise de compatibilidade eletromecânica com os equipamentos padrão desta Administração.

Durante a avaliação, constatou-se que o componente de conexão (plugue) do produto ofertado não apresenta a pinagem ou o design de interface necessário para o acoplamento seguro e funcional no conector de saída do monitor. Tal divergência técnica impede a transmissão adequada de energia e a leitura de impedância torácica, violando os requisitos de segurança do paciente e a eficácia do procedimento de desfibrilação/cardioversão.

Diante do descumprimento dos requisitos de interoperabilidade e compatibilidade técnica exigidos para a execução do objeto, o item é declarado REPROVADO, por estar em desacordo com o Art. 41, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

26/01/2026 - 15:30:45	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	03.679.808/0002-16	Item 0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: Prezado licitante, informamos que o item ofertado (Marca: BLUEPAD / Modelo: NK já foi submetido à análise técnica nesta licitação, conforme Resultado de Amostra 4 já anexo a este portal, restando demonstrada sua incompatibilidade com as exigências do Edital.

Ressaltamos que, através da análise do Catálogo/Ficha Técnica enviado por vossa empresa, restou comprovado que o produto é idêntico ao modelo já reprovado anteriormente. Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da celeridade e da eficiência, procederei com a sua desclassificação imediata para o Item 0001, visando evitar atos inúteis ao processo. Seguiremos com a convocação do próximo classificado.

16/01/2026 - 09:09:59	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.124.161/0001-16	Item 0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)
-----------------------	------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Informamos que a empresa ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA], foi declarada DESCLASSIFICADA do certame em referência. A decisão fundamenta-se no descumprimento do item 11 do Edital, uma vez que a licitante não efetuou a entrega da amostra do produto dentro do prazo estipulado, encerrado em 15 de janeiro de 2026 às 16:00. Diante da ausência do item para a análise técnica obrigatória, a proposta foi considerada inaceitável, nos termos do regulamento vigente.

11/12/2025 - 13:45:51	Dimave Equipamentos Medicos Ltda	06.316.353/0001-81	Item 0003 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400; Marca: cmos drake Modelo:F7988W/CM (adulto); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos adulto; totalmente Livre de látex, validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.
-----------------------	-------------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital.

07/01/2026 - 13:51:20	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	34.061.908/0001-27	Item 0003 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400; Marca: cmos drake Modelo:F7988W/CM (adulto); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos adulto; totalmente Livre de látex, validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de "Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia" para o equipamento específico da unidade."

07/01/2026 - 12:01:00	ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.124.161/0001-16	Item 0003 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400; Marca: cmos drake Modelo:F7988W/CM (adulto); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos adulto; totalmente Livre de látex, validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.
-----------------------	------------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 03, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/01/2026 - 14:32	30/01/2026 - 23:59	04/02/2026 - 23:59

0001 - PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) ADULTO código (79047), Registro da ANVISA compatível com os equipamentos (cardio max / dual max / isis / isis pro/ ion/ ion pro, referencia (f7955 w / instramed)

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



0003 - Eletrodo para desfibrilador LIFE 400; Marca: cmos drake Modelo:F7988W/CM (adulto); eletrodo de Desfibrilação / Marca passo / Cardioversão / Monitoração; melhor posicionamento ao corpo do paciente; excelente aderência em pacientes com pêlos; distribuição uniforme de energia em toda a superfície do eletrodo; eliminação de possíveis "tenting" causador de faíscas e queimaduras; eletrodos em tamanhos adulto; totalmente Livre de látex, validade (embalagem lacrada) 12 meses a contar da data de fabricação.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32593430000150 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	27/01/2026 - 14:28:04	Declaramos recurso referente a comprovação do item ganho, detalharemos na peça recursal	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
25/11/2025 - 09:13:50	Sistema	O processo foi retificado em 25/11/2025 às 09:13.
25/11/2025 - 09:13:50	Sistema	Motivo: A Autarquia Municipal de Saúde de Itapequerica da Serra comunica aos interessados que, no Pregão Eletrônico nº 038/2025, referente ao Processo Administrativo nº I – 17.381/2024, onde se lê: "Abertura da Sessão Pública será às 09h00 do dia 20/12/2025." Leia-se:"Abertura da Sessão Pública será às 09h00 do dia 11/12/2025." Permanece inalterado o objeto da licitação, qual seja o registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de Pá de DEA (Desfibrilador Externo Automático) adulto e infantil, compatível com o aparelho Cardiomax – ISIS – Intramed, e eletrodo para Desfibrilador Externo Automático adulto e infantil compatível com o aparelho Life 400 Futura (CMOS DRAKE), aparelhos já adquiridos pela Administração. Itapequerica da Serra, 25 de novembro de 2025 - Simone da Luz, Superintendente, Autarquia Municipal de Saúde.
25/11/2025 - 09:15:20	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PREGAO PA DE DEA RETIFICADO.pdf) em 25/11/2025 às 09:15.
25/11/2025 - 09:16	Sistema	O processo foi republicado em 25/11/2025 às 09:16.
11/12/2025 - 09:03:45	Pregoeiro	Bom dia, Senhores licitantes.
11/12/2025 - 09:03:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/12/2025 - 09:06:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/12/2025 - 09:06:35	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
11/12/2025 - 09:06:35	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
11/12/2025 - 09:06:35	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11/12/2025 - 09:06:35	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/12/2025 - 09:09:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2025 - 09:09:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2025 - 09:09:32	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2025 - 09:09:32	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2025 - 09:09:33	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2025 - 09:09:33	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2025 - 09:09:34	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
11/12/2025 - 09:09:34	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/12/2025 - 09:24:30	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
11/12/2025 - 09:24:33	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
11/12/2025 - 09:24:33	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
11/12/2025 - 09:24:36	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
11/12/2025 - 09:25:48	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/12/2025 às 09:30:49.



11/12/2025 - 09:25:48	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 590,62, R\$ 593,27, R\$ 597,00
11/12/2025 - 09:27:04	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/12/2025 às 09:32:04.
11/12/2025 - 09:30:49	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 11/12/2025 às 09:30:49.
11/12/2025 - 09:30:49	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
11/12/2025 - 09:32:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 11/12/2025 às 09:32:04.
11/12/2025 - 09:32:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/12/2025 - 09:32:58	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/12/2025 às 09:37:59.
11/12/2025 - 09:33:58	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/12/2025 às 09:38:59.
11/12/2025 - 09:37:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 11/12/2025 às 09:37:59.
11/12/2025 - 09:37:59	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
11/12/2025 - 09:39:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 11/12/2025 às 09:38:59.
11/12/2025 - 09:39:00	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
11/12/2025 - 09:41:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Dimave Equipamentos Medicos Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 220,00.
11/12/2025 - 09:41:09	Sistema	O item 0002 teve como arrematante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 465,00.
11/12/2025 - 09:41:09	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Dimave Equipamentos Medicos Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 250,00.
11/12/2025 - 09:41:09	Sistema	O item 0004 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 450,00.
11/12/2025 - 09:43:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 09:43:34	Sistema	Motivo: Solicito diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada.
11/12/2025 - 09:43:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:44 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 09:43:52	Sistema	Motivo: Solicito diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada
11/12/2025 - 09:44:32	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 09:45:37	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES no item 0004. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 09:50:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 09:50:22	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 10:48:25	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 10:51:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 10:51:13	Sistema	Motivo: Para que possamos realizar a correta avaliação técnica e elaboração da nossa proposta, solicitamos o envio da Ficha Técnica/Catálogo detalhado do item em referência. Tais documentos são essenciais para garantir o pleno atendimento às especificações exigidas no instrumento convocatório.
11/12/2025 - 10:51:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 10:51:37	Sistema	Motivo: Para que possamos realizar a correta avaliação técnica e elaboração da nossa proposta, solicitamos o envio da Ficha Técnica/Catálogo detalhado do item em referência. Tais documentos são essenciais para garantir o pleno atendimento às especificações exigidas no instrumento convocatório.
11/12/2025 - 11:10:51	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 12:03:30	Pregoeiro	Prezados, irei pausar para o almoço. Retorno às 13:30
11/12/2025 - 13:45:40	Sistema	O fornecedor Dimave Equipamentos Medicos Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
11/12/2025 - 13:45:40	Sistema	Motivo: Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital.
11/12/2025 - 13:45:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 249,00.
11/12/2025 - 13:45:51	Sistema	O fornecedor Dimave Equipamentos Medicos Ltda foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
11/12/2025 - 13:45:51	Sistema	Motivo: Fornecedor não anexou documento comprobatório exigido no edital.
11/12/2025 - 13:45:51	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 345,00.
11/12/2025 - 13:54:04	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0003. O prazo de envio é até às 15:54 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 13:55:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:55 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 13:55:01	Sistema	Motivo: Solicito diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada.
11/12/2025 - 14:30:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 15:20:40	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 15:22:48	Sistema	O fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
11/12/2025 - 15:23:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2025 às 15:34.
11/12/2025 - 15:23:51	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0004.
11/12/2025 - 15:24:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2025 às 15:34.
11/12/2025 - 15:51:28	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 11/12/2025.



11/12/2025 - 15:52:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA no item 0001.
11/12/2025 - 15:52:03	Sistema	Motivo: Fornecedor apresentou diligencia.
11/12/2025 - 15:54:53	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/12/2025 - 15:56:08	Sistema	O fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0003.
11/12/2025 - 15:56:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 11/12/2025 às 16:06.
11/12/2025 - 15:59:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 15:59:41	Sistema	Motivo: Favor anexar documentação para habilitação.
11/12/2025 - 16:00:38	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
11/12/2025 - 16:00:38	Sistema	Motivo: Erro operacional, não era negociação era diligência.
11/12/2025 - 16:00:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 16:00:53	Sistema	Motivo: Favor anexar documentação para habilitação.
11/12/2025 - 16:08:45	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 18/12/2025.
11/12/2025 - 16:08:45	Sistema	Motivo: Prezada licitante, Conforme 11. do edital, solicitamos o envio de amostra, para fins de análise técnica, a fim de comprovar a adequação às especificações do edital. A amostra deverá estar identificada com o Pregão Eletrônico nº 038/2025, o nome da licitante e o lote correspondente, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação. Local de entrega: Setor de Suprimentos Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286 – Centro, Itapeverica da Serra/SP – CEP 06.850-050 Telefone: (11) 4668-6020 E-mail: suprimentos.saude@itapecerica.sp.gov.br
11/12/2025 - 16:09:03	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 18/12/2025.
11/12/2025 - 16:09:03	Sistema	Motivo: Prezada licitante, Conforme 11. do edital, solicitamos o envio de amostra, para fins de análise técnica, a fim de comprovar a adequação às especificações do edital. A amostra deverá estar identificada com o Pregão Eletrônico nº 038/2025, o nome da licitante e o lote correspondente, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação. Local de entrega: Setor de Suprimentos Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286 – Centro, Itapeverica da Serra/SP – CEP 06.850-050 Telefone: (11) 4668-6020 E-mail: suprimentos.saude@itapecerica.sp.gov.br
11/12/2025 - 16:09:17	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 18/12/2025.
11/12/2025 - 16:09:17	Sistema	Motivo: Prezada licitante, Conforme 11. do edital, solicitamos o envio de amostra, para fins de análise técnica, a fim de comprovar a adequação às especificações do edital. A amostra deverá estar identificada com o Pregão Eletrônico nº 038/2025, o nome da licitante e o lote correspondente, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação. Local de entrega: Setor de Suprimentos Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286 – Centro, Itapeverica da Serra/SP – CEP 06.850-050 Telefone: (11) 4668-6020 E-mail: suprimentos.saude@itapecerica.sp.gov.br
11/12/2025 - 16:34:45	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
11/12/2025 - 16:35:28	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SOLICITACAO DE AMOSTRA1.pdf) em 11/12/2025 às 16:35.
11/12/2025 - 16:42:30	Pregoeiro	As diligências para os Itens 02,03 e 04 solicitação de amostras, conforme documento anexado ao processo deverão ser enviadas até dia 18/12/2025 às 16:30. Após o período limite para entrega das amostras, as empresas cujas amostras tenham recebimento no prazo determinado serão formalmente desclassificadas
11/12/2025 - 16:43:32	Pregoeiro	Boa tarde a todos, a sessão será suspensa. Fica reagendada a retomada da sessão para amanhã dia 12 de dezembro de 2025 as 09 hs.
11/12/2025 - 17:01:07	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
12/12/2025 - 09:11:34	Pregoeiro	Bom dia a todos!!!
12/12/2025 - 10:22:30	Sistema	O fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
12/12/2025 - 10:22:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/12/2025 às 10:32.
12/12/2025 - 10:25:06	Sistema	O fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
12/12/2025 - 10:49:32	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 19/12/2025.
12/12/2025 - 10:49:32	Sistema	Motivo: Prezada licitante, Conforme 11. do edital, solicitamos o envio de amostra, para fins de análise técnica, a fim de comprovar a adequação às especificações do edital. A amostra deverá estar identificada com o Pregão Eletrônico nº 038/2025, o nome da licitante e o lote correspondente, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação. Local de entrega: Setor de Suprimentos Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286 – Centro, Itapeverica da Serra/SP – CEP 06.850-050 Telefone: (11) 4668-6020 E-mail: suprimentos.saude@itapecerica.sp.gov.br
12/12/2025 - 10:50:40	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SOLICITACAO DE AMOSTRA2.pdf) em 12/12/2025 às 10:50.
12/12/2025 - 12:16:16	Pregoeiro	Boa tarde á todos...Reabertura de sessão agendada para sexta- feira dia 19/12/2025 as 9h, após o recebimento das amostras dos item 2,3 e 4.
12/12/2025 - 12:16:37	Pregoeiro	Senhores POR FAVOR atentar as orientações do edital para apresentação de AMOSTRA, amostras que não forem apresentadas de acordo com o solicitado no edital serão desclassificadas.
12/12/2025 - 14:39:46	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Documentação Item 0004: Vai abrir prazo para pás falsificadas tambem
12/12/2025 - 14:40:01	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Documentação Item 0004: ?
12/12/2025 - 14:41:28	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Documentação Item 0004: É que assim Cpl, o primeiro e segundo colocado do ITEM 03 esta ofertando produtos que NÃO PODEM SER UTILIZADOS nos equipamentos Cmos drake, conforme o proprio manual do equipamento indica.
12/12/2025 - 14:42:21	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Documentação Item 0004: Ai as empresas arrematam o certame com pás QUE NÃO POSSUEM AUTORIZAÇÃO DA FABRICANTE e nao sao recomendadas para utilizar nos aparelhos, nesse modo oc ertame vai demorar bastante Cpl.
12/12/2025 - 14:43:10	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Documentação Item 0004: De qualquer modo, deixo registrado em chat EQUIPAMENTO CMOS DRAKE SÓ UTILIZA PÁS DA CMOS DRAKE.
12/12/2025 - 14:43:43	F. M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	Documentação Item 0004: fora isso, É FALSIFICADO, os senhores podem até aprovar as amostras, porem estam cientes desse detalhe durante o certame.



19/12/2025 - 09:50:19	Pregoeiro	Bom dia á todos... Desculpem o atraso.
19/12/2025 - 14:55:19	Pregoeiro	Informamos aos licitantes que a presente sessão pública será suspensa para análise de amostras. A reabertura dos trabalhos está agendada para o dia 07/01/2026, às 09:00 (horário de Brasília). Ficam os licitantes desde já convocados para o acompanhamento da sessão na data aprazada.
07/01/2026 - 09:07:33	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes. Conforme agendado, declaramos reaberta a sessão pública relativa ao certame.
07/01/2026 - 11:05:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SUPRIMENTOS_076655.pdf) em 07/01/2026 às 11:05.
07/01/2026 - 11:10:29	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SUPRIMENTOS_076656.pdf) em 07/01/2026 às 11:10.
07/01/2026 - 11:13:17	Pregoeiro	Retomamos os trabalhos após o período de análise das amostras. Iniciaremos agora a divulgação dos resultados técnicos. Favor permanecerem logados.
07/01/2026 - 11:58:18	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resultado_Analise_Amostra_.pdf) em 07/01/2026 às 11:58.
07/01/2026 - 11:58:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resultado_Analise_Amostra_.pdf) em 07/01/2026 às 11:58.
07/01/2026 - 12:00:35	Sistema	O fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 12:00:35	Sistema	Motivo: A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 01, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11.
07/01/2026 - 12:00:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 259,00.
07/01/2026 - 12:01:00	Sistema	O fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 12:01:00	Sistema	Motivo: A empresa foi DESCLASSIFICADA no item 03, uma vez que não apresentou as amostras solicitadas dentro do prazo e condições estabelecidas no Edital, descumprindo a exigência contida no item 11.
07/01/2026 - 12:01:00	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI com lance de R\$ 400,00.
07/01/2026 - 12:06:38	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 08/01/2026.
07/01/2026 - 12:06:38	Sistema	Motivo: Para que possamos realizar a correta avaliação técnica e elaboração da nossa proposta, solicitamos o envio da Ficha Técnica/Catálogo detalhado do item em referência. Tais documentos são essenciais para garantir o pleno atendimento às especificações exigidas no instrumento convocatório.
07/01/2026 - 12:07:14	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI no item 0003. O prazo de envio é até às 14:07 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 12:07:58	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 08/01/2026.
07/01/2026 - 12:07:58	Sistema	Motivo: Para que possamos realizar a correta avaliação técnica e elaboração da nossa proposta, solicitamos o envio da Ficha Técnica/Catálogo detalhado do item em referência. Tais documentos são essenciais para garantir o pleno atendimento às especificações exigidas no instrumento convocatório.
07/01/2026 - 12:37:04	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
07/01/2026 - 12:37:29	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 12:37:42	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 13:46:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI no item 0003.
07/01/2026 - 13:46:03	Sistema	Motivo: Fornecedor já enviou a documentação exigida.
07/01/2026 - 13:46:24	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 13:46:24	Sistema	Motivo: Fornecedor já enviou a documentação exigida.
07/01/2026 - 13:50:23	Pregoeiro	Sr. Licitante, informamos que sua proposta para o item 3 foi Recusada/Desclassificada. Motivo: A ficha técnica do modelo NK1 apresentada não é compatível com o desfibrilador LIFE 400 (CMOS Drake) exigido no termo de referência. O modelo ofertado é para equipamentos Nihon Kohden/Instramed, divergindo do conector e da marca de referência solicitada.
07/01/2026 - 13:51:20	Sistema	O fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 13:51:20	Sistema	Motivo: Informamos a desclassificação do item 03 devido à divergência entre o descritivo do edital e a ficha técnica anexada. O edital exige eletrodo compatível com o modelo F7988W/CM para uso no desfibrilador LIFE 400. No entanto, a ficha técnica apresentada refere-se ao modelo Bluepad NK1. Verificou-se que o modelo ofertado possui pinagem e especificações de impedância incompatíveis com o monitor indicado, o que impossibilita a execução das funções de Cardioversão e Marca-passo exigidas, colocando em risco a segurança do paciente. Desta forma, o produto não atende ao critério de "Melhor posicionamento e distribuição uniforme de energia" para o equipamento específico da unidade."
07/01/2026 - 13:51:20	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA com lance de R\$ 569,85.
07/01/2026 - 13:54:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA no item 0003. O prazo de envio é até às 15:55 do dia 07/01/2026.
07/01/2026 - 15:16:51	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
07/01/2026 - 15:27:51	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
07/01/2026 - 15:35:03	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA no item 0001.
07/01/2026 - 15:35:03	Sistema	Motivo: Fornecedor enviou a documentação solciitada.
07/01/2026 - 15:35:46	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 15/01/2026.
07/01/2026 - 15:35:46	Sistema	Motivo: Prezada licitante, Conforme 11. do edital, solicitamos o envio de amostra, para fins de análise técnica, a fim de comprovar a adequação às especificações do edital. A amostra deverá estar identificada com o Pregão Eletrônico nº 038/2025, o nome da licitante e o lote correspondente, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação. Local de entrega: Setor de Suprimentos Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286 – Centro, Itapeverica da Serra/SP – CEP 06.850-050 Telefone: (11) 4668-6020 E-mail: suprimentos.saude@itapeverica.sp.gov.br
07/01/2026 - 15:42:42	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 15/01/2026.



07/01/2026 - 15:42:42	Sistema	Motivo: Prezada licitante, Conforme 11. do edital, solicitamos o envio de amostra, para fins de análise técnica, a fim de comprovar a adequação às especificações do edital. A amostra deverá estar identificada com o Pregão Eletrônico nº 038/2025, o nome da licitante e o lote correspondente, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação. Local de entrega: Setor de Suprimentos Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286 – Centro, Itapeverica da Serra/SP – CEP 06.850-050 Telefone: (11) 4668-6020 E-mail: suprimentos.saude@itapecerica.sp.gov.br
07/01/2026 - 15:55:24	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SOLICITACAO DE AMOSTRA3.pdf) em 07/01/2026 às 15:55.
07/01/2026 - 16:03:24	Pregoeiro	Boa tarde a todos, a sessão será suspensa. Fica reagendada a retomada da sessão para amanhã dia 15 de janeiro de 2025 às 09 hs. As diligências para os Itens 01 e 03 solicitação de amostras, conforme documento anexado ao processo deverão ser enviadas até dia 15/01/2025 às 16:00. Após o período limite para entrega das amostras, as empresas cujas amostras tenham recebimento no prazo determinado serão formalmente desclassificadas.
07/01/2026 - 16:04:32	Pregoeiro	RETIFICANDO : Boa tarde a todos, a sessão será suspensa. Fica reagendada a retomada da sessão para amanhã dia 15 de janeiro de 2026 às 09 hs. As diligências para os Itens 01 e 03 solicitação de amostras, conforme documento anexado ao processo deverão ser enviadas até dia 15/01/2026 às 16:00. Após o período limite para entrega das amostras, as empresas cujas amostras tenham recebimento no prazo determinado serão formalmente desclassificadas.
09/01/2026 - 08:59:57	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0003 foi enviado ao processo.
15/01/2026 - 09:47:58	Pregoeiro	Bom dia a todos!!! Retornamos a sessão. Devido a instabilidade da internet ocorreu um atraso para a reabertura.
16/01/2026 - 09:03:48	Pregoeiro	Bom dia a todos
16/01/2026 - 09:09:34	Pregoeiro	Informamos que a empresa ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA),, foi declarada DESCLASSIFICADA do certame em referência. A decisão fundamenta-se no descumprimento do item 11 do Edital, uma vez que a licitante não efetuou a entrega da amostra do produto dentro do prazo estipulado, encerrado em 15 de janeiro de 2026 às 16:00. Diante da ausência do item para a análise técnica obrigatória, a proposta foi considerada inaceitável, nos termos do regulamento vigente.
16/01/2026 - 09:09:59	Sistema	O fornecedor ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
16/01/2026 - 09:09:59	Sistema	Motivo: Informamos que a empresa ARAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA),, foi declarada DESCLASSIFICADA do certame em referência. A decisão fundamenta-se no descumprimento do item 11 do Edital, uma vez que a licitante não efetuou a entrega da amostra do produto dentro do prazo estipulado, encerrado em 15 de janeiro de 2026 às 16:00. Diante da ausência do item para a análise técnica obrigatória, a proposta foi considerada inaceitável, nos termos do regulamento vigente.
16/01/2026 - 09:09:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI com lance de R\$ 290,00.
16/01/2026 - 09:09:59	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
16/01/2026 - 09:58:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 16/01/2026 às 10:18, encerrando às 10:23:00.
16/01/2026 - 10:23:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
16/01/2026 - 10:31:33	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI no item 0001. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 10:31:58	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:31 do dia 16/01/2026.
16/01/2026 - 10:31:58	Sistema	Motivo: Para que possamos realizar a correta avaliação técnica e elaboração da nossa proposta, solicitamos o envio da Ficha Técnica/Catálogo detalhado do item em referência. Tais documentos são essenciais para garantir o pleno atendimento às especificações exigidas no instrumento convocatório.
16/01/2026 - 10:45:28	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
16/01/2026 - 11:48:00	Pregoeiro	Prezado Licitante DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI favor preencher a proposta readequada no portal de acordo com o prazo estipulado.
16/01/2026 - 11:48:47	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/01/2026 - 11:54:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI no item 0001.
16/01/2026 - 11:54:15	Sistema	Motivo: Licitante já enviou o documento solicitado.
16/01/2026 - 11:54:31	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
16/01/2026 - 11:54:31	Sistema	Motivo: Licitante já enviou o documento solicitado.
16/01/2026 - 11:55:54	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/01/2026.
16/01/2026 - 11:55:54	Sistema	Motivo: Prezada licitante, Conforme 11. do edital, solicitamos o envio de amostra, para fins de análise técnica, a fim de comprovar a adequação às especificações do edital. A amostra deverá estar identificada com o Pregão Eletrônico nº 038/2025, o nome da licitante e o lote correspondente, devendo ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta convocação. Local de entrega: Setor de Suprimentos Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286 – Centro, Itapeverica da Serra/SP – CEP 06.850-050 Telefone: (11) 4668-6020 E-mail: suprimentos.saude@itapecerica.sp.gov.br
16/01/2026 - 12:11:33	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SOLICITACAO DE AMOSTRA4.pdf) em 16/01/2026 às 12:11.
16/01/2026 - 12:14:12	Pregoeiro	Boa tarde a todos, a sessão será suspensa. Fica reagendada a retomada da sessão para dia 23 de janeiro de 2026 às 09 hs. As diligências para o Item 01 solicitação de amostras, conforme documento anexado ao processo deverão ser enviadas até dia 23/01/2026 às 12:00. Após o período limite para entrega das amostras, as empresas cujas amostras não tenham recebimento no prazo determinado serão formalmente desclassificadas.
16/01/2026 - 13:43:54	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
23/01/2026 - 10:20:41	Pregoeiro	Bom dia, Senhores licitantes.
23/01/2026 - 10:23:04	Pregoeiro	Informamos aos licitantes que as amostras estão sob análise da equipe técnica. Tão logo o resultado seja disponibilizado, o documento será anexado ao portal para consulta de todos.
23/01/2026 - 16:20:32	Pregoeiro	Boa tarde a todos, Fica reagendada a retomada da sessão para dia 26 de janeiro de 2026 às 11 hs.
26/01/2026 - 11:34:09	Pregoeiro	Bom dia, Senhores licitantes.
26/01/2026 - 11:36:54	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resultado_Analise_Amostra_3.pdf) em 26/01/2026 às 11:36.
26/01/2026 - 11:37:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resultado_Analise_Amostra_4.pdf) em 26/01/2026 às 11:37.



26/01/2026 - 11:41:25	Pregoeiro	Informamos que a análise técnica das amostras referentes a este certame já se encontra disponível para consulta neste Portal. Solicitamos a verificação no sistema para os devidos fins e providências.
26/01/2026 - 11:42:41	Sistema	O fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/01/2026 - 11:42:41	Sistema	Motivo: A amostra do item PÁ ADESIVA MULTIFUNCIONAL (DESCARTÁVEL) - ADULTO foi submetida à análise de compatibilidade eletromecânica com os equipamentos padrão desta Administração. Durante a avaliação, constatou-se que o componente de conexão (plugue) do produto ofertado não apresenta a pinagem ou o design de interface necessário para o acoplamento seguro e funcional no conector de saída do monitor. Tal divergência técnica impede a transmissão adequada de energia e a leitura de impedância torácica, violando os requisitos de segurança do paciente e a eficácia do procedimento de desfibrilação/cardioversão. Diante do descumprimento dos requisitos de interoperabilidade e compatibilidade técnica exigidos para a execução do objeto, o item é declarado REPROVADO, por estar em desacordo com o Art. 41, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
26/01/2026 - 11:42:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 297,99.
26/01/2026 - 11:46:59	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:47 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 11:46:59	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada para o item 0001. Favor encaminhar, via sistema, a ficha técnica/catálogo detalhado do produto e a proposta comercial atualizada, conforme as especificações do edital.
26/01/2026 - 13:46:37	F. ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, prezados, a marca e modelo ofertado é a mesma da licitante desclassificada anteriormente. Portanto, solicitamos nossa desclassificação para que o processo possa seguir.
26/01/2026 - 14:12:32	Pregoeiro	Prezado Licitante, recebemos sua manifestação. Diante da declaração de que o objeto ofertado não atende às exigências do Edital 14 por ser idêntico a modelo já desclassificado neste certame 14 e em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé, procederemos com a sua desclassificação no Item 0001. Seguiremos com a convocação do próximo classificado.
26/01/2026 - 14:13:03	Sistema	O fornecedor ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/01/2026 - 14:13:03	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, recebemos sua manifestação. Diante da declaração de que o objeto ofertado não atende às exigências do Edital — por ser idêntico a modelo já desclassificado neste certame — e em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé, procederemos com a sua desclassificação no Item 0001. Seguiremos com a convocação do próximo classificado.
26/01/2026 - 14:13:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA com lance de R\$ 298,00.
26/01/2026 - 14:13:51	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:14 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 14:13:51	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada para o item 0001. Favor encaminhar, via sistema, a ficha técnica/catálogo detalhado do produto e a proposta comercial atualizada, conforme as especificações do edital.
26/01/2026 - 14:32:42	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 14:32:42	Sistema	Motivo: Devido a um erro na digitação do horário limite para diligência segue :Prezado Licitante, solicitamos diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada para o item 0001. Favor encaminhar, via sistema, a ficha técnica/catálogo detalhado do produto e a proposta comercial atualizada, conforme as especificações do edital.
26/01/2026 - 15:04:49	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
26/01/2026 - 15:27:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA no item 0001.
26/01/2026 - 15:27:15	Sistema	Motivo: Licitante já enviou a documentação.
26/01/2026 - 15:30:45	Sistema	O fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
26/01/2026 - 15:30:45	Sistema	Motivo: Prezado licitante, informamos que o item ofertado (Marca: BLUEPAD / Modelo: NK já foi submetido à análise técnica nesta licitação, conforme Resultado de Amostra 4 já anexo a este portal, restando demonstrada sua incompatibilidade com as exigências do Edital. Ressaltamos que, através da análise do Catálogo/Ficha Técnica enviado por vossa empresa, restou comprovado que o produto é idêntico ao modelo já reprovado anteriormente. Em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da celeridade e da eficiência, procederemos com a sua desclassificação imediata para o Item 0001, visando evitar atos inúteis ao processo. Seguiremos com a convocação do próximo classificado.
26/01/2026 - 15:30:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda com lance de R\$ 350,00.
26/01/2026 - 15:33:34	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:34 do dia 26/01/2026.
26/01/2026 - 15:33:34	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada para o item 0001. Favor encaminhar, via sistema, a ficha técnica/catálogo detalhado do produto e a proposta comercial atualizada, conforme as especificações do edital.
27/01/2026 - 10:28:04	Pregoeiro	Bom dia, Senhores licitantes.
27/01/2026 - 10:29:52	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/01/2026 - 10:29:52	Sistema	Motivo: Diante da não resposta à diligência solicitada e considerando a impossibilidade de aferir a conformidade da proposta/habilitação, a proposta do licitante foi desclassificada.
27/01/2026 - 10:29:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 499,00.
27/01/2026 - 10:31:19	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 27/01/2026.
27/01/2026 - 10:31:19	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, solicitamos diligência para aferir a exequibilidade da proposta apresentada para o item 0001. Favor encaminhar, via sistema, a ficha técnica/catálogo detalhado do produto e a proposta comercial atualizada, conforme as especificações do edital.
27/01/2026 - 11:00:04	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
27/01/2026 - 12:02:32	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (TERMO DE CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA ITEM 01 INSTRAMED.pdf) em 27/01/2026 às 12:02.
27/01/2026 - 12:07:55	Pregoeiro	Sr. Licitantes, comunico o encerramento da fase de amostras. Os documentos de fundamentação já foram anexados ao portal. Seguiremos com as demais fases do certame.
27/01/2026 - 14:21:24	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.



27/01/2026 - 14:21:31	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA.
27/01/2026 - 14:21:39	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA.
27/01/2026 - 14:21:49	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
27/01/2026 - 14:21:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2026 às 14:31.
27/01/2026 - 14:22:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2026 às 14:32.
27/01/2026 - 14:22:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2026 às 14:32.
27/01/2026 - 14:22:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 27/01/2026 às 14:32.
27/01/2026 - 14:28:04	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.
27/01/2026 - 14:33:30	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 30/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/02/2026 às 23:59.
27/01/2026 - 14:33:51	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 30/01/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/02/2026 às 23:59.
27/01/2026 - 16:44:28	Pregoeiro	Informo a suspensão dos trabalhos para processamento da fase recursal. Oportunamente, a data de reabertura da sessão pública será avisada via sistema com antecedência de 24 horas. Nada mais havendo, suspendo a sessão.
04/02/2026 - 07:57:54	Pregoeiro	Senhores(as) Licitantes, Informamos que o certame em questão será reaberto amanhã, dia 05/02/2026, às 09:00. Solicitamos aos interessados que acompanhem a sessão por meio dos canais oficiais para as atualizações e etapas subsequentes.
05/02/2026 - 12:26:42	Pregoeiro	Bom dia, Senhores licitantes. Desculpe o atraso para abertura devido instabilidade na rede elétrica.
05/02/2026 - 12:32:31	Pregoeiro	Informamos aos participantes que a fase recursal foi concluída sem alterações no resultado classificatório, visto que a intenção de recurso não prosperou. Não havendo pendências remanescentes, o certame será finalizado e encaminhado para adjudicação e homologação. Favor consultar o histórico do portal para mais informações.
05/02/2026 - 12:32:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/02/2026 - 13:28:38	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Simone da Luz.
05/02/2026 - 13:28:44	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Simone da Luz.
05/02/2026 - 13:28:44	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Simone da Luz.
05/02/2026 - 13:28:44	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Simone da Luz.
05/02/2026 - 13:28:52	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Simone da Luz.
05/02/2026 - 13:28:52	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Simone da Luz.
05/02/2026 - 13:28:52	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Simone da Luz.
05/02/2026 - 13:28:52	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Simone da Luz.

Valquiria Felix Borges
Pregoeiro

Simone da Luz
Autoridade Competente

Aline Martins dos Santos
Apoio

Luis Henrique Salgado
Apoio



Marcia Oliveira da Silva

Apoio

Suane Santos Almeida

Apoio

