



PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/AMS-IS/2020
Processo Administrativo nº. I – 12.417/2020
Tipo: Menor preço por lote.

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de material médico hospitalar, conforme Anexo I do Edital.

Ao Suprimentos

Após o confronto da listagem de amostra, as amostras encaminhadas e com os lotes 1 a 35 da Ampla/Reservada que obtiveram a melhor proposta, constatou-se que a(s) empresa(s): VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA deixou de apresentar as amostras para os itens 02 e 09 lote 04 da Cota Ampla, LF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP deixou de apresentar as amostras para os lote: 09 Cota Ampla e para os lotes: 01, 05, 07, 09, 17, 22 e 23 Cota Reserva, BIOSANTEC COMERCIO DE ARTIGOS HOPITALARES LTDA deixou de apresentar as amostras para os lotes: 04, 06, 14, 15, 18, 25 e 26 Cota Reserva, PONTUAL COMERCIAL EIRELI deixou de apresentar as amostras para o lote 13 Cota Ampla, os demais vencedores apresentaram suas amostra na totalidade.

Passado a análise técnica, que utilizou os parâmetros de aderência, calibre, coloração, odor, resistência, rotulagem, peso, tamanho, textura, compatibilidade com o descritivo entre outros critérios e que diversos produtos/marcas apresentados, já são de uso desta rede.

Foram reprovadas as amostras das empresas: FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA: itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 lote 01 Cota Ampla, (a marca ofertada não atende ao descritivo solicitado no edital referente ao **dispositivo de segurança integrado com duplo sistema de trava**), MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSTITALARES EIRELI: itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 lote 29 (a marca ofertada não atendem ao descritivo solicitado no edital referente ao **protetor de mordedura, via de aspiração gástrica e aba de fixação de dispositivo**), VITAL HOSPITALAR COMERCIAL: itens 01, 03, 05, 06, 07 e 08 lote 04 Cota Ampla, (a marca não atende ao descritivo mencionado no edital referente a **indicador de umidade e barreira lateral anti- vazamento, camada interna em material de alta absorção, elástico para ajuste nas pernas, fita adesiva lateral de fixação, multi-ajustável que permite abrir e fechar varias vezes, absorção mínima**),

Os demais produtos apresentados pelas empresas: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, LF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- EPP, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSTITALARES EIRELI, FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, BIOSANTEC COMERCIO DE



AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE – I.S.
ITAPECERICA DA SERRA



ARTIGOS HOPITALARES, PONTUAL COMERCIAL EIRELI, apresentaram-se satisfatório/adequados, assim atendendo as especificações em conformidade com o referido edital.

Foi apurado que as empresas: DELTAMED-H COM E SERVIÇOS LTDA-EPP, LOGGEN PRODUDOS PARA SAUDE EIRELI, QUALITY MEDICAL COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, BIOFOAC INDUSTRIA, COM. E REPRES. LTDA, COMERCIAL 3 ALBE LTDA apresentaram-se satisfatórios/adequados, assim atendendo as especificações em conformidade com o referido edital.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevado estima e consideração.

Itapeçerica da Serra, 19 de Novembro de 2020.

KARINA AP. PASSOS DA SILVA
Coordenadora Técnica
AUTARQUIA DE SAÚDE-IS

SIMONE DA LUZ
Coordenadora Administrativa
AUTARQUIA DE SAÚDE-IS