

**Da: Coordenadora Atenção Básica.**

**Para: Coordenadora Administrativa.**

Conforme solicitado segue abaixo análise, das amostras, referente ao processo Pregão Eletrônico nº 001/2025, cujo objeto trata-se de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA DE TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA, apresentadas pelas empresas CEPALAB LABORATÓRIOS S.A e PEGASUS SOLUÇÕES COORPORATIVAS LTDA.

**Fornecedor: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A**


| Itens | Descritivo                                                                                                            | Marca    | Situação |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 01    | Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de tiras reagentes para teste de glicemia – Cota Ampla | MEDISIGN |          | Reprovado |

Justificativa:

- No edital solicita que a informação de “LO” somente abaixo de 20mg/DL, o produto ofertado pela empresa vencedora, informação de “LO” abaixo de 10mg/DL;
- No edital solicita tempo de leitura em até 05 segundos, o produto ofertado pela empresa vencedora, o tempo de leitura é em até 06 segundos;
- No edital solicita que o produto tenha garantia mínima de 05 anos e a solução de controle com 03 níveis de concentração, o produto ofertado pela empresa vencedora, tem 03 anos de garantia e solução de controle com 02 níveis de concentração.

**Fornecedor: PEGASUS SOLUÇÕES COORPORATIVAS LTDA.**

| Itens | Descritivo                                                                                                            | Marca | Situação |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 02    | Registro de Preços para futura, eventual e parcelada aquisição de tiras reagentes para teste de glicemia – Cota Ampla | GTECH |          | Reprovado |



Justificativa:

- No edital solicita que a informação de “LO” somente abaixo de 20mg/DL, o produto ofertado pela empresa vencedora, informação de “LO” abaixo de 10mg/DL;
- No edital solicita que a faixa de hematócrito seja entre 20% e 60%, não aceitando valores menores que 20% e superiores a 60%, o produto ofertado pela empresa vencedora a faixa de hematócrito é entre 10% e 65%;
- No edital solicita tempo de leitura em até 05 segundos, o produto ofertado pela empresa vencedora, o tempo de leitura é em até 06 segundos;
- No edital solicita que o produto tenha solução de controle com 03 níveis de concentração, o produto ofertado pela empresa vencedora, tem solução de controle com 02 níveis de concentração.

Pelos motivos justificados acima, foi apurado que as amostras apresentadas não atendem as especificações técnicas no referido edital.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Itapecerica da Serra, 04 de Abril de 2025.

**Silvia de Souza Borges Rodrigues**  
COORDENADORA ATENÇÃO BÁSICA