

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra
Autarquia Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

Resultado da Homologação

0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE "LO" SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E "HI" ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGÜÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;

ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O CONTRATANTE;
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3 NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES COMPATÍVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS ERRÔNEOS E DISPERDÍCIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR - MEDLEVENSOHN - Valor Referência: 1,400

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1,200	1.512.000,000	Homologado em 05/05/2025 10:50:57 Por: Simone da Luz

0002 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE "LO" SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E "HI" ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGÜÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;

ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O CONTRATANTE;
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3 NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES COMPATÍVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS ERRÔNEOS E DISPERDÍCIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR - On Call Plus II - Valor Referência: 1,400

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



Simone da Luz
Autoridade Competente

