

← **CONSULTAR ESCLARECIMENTO**

Nome do Usuário

**Daniel da Costa Reis**

Participante

**MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA**

**Solicitação**

Solicitação criada às 17:39 em 17/10/2024

Prezada comissão de licitações, Venho através deste instrumento solicitar o seguinte esclarecimento referente ao LOTE 2, ITEM 24. SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL 1ML - 100UI - PARA INSULINA; Em plástico, atóxico, apirogenico de Segurança Retrátil com embolo que possa ser administrado até a marca zero, sem Ativação Acidental de Acordo Com a Nr32; Corpo com Graduação de 1 Em ui, COM AGULHA FIXA 13X0.33MM; Embolo Destacável, Trava de Segurança que não permite o retorno da agulha após travar, anel de retenção; bico fixo, com sistema manual de retração e proteção total da agulha para o interior do cilindro; esterilizada em Oxido de Etileno; lubrificada em silicone; Isenta de Látex, Sistema Anti-reuso; Precisamos saber se será aceito a variação de +/- 0.03mm para o item, pois da forma como se encontra a descrição apenas 1 fornecedor presente no mercado poderá atender a demanda e isso rompe fortemente com os princípios da livre concorrência, economicidade e com o direito a competitividade.

VOLTAR