



**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PROCESSO N.º: 36/2018**

**REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL 17/2018**

**PETICIONANTE: DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA**

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação do Pregão Presencial 17/2018, que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA UBS – PROPOSTAS MS 12273.993000/1170-01 e 12273.993000/1170-02**, conforme condições e especificações contidas no instrumento convocatório e anexos, solicitado pela empresa DC HEART DESFRIBILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA, doravante denominada PETICIONANTE, nos termos apresentados no e-mail remetido no dia 22 de agosto de 2018 (quarta-feira), às 12h39min.

**1. DA ADMISSIBILIDADE**

Nos termos do estatuído no item 14.7 do Edital de Licitação do Pregão Presencial 17/2018, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar ao Pregoeiro esclarecimentos, providências ou até mesmo impugnar o ato convocatório, no prazo estabelecido, qual seja de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão. Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizada pela PETICIONANTE, no dia 22 de agosto de 2018, às 12h39min. Neste sentido, conhecemos o requerimento de esclarecimento ao Edital de Licitação, ao qual passamos a apreciar e nos posicionar.

**2. DA SOLICITAÇÃO E RESPOSTA**

O questionamento suscitado pela PETICIONANTE e a correspondente resposta são os que seguem:

*Questionamento: "Dispõe o item 32 do Edital do PREGÃO N° 17/2018 que:*

*DEA - Desfibrilador Externo Automático - Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.), equipamento portátil, leve, micro processado, adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil, projetado para uso de emergências cardíacas com aplicação de choques por meio de pás adesivas, sistema automático de avaliação de ECG em tela (display) de cristal líquido, orientações e comandos em texto em tempo real por voz, texto exibido no display e tempo decorrido de RCP ou do processo como um todo. Visualização do status da bateria com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia da reversão de arritmias.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA**

**"Capital do Milho Branco"**

Paço Municipal "José Darci Soares"



*Modo de desfibrilação pediátrica através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: bateria de lítio (recarregável) de longa duração com capacidade mínima de 200 choques. Acessórios: bolsa protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria, **3 eletrodos**, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado e instruções de uso. Possuir registro na ANVISA e garantia mínima de 12 meses. Solicitamos a este estimado órgão que nos especifique "**3 eletrodos**". Seriam eletrodos ADULTO ou INFANTIL e o quantitativo de cada um deles.*

Resposta: O item 32 do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Presencial 17/2018 se refere a DEA - Desfibrilador Externo Automático - Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.), equipamento portátil, leve, micro processado, **adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil** (grifamos), e o valor de referência se refere a equipamento **com 3 eletrodos, sendo 02 (dois) adultos e 01 (um) infantil.**

Prefeitura Municipal de Quadra, aos 27/08/2018.

EDEMÍLSON LOBO

Pregoeiro

Portaria 01/2018

GOVERNO MUNICIPAL  
JUNTOS POR  
QUADRA