



**PREFEITURA DE ITAPEÇERICA DA SERRA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE-IS**



**ESCLARECIMENTO E RETIFICAÇÃO AO EDITAL**

**Pregão Presencial nº 32/AMS-IS/2013**

**Abertura: 16/08/2013**

**Pergunta:** Solicita esclarecimento quanto a capacidade de 65 litros pois as dimensões da câmara 50x50, não informam se a câmara é cilíndrica ou retangular. Quanto a secagem, afirma que toda a autoclave tem que fazer a secagem com porta fechada, não existindo com porta entreaberta. Qual a especificação do copo para abastecimento de água, graduado?. O equipamento bivolt não é recomendado pois é de alta potência. O descritivo é restritivo a participação. Sugere a alteração da capacidade para 50 a 65 litros, permitindo a participação de outras marcas.

**Resposta:** Visando a ampliação de disputa, a especificação do item será alterada. O edital será retificado e, nova data de abertura será agendada.

**RETIFICAÇÃO AO EDITAL**

**Onde se lê: ANEXO I – Especificação Técnica:**

Autoclave, 65 litros horizontal de mesa microprocessada;  
Bivolt 127/220v 50 hz – 60 hz, placa eletrônica com microcontrolador, painel frontal, manômetro com escala de pressão e temperatura, ciclo de trabalho automático, secagem com porta entreaberta/fechada. Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara, sensor de pressão, válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão), abastecimento de água manual, anel de vedação da porta de silicone, porta de fechamento com trava, câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor, bandejas e suporte, fusível de proteção de sobre corrente, mangueira, abraçadeira e cesto em inox, monofásica.  
Chave geral liga/desliga, tecla para seleção de ciclo, tecla partida, elemento filtrante em aço inoxidável, dimensões aproximadas internas 50 x 50 cm, externas 60 x 120 x 55 prof cm.  
Garantia 12 meses.  
Quantidade: 06

**Leia-se:**

Autoclave, capacidade de 50 a 65 litros horizontal de mesa microprocessada;  
220v, 50 hz – 60 hz, Potência entre 3000 e 4400 wats, placa eletrônica com microcontrolador, painel frontal, manômetro com escala de pressão e temperatura, ciclo de trabalho automático, secagem com porta fechada. Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara, sensor de pressão, válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão), abastecimento de água manual com fornecimento de copo graduado, anel de vedação da porta de silicone, porta de fechamento com trava que só permita o funcionamento do equipamento com a porta fechada, câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor, bandejas e suporte, fusível de proteção de sobre corrente, mangueira, abraçadeira e cesto em inox, monofásica. Gabinete revestido em aço  
Rua Major Manoel Francisco de Moraes, 286 - Centro - Itapeçerica da Serra – SP  
PABX: (11) 4668-6000 Fax: (11) 4667-1256  
E-mail: saude@itapeçerica.sp.gov.br



**PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL – SAÚDE-IS**



com tratamento anit-corrosivo, anti-oxidante, pintado em epóxi. Chave geral liga/desliga, tecla para seleção de ciclo, tecla partida, elemento filtrante em aço inoxidável, Garantia 12 meses.

Quantidade: 06

**A data de abertura do pregão será adiada para 04/09/2013 as 9:30 horas**

Itapecerica da Serra, 13 de agosto de 2013

Atenciosamente

**HELENA B A MOTTA**  
**PREGOEIRA**  
**Autarquia Municipal de Saúde- IS**